

Technická specifikace

Název VZ:	Lehátka pro Oblastní nemocnici Jičín
Stavba:	Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
1	V421	Lehátko 2-dílné s pevnou výškou	2
		Držák role hygienického papíru – možnost oboustranného připevnění	
		Nepojízdné, délka ložné plochy 2000 mm, šířka cca 670 mm - akceptuje se i řešení, kde pod zádovou částí jsou 2 kolečka o průměru 100 mm s brzdou a v nožní části 2 pevné nohy	
		Konstrukce z jakostní oceli s povrchovou úpravou práškovými vypalovanými laky	
		Ložná plocha s pevnou výškou 62 cm	
		Dvoudílná ložná plocha tvořena polohovatelným podhlavníkem a pevnou částí	
		Čalouněno zdravotnickou koženkou	
		Barevné řešení dle uživatele	

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
2	V427	Křeslo transportní na přepravu pacientů	8
		Transportní křeslo pro přepravu osob (pacientů) ve zdravotnických zařízeních	
		Zatížení min. 150 kg	
		Zadní otočná kolečka o průměru 300 mm pro snazší manipulaci - akceptuje se i řešení, kde zadní kolečka o průměru 200-300 mm jsou pevná a přední kolečka o průměru 125 mm otočná	
		Přední kolečka o prům. 125 mm	
		Držák na křesle, do kterého se v případě potřeby zasune infuzní stojan	
		Automatická ruční brzda s ovládáním na madle	
		Opěrky nohou pro snazší nastupování a vystupování - akceptuje se i řešení, kde bude jedna opěrka nohou dost široká pro obě nohy pacienta	
		Stohovatelné	

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
3	V431	Lehátko 2-dílné elektrické vč. držáku papírové role, nepojízdné	8
		Držák role hygienického papíru – možnost oboustranného připevnění	
		Nepojízdné, délka ložné plochy 2000 mm, šířka cca 670 mm - akceptuje se i šířka 720 mm	
		Konstrukce z jakostní oceli s povrchovou úpravou práškovými vypalovanými laky	
		Ložná plocha výškově stavitelná pomocí elektromotoru v rozsahu min. 570 - 900 mm - akceptuje se i rozsah 520 - 890 mm	
		Nožní ovladač pro nastavení výšky zdvihu	
		Dvoudílná ložná plocha tvořena polohovatelným podhlavníkem a pevnou částí	
		Polohování zádového dílu pomocí plynové pístnice	
		Čalouněno zdravotnickou koženkou	
		Kryt podvozku	
		Barevné řešení dle uživatele	

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
4	V432	Lehátko 2-dílné elektrické vč. držáku papírové role, pojízdné	3

Držák role hygienického papíru – možnost oboustranného připevnění

Pojízdné, délka ložné plochy 2000 mm, šířka cca 670 mm - **akceptuje se i šířka 720 mm**

Konstrukce z jakostní oceli s povrchovou úpravou práškovými vypalovanými laky

Ložná plocha výškově stavitelná pomocí elektromotoru v rozsahu min. 570 - 900 mm - **akceptuje se i rozsah 520 - 890 mm**

Nožní ovladač pro nastavení výšky zdvihu

Dvoudílná ložná plocha tvořena polohovatelným podhlavníkem a pevnou částí

Polohování zádového dílu pomocí plynové pístnice

Čalouněno zdravotnickou koženkou

Kryt podvozku

Pojezdová kola s aretací o průměru min. 125 mm s centrální brzdou

Barevné řešení dle uživatele

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
5	V121	Schůdky 1-stupňové	14

Výška 20 cm - **akceptuje se i výška cca 22 cm**

Kovová konstrukce s povrchovou úpravou práškovými vypalovanými laky.

Nožičky opatřeny bezpečnostními protiskluzovými pryžovými návleky

Stupeň opatřen protiskluzovou pryžovou náslapnou plochou

Nosnost min. 120 kg