



Vysvětlení, doplnění a změna zadávacích podmínek č. 1

Veřejná zakázka: Lůžka pro Oblastní nemocnici Jičín

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546
Zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

Ing. Lucie Jasinková, tel.: +420 702 248 893, e-mail: ljaskova@kr-kralovehradecky.cz

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení v nadlimitním režimu.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek toto vysvětlení zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

Pol. č. 2 – Matrace k lůžku V425

Parametr – Výška min. 140 mm, nosnost matrace min. 230 kg

Může uchazeč zadavateli nabídnout matraci s nosností 200 kg při splnění ostatních parametrů?

Z konstrukčního hlediska (stavbou pěn jádra matrace) není možné při nosnosti 230 kg docílit ochrany středního až vyššího rizika vzniku dekubitů (Norton 13-20). Střední až vyšší riziko vzniku dekubitů (Norton 13-20) Vám jsme schopni garantovat při nosnosti matrace do 200 kg.

Odpověď na dotaz č. 1: Zadavatel znovu posoudil své požadavky stanovené v zadávací dokumentaci pro položku „Matrace k lůžku V425“ a ověřil si dostupnost takového produktu na trhu a dospěl k závěru, že na znění zadávací dokumentace trvá.

Dotaz č. 2:

Pol. č. 4 – Matrace k lůžku V433

Parametr – Výška min. 140 mm, nosnost matrace min. 230 kg

Může uchazeč zadavateli nabídnout matraci s nosností 200 kg při splnění ostatních parametrů?

Z konstrukčního hlediska (stavbou pěn jádra matrace) není možné při nosnosti 230 kg docílit ochrany středního až vyššího rizika vzniku dekubitů (Norton 13-20). Střední až vyšší riziko vzniku dekubitů (Norton 13-20) Vám jsme schopni garantovat při nosnosti matrace do 200 kg

Odpověď na dotaz č. 2: Zadavatel znovu posoudil své požadavky stanovené v zadávací dokumentaci pro položku „Matrace k lůžku V433“ a ověřil si dostupnost takového produktu na trhu a dospěl k závěru, že na znění zadávací dokumentace trvá.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Tato dodatečná informace je uveřejněna na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové 2. 8. 2023

Ing. Lucie Jasinková
Oddělení veřejných zakázek
na základě pověření