# PŮDORYS 3.NP

ÚROVEŇ +8,000

## LEGENDA:

- Hlavní vypínač
- Pevný přívod elektrické energie
- Pevný přívod elektrické energie přes hlavní vypínač
- El. zásuvka nebo sestava zásuvek dle legendy
- Zásuvka 400 V / xx ... 16 - 32 - 64 A
- Zásuvka pro uzemnění - potenciálová zásuvka
- Uzemňovací svorka
- Zásuvka pro telefon
- Zásuvka strukturované sítě
- Zásuvka AV / TV / R / SAT
- Vývod plynu
- Vývod medicinálního vzduchu
- Vývod vody
- Vývod upravené vody
- Odpad vody do kanalizace
- Odpad do kanalizace - podlahová gula
- Umyvadlová baterie
- Dřezová baterie se sprchou
- Bezdotyková senzorová baterie
- Ventilace

## Poznámky :

ZDR NEVYBAVUJE (interiér viz stavba)

ROZSAH AKTUALIZACE

Tento výkres je neoddělitelnou součástí stavebního projektu.
Dodavatelská firma je povinna upozornit projektanta technologie na každou nesrovnalost mezi tímto výkresem, stavebními výkresy, výkresy ostatních profesí a skutečným stavem na stavbě.
Projektová dokumentace obsahuje technickou zprávu, tabulky nároků na energie a stavební úpravy, seznam vybavení / zařízení po místnostech a výkresy, proto stačí, aby navrhnuté řešení bylo uvedené v jedné z těchto částí.
Instalační plány jsou orientační, bez znalosti finálního dodavatele. Po výběru dodavatele je nutno provést revizi instalačních požadavků.

Patro bude plně pokryto lokální bezdrátovou sítí (Wireless LAN, WLAN) - řeší samostatný projekt slaboproudů.

## LEGENDA vybavení / zařízení :

- Z - Technologie spojená se stavbou
- L - Nábytek spojený se stavbou
- V - Technologie volně stojící nebo s volným připojením na média
- N - Nábytek volně stojící
- Sanita spojená se stavbou a napojená na média
- Germicidní zářič
- Kotvení horních skříněk / TV (střed závěsné lišty, držáku) - výztuha stěny
- Kanál elektroinstalační parapetní ve výšce cca 890mm (osa od čisté podlahy)
- V000 Kód položky (číslo odpovídající seznamu zařízení a vybavení)
- Z000 Kód položky, pro kterou je přiložen instalační plán (číslo v rámečku)

## LEGENDA požadavků pro profese

| KÓD | POPIS | PROVEDENÍ / VYBAVENÍ |
|---|---|---|
| | VÝŠKA ZÁSUVEK | Pokud není uvedeno jinak nebo není zakresleno na instalačním plánu |
| X | +1200mm | Výška od čisté podlahy na střed |
| X' | +900mm | Výška od čisté podlahy na střed |
| X" | +300mm | Výška od čisté podlahy na střed |
| X''' | +2100mm | Výška od čisté podlahy na střed |
| | SILNOPROUDÉ VÝVODY | |
| OS | Operační světlo | NEOBSAZENO |
| VS | Vyšetřovací svítidlo | Vyšetřovací svítidlo stropní nebo nástěnné - pevný přívod el. energie |
| LS | Lokální svítidlo | Lokální svítidlo pro pracovní a kuchyňské linky - pevný přívod el. energie pod horní skříňky |
| Z | El. zásuvka | Zásuvka 230 V / 16 A - MDO (bílá) |
| Z1 | El. zásuvka | Zásuvka 230 V / 16 A - MDO (bílá/hnědá) - proudový chránič |
| Z2 | El. zásuvka | Zásuvka 230 V / 16 A - DO (zelená) - proudový chránič |
| Z3 | El. zásuvka | Zásuvka 230 V / 16 A - VDO (tmavě červená) - proudový chránič |
| Z4 | El. zásuvka | Zásuvka 230 V / 16 A - DO-ZIS (žlutá), zdravotnická izolovaná soustava |
| Z5 | El. zásuvka | Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová), zdravotnická izolovaná soustava |
| $ZP_{230}$ | El. zásuvka | Zásuvka průmyslová 230 V - samostatně jištěná, proudový chránič |
| $ZP_{400}$ | El. zásuvka | Zásuvka průmyslová 400 V - samostatně jištěná, proudový chránič |
| 24V | Elektrický přívod | Napájecí zdroj 24V DC - pevný přívod el. energie |
| PA | Dvojnásobná svorka pro vyrovnání potenciálů | Zásuvka pro připojení funkčních uzemňovacích vodičů nebo přídavných ochranných vodičů |
| U | Uzemnění | Uzemňovací svorka, určená pro spojení s uzemňovací soustavou, se soustavou ochranného pospojování |
| | SLABOPROUDÉ VÝVODY | |
| SS | Zásuvka strukturované sítě | Dvojzásuvka strukturované sítě |
| DZ | Dorozumívací zařízení | Zásuvka pro komunikační / signalizační systém sestra / pacient |
| TEL | Zásuvka pro telefon | Zásuvka pro telefon |
| TRS | Audio konektor - stereo | Konektorová krabice audio výstupu s ovládáním hlasitosti - provedení stereofonní |
| MT | Monitorování teploty | Teplotní čidlo - monitorování teploty (lednice, místnost, ...) |
| MV | Monitorování vlhkosti | Vlhkostní čidlo - monitorování vlhkosti (místnost, vestavba, ...) |
| | SESTAVY | |
| STV | Sestava zásuvek - TV / STA | 1 x zásuvka TV / R / STA, 2 x zásuvka 230 V / 16 A - proudový chránič, 1 x dvojzásuvka DATA, +2100mm |
| DS | Distribuční panel - Single | 4 x zásuvka DO (zelená) - proudový chránič, 2 x samostatný okruh / 2 x zásuvka MDO (hnědá) - proudový chránič / 1 x dvojzásuvka DATA SS / spojení se soustavou ochranného pospojování |
| | | 1 x vývod permeátu / 2 x vývod koncentrátu / 1 x připojení odpadu do kanalizace HT70 |
| DD | Distribuční panel - Double | 6 x zásuvka DO (zelená) - proudový chránič, 3 x samostatný okruh / 4 x zásuvka MDO (hnědá) - proudový chránič / 2 x dvojzásuvka DATA SS / spojení se soustavou ochranného pospojování |
| | | 2 x vývod permeátu / 4 x vývod koncentrátu / 1 x připojení odpadu do kanalizace HT70 |
| DL | Distribuční lišta - Double | 6 x zásuvka MDO (hnědá) - proudový chránič, 3 x samostatný okruh / 1 x dvojzásuvka DATA SS / spojení se soustavou ochranného pospojování |
| | | 2 x vývod permeátu / 4 x vývod koncentrátu / 1 x připojení odpadu do kanalizace HT70 |
| | MEDICINÁLNÍ PLYNY | |
| O1 | Vývod medicinálního kyslíku | 1 x medicinální kyslík, ukončeno rychlospojkou +1400mm |
| T1 | Vývod stlačeného vzduchu | 1 x stl. vzduch 4bar, ukončeno rychlospojkou +1400mm |
| MPL1 | Vývod medicinálních plynů | 1 x medicinální kyslík / 1 x stl. vzduch 4bar, ukončeno rychlospojkou +1400mm |
| MPL2 | Vývod medicinálních plynů | 1 x medicinální kyslík / 1 x vakuum / 1 x stl. vzduch 4bar, ukončeno rychlospojkou +1400mm |
| | ZDRAVOTECHNIKA | |
| SV | Studená voda | Vývod studené vody |
| TUV | Teplá voda | Vývod teplé vody |
| DV | Demineralizovaná voda | Vývod demineralizované vody |
| ZV | Změkčená voda | Vývod změkčené vody |
| LV | Laboratorní voda | Vývod laboratorní vody |
| OK | Odpad do kanalizace | Připojení odpadu do kanalizace |
| | VZDUCHOTECHNIKA | |
| LO | Lokální odtah | Lokální odsávání od přístrojů |
| | VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ | |
| CHV | Chladící voda | Vývod chladící vody |
| | PODLAHY | |
| (A) | Podlaha | Elektrostaticky vodivá uzemněná podlaha. Vnitřní el. odpor v rozsahu $5.10^4 - 1.10^6$ Ω |
| (An) | Podlaha | Antistatická podlaha. Vnitřní el. odpor v rozsahu $5.10^4 - 1.10^8$ Ω |
| | ZDRAVOTNICKÝ PROSTOR | |
| (X) | Klasifikace prostoru - skupina | Zařazení zdravotnického prostoru do skupin dle uvedené normy ČSN 33 2000-7-710, tab. B.1 |

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| Č. MÍSTN. | POPIS MÍSTNOSTI | PLOCHA [m2] | S.V. [m] |
|---|---|---|---|
| A.3.01 | SCHODIŠTĚ | 39.81 | 3.61 |
| A.3.02 | SCHODIŠTĚ | 27.60 | 3.61 |
| A.3.03 | CHODBA | 103.69 | 2,80-3,00 |
| A.3.04 | SKLAD PRÁDLA - PŘÍRUČNÍ SKLAD | 19.23 | 3.00 |
| A.3.05 | IZOLACE | 14.62 | 3.00 |
| A.3.06 | SESTERNA | 23.22 | 3.00 |
| A.3.07 | HEMODIALYZAČNÍ SÁL | 212.74 | 3.00 |
| A.3.08 | IZOLACE | 15.32 | 3.00 |
| A.3.09 | ČISTÍCÍ MÍSTNOST, SKLAD INFEKČNÍHO ODPADU A ŠPINAVÉHO PRÁDLA | 9.83 | 2.80 |
| A.3.10 | FILTR MATERIÁLU | 5.78 | 2.60 |
| A.3.11 | SPRCHA+WC PACIENTI BEZBARIÉROVÉ | 7.76 | 2.60 |
| A.3.12 | ŠATNA MUŽI PACIENTI | 6.87 | 2.60 |
| A.3.13 | WC MUŽI PACIENTI | 5.39 | 2.60 |
| A.3.14 | WC ŽENY PACIENTI | 5.18 | 2.60 |
| A.3.15 | ŠATNA ŽENY PACIENTI | 7.01 | 2.60 |
| A.3.16 | ČEKÁRNA + CHODBA | 68.17 | 2,80-3,00 |
| A.3.17 | VYŠETŘOVNA | 23.93 | 3.00 |
| A.3.18 | ZÁZEMÍ PD AMBULANCE, SKLAD INVALIDNÍCH VOZÍKŮ | 13.99 | 3.00 |
| A.3.19 | AMBULANCE LÉKAŘ | 22.44 | 3.00 |
| A.3.20 | AMBULANCE SESTRA | 22.37 | 3.00 |
| A.3.21 | WC ŽENY PACIENTI PŘEDSÍŇ | 5.51 | 3.00 |
| A.3.21a | WC ŽENY PACIENTI | 1.76 | 2.60 |
| A.3.21b | WC ŽENY PACIENTI | 1.76 | 2.60 |
| A.3.22 | WC MUŽI PACIENTI PŘEDSÍŇ | 3.36 | 3.00 |
| A.3.22a | WC MUŽI PACIENTI | 1.85 | 2.60 |
| A.3.22b | WC MUŽI PACIENTI | 1.85 | 2.60 |
| A.3.23 | WC PACIENTI BEZBARIÉROVÉ | 5.97 | 2.60 |
| A.3.24 | ÚKLID | 3.78 | 2.60 |
| A.3.25 | ROZVODNA SLP | 5.36 | 3.61 |
| A.3.26 | SKLAD | 106.17 | 2,70-3,00 |
| A.3.27 | ÚPRAVNA VODY, CENTRÁLNÍ MÍCHÁNÍ | 33.35 | 3.00 |
| A.3.28 | TECHNIK, REZERVNÍ MONITORY | 16.27 | 3.00 |
| A.3.29 | SPISOVNA | 13.88 | 3.00 |
| A.3.30 | CHLAZENÝ SKLAD LÉKŮ A MATERIÁLU | 13.26 | 3.00 |
| A.3.31 | VRCHNÍ SESTRA | 15.26 | 3.00 |
| A.3.32 | LÉKAŘSKÝ POKOJ | 15.90 | 3.00 |
| A.3.33 | SPRCHA LÉKAŘI | 2.25 | 2.60 |
| A.3.34 | SPRCHA PRIMÁŘ | 2.25 | 2.60 |
| A.3.35 | POKOJ PRIMÁŘ | 19.41 | 3.00 |
| A.3.36 | ÚKLID | 3.41 | 2.60 |
| A.3.37 | WC PERSONÁL MUŽI PŘEDSÍŇ | 4.76 | 2.60 |
| A.3.37a | WC PERSONÁL MUŽI | 1.75 | 2.60 |
| A.3.38 | WC PERSONÁL ŽENY PŘEDSÍŇ | 3.53 | 3.00 |
| A.3.38a | WC PERSONÁL ŽENY | 1.75 | 3.00 |
| A.3.38b | WC PERSONÁL ŽENY | 1.75 | 2.60 |
| A.3.39 | DENNÍ MÍSTNOST PERSONÁLU | 23.08 | 3.00 |
| A.3.40 | ČAJOVÁ KUCHYŇKA PACIENTI | 8.51 | 3.00 |
| A.3.41 | FILTR PACIENTŮ | 15.44 | 2.80 |
| | | 988.13 | |
| | | | |
| V1 | VÝTAH LŮŽKOVÝ EVAKUAČNÍ | 7.56 | 25.20 |
| V2 | VÝTAH OSOBNÍ | 2.88 | 25.20 |
| V3 | VÝTAH OSOBNÍ | 2.88 | 20.90 |
| | | 13.32 | |
| | | | |
| IS1a | INSTALAČNÍ ŠACHTA | 2.68 | 24.17 |
| IS1b | INSTALAČNÍ ŠACHTA | 1.61 | 24.17 |
| IS1c | INSTALAČNÍ ŠACHTA | 1.58 | 24.17 |
| IS2 | INSTALAČNÍ ŠACHTA | 6.33 | 24.17 |
| IS3 | INSTALAČNÍ ŠACHTA | 2.56 | 24.17 |
| IS4 | INSTALAČNÍ ŠACHTA | 0.60 | 24.17 |
| IS5a | INSTALAČNÍ ŠACHTA | 2.24 | 19.87 |
| IS5b | INSTALAČNÍ ŠACHTA | 1.68 | 19.87 |
| | | 19.28 | |
| | | | |
| | vybavuje stavba | | |
| | interiér stavba | | |

AKTUALIZACE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 04/2022

Souřadnicový systém : JTSK
Výškový systém : Bpv
±0,000=289,70 m.n.m.

| | |
|---|---|
| OBJEDNATEL : | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ |
| VEDOUCÍ PROJEKTANT | ING. ONDŘEJ FABIÁN |
| ZODP. PROJEKTANT | ING. ONDŘEJ FABIÁN |
| VYPRACOVAL | ING. ONDŘEJ MAREK |
| KONTROLOVAL | ING. PETR HAVLENA |
| KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ | STAV. ÚŘAD : JIČÍN |
| NÁZEV AKCE : | NOVOSTAVBA PAVILONU "A" (STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.) |
| NÁZEV OBJEKTU : | PAVILON A |
| ČÁST : | ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIE |
| NÁZEV PŘÍLOHY : | PŮDORYS 3. NP |


KANIA, a.s. Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz
tel : 596 243 487
e-mail : info@kania-ostrava.cz


| | |
|---|---|
| STUPEŇ | DPS |
| DATUM | 04/2022 |
| FORMÁT/POČET STR. | A4/21 |
| MĚŘÍTKO | 1:50 |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO | |
| Č. ZAK. | 15033 |
| ČÍSLO SOUPRAVY | |
| SOUBOR | DWG |
| Č. PŘÍLOHY : | 15033-DPS-D.2-01.2-13 |