



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 6

na veřejnou zakázku na dodávky dělenou na části zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem

“Pořízení vybavení pro nemocnici Rychnov nad Kněžnou II.“

část 2 - Monitory vitálních funkcí a telemetrický systém

(dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)

v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ

Zadavatel:

Sídlo zadavatele:

IČ:

DIČ:

zastoupený:

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Purkyňova 446, 547 01 Náchod

26000202

CZ26000202

RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady

V zadávacím řízení zastoupen:

J&T advokátní kancelář s.r.o.

IČ 04996305

Revoluční 763/15, 110 00 Praha 1 – Staré město,

JUDr. Jan Salmon, advokát a společník

Tel: + 420 774 720 720

e-mail: office@jtak.cz

Kontaktní osoba:

Bc. Michaela Kapustová, vedoucí odboru investic, nákupu a grantových projektů

tel. + 420 727 986 414

e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html

Zadavatel obdržel dne 9. 8. 2023 dotaz účastníka k zadávací dokumentaci, konkrétně k části 2 veřejné zakázky. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ a v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Zadavatel v TS pro Multiparametrický modul ARO – typ A a B požaduje splnění parametru: „Hmotnost modulu včetně baterie maximálně ~~1,5~~ 1,85kg“.

Účastník by rád zadavateli nabídnul multiparametrický modul, který má hmotnost 1,95 kg respektive 2,07 kg (dle technologie měření CO₂), je kompatibilní s monitorem vitálních funkcí a plní ostatní požadované parametry v TS.

Účastník má za to, že se jedná o minimální a klinicky nevýznamné odchylky od požadované hmotnosti, což nemá negativní vliv na medicínský ani jiný účel pořizovaného ZP a zdvořile žádá zadavatele o přehodnocení tohoto požadovaného parametru.

Bude zadavatel akceptovat nabídku účastníka s Multiparametrickým modulem, který má hmotnost 1,95 kg při plnění ostatních požadovaných parametrů?

Bude zadavatel akceptovat nabídku účastníka s Multiparametrickým modulem, který má hmotnost 2,07 kg při plnění ostatních požadovaných parametrů?



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Odpověď k dotazu č. 1

Ne, zadavatel i nadále trvá na požadavku hmotnost modulu včetně baterie maximálně 1,85 kg, kdy tento parametr již upravoval na základě předchozích dotazů a dle dostupných informací tímto parametrem disponuje více dodavatelů na trhu.

Dotaz č. 2:

Zadavatel v TS pro Transportní monitor pro ARO a Transportní monitor pro chirurgické oddělení požaduje splnění parametru: „**Hmotnost monitoru včetně baterie maximálně 1,85kg**“ a dále také: „...**možnost přichycení na svislou tyč a eurolištu**“

Účastník by rád zadavateli nabídnul transportní monitor, který má hmotnost 1,95 kg respektive 2,07 kg (dle technologie měření CO₂), je kompatibilní s bedside monitorem pro ARO a plní ostatní požadované parametry v TS. Požadovanou dokovací stanicí lze přichytit na svislou tyč a samotný transportní monitor na lůžko, což je alternativa k požadavku: „...možnost přichycení na svislou tyč a eurolištu“.

Účastník má za to, že se jedná o minimální a klinicky nevýznamné odchylky od požadavků zadavatele, což nemá negativní vliv na medicínský ani jiný účel pořizovaného ZP a zdvořile žádá zadavatele o přehodnocení požadovaných parametrů.

Bude zadavatel akceptovat nabídku účastníka s Transportním monitorem, který má hmotnost 1,95 kg s alternativním způsobem uchycení popsaným výše, při plnění ostatních požadovaných parametrů?

Bude zadavatel akceptovat nabídku účastníka s Transportním monitorem, který má hmotnost 2,07 kg s alternativním způsobem uchycení popsaným výše, při plnění ostatních požadovaných parametrů?

Odpověď k dotazu č. 2

Ne, zadavatel i nadále trvá na požadavku hmotnost monitoru včetně baterie maximálně 1,85 kg, kdy tento parametr již upravoval na základě předchozích dotazů a dle dostupných informací tímto parametrem disponuje více dodavatelů na trhu. Dále zadavatel trvá na původním znění požadavku „Transportní madlo a možnost přichycení na svislou tyč a eurolištu“.

V Praze dne 14. srpna 2023

**JUDr. Jan Salmon, advokát,
smluvní zástupce zadavatele
Oblastní nemocnice Náchod a.s.**