

Vysvětlení, doplnění a změna zadávacích podmínek č. 2
(Dodatečná informace č. 2)

Veřejná zakázka: Sušárny/ termostaty pro Oblastní nemocnici Jičín

Zadavatel:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ70889546
Zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtmán kraje

Kontaktní osoby ve věcech technických:

Ing. Václav Nýč, tel.: +420 602 441 087, e-mail: vnyc@kr-kralovehradecky.cz
Ing. Miroslav Michl, tel.: +420 736 521 905, e-mail: mmichl@kr-kralovehradecky.cz

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení:

Mgr. Kateřina Machová, tel.: +420 702 248 906, e-mail: kamachova@kr-kralovehradecky.cz

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh, případných změn i včetně této dodatečné informace.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává podle ustanovení § 98 následující vysvětlení zadávacích podmínek, a to na podkladě těchto dotazů.

Dotaz č. 1:

„Vzhledem ke změně technických podmínek a potřebě 1 ks chlazeného inkubátoru o objemu cca 120 l se mění rozměry našeho inkubátoru, a tudíž není možné jej umístit pod uvedený stůl. Rozměr chlazeného inkubátoru je (šxhxv) 780x760x1187 mm s tím, že chlazený inkubátor musí mít kolem sebe prostor jak do boků 200 mm na každou stranu, nad přístrojem min. 50 mm a v zadní části 940 mm od stěny. Je možnost se s těmito podmínkami účastnit?“

Dotaz č. 2:

„Vzhledem ke změně technických podmínek a potřebě 1 ks chlazeného inkubátoru o objemu cca 120 l se mění rozměry našeho inkubátoru, a tudíž není možné jej umístit pod uvedený stůl. Rozměr chlazeného inkubátoru je (šxhxv) 780x760x1187 mm s tím, že chlazený inkubátor musí mít kolem sebe prostor jak do boků 200 mm na každou stranu, nad přístrojem min. 50 mm a v zadní části 200 mm od stěny, viz přiložený instalační plán přístroje. Je možné se s těmito podmínkami účastnit?“

Dotaz č. 3:

„V rámci změny specifikace požadovaných přístrojů u položky V359a se změnil i vnější rozměr požadovaného termostatu z důvodu přidaného chlazení. Tento termostat není bohužel možné dát pod původně požadovaný stůl o rozměrech š1600 x h800 - v1100 (společně s položkou V359b). Bohužel ho není možné dát pod žádný stůl, protože

by tento stůl byl extrémně vysoký a neplnil by svoji funkci. Pro tuto sestavu termostatů V359a, V359b a V343 v místnosti A.2.44 navrhujeme tedy následující řešení:

1/ Termostat s chlazením V359a by se dal samostatně úplně vpravo do rohu (na současnou pozici V359b) s odstupem od pravé boční zdi 200 mm a zároveň s odstupem o 200 mm od zadní stěny

2/ Termostat V359b by se dal na pozici V359a na zem pod stůl o menší šířce s rozměry š1000 x h800 – v1100.

3/ Termostat V343 by se dal na svoji pozici na polici pod stůl o menší šířce s rozměry š700 x h800 – v1100 (jednalo by se pouze o tuto místnost, druhý přístroj v místnosti A.A.47 by se umístil do původně požadovaného stolu o rozměrech š1000 x h800 – v1100)

Rozměr stolu pro termostat V343 navrhujeme zmenšit z důvodu zachování co nejmenší celkové šířky sestavy těchto 3 ks termostatů tak, aby zůstalo zachováno místo pro personál a jeho pracovní stůl vlevo od termostatů u okna. Souhlasíte s tímto řešením?“

Odpověď na dotazy č. 1, 2 a 3:

Laboratorní stůl o definovaných rozměrech slouží pro umístění dalšího zařízení a vyžaduje dostatečný prostor po obou jeho stranách. Zmenšení šířky stolu by znemožnilo účel jeho využití. Současně posun více od stěny by omezilo pracovní využití stolů u okna. Zadavatel trvá na požadavku umístění termostatu V359a i V359b pod stůl o rozměrech š1600 x h800 x v1100.

Na základě výše uvedeného vysvětlení, resp. s ohledem na včasnost jeho poskytnutí, zadavatel rozhodl přiměřeném o prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 6. 9. 2023 v 10:00 hodin.

Přílohy: žádné

V Hradci Králové dne 14.08.2023,

Mgr. Kateřina Machová,

na základě pověření.