

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 1

| | |
|-------------------------|--|
| Veřejná zakázka: | Dodávka přístrojů pro ON Náchod – nemocnice Rychnov nad Kněžnou III - část 5: Endoskopy II |
| Zadavatel: | Oblastní nemocnice Náchod a.s., IČO 26000202, Purkyňova 446, 547 01 Náchod |
| Způsob zadání: | Zadávací řízení veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení v nadlimitním režimu ve smyslu § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) |

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace dle § 98 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1:

Dovoluji si obrátit se na vás s dotazy ohledně veřejné zakázky číslo Z2023-035772.

Pro zaslání kompletní nabídky do výběrového řízení potřebujeme znát několik informací, spojených s kompatibilitou, která musí být zajištěna směrem k používaným příslušenstvím videosestav.

Mohu, prosím, touto cestou požádat o bližší specifikaci níže uvedeného příslušenství endoskopického systému?

- a) Kolika samostatnými endoskopickými systémy zadavatel v rámci tohoto výběrového řízení vybaven?
- b) Jakým typem/tech. označení odsávací a oplachové pumpy je zadavatel vybaven?
- c) Jakým typem/tech. označení elektrochirurgické jednotky je zadavatel vybaven?
- d) Jakým typem/tech. označení automatického dezinfektoru je zadavatel vybaven?
- e) Jaké další dokumenty budou vyžadovány, pokud budeme chtít nabídnout požadované endoskopy vč. kompletní videosestavy, která není kompatibilní se stávajícím vybavením pracoviště.

Odpověď na dotaz č. 1

ad a) Zadavatel v současné době disponuje na pracovišti sestavou EVIS EXERA III, CV-190 PLUS, CLV-190 a EVIS EXERA III, CV-190, CLV 190.

V rámci tohoto výběrového řízení se jedná o sestavu EVIS EXERA III, CV-190 PLUS, CLV-190 (monitor LCD s vysokým rozlišením 26“, zdroj světla xenonový CLV-190, vozík, ...) včetně insuflační endoskopické jednotky pro CO2 UCR, odsávací pumpou, oplachovou pumpou, 2x videogastroskop GIF-HQ190L, videoduodenoskop TJF-Q190V, W/BS, kolonoskop PCF-H190TL terapeutický, videokolonoskop CF-HQ190L, videogastroskop CFQ 165L, videogastroskop CFQ 190L.

ad b) PUMPA ODSÁVACÍ KV-6
PUMPA ODSÁVACÍ KV-5
PUMPA OPLACHOVÁ OFP-2

- ad c) Zadavatel je vybaven elektrochirurgickou jednotkou s argonem JEDNOTKA ELEKTROCHIRURGICKÁ EMED ES SPECTRUM I.
- ad d) Dezinfektor endoskopický, automatický EW1 double (výrobce Steelco S.p.A.) endothermodezinfektor MINI ETD2 plus GA (výrobce Olympus) a dále je zadavatel vybaven skříň sušící na endoskopy Steelco ED 200 (výrobce Steelco S.p.A.).
- ad e) Zadavatel požaduje zpracování nabídky v souladu se zadávací dokumentací, zejména dle článku 11.1 zadávacích podmínek, přičemž předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohou č. 2 ZD (Návrh kupní smlouvy) a přílohou č. 3 ZD (Technická specifikace), jejíž součástí je m.j. požadavek na kompatibilitu.
-

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Za zástupce zadavatele na základě pověření

v Hradci Králové