

## Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 3

<b>Veřejná zakázka:</b>	<b>Dodávka přístrojů pro ON Náchod – nemocnice Rychnov nad Kněžnou IV – část 2: Lůžka pro intenzivní péči vč. matrací a nočních stolků matrací</b>
<b>Zadavatel:</b>	Oblastní nemocnice Náchod a.s., IČO 26000202, Purkyňova 446, 547 01 Náchod
<b>VV:</b>	Z2023-029829
<b>Způsob zadání:</b>	Zadávací řízení veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení v nadlimitním režimu ve smyslu § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

**Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace dle § 98 a § 99 zákona ze dne 23. 8.2023.**

### Dotaz č. 1

Zadavatel v technických podmínkách u Lůžka pro intenzivní péči požaduje: Kompaktní (velmi snadno čistitelná, bez pórů a spár) plastová odnímatelná čela s aretací proti samovolnému vytažení při transportu.

Hlavová čela u intenzivních lůžek nabízíme bez aretace z důvodu umožnění okamžitého přístupu v případě resuscitace. Nožní čelo aretací má.

Bude zadavatel akceptovat hlavové čelo bez aretace?

### **ODPOVĚĎ NA DOTAZ č. 1**

Ano, zadavatel bude akceptovat hlavové čelo bez aretace.

### Dotaz č. 2

Zadavatel v technických podmínkách u Pasivní antidekubitní matrace pro intenzivní lůžka požaduje: Jádro zajišťující zónovou tuhost alespoň v 5 zónách a dobrou ventilaci.

Bude zadavatel akceptovat jádro zajišťující zónovou tuhost alespoň ve 3 zónách a dobrou ventilaci?

Třída antidekubitní ochrany matrace zůstane stejná.

### **ODPOVĚĎ NA DOTAZ č. 2**

Ano, zadavatel bude akceptovat jádro zajišťující zónovou tuhost alespoň ve 3 zónách a dobrou ventilaci při zachování požadované třídy antidekubitní ochrany matrace.

### Dotaz č. 3

Zadavatel v technických podmínkách u Pasivní antidekubitní matrace pro intenzivní lůžka požaduje: Okraje matrace vyztuženy studenou PUR pěnou o vyšší tuhosti, tj. hustota min. 5 kg/m<sup>3</sup>, odpor proti stlačení 6 – 7 kPa/m<sup>2</sup>.

Bude zadavatel akceptovat okraje matrace vyztuženy PUR pěnou o vyšší tuhosti, tj. hustota 41 kg/m<sup>3</sup>, odpor proti stlačení minimálně 3,9 kPa/m<sup>2</sup>?

Třída antidekubitní ochrany matrace zůstane stejná.

### **ODPOVĚĎ NA DOTAZ č. 2:**

Ano, zadavatel bude akceptovat okraje matrace vyztuženy PUR pěnou o vyšší tuhosti, tj. hustota 41 kg/m<sup>3</sup>, odpor proti stlačení minimálně 3,9 kPa/m<sup>2</sup> při zachování požadované třídy antidekubitní ochrany matrace.

---

**Zadavatel upravuje přílohu č. 3 zadávacích podmínek – Technická specifikace. Aktualizovaná Technická specifikace – OPRAVA je přílohou tohoto vysvětlení, doplnění nebo změny zadávací dokumentace.**

**Zadavatel mění bod 5.1. zadávacích podmínek *Termín plnění*, který nově zní:**

**„Dodavatel předá bezvadné plnění nejpozději do 9 týdnů ode dne nabytí účinnosti kupní smlouvy“.**

V návaznosti na změnu zadávacích podmínek, zadavatel mění Přílohu č. 2 Kupní smlouva zadávacích podmínek tato nová příloha je přílohou tohoto vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace.

**Všechny ostatní zadávací podmínky zůstávají beze změny.**

S ohledem na charakter změn prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku. Lhůta pro podání nabídek končí **27. 9.2023 ve 13:00 hod.**

#### **Příloha**

Příloha č. 2 zadávacích podmínek – Návrh kupní smlouvy – OPRAVA

Příloha č. 3 zadávacích podmínek – Technická specifikace – OPRAVA

Za zástupce zadavatele na základě pověření

v Hradci Králové