

Vysvětlení, doplnění a změna zadávacích podmínek č. 3
(Dodatečná informace č. 3)

Veřejná zakázka: Sušárny/termostaty pro Oblastní nemocnici Jičín

Zadavatel:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ CZ70889546
Zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtmán kraje

Kontaktní osoby ve věcech technických:

Ing. Václav Nýč, tel. +420 602 441 087, e-mail: vnyc@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Miroslav Michl, tel. +420 736 521 905, e-mail: mmichl@kr-kralovehradecky.cz

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení:

Mgr. Kateřina Machová, tel. +420 702 248 906, e-mail: kamachova@kr-kralovehradecky.cz

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh, případných změn i včetně této dodatečné informace.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává podle ust. §98 následující vysvětlení zadávacích podmínek, a to na podkladě tohoto dotazu:

„Máme dotaz k technické specifikaci u přístrojů, které požadujete. U všech přístrojů požadujete komunikační port RS - 232 pro počítač, který je ovšem již zastaralý a nevyužije v plné míře možnosti nových přístrojů. Může být tento port nahrazen moderním portem RJ45, který používají všechny počítače, a využije se všech možností, které nabízí moderní přístroje?“

Odpověď na dotaz:

Ano, zadavatel připouští komunikační port RJ45.

V souvislosti s tím Zadavatel doplňuje technické přílohy, které jsou přílohou této Dodatečné informace č.3.

Vzhledem k tomu, že tato změna a doplnění zadávací dokumentace může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 9.10.2023 v 10:00 hodin.

Přílohy:

- P01a - Sušárny, termostaty – technická specifikace ve znění DI č. 3
- P03 – Sušárny, termostaty – tabulka plnění minimálních požadavků ve znění DI č. 3

V Hradci Králové dne 29.8.2023

Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová, na základě pověření