

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku

„Dodávka a instalace analyzátoru glukózy a laktátu pro ON Náchod, a.s. lokalita Rychnov nad Kněžnou.“

Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
Sídlo: Purkyňova 446, 547 69 Náchod
IČ: 26000202
DIČ: CZ699004900
Způsob zadání: veřejná zakázka malého rozsahu

V rámci zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky zadavatel obdržel níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Úplné znění dotazu účastníka ze dne 7. 3. 2018

Vážená paní inženýrko,

chtěla bych požádat o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce: "Dodávka a instalace analyzátoru glukózy a laktátu pro ON Náchod, a.s. lokalita Rychnov nad Kněžnou".

Dotaz:


Bude zadavatel akceptovat obdobné technické řešení, které splňuje veškeré parametry uvedené v příloze č. 1, avšak vzorkový okruh je pro 30 vzorků.

S díky,

Odpověď zadavatele ze dne 8. 3. 2018

Vzhledem k předpokládanému zatížení stroje při současném zpracování vzorků pacientů z diaporaden je dle našich provozních podmínek nutný podavač na minimálně 40 vzorků, řešení se dvěma podavači o menší kapacitě nepovažujeme za vhodné."

V Náchodě dne 8. 3. 2018


Miroslav Bůžek
Technický náměstek
ON Náchod a.s.

OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s.
Purkyňova 446
547 69 NÁCHOD
55