



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Písemná zpráva zadavatele

vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:

„Ultrazvukový přístroj pro interní oddělení“, - zrušené zadávací řízení

1. Označení zadavatele a jeho zástupce:

Název zadavatele:	Oblastní nemocnice Jičín a.s.
Sídlo zadavatele:	Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín
IČ:	26001551
Osoba oprávněná jednat:	Ing. Tomáš Sláma, MSc., předseda představenstva

Zástupce zadavatele:

Název:	Centrum evropského projektování a. s.
Sídlo:	Hradec Králové, Švendova 1282, PSČ 500 03
IČ:	27529576
Osoba oprávněná jednat:	Ing. Iva Krunčíková, prokuristka
Kontaktní osoba:	Ing. Jiří Včeliš
tel.:	+420 499 420 405
e-mail:	vcelis@cep-rra.cz

2. Předmět veřejné zakázky:

Předmětem této zakázky je **dodávka nových přístrojů – 1ks ultrazvukového přístroje** do Oblastní nemocnice Jičín a.s..

3. Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku:

Nerelevantní – ZŘ bylo dne 05.03.2018 ZRUŠENO.

4. Druh zadávacího řízení:

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zahájená dle § 56 ZZVZ v otevřeném řízení.

5. Označení účastníků zadávacího řízení:

Účastník č. 1:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

S & T Plus s.r.o.
IČ: 25701576
sídlo: Novodvorská 994/138, Braník, 142 00 Praha 4

6. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení:

V zadávacím řízení byl vyloučen JEDINÝ účastník:

S & T Plus s.r.o.
IČ: 25701576
sídlo: Novodvorská 994/138, Braník, 142 00 Praha 4
(dále jen „účastník“)

z níže uvedených důvodů.

Odůvodnění vyloučení:

Nabídka účastníka byla zadavateli doručena řádně ve lhůtě pro podání nabídek a byla podána jako jediná. Nabídka byla doručena v řádně uzavřené obálce a vyhověla kontrole požadavků dle § 110 odst. 2 ZZVZ. I přesto, že zadavatel obdržel pouze 1 nabídku, rozhodl se v zadávacím řízení pokračovat.

Zadavatel v rámci posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení jediného účastníka mimo jiné zjistil následující skutečnost:

*„Nabídka na str. 34 obsahuje položku „MPA upgrade“ v hodnotě 81.000,- Kč bez DPH.
Dle informace na str. 26 nabídky se jedná o rozšíření stávajícího přístroje PHILIPS CX50 o Multiport adaptér.“*

Tento požadavek však nebyl součástí zadávací dokumentace, zadavatel jej nepožadoval.

Z tohoto důvodu se zadavatel rozhodl využít § 46 ZZVZ a požádat účastníka o objasnění této nejasnosti, což učinil emailem dne 31.01.2018.

Účastník doručil zadavateli své objasnění emailem dne 02.02.2018 v tomto znění:

„V Praze dne 2. 2. 2018

Dobrý dne,

v dotazu č. 2 uvádíte informaci, že námi nabídnutou položku „MPA upgrade“ zadavatel nepožadoval v zadávací dokumentaci.

V technických podmínkách zadávací dokumentace je však uveden požadavek „Jícnová multiplanární matrixová sonda s min. 5 řadami elementů v rozsahu min. 3 - 7 MHz, s možností zobrazení na harmonických frekvencích“ Pozn.: V případě, že je nabízený ultrazvukový přístroj kompatibilní se stávající jícnovou sondou PHILIPS X7-2T, kterou již zadavatel provozuje, zadavatel z důvodu úspory finančních prostředků nepožaduje dodávku jícnové multiplanární matrixové sondy s min. 5 řadami elementů v rozsahu min. 3 - 7 MHz, s možností zobrazení na harmonických frekvencích.“

Z tohoto technického požadavku jednoznačně vyplývá, že jedním z přípustných řešení zadatelovy potřeby používání jícnové sondy na přístroji, který je předmětem plnění veřejné zakázky, je střídavé používání stávající jícnové sondy Philips X7-2t na dvou ultrazvukových přístrojích. Na přístroji Philips CX50, který již je v majetku zadavatele a na pořizovaném přístroji.

Výše popsané řešení je pro zadavatele s ohledem na nezanedbatelné pořizovací náklady jícnové sondy ekonomicky výhodné, ale představuje zvýšenou mechanickou zátěž jediného portu pro připojení ultrazvukových sond u přenosného echokardiografu Philips CX50, který je v majetku zadavatele, a tím výrazně zvýšenou pravděpodobnost poškození konektoru sondy s následným poškozením portu pořizovaného přístroje. Výrobce doporučovaným postupem je doplnění přenosného echokardiografu o „multiport adaptér“, jehož používáním se případné riziko poškození snižuje o minimálně 66%.

Uchazeč nabízí přístroj kompatibilní se stávající jícnovou sondou Philips X7-2t, a přitom v souladu s doporučením výrobce, v souladu s ohledem na ochranu majetku zadavatele a rovněž v souladu se zajištěním dlouhodobě ekonomicky výhodného provozu nabízeného ultrazvukového přístroje zahrnul „MPA upgrade - multiport adaptér“ do své nabídky.“



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zadavatel si tímto vyjádřením potvrdil skutečnost, že účastník mu nabídl položku, kterou nepožadoval a nepožaduje ji. Dle odstavců 2 a 3 § 46 ZZVZ lze sice opravit položkový rozpočet, ale nesmí tím být dotčena celková nabídková cena.

Znění odstavců 2 a 3 § 46 ZZVZ - Objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů, je následující:

„Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna, nestanoví-li tento zákon jinak; nabídka však může být doplněna na základě žádosti podle odstavce 1 o údaje, doklady, vzorky nebo modely, které nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení. V takovém případě se doplnění údajů týkajících se prokázání splnění podmínek účasti za změnu nabídky nepovažují, přičemž skutečnosti rozhodné pro posouzení splnění podmínek účasti mohou nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek.“

Za objasnění se považuje i oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková nabídková cena nebo jiné kritérium hodnocení nabídek.“

Když by účastník položku, kterou nabídl navíc, vypustil ze své nabídky, změnila by se tím i celková nabídková cena, což ZZVZ nepřipouští.

Nabídnutím nepožadované položky dostal účastník zadavatele do situace, kdy mu nezbývá než jej vyloučit ze zadávacího řízení, a to dle § 48 odst. 2, písm. a) - pro nesplnění zadávacích podmínek, což DNE 05.03.2018 UČINIL.

7. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru:

Nerelevantní – ZŘ bylo dne 05.03.2018 ZRUŠENO.

8. Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:

Nerelevantní – ZŘ bylo dne 05.03.2018 ZRUŠENO.

9. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem:

Nepoužito.

10. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění:

Nepoužito.

11. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu:

Nepoužito.

12. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení:

Zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel nabídku jediného účastníka.

V rámci posuzování splnění podmínek účasti v zadávacím řízení byl zadavatel nucen jediného účastníka vyloučit pro nesplnění zadávacích podmínek.

Z tohoto důvodu zadavateli nezbývá než zadávací řízení zrušit, a to dle § 127 odst. 2, písm. a) ZZVZ, což učinil dne 05.03.2018.



13. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků:

Nabídky byly podávány v listinné podobě. Ostatní komunikace mezi zadavatelem a účastníky byla vedena elektronickými prostředky nebo osobně. Na zadavatele se nevztahuje povinnost dle ustanovení § 211 odst. 3 ZZVZ, které má odloženou účinnost.

14. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření:

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

15. Odůvodnění postupu nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části:

Vzhledem k předpokládané hodnotě zakázky a malému objemu poptávaných výrobků by bylo další dělení zakázky neefektivní a nevhodné.

16. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst.3 ZZVZ:

Zadavatel nepožadoval prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst.3 ZZVZ.

V Hradci Králové dne 09. 03. 2018

.....
Ing. Jiří Včeliš
Centrum evropského projektování a. s.
oprávněná osoba zástupce zadavatele