

Smlouva o výpůjčce č. 50/130/2018

uzavřená dle ust. § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník)

Článek I.

Smluvní strany

1. Půjčitel: **SYSMEX CZ s.r.o.**
se sídlem: **Elgartova 683/4, 614 00 Brno - Husovice**
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 56576
zastupuje: **MUDr. Kristián Flek, jednatel**
bankovní spojení: **Raiffeisenbank, a.s.**
číslo účtu: **5010018055/5500**
IČ: **27752356**
DIČ: **CZ27752356**
2. Vypůjčitel: **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**
se sídlem: **Purkyňova 446, 547 69 Náchod**
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2333
zastupuje: **Ing. Ivana Urešová, MBA, předsedkyně představenstva**
bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**
číslo účtu: **78-8883900227/0100**
IČ: **26000202**
DIČ: **CZ699004900**

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Půjčitel se touto smlouvou zavazuje bezplatně přenechat do užívání vypůjčiteli zařízení, jehož specifikace je uvedena v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen „předmět výpůjčky“). Vlastníkem předmětu výpůjčky je půjčitel.
2. Součástí předmětu výpůjčky je i návod k obsluze v českém jazyce a kopie prohlášení o shodě, vydaného výrobcem, vč. kopie jeho překladu do českého jazyka.
3. Půjčitel se zavazuje v rámci instalace předmětu výpůjčky k bezplatnému připojení předmětu výpůjčky ke stávajícímu laboratornímu informačnímu systému vypůjčitele. Za tímto účelem se půjčitel zavazuje s předstihem kontaktovat odd. IT vypůjčitele a zajistit si tak jeho nezbytnou součinnost.
4. Půjčitel se touto smlouvou rovněž zavazuje k zapůjčení záložního zdroje napětí (UPS) k předmětu výpůjčky takového, případně k nainstalování předmětu výpůjčky takovým způsobem, aby při výpadku dodávky elektrického proudu došlo k bezpečnému dokončení právě probíhající analýzy, a to včetně uložení výsledků.

Článek III.
Podklady pro uzavření smlouvy

1. Podklady pro uzavření této smlouvy jsou:
1.1 Nabídka společnosti **SYSMEX CZ s.r.o. ze dne 22.01.2018**

Článek IV.
Doba a místo výpůjčky

1. Dohodou je stanovena doba výpůjčky na dobu 2 let ode dne uvedení předmětu výpůjčky do provozu v místě výpůjčky.
2. Místem výpůjčky je Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 69 Náchod, pracoviště viz příloha č. 1 této smlouvy.
3. Půjčitel se zavazuje k dodání, instalaci, uvedení předmětu výpůjčky do provozu a prokazatelnému zaškolení obsluhy nejpozději do **6 týdnů** od podpisu této smlouvy.
4. Po skončení platnosti této smlouvy, pokud vypůjčitel neuplatní právo koupě dle čl. VI odst. 12 nebo 14 této smlouvy, nebo pokud nedojde k prodloužení platnosti této smlouvy, je půjčitel oprávněn předmět výpůjčky okamžitě odebrat a vypůjčitel je povinen tento neprodleně vydat.

Článek V.
Práva a povinnosti půjčitele

1. Půjčitel se zavazuje na své náklady provést předinstalační prohlídku za účelem kontroly místa plnění z hlediska stavební, technické a IT připravenosti s předstihem min. 10 pracovních dnů před započatím prací v místě plnění. O zjištěných nedostatcích je půjčitel povinen neprodleně písemně informovat vypůjčitele.
2. Půjčitel dopraví na vlastní náklady předmět výpůjčky do místa výpůjčky.
3. Půjčitel se zavazuje poskytnout vypůjčiteli předmět výpůjčky ve stavu způsobilém k řádnému užívání.
4. Půjčitel provede na vlastní náklady instalaci, uvedení předmětu výpůjčky do provozu a zaškolení obsluhy (vč. seznámení s požadavky na pravidelnou běžnou údržbu) svým pověřeným pracovníkem, o čemž bude sepsán a potvrzen příslušný protokol. Půjčitel nese odpovědnost za řádné seznámení vypůjčitele s podmínkami užívání i za předání všech potřebných informací. Pokud tak neučiní, je povinen nahradit vypůjčiteli škodu z toho vzniklou.
5. Půjčitel se zavazuje udržovat předmět výpůjčky po dobu platnosti této smlouvy v provozuschopném stavu. Způsobí-li škodu vada věci, kterou půjčitel zatajil, nahradí půjčitel vypůjčiteli škodu z toho vzniklou.
6. Půjčitel se zavazuje po dobu platnosti této smlouvy provádět odbornou údržbu předmětu výpůjčky v intervalech a v rozsahu dle doporučení výrobce, přičemž veškeré náklady spojené s těmito prohlídkami hradí půjčitel.
Za návaznost termínů odborné údržby předmětu výpůjčky odpovídá půjčitel. K provedení jednotlivých bezpečnostně technických kontrol není nutná výzva vypůjčitele.

7. Půjčitel se zavazuje po dobu platnosti této smlouvy odstraňovat vzniklé závady, přičemž náklady na práci, dopravu a veškeré náhradní díly hradí půjčitel.
8. Půjčitel se zavazuje, že nástup na servis bude uskutečněn do 24 hodin od prokazatelného nahlášení závady vypůjčitelem, a to po celou dobu platnosti této smlouvy.
9. V případě, že doba opravy předmětu výpůjčky přesáhne 24 hodin od nástupu na servis a vypůjčitel nebude schopen zajistit provoz jinými prostředky, zavazuje se půjčitel k bezplatnému zapůjčení záložního přístroje srovnatelných parametrů nejpozději do 24 hodin od nástupu na servis.
10. Půjčitel se zavazuje dodávat vypůjčiteli spotřební materiál, nutný pro provádění diagnostických výkonů na předmětu výpůjčky, na základě samostatně uzavřené kupní smlouvy. Spotřební materiál hradí vypůjčitel.
11. Půjčitel se nemůže domáhat předčasného vrácení předmětu výpůjčky. To neplatí, užije-li vypůjčitel předmět výpůjčky v rozporu s touto smlouvou. Půjčitel je v tomto případě oprávněn předmět výpůjčky okamžitě odebrat a vypůjčitel je povinen tento neprodleně vydat.
12. Půjčitel umožní vypůjčiteli koupit předmět výpůjčky neprodleně po skončení doby výpůjčky, stanovené v čl. IV odst. 1 této smlouvy, pokud o to vypůjčitel projeví zájem, za cenu a za podmínek, které budou sjednány příslušnou kupní smlouvou.
13. Pokud dojde k vypovězení této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran dříve, než uplyne doba výpůjčky, stanovená v čl. IV odst. 1 této smlouvy, umožní půjčitel vypůjčiteli koupit předmět výpůjčky, pokud o to vypůjčitel projeví zájem, za cenu a za podmínek, které budou sjednány příslušnou kupní smlouvou, s přihlédnutím k opotřebení ve vztahu ke skutečně uplynulé době výpůjčky.

Článek VI.

Práva a povinnosti vypůjčitele

1. Vypůjčitel se zavazuje zajistit stavební, technickou a IT připravenost místa plnění dle pokynů půjčitele v souladu s ust. čl. V odst. 1 této smlouvy.
2. Vypůjčitel se zavazuje převzít předmět výpůjčky neprodleně po jeho uvedení do provozu v místě výpůjčky, v provozuschopném stavu.
3. Vypůjčitel je oprávněn předmět výpůjčky bezplatně užívat po dobu platnosti této smlouvy.
4. Vypůjčitel je povinen užívat předmět výpůjčky řádně a v souladu s určeným účelem použití, uživatelskými a udržovatelskými postupy, specifikovanými v návodu k obsluze.
5. Vypůjčitel se zavazuje kupovat spotřební materiál, nutný pro provoz předmětu výpůjčky, výhradně od půjčitele.
6. Vypůjčitel je povinen chránit předmět výpůjčky před poškozením, ztrátou, zničením nebo znehodnocením a odpovídá za poškození, ztrátu, zničení nebo znehodnocení předmětu výpůjčky ve smyslu § 2913, § 2914 a § 2911 Občanského zákoníku. Každé poškození, ztrátu, zničení nebo znehodnocení předmětu výpůjčky je vypůjčitel povinen neprodleně oznámit půjčiteli.
7. Vypůjčitel nesmí přenechat předmět výpůjčky během platnosti této smlouvy k užívání jiné osobě.
8. Vypůjčitel není oprávněn provádět svévolně na předmětu výpůjčky jakékoliv technické změny.
9. Vypůjčitel je povinen neprodleně sdělovat půjčiteli nutnost servisních zásahů na předmětu výpůjčky.

10. Vypůjčitel se zavazuje zajišťovat servis předmětu výpůjčky výhradně prostřednictvím půjčitele. Při porušení tohoto ustanovení odpovídá vypůjčitel za případnou škodu, která by tímto na předmětu výpůjčky vznikla a půjčitel je oprávněn účtovat vypůjčiteli následné náklady na servis v plné výši.
11. Vypůjčitel je povinen pro případ servisu a kontroly umožnit pracovníkům půjčitele přístup do místa výpůjčky.
12. Vypůjčitel má přednostní právo koupit od půjčitele předmět výpůjčky neprodleně po skončení doby výpůjčky, stanovené v čl. IV odst. 1 této smlouvy, za cenu a za podmínek, které budou sjednány příslušnou kupní smlouvou.
13. Vypůjčitel má právo vrátit předmět výpůjčky předčasně; kdyby však z toho vznikly půjčiteli obtíže, nemůže předmět výpůjčky vrátit bez jeho souhlasu.
14. Pokud dojde k vypovězení této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran dříve, než uplyne doba výpůjčky, stanovená v čl. IV odst. 1 této smlouvy, má vypůjčitel přednostní právo koupit předmět výpůjčky za cenu a za podmínek, které budou sjednány příslušnou kupní smlouvou, s přihlédnutím k opotřebení ve vztahu ke skutečně uplynulé době výpůjčky.

Článek VII.

Náklady s užíváním předmětu výpůjčky

1. Mimořádné náklady spojené s užíváním předmětu výpůjčky (týká se především servisu) nese půjčitel ze svého. Při potřebě mimořádných nákladů může vypůjčitel předmět výpůjčky předat půjčiteli, aby je vynaložil sám. Nechce-li nebo nemůže-li půjčitel tak učinit a vynaloží-li mimořádné náklady v nezbytném rozsahu sám vypůjčitel, náleží mu náhrada jako nepřikázanému jednateli.
2. Práva půjčitele a vypůjčitele na hrazení nákladů s užíváním předmětu výpůjčky musí být uplatněna do tří měsíců od vrácení předmětu výpůjčky, jinak je soud nepřizná, namítne-li druhá strana opožděné uplatnění práva.

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Platnost této smlouvy lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo jednostrannou výpovědí, a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
3. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy musí být provedeny formou písemných, chronologicky číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že se dohodly na celém jejím obsahu, že se smluvními podmínkami souhlasí a že smlouva nebyla podepsána v tísni, nýbrž na základě svobodně projevené vůle.
5. Půjčitel bere na vědomí, že vypůjčitel je povinným subjektem ke zveřejnění soukromoprávních smluv do registru smluv.
6. Půjčitel barevně označil v textu této smlouvy pasáže, obsahující obchodní tajemství nebo jiné informace ve smyslu ust. § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které budou pro účely zveřejnění znečitelněny.
7. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů právního řádu České republiky.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech stejné autentičnosti, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Brně dne: 03.04.2018



Za půjčitele:
MUDr. Kristián Flek
Jednatel SYSMEX CZ s.r.o.



Sysmex CZ s.r.o.
Elgartova 683/4 · 614 00 Brno-Husovice, CZ
Tel.: +420 548 216 855 · fax: +420 548 216 343
IČ: 27752356 · DIČ: CZ27752356

V Náchodě dne: 22.3.2018

V.2.  MÍSTO PŘEDSEDY PŘEDSTAV.

Za vypůjčitele:
Ing. Ivana Urešová, MBA
předsedkyně představenstva



Příloha č. 1 smlouvy o výpůjčce č. 50/130/2018

1. Specifikace předmětu výpůjčky a jeho hodnota

Pol. č.	Název zařízení, typ	Umístění (pracoviště)	Hodnota / ks bez DPH [Kč]	Počet ks	Hodnota celkem bez DPH [Kč]	DPH [%]	Hodnota celkem vč. DPH [Kč]
1	Močová linka UC-3500 + UF-4000 + UD-10	Nemocnice Náchod a.s., OKBD, Purkyňova 446, 547 69 Náchod	2 372 635,-	1	2 372 635,-	21	2 870 888,35

Hodnota předmětu výpůjčky celkem bez DPH [Kč]: **2 372 635,-**

Hodnota předmětu výpůjčky celkem včetně DPH [Kč]: **2 870 888,35**


V Brně dne: *03.04.2018*

V Náchodě dne: *22.3.2018*



Za půjčitele:
MUDr. Kristián Flek
Jednatel SYSMEX CZ s.r.o.


Sysmex CZ s.r.o.
Elgartova 683/4 · 614 00 Brno-Husovice, CZ
Tel.: +420 548 216 855 · fax: +420 548 216 343
IČ: 27752356 · DIČ: CZ27752356

V. 2 
M. J. D. PŘEDSEDKYNĚ PŘEDSTAVENSTVA

Za vypůjčitele:
Ing. Ivana Uřešová, MBA
předsedkyně představenstva

OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s.
Purkyňova 446
547 69 NÁCHOD
57

Zápisníčka analyzátoru a dodávka diagnostik pro zajištění vyšetření moče chemicky a močového sedimentu

Vypůjčitel: Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 01 Náchod, IČ: 26000202

ANALÝZA MOČI CHEMICKY A MORFOLOGICKY - dle statistiky výkonů v roce 2016	34 600
Frekvence kontrolních měření	1 x denně, 2 hladiny (negativní, pozitivní)

Č.		Požadavek / parametr	Hodnota požadavku (počet bodů)		Vyplní uchazeč	
Účel použití a obecné požadavky					plnění požadavku (ANO/NE)	plnění požadavku, specifikace průkazu plnění - odkaz na manuál (konkrétní stránka), prohlášení, certifikát, příbalový leták apod.
1	Po dobu planosti smlouvy zajištění dodávek diagnostik, přísušekství a dalšího spotřebního materiálu potřebného k provádění vyšetření moče chemicky, vyšetření močového sedimentu a provozu nabízených analytických systémů na základě uzavřené smlouvy	ANO	minimální požadavek nepřijistné	ANO		
2	Bezplatná zápisníčka, instalace a uvedení do provozu nových a neprovozovaných analytických systémů včetně veškerého přísušekství k zajištění provádění vyšetření moče chemicky a močového sedimentu	ANO	minimální požadavek nepřijistné	ANO		
Požadavky na analytické systémy						
3	Nový a neprovozovaný modulární integrovaný analytický systém pro vyšetření moče chemicky testovacími proužky a močového sedimentu - 1 ks	ANO	minimální požadavek nepřijistné	ANO	nová linka	
4	Čísnosti jednotlivých modulů jsou nezávšší (při poruše jednoho z modulů zůstává druhý modul nadále funkční, včetně komunikace s LIS)	ANO	minimální požadavek nepřijistné	ANO	viz manuál	
Typ vyšetřovaného vzorku						
moč		ANO	minimální požadavek nepřijistné	ANO	viz příbalový leták a manuál	
líkvor		ANO	0	ANO	viz příbalový leták a manuál	
punkčt		ANO	10	ANO	viz příbalový leták a manuál	
diolýzát		ANO	0	ANO	viz příbalový leták a manuál	
5	Současné zpracování různých druhů močových zkumavek, s různými tvary jejich dna o průměru 12 - 16 mm a výšce 95 - 120 mm	ANO	minimální požadavek nepřijistné	ANO	viz příbalový leták a manuál	
Požadavky na chemické vyšetření						
6	Minimální vyšetřované parametry u chemického vyšetření: erytrocyty (hemoglobin), leukocyty, dusťany, bílkoviny, glukosa, ketoláky, bilirubin, urobilinogen, píl, specifická imunita, barva, zákal	ANO	minimální požadavek nepřijistné	ANO	viz příbalový leták a manuál	
7	Uvede velikost balení stripů (ks)	100	informační	ANO	jedna tuba je 100ks stripů a dodáváme po 10 tubách	
8	Stabilita na palubě analyzátoru minimálně 6 dní	300	informační	ANO	viz příbalový leták a manuál (7 dní)	
9	Zajištění dohledatelnosti, jakou šarží stripů bylo vyšetření provedeno	ANO	minimální požadavek nepřijistné	ANO	UC 3500	
10	Manipulace se stripy při vřídání do analyzátoru	ANO	5	ANO	viz příbalový leták a manuál	
11	Vřídání stripů do analyzátoru v originálním obalu	ANO	0	ANO	viz příbalový leták a manuál	
12	Automatické vyřídání stripů do zásobníku analyzátoru	ANO	minimální požadavek nepřijistné	ANO	viz příbalový leták a manuál	
13	Pipetování vzorku na jednotlivé reakční zóny stripu	ANO	5	ANO	viz příbalový leták a manuál	
Požadavky na vyšetření močového sedimentu a tělních tekutin						
12	Analytický systém pro morfologické vyšetření moče - měřicí princip - Automatické kvantitativní hodnocení barveného močového sedimentu	ANO	5	ANO	viz příbalový leták a manuál	
13	Automaticky vyhodnocované kategorie - erytrocyty, leukocyty, dřídkové epitelie, jiné než dřídkové epitelie, hyalinní vále, vále s inkluzemí, bakterie, kvasinky, hien, spermie, krystaly	ANO	0	ANO	viz příbalový leták a manuál	

Zápujčka analýzátoru a dodávka diagnostik pro zajištění vyšetření moče chemicky a močového sedimentu

Vypjčítel: Obhastní nemocnice Nachod a.s., Purkynova 446, 547 01 Nachod, IČ: 26000202

ANALÝZA MOČI CHEMICKY A MORFOLOGICKY - die statistiky výkonů v roce 2016	34 600
Frekvence kontrolních měření	1 x denně, 2 hladiny (negativní, pozitivní)

č.	Požadavek / parametr	Hodnota požadavku (počet bodů)		Plnění požadavku (ANO/NE)	Výplň uchazeč Plnění požadavku, specifikace příkazu plnění - odkaz na manuál (konkrétní stránku), prohlášení, certifikát, přílohy leták opod.
		ANO	minimální požadavek nepřijistné		
14	Možnost bližší specifikace elementů (krystaly, váce, epiteli)	ANO	minimální požadavek nepřijistné	ANO	viz příbalový leták a manuál modul UD
15	Možnost klasifikace elementů obsluhou	ANO	minimální požadavek nepřijistné	ANO	modul UD
16	Automaticky vyhodnocované kategorie u likvoru - erytrocyty, leukocyty, mono a polymukleary, bakterie	ANO	minimální požadavek nepřijistné	ANO	viz příbalový leták a manuál
17	Možnost kvantifikace bakterií/gl, případně jejich následné semikvantitativní hodnocení	ANO	10	ANO	viz příbalový leták a manuál
18	Možnost využití v mikrobiologické diagnostice, rozlišení G+ a G- bakterií	ANO	10	ANO	viz příbalový leták a manuál, UF modul mody laser

Ostatní požadavky					
19	Preferenci vyšetřování statimových vzorků močového sedimentu a tělních tekutin	ANO	minimální požadavek nepřijistné	ANO	viz příbalový leták a manuál
20	Minimální požadovaný objem vzorku při standardním způsobu měření pro vyšetření moče chemicky a močového sedimentu (musí umožnit kompletní vyšetření vzorku chemicky i vyšetření močového sedimentu, tedy včetně aspirovaných objemů pro jednotlivé moduly)	≤ 2,5 ml > 2,5 ml	2 0	2,3 ml	viz příbalový leták a manuál
21	Minimální požadovaný objem vzorku pro statimová vyšetření moče chemicky i močového sedimentu (musí umožnit kompletní vyšetření vzorku chemicky i vyšetření močového sedimentu, tedy včetně aspirovaných objemů pro jednotlivé moduly)	≤ 1,4 ml > 1,4 ml	2 0	1,28 ml	viz příbalový leták a manuál
22	Minimální požadovaný objem vzorku pro vyšetření tělních tekutin	≤ 0,6 ml > 0,6 ml	5 0	0,6 ml	viz příbalový leták a manuál
23	Automatické promíchání vzorku před pipetováním	ANO	minimální požadavek nepřijistné	ANO	viz příbalový leták a manuál
24	Identifikace reagentů specifickým kódem (čárovým kódem, QR, RFID apod.) včetně šarže a expirace	ANO	minimální požadavek nepřijistné	ANO	viz příbalový leták a manuál
25	Evidence použitých šarží reagentů, kalibračních, kontrolních materiálů, ostatních provozních roztoků a spotřebního materiálů, průběh jejich spotřeby (odhad abychom množství), expirace	ANO	minimální požadavek nepřijistné	ANO	U WAM E-IPU
26	Garance minimalizace kontaminace vzorků carry over přenosu u mikrobiologických vzorků (bakterie a leukocyty ≤ 0,05 %) při vyšetření močového sedimentu	ANO	10	ANO	viz příbalový leták a manuál
27	Upozornění na potřebu provedení předepsané údržby	ANO	0	ANO	

Zápůjčka analyzátoru a dodávka diagnostik pro zajištění vyšetření moče chemicky a močového sedimentu

Vypůjčitel: Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 01 Náchod, IČ: 26000202

ANALÝZA MOČ CHEMICKY A MORFOLOGICKY - dle statistiky výkonů v roce 2016	34 600
	1 x denně, 2 hladiny (negativní, pozitivní)

Frekvence kontrolních měření

Frekvence kontrolních měření		Hodnota požadavku (počet bodů)		Výplň údajů	
č.	požadavek / parametr			plnění požadovku (ANO/NE)	plnění požadovku na manuálu (konkrétní stránka), prohlášení, certifikát, příbalový leták apod.
Požadavky na diagnostiku, kontrolu kvality, návaznost					
28	V rámci nabídky započteny kalibrační materiály, a to v takovém množství, aby odpovídaly předpokládanému počtu prováděných analýz a stanovené frekvenci provádění kalibrační přístroje dle specifikace výrobce	ANO	minimální požadavek nepřipustné	ANO	
29	V rámci nabídky započteny kontrolní materiály, a to v takovém množství, aby odpovídaly předpokládanému počtu prováděných analýz a stanovené očekávané frekvenci kontrol 1x denně dvě hladiny	NE	informační		příbalový leták UC - control, UF - control (Skládování a doba použitelnosti - 30 dnů)
30	Stabilita kontrolních materiálů po otevření (uveďte popisem a přílohou kopii příbalového letáku používaných kontrol)	30 dní	minimální požadavek nepřipustné	ANO	viz příbalový leták a manuál
31	Možnost zadávání cílových hodnot kontrolního materiálu do analytického systému prostřednictvím čárového kódu nebo načtením ze souboru	ANO	minimální požadavek nepřipustné	ANO	U WAM E-IPU
32	Přenos dat QC do LIS	NE	minimální požadavek nepřipustné	ANO	
33	Výrobce nabízených ZP (analytických systémů, diagnostik) je standardně hodnocen v rámci EHK v České republice	NE	minimální požadavek nepřipustné	ANO	

Zápujčka analyzátoru a dodávka diagnostik pro zajištění vyšetření moče chemicky a močového sedimentu

Vypúčitel: Obliastní nemocnice Náchoď a.s., Purkyňova 446, 547 01 Náchoď, IČ: 26000202

ANALÝZA MOČI CHEMICKY A MORFOLOGICKY - die statistiky výkonů v roce 2016	34 600
Frekvence kontrolních měření	1 x denně, 2 hladiny (negativní, pozitivní)

Vyplní uchazeč				
č.	Požadavek / parametr	Hodnota požadavku (počet bodů)	Plnění požadavku (ANO/NE)	Plnění požadavku, specifikace průkazu plnění - odkaz na manuál (konkrétní stránka), prohlášení, certifikát, přílohy, leták apod.
Software, analyza dat				
34	Součástí zápujčky je kompletní HW a SW vybavení pro provoz analyzátorů s licenci platnou minimálně po dobu platnosti smlouvy včetně bezplatného update/upgrade předepsaného výrobcem po celou dobu životnosti ZP	ANO	ANO	
		NE		
35	Součástí zápujčky ZP je propojení nainstalovaných analyzátorů s plnou obousměrnou komunikací do laboratorního informačního systému (LIS) FONS OpenLIMS od fy Siapio Pardubice, který vypučitel provozuje, na náklady půjčitelé. Půjčitel musí jako součást dodávky analyzátorů dodat též všechny potřebné licencované propojovací a komunikační moduly, Komunikaci integrovaných systémů s LIS lze realizovat různými způsoby - přímo nebo prostřednictvím nadstavbového SW (middleware)	ANO	ANO	U WAM E-IPU
		NE		
36	Automatická validace výsledků s možností uživatelského přizpůsobení - die výsledků chemického a morfologického vyšetření	ANO	ANO	U WAM E-IPU
		NE		
37	Servisní podpora, kontrola stavu a funkčnosti analyzátoru ze servisního střediska půjčitelé (kontinuální vzdálená správa analytického systému s proaktivním monitorováním abnormálního chování systému a s možností přístupu servisního technika do konfigurace ovládacího SW systému na dálku přes vzdálenou plochu umožňující rovněž online analýzu dat i logů pro identifikaci závady systému)	ANO	ANO	Hot line, Vzdálená zpráva CRAS,
		NE		
38	Dohledatelnost všech zásahů obsluhy (log)	ANO	ANO	U WAM E-IPU
		NE		

Zápůjčka analyzátoru a dodávka diagnostik pro zajištění vyšetření moče chemicky a močového sedimentu

Vypůjčitel: Obhlasní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 01 Náchod, IČ: 26900202

ANALÝZA MOČI CHEMICKY A MORFOLOGICKY - dle statistiky výkonů v roce 2016	34 600
Frekvence kontrolních měření	1 x denně, 2 hodiny (negativní, pozitivní)

		Vyplní uchazeč			
č.	požadavek / parametr	Hodnota požadavku (počet bodů)		plnění požadovku (ANO/NE)	plnění požadovku, specifikace přílohou plnění - odkaz na manuál (konkrétní stránku), prohlášení, certifikát, přílohy leták apod.
Instalační práce a služby, příslušenství					
39	Nabízení ZP je možné instalovat ve stávajících prostorových podmínkách laboratoře bez nutnosti stavebních úprav	ANO	minimální požadavek	ANO	
40	Vzhledem ke stávajícím stavebním dispozicím laboratoře musí být součástí dodávky záložní zdroj elektrické energie (UPS) takový, aby při výpadku elektrického proudu došlo k bezpečnému dokončení práce probíhajících analyz., a to včetně uložení výsledků. (minimální doba 20	NE	nepřípustné	ANO	UPS
		ANO	minimální požadavek		
Servisní a aplikační podpora					
41	Bezplatné zajištění servisu a oprav zapůjčených ZP včetně dodávky všech potřebných náhradních dílů zdarma, vše v souladu s hlavou IX. zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích v platném znění	ANO	minimální požadavek	ANO	servisní smlouva
		NE	nepřípustné		
42	Pro zapůjčené ZP bezplatné zajištění předepsaných periodických bezpečnostních technických kontrol, pravidelných preventivních servisních prohlídek minimálně dle pokynů výrobce a aktuální legislativy (včetně potřebných náhradních dílů k provedení těchto prohlídek); systém preventivních prohlídek je půjčitelem navržen s ohledem na minimalizaci potřeb servisních zásahů a neplánovaných havarijních omezení provozu analytických systémů	ANO	minimální požadavek	ANO	viz manuál
		NE	nepřípustné		
43	Minimálně 1x za 24 měsíců provedení SW a HW upgrade na nejnovější komerčně uvolněné verze/technologie výrobce pro daný analyzátor, případně častěji, pokud to vyžaduje provozuschopnost ZP. Půjčitel na své náklady zabezpečí ověření jejich funkčnosti, provedení všech předepsaných zkoušek, testů, revizí, nastavení, ověření deklarovaných technických parametrů a zaškolení obsluhujícího personálu, včetně vystavení příslušných protokolů	ANO	minimální požadavek	ANO	
44	Bezplatná 24 hodinová "hot linka"	ANO	nepřípustné	ANO	
45	Úhrada pro odstranění vad čim 1 den od nahlášení závady. Pokud bude závada nahlášena po 13té hodině a odstraněna do 9té hodiny následujícího dne, potom se den nahlášení závady a den odstranění závady do této lhůty nezapočítává	ANO	minimální požadavek	ANO	
46	Dodávky reagentů a veškerého spotřebního materiálu do 3 pracovních dnů od objednání ze strany vypůjčitele	NE	nepřípustné	ANO	
		ANO	minimální požadavek		
Celkem získáno bodů					

Ostatní požadavky

Všechna nabízená diagnostika a analytické systémy jsou validovány pro použití v humánní medicíně a jsou bez dodatečných úprav, plně použitelné v klinické praxi

Všechna nabízená diagnostika splňuje národní požadavky pro IVD (Zákon č. 268/2014 Sb.; NV č. 56/2015 Sb.), jsou opatřena CE značkou

Soudržnost zápočty jsou kompletní podklady (jak v elektronické, tak v písemné podobě) pro zpracování dokumentovaných postupů požadovaných normou ČSN EN ISO 15189 a metodickými pokyny NASKL (např. SOP, SOPV) v platném znění a to v českém jazyce

Soudržnost zápočty jsou bezpečnostní listy nabízených diagnostik a všech chemických látek požadovaných pro provoz nabízených analytických systémů (zpracované dle platné legislativy), pravidla pro likvidaci obalů a nádob od diagnostik a soubor skladovacích zdravotnické prostředky (analytický systém, reagenty, kalibrační příj., kontrolní materiálu, další spotřební materiál) jsou v systému výhledu produktu zajištěny přímo od výrobce nebo jím pověřeného dodavatele – půjčitel musí zajistit okamžitou dostupnost

Instalace zapůjčených ZP a jejich uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti, provedení všech předepsaných zkoušek, testů, revizí, nastavení, ověření deklarovaných technických parametrů a zaškolení obsluhujícího personálu

Soudržnost výpočty je i průběžně bezplatné předávání všech, pro správný a bezpečný provoz zapůjčených ZP, vyžadovaných dokladů (tedy např. protokolů o provedení PBT, servisních protokolů) v průběhu celé výpůjčky, s jednoznačným vyjádřením o ověření funkčnosti a provozuschopnosti ZP

Dodání prohlášení o shodě ke ZP v souladu s požadavkem ust. § 58 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích v platném znění, a další příslušné dokumentace, nezbytné pro provoz v České republice - předávání protokol, protokol o zaškolení obsluhy, dodání list. osvědčení o odborné způsobilosti servisních techniků (jmenovité, min. 2)

Pro zapůjčený ZP dodání návodu na obsluhu v českém jazyce 1x v listinné podobě, 1x v elektronické podobě

Dodání veškerých potřebných technologií a vybavení, které jsou potřeba pro uvedení zapůjčených zařízení do provozu a pro jejich bezvadný, trvalý, bezpečný a správný provoz a veškerých reagentů potřebných pro jejich provoz. Obecně lze konstatovat, že půjčitel musí dodat mechanicky stabilní funkční komplet analyzátoru, který v vypůjčitel napojí na přívody energií, na datovou síť a případně na odpady.

Převod specializace podmínek nutných pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu zapůjčených ZP (přípustná teplota, případně vlhkost v místnosti, napojení na odleh, na rozvod vody, na odpad, apod.)

Zápůjčka analyzátoru a dodávka diagnostik pro zajištění vyšetření moče chemicky a močového sedimentu

Vypůjčitel: Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 01 Náchod, IČ: 26000202

ANALÝZA MOČI CHEMICKY A MORFOLOGICKY - dle statistiky výkonů v roce 2016	
Frekvence kontrolních měření	34 600
	1 x denně, 2 hlídny (negativní, pozitivní)

Vyplní uchazeč				
č.	Požadavek / parametr	Hodnota požadavku (počet bodů)	Plnění požadavku (ANO/NE)	Plnění požadavku, specifikace průkazu plnění - odkaz na manuál (konkrétní stránku), prohlášení, certifikát, přílohy leták apod.

v rámci zápůjčky ZP bude provedeno bezplatné zaškolení všech stávajících pracovníků, obsluhujících daný ZP v uživatelském rozsahu. Dále požadujeme pro některé pracovníky zaškolení v takovém rozsahu, aby měli od školení uchrzeče dostatek informací pro provádění dalších školení v uživatelském rozsahu (to znamená, aby byl zadavatel schopen postupovat v souladu s ust. §59 odst. 1 písm. c) zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích v plném znění, a to v rozsahu 2 pracovníků.

Instalace ZP musí být uskutečněna v těsné spolupráci s pověřenými pracovníky vypůjčitele tak, aby byl provoz laboratoře narušen jen minimálně (přechodně bude nutný souběžný provoz stávající a nové techniky). Většina činností spočívajících v dodávce a instalaci, zaškolení pracovníků nových ZP by měla být směřována mimo výkonové špičky laboratoře. Za výkonovou špičku vypůjčitel považuje dobu 8:00 - 11:00 hod. v pracovních dnech.

Likvidace veškerých obalů a odpadů vzniklého při dodávce a instalaci ZP (včetně nejméně 2 pracovníků, na kterých je Vám nabízený prostředek v provozu

Poznámka: Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2 smlouvy o vypůjčce.

V Brně dne: 31. 1. 2018

Iměno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za půjčitele
(vč. razítka)

MUDr. Kristián Fieš

jednatel

Symex CZ s.r.o.
Elgartova 683/4 - G14, 602 00 Brno-Husovice, CZ
Tel: +420 548 216 855 - fax: +420 548 216 143
IČ: 07793356 - DIČ: CZ07793356

