



Zadavatel: **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**

Sídlo: Purkyňova 446, 547 01 Náchod

IČ: 26000202 / DIČ: CZ699004900

Jednající Ing. Ivanou Urešovou, MBA, předsedkyní
představenstva

Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení

Dle ust. § 127, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „ZZVZ“) rozhoduji o zrušení zadávacího řízení části 2
veřejné zakázky s názvem:

„část 2: Pořízení rehabilitačních přístrojů a zařízení – 2x Přístrojová lymfodrenáž.“

Odůvodnění:

- (1) Dne 20. 11. 2017 zahájil zadavatel, **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**, dle ustanovení § 56 odst. 1 ZZVZ otevřené nadlimitní řízení pro zadání shora uvedené veřejné zakázky rozdělené na 11 částí, a to odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle ustanovení § 212 ZZVZ a vyzval tak neomezený počet dodavatelů k podání nabídky na realizaci shora uvedené veřejné zakázky.
- (2) Lhůtu pro podání nabídek zadavatel stanovil v souladu s ustanovením § 57 odst. 1 ZZVZ, přičemž konec lhůty pro podání nabídek byl na základě podaných žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatelem konečně prodloužen až na den 12. 02. 2018, 10.00 hodin. Do konce lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel v této části 2 veřejné zakázky jednu nabídku od účastníka, společnosti BTL zdravotnická technika, a.s., IČ: 26884143. Na základě posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, které provedla komise na svém jednání dne 12. 03. 2018, zjistila v nabídce účastníka následující nedostatek:
 - z předložených technických podmínek zadavatele uvedených v Příloze zadávací dokumentace č. 2_2 – Přístrojová lymfodrenáž, které měli účastníci vyplnit tak, aby bylo patrné, že jimi nabízený rehabilitační přístroj podmínky splňuje, účastník u parametru přístroje „*komorový návlek na horní končetinu zasahující na rameno, podpaží, hrudník až do pasu – max - 24 komor*“ uvedl, že jej nesplňuje.



- (3) Komise tedy na svém jednání dne 12. 03. 2018 navrhla zadavateli, aby účastníka v souladu s ustanovením § 46 ZZVZ požádal o písemné objasnění zjištěného nedostatku. Odpověď na žádost zadavatele doručil účastník emailem pověřené osobě zástupce zadavatele dne 19. 03. 2018, tedy v požadované lhůtě. Účastník v odpovědi uvedl, že *jím nabízený rehabilitační přístroj parametr „komorový návlek na horní končetinu zasahující na rameno, podpaží, hrudník až do pasu – max - 24 komor“ skutečně nesplňuje. Uvedl, že je možné připojit dva návleky na horní končetinu, které zasahují na rameno, podpaží, hrudník a každý návlek má pouze 8 komor, tudíž dohromady 16.* Vzhledem k přetrvávající nejasnosti ohledně odpovědi účastníka se zadavatel účastníka dotázal ještě jednou. V žádosti uvedl, že podané odpovědi rozumí do té míry, že dle tohoto parametru přístroje je požadováno, aby měl komorový návlek max. 24 komor, nabízený přístroj má 16 komor, tedy v počtu komor přístroj parametr splňuje. Zadavatel se tedy domníval, že přístroj nesplňuje požadavek na komorový návlek, který by zasahoval až do pasu. Zadavatel dle ustanovení § 46 ZZVZ požádal účastníka opětovně o objasnění, zda nabízený přístroj parametr „komorový návlek na horní končetinu zasahující na rameno, podpaží, hrudník až do pasu – max - 24 komor“ skutečně nesplňuje, a to do té míry, že komorový návlek nezasahuje do pasu, případně, zda jej nesplňuje z jiných důvodů. Účastník v upřesňující odpovědi uvedl, že *nabízený komorový návlek nesplňuje parametr skutečně do té míry, že nezasahuje do pasu.*
- (4) Z podaných odpovědí vyplynulo, že účastníkem nabízený rehabilitační přístroj – přístrojová lymfodrenáž nesplňuje následující parametr – technickou podmínku stanovenou zadavatelem v příloze zadávací dokumentace č. 2_2 Přístrojová lymfodrenáž „Komorový návlek na horní končetinu zasahující na rameno, podpaží, hrudník až do pasu – max. 24 komor“ tak, že požadovaný komorový návlek nezasahuje až do pasu jak je požadováno.
- (5) Na základě této skutečnosti se zadavatel na návrh komise v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ rozhodl účastníka vyloučit z důvodu, že jeho nabídka, resp. přístroj dle nabídky nesplňuje shora uvedenou zadávací podmínku, přičemž tuto skutečnost již nelze žádným způsobem zhojit. Rozhodnutí o vyloučení ze dne 11. 04. 2018 bylo účastníkovi doručeno do datové schránky dne 12. 04. 2018. Dne 27. 04. 2018 marně uplynula lhůta pro podání námitek proti tomuto rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že v zadávacím řízení části 2 veřejné zakázky již není další účastník, ruší zadavatel toto zadávací řízení v souladu s ustanovením § 127 odst. 1 ZZVZ.

Poučení:

Poučení o lhůtě pro podání námitek podle § 242 ZZVZ: Námitky proti rozhodnutí o zrušení je stěžovatel oprávněn doručit zadavateli do 15 dnů od jeho uveřejnění.

V Náchodě dne 9.5. 2018

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Ing. Ivana Urešová, MBA, předsedkyně představenstva

