



Zadavatel: **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**

Sídlo: Purkyňova 446, 547 01 Náchod

IČ: 26000202 / DIČ: CZ699004900

Jednající Ing. Ivanou Urešovou, MBA, předsedkyní
představenstva

Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení

Dle ust. § 127, odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) rozhoduji o zrušení zadávacího řízení části 3 veřejné zakázky s názvem:

„část 3: Pořízení rentgenových přístrojů – 2x mobilní skiografický RTG pro Oblastní nemocnici Náchod a.s.“

Odůvodnění:

- (1) Dne 14. 05. 2018 zahájil zadavatel, **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**, dle ustanovení § 56 odst. 1 ZZVZ otevřené nadlimitní řízení pro zadání shora uvedené veřejné zakázky rozdělené na 5 částí, a to odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle ustanovení § 212 ZZVZ a vyzval tak neomezený počet dodavatelů k podání nabídky na realizaci shora uvedené veřejné zakázky.
- (2) Lhůtu pro podání nabídek zadavatel stanovil v souladu s ustanovením § 57 odst. 1 ZZVZ, přičemž konec lhůty pro podání nabídek byl v části 3 veřejné zakázky na základě podaných žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatelem konečně prodloužen až na den 17. 07. 2018, 10.00 hodin. Ke dnešnímu dni dosud neuplynula lhůta pro podání nabídek.
- (3) V době lhůty pro podání nabídek zadavatel v této části zpracoval a na profilu zadavatele uveřejnil celkem 3 (tři) vysvětlení zadávací dokumentace, dle kterých několikrát upravil zejména technickou podmínku: „*Samostatný akumulátor pro napájení pojezdu a samostatný akumulátor pro napájení expozice. Dobíjení v síti 230V/50Hz*“. Konečné znění této technické podmínky po 3. (třetím) vysvětlení zadávací dokumentace „*Samostatný akumulátor pro napájení pojezdu a samostatný akumulátor pro napájení expozice. Dobíjení v síti 230V/50Hz nebo jeden akumulátor s možností až 6 hodin bez nabíjení a provozu i při vybitých bateriích s napájením ze sítě*“, s tím, že zadavatele akceptuje rovněž „*Lion baterie s kapacitou pro více než 200 rtg. expozic a dojezdem 20 km na jedno nabití*“. V důsledku těchto změn se výsledná technická podmínka stala nejasnou, nejednoznačnou a nepřesnou.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- (4) Shora popsané důvody, které se vyskytly v průběhu zadávacího řízení, považuje zadavatel za důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze požadovat, aby bylo v zadávacím řízení pokračováno. Pokud by zadavatel zadávací řízení nezrušil, bez dalšího předmětnou technickou podmínku navzdory opakovaným úpravám vrátil do původního znění, porušil by tak zásadu transparentnosti zadávacího řízení.
- (5) Na základě výše uvedeného ruší zadavatel část 3 zadávacího řízení „Pořízení rentgenových přístrojů“, a to v souladu s ustanovením § 127 odst. 2, písm. d) ZZVZ. Nápravu provede zadavatel upravením technické podmínky a zahájí nové zadávací řízení.

Poučení:

Poučení o lhůtě pro podání námitek podle § 242 ZZVZ: Námitky proti rozhodnutí o zrušení je stěžovatel oprávněn doručit zadavateli do 15 dnů od jeho uveřejnění.

V Náchodě dne 28.6. 2018

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Ing. Ivana Urešová, MBA, předsedkyně představenstva

OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s.
Purkyňova 446
547 69 NÁCHOD
55