

Vyřizuje: Marta Francová

Dne: 9.7.2018, v Náchodě

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k části 1 nadlimitní veřejné
zakázky na dodávky dělené na 3 části:**

část 1: „Pořízení endoskopických přístrojů – 1x Artroskopická věž“

Vážení,

níže Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ze strany zadavatele **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k části 1 výše uvedené veřejné zakázky na dodávky zahájené v otevřeném nadlimitním řízení děleném na 3 části, a to na základě žádosti jednoho z účastníků o veřejnou zakázku.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 je platné pro část 1 veřejné zakázky. Prodloužení lhůty pro podání nabídek se vztahuje na všechny části veřejné zakázky.

1) Dotazy účastníka:

Dotaz č. 1:

Zadavatel v technické specifikaci v příloze 2_1 v části „Kamerová jednotka“ požaduje podporu 5 mm HD videolaparoskopů s čipem na distálním konci. Video-laparoskopy jsou určeny výhradně pro abdominální operativu. Pokud se jedná o artroskopickou věž, podpora těchto laparoskopů postrádá smysl.

Bude Zadavatel akceptovat kamerovou jednotku, která umožňuje připojení rigidních a flexibilních optik všech světových výrobců a připojení endoskopů s technologií čipu na distálním konci o průměrech 2,9 mm; 3,3 mm a 4 mm?

Dotaz č. 2:

Zadavatel v technické specifikaci příloze 2_1 v části „Zdroj světla“ požaduje technologii „multi LED“. Multi LED není název technologie nýbrž obchodní název konkrétního výrobku.

Bude účastník akceptovat LED technologii zdroje světla s teplotou chromatičnosti 6500 K a se životností zdroje min. 30 000 hod?

Dotaz č. 3:

Zadavatel v technické specifikaci příloze 2_1 požaduje „Zdroj světla“ a Zdroj světla záložní, oba s výkonem 300 W.

Rozumí tomu účastník správně, že Zadavatel požaduje dva identické zdroje světla?

2) Odpověď zadavatele:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK kontaktní osobě zadavatele dne 3. 7. 2018, tedy řádně a včas ve lhůtě dle ustanovení § 98 odst. 3 ZZVZ.

Níže předkládá zadavatel odpovědi na dotazy účastníka:

Dotaz č. 1)

Výraz HD VIDEOLAPAROSKOP je termín popisující poptávanou technologii. Aktuálně je jedním z trendů využití obdobných integrovaných řešení i mimo břišní operativu například i v artroskopii, neurochirurgii apod. Tento požadavek zadavatele deklaruje zajistit nákup dostatečně rozvinutého řešení pro využití v souladu s budoucími trendy. Zadavatel bude akceptovat kamerovou jednotku umožňující připojení rigidních a flexibilních optik všech světových výrobců a připojení endoskopů s technologií čipu na distálním konci o průměru 4 mm.

Dotaz č. 2)

Zadavatel požaduje světelný zdroj využívající více LED prvků optimalizovaných pro specifické vlnové délky, čímž se dosahuje světelného spektra porovnatelného s xenonovým zdrojem. Zadavatel bude akceptovat světelný zdroj vyhovující uvedenému požadavku.

Dotaz č. 3)

Zadavatel má požadavek na 2 přístroje, kdy pojmem záložní je myšlen samostatný přístroj použitelný pro zálohu nové i stávající techniky, který vyhovuje popsaným požadavkům v technických podmínkách.

3) Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek:

S ohledem na povahu změny, zadavatel na základě tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:

a) přijímá nové úplné znění Přílohy zadávací dokumentace č. 2_1 Technické podmínky_Artroskopická věž; a

b) dle ustanovení § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu k podání nabídek na realizaci veřejné zakázky ve všech částech veřejné zakázky o celou původní délku. Zadavatel tímto ruší znění článku „18. Místo a doba pro podání nabídek“ výzvy k podání nabídek a nahrazuje jej tímto novým úplným zněním:

18. Místo a doba pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne **16. 08. 2018, v 10,00 hod.**

Všechny nabídky musí být doručeny zadavateli před skončením lhůty pro podání nabídky.

Nabídky se podávají na adresu zadavatele:

Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, Náchod 547 69.

Nabídky v listinné podobě lze podávat prostřednictvím držitele poštovní licence nebo

Osobně:

Kancelář nákupního oddělení v budově G, Purkyňova 446, Náchod 547 69, budova patologie – suterén v pracovní dny od 7,00 do 15,00 hodin.

Poslední den podání nabídky je možné nabídku podat pouze do 10,00 hodin.

Využívá-li účastník k doručení nabídky jiné osoby (přepravce zásilek), nese účastník plně riziko včasného a řádného doručení nabídky, včetně neporušenosti obálky.



Oblastní nemocnice Náchod a.s

Miroslav Bůžek

Příloha:

Příloha č. 2_1 Technické podmínky_Artroskopická věž_po VZD č. 1