

Vyřizuje: Marta Francová

Dne: 18. 7. 2018, v Náchodě

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3
k části 1, 2 a 3 nadlimitní veřejné zakázky na dodávky dělené na 3
části:

část 1: „Pořízení endoskopických přístrojů – 1x Artroskopická věž“

část 2: „Pořízení endoskopických přístrojů – 1x Laparoskopická věž“

část 3: „Pořízení endoskopických přístrojů – 1x Elektrochirurgický přístroj“

Vážení,

níže Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ze strany zadavatele **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k části 1, 2 a 3 výše uvedené veřejné zakázky na dodávky zahájené v otevřeném nadlimitním řízení děleném na 3 části, a to na základě žádosti 4 dotazů, resp. žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace uchazečů o veřejnou zakázku.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 je platné pro část 1, 2 a 3 veřejné zakázky. Prodloužení lhůty pro podání nabídek se vztahuje na všechny části veřejné zakázky.

1) Dotaz účastníka č. 1 k části 3:

Dobrý den, paní Francová,

Děkuji za Vaši odpověď. Na základě Vašeho vyjádření ohledně bodu: "porty pro zapojení min 4 bipolárních nebo 4 monopolárních aktivních elektrod - Zadavatel bude akceptovat nabídku elektrochirurgického přístroje s porty pro zapojení min. 2 monopolárních a 3 bipolárních elektrod,

<i>pro všechny 4 aktivní elektrody volba autostaru</i>	
<i>porty pro zapojení min 4 bipolárních nástrojů pro koagulaci velkých cév do 7 mm</i>	

máme za to, že následující dva požadavky

neodpovídají provedené změně, jelikož odkazují na původní znění bodu technické specifikace. Z tohoto důvodu vznášíme dotaz, zda bude zadavatel akceptovat požadavek AUTOSTARU pro všechny elektrody a porty pro zapojení min. 3 bipolárních nástrojů pro koagulaci velkých cév do 7 mm.

Děkuji

S pozdravem

2) Odpověď zadavatele na dotaz účastníka č. 1:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena emailem kontaktní osobě zadavatele dne 13. 7. 2018, tedy řádně a včas ve lhůtě dle ustanovení § 98 odst. 3 ZZVZ.

Níže předkládá zadavatel odpověď na dotaz účastníka:

Zadavatel bude akceptovat požadavek AUTOSTARU pro všechny elektrody a porty pro zapojení min. 3 bipolárních nástrojů pro koagulaci velkých cév do 7 mm.

3) Dotaz účastníka č. 2 k části 2:

Věc: Doplnující dotazy k zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem: „Pořízení endoskopických přístrojů“

S odvoláním se na vaši výzvu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky s názvem "Pořízení endoskopických přístrojů" a související zadávací dokumentace, respektive specifikace minimálních technických parametrů pro Část 2 veřejné zakázky – 1x laparoskopická věž, žádáme o vyjádření zadavatele k níže specifikovaným dodatečným dotazům souvisejícím s touto veřejnou zakázkou.

Dotaz č1:

Zadavatel v technické specifikaci Insuflátoru požaduje: Insuflátor musí umožnit aktivní odsávání pomocí integrovaného motoru nezávisle na HF jednotce nebo desuflační režim s automatickým spuštěním HF jednotkou.

Bude zadavatel akceptovat obdobné technické řešení zapomocí samostatné desuflační jednotky při zachování požadovaných parametrů a funkcí?

Dotaz č2:

Dále zadavatel v technické specifikaci u odsávací pumpy požaduje: plynulé nastavení podtlaku 0 až min. 95 kPa, 640 mmHg.

Požadovaná hodnota 640mmHg odpovídá podtlaku 85kPa. Bude tedy zadavatel akceptovat odsávací pumpu s nastavitelným podtlakem 0-85kPa, 640 mmHg?

Dotaz č3:

Dále pak zadavatel v technické specifikaci laparoskopického morcelátoru požaduje: otáčky řízené mikroprocesorem v rozmezí 500 - 100/min. a možnost připojení nožního spínače.

Uchazeč se domnívá, že při zadání rozmezí otáček došlo k administrativní chybě a správně je požadováno rozmezí 500-1200 ot/min. a nožní spínač by měl být součástí dodávky z důvodu vlastního ovládání morcelátoru a ne jen možnosti připojení. Může zadavatel upřesnit nebo doplnit zadávací dokumentaci?

Dotaz č. 4:

Zadavatel požaduje jako součást dodávky:

kompatibilita s DICOM 3.0
uživatelské rozhraní v českém jazyce
LAN připojení do počítačové sítě zadavatele min. 100mbit RJ-45
kompatibilní s Windows XP/7/8/10

Uchazeč se domnívá, že jde o parametry samostatného záznamového zařízení, které není v zadávací dokumentaci blíže specifikováno. Může zadavatel upřesnit k čemu se tyto parametry vztahují a případně blíže samostatné záznamové zařízení specifikovat?

4) Odpověď zadavatele na dotazy účastníka č. 2:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena emailem kontaktní osobě zadavatele dne 13. 7. 2018, tedy řádně a včas ve lhůtě dle ustanovení § 98 odst. 3 ZZVZ.

Níže předkládá zadavatel odpovědi na dotazy účastníka.

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí, že bude akceptovat obdobné technické řešení za pomoci samostatné desuflační jednotky při zachování požadovaných parametrů a funkcí.

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí, že upravuje parametr „plynulé nastavení podtlaku 0 až min. 95 kPa, 640 mmHg“ a nahrazuje jej novým zněním: „plynulé nastavení podtlaku 0 až min. 85 kPa, 640 mmHg“.

K dotazu č. 3 se zadavatel omlouvá za administrativní chybu a uvádí správné hodnoty u položky „Laparoskopický morcelátor“: Otáčky řízené mikroprocesorem v rozmezí min. 500-1000 ot./min. Parametr: „možnost připojení nožního spínače“ zadavatel nahrazuje novým parametrem: „Součástí dodávky bude nožní spínač“

K dotazu č. 4 zadavatel uvádí, že uvedené parametry se vztahují k samostatnému záznamovému zařízení, které zadavatel nebude v této veřejné zakázce požadovat a tímto tyto parametry ruší.

5) Dotaz účastníka č. 3 k části 2:

Vážení,

tímto si Vás dovoluji v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, požádat o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem "Pořízení endoskopických přístrojů".

Část 2: 1x Laparoskopická věž

Monitor pomocný

1. uhlopříčka do 26"

Dotaz: Akceptuje zadavatel nabídku Full HD MDE monitoru, který splňuje všechny technické požadavky zadavatele, s uhlopříčkou obrazovky 27", který je svými vnějšími rozměry srovnatelný s monitory o uhlopříčce 26"? Akceptuje zadavatel navržené řešení? Jedná se o obdobné technické řešení, které naplňuje všechny medicínské, kvalitativní, kapacitní i ekonomické požadavky zadavatele, je zcela vyhovující a uživateli přináší vyšší kvalitu zobrazení?

Kamerová hlava

2. tříčipová CCD kamerová hlava

Dotaz: Akceptuje zadavatel systém s kamerovou hlavou s nejnovějším typem snímacího senzoru 1CMOS technologie? Nabízený senzor nabízí ve srovnání s požadovanými kritérii u FULL HD rozlišení kvalitativně identické řešení (1920x1080p) u parametru kontrastu dokonce vyšší hodnoty pro dokonalý obraz. Jedná se o řešení splňující stejný medicínský účel a splňující všechny technické a požadavky zadavatele.

6) Odpověď zadavatele na dotazy účastníka č. 3:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK kontaktní osobě zadavatele dne 16. 7. 2018, tedy řádně a včas ve lhůtě dle ustanovení § 98 odst. 3 ZZVZ.

Níže předkládá zadavatel odpovědi na dotazy účastníka:

Zadavatel k dotazu č. 1 uvádí, že bude akceptovat nabídku Full HD MDE monitoru, který splňuje všechny technické požadavky zadavatele, s uhlopříčkou obrazovky 27", který je svými vnějšími rozměry srovnatelný s monitory o uhlopříčce 26"

Zadavatel k dotazu č. 2 uvádí, že nebude akceptovat systém s kamerovou hlavou s nejnovějším typem snímacího senzoru 1CMOS technologie.

7) Dotaz účastníka č. 4 k části 1:

Dotaz č. 1:

Na základě dotazů resp. odpovědí na dotazy ze dne 9. 7. 2018 došlo k přidání textu do specifikace v bodě "kamerová jednotka". Dotaz řeší připojení optik a připojení flexibilních endoskopů o různých velikostech. Připojení optik jako takové je specifikované v bodě "kamerová hlava" univerzálním očníkovým adaptérem (v souladu s aktuálními univerzálně platnými standardy všech světových výrobců) a jeví se tedy v rámci bodu "kamerová jednotka" ne zcela na místě a jako duplicitní. Aktuálně platná specifikace tedy zachovává v plném znění předchozí požadavky podpory 3 čipových kamerových hlav a plnou podporu připojení 5 mm HD videolaparoskopů a nově ji rozšiřuje o možnost připojení flexibilních endoskopů o různých velikostech.

Předpokládáme tedy správně, že vzhledem k odpovědi zadavatele se tedy nejedná o možnou alternativu, ale o snahu specifikování co možná nejuniverzálnější platformy s dalším rozšířením stávající specifikace poptávané kamerové jednotky, kdy ale zároveň zůstávají nadále v platnosti i původně požadované parametry?

Děkuji předem za zodpovězení.

S pozdravem

8) Odpověď zadavatele na dotaz účastníka č. 4:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena doručena emailem kontaktní osobě zadavatele dne 16. 7. 2018, tedy řádně a včas ve lhůtě dle ustanovení § 98 odst. 3 ZZVZ.

Níže předkládá zadavatel odpovědi na dotazy účastníka:

Ano, nejedná se o možnou alternativu, ale o snahu specifikování co možná nejuniverzálnější platformy s dalším rozšířením stávající specifikace poptávané kamerové jednotky, kdy ale zároveň zůstávají nadále v platnosti i původně požadované parametry.

9) Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek:

S ohledem na povahu změny, zadavatel na základě tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:

a) přijímá nové úplné znění Přílohy zadávací dokumentace č. 2_2 Technické

podmínky_Laparoskopická věž a č. 2_3 Technické podmínky_Elektrochirurgický přístroj; a

b) dle ustanovení § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu k podání nabídek na realizaci veřejné zakázky ve všech částech veřejné zakázky o celou původní délku. Zadavatel tímto ruší znění článku „18.

Místo a doba pro podání nabídek“ výzvy k podání nabídek a nahrazuje jej novým úplným zněním:

18. Místo a doba pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne **27. 08. 2018, v 10,00 hod.**

Všechny nabídky musí být doručeny zadavateli před skončením lhůty pro podání nabídky.

Nabídky se podávají na adresu zadavatele:

Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, Náchod 547 69.


Nabídky v listinné podobě lze podávat prostřednictvím držitele poštovní licence nebo

Osobně:

Kancelář nákupního oddělení v budově G, Purkyňova 446, Náchod 547 69, budova patologie – suterén v pracovní dny od 7,00 do 15,00 hodin.

Poslední den podání nabídky je možné nabídku podat pouze do 10,00 hodin.

Využívá-li účastník k doručení nabídky jiné osoby (přepravce zásilek), nese účastník plně riziko včasného a řádného doručení nabídky, včetně neporušenosti obálky.


Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Miroslav Bůžek





**Nemocnice
Náchod**

Příloha:

Příloha č. 2_2 Technické podmínky_Laparoskopická věž_po VZD č. 3

Příloha č. 2_3 Technické podmínky_Elektrochirurgický přístroj_po VZD č. 3