



Vyřizuje: Marta Francová

Dne: 30. 7. 2018, v Náchodě

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 k části 2 nadlimitní veřejné
zakázky na dodávky dělené na 3 části:**

část 2: „Pořízení endoskopických přístrojů – 1x Laparoskopická věž“

Vážení,

níže Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ze strany zadavatele **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 k části 2 výše uvedené veřejné zakázky na dodávky zahájené v otevřeném nadlimitním řízení děleném na 3 části, a to na základě žádosti jednoho z účastníků o veřejnou zakázku.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 je platné pro část 2 veřejné zakázky. Prodloužení lhůty pro podání nabídek se vztahuje na všechny části veřejné zakázky.

1) Dotaz účastníka:

Vážení,

tímto si Vás dovoluji v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, požádat o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem „Pořízení endoskopických přístrojů“.

Část 2: 1x Laparoskopická věž

Kamerová hlava

1. tříčipová CCD kamerová hlava

Dotaz: Akceptuje zadavatel systém s kamerovou hlavou s nejnovějším typem snímacích senzorů 3CMOS technologie? Nabízené řešení nabízí ve srovnání s požadovanými kritérii u FULL HD rozlišení kvalitativně identické řešení (1920x1080p, 3 čipová technologie pro dokonalé snímání barevného spektra), u parametru kontrastu dokonce vyšší hodnoty pro dokonalý obraz. Jedná se o variantní řešení splňující stejný medicínský účel a splňující všechny technické a požadavky zadavatele.

Předem děkujeme za odpověď

2) Odpověď zadavatele:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK kontaktní osobě zadavatele dne 25. 7. 2018, tedy řádně a včas ve lhůtě dle ustanovení § 98 odst. 3 ZZVZ.

Zadavatel akceptuje systém s kamerovou hlavou s nejnovějším typem snímacích senzorů 3CMOS technologie.

3) Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek:

S ohledem na povahu změny, zadavatel na základě tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:

a) přijímá nové úplné znění Přílohy zadávací dokumentace č. 2_2 Technické podmínky_Laparoskopická věž; a

b) dle ustanovení § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu k podání nabídek na realizaci veřejné zakázky ve všech částech veřejné zakázky o celou původní délku. Zadavatel tímto ruší znění článku „18. Místo a doba pro podání nabídek“ výzvy k podání nabídek a nahrazuje jej novým úplným zněním:

18. Místo a doba pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne **6. 9. 2018, v 10,00 hod.**

Všechny nabídky musí být doručeny zadavateli před skončením lhůty pro podání nabídky.

Nabídky se podávají na adresu zadavatele:

Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, Náchod 547 69.

Nabídky v listinné podobě lze podávat prostřednictvím držitele poštovní licence nebo

Osobně:

Kancelář nákupního oddělení v budově G, Purkyňova 446, Náchod 547 69, budova patologie – suterén v pracovní dny od 7,00 do 15,00 hodin.

Poslední den podání nabídky je možné nabídku podat pouze do 10,00 hodin.

Využívá-li účastník k doručení nabídky jiné osoby (přepravce zásilek), nese účastník plně riziko včasného a řádného doručení nabídky, včetně neporušenosti obálky.



Nemocnice
Náchod

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Miroslav Bůžek

OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s.
Purkyňova 446
547 69 NÁCHOD
19

Příloha:

Příloha č. 2_2 Technické podmínky_Laparoskopická věž_po VZD č. 4