

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

v souladu s ust. § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:	Pořízení a instalace magnetické rezonance včetně stavebních úprav pro Oblastní nemocnici Náchod a.s.
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní

1 Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel:	Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo zadavatele:	Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČO:	26000202
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Ing. Ivana Urešová, MBA - předsedkyně představenstva

2 Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je:

- Dodávka zobrazovacího systému magnetické rezonance včetně příslušenství, všech činností spojených s uvedením zařízení do provozu a poskytování bezplatného komplexního záručního servisního zabezpečení po dobu 24 měsíců.
- Zajištění a realizace stavebních úprav pracoviště magnetické rezonance včetně mobiliáře dle projektové dokumentace pro provedení stavby.
- Poskytování pozáručního servisu, a to za podmínek vymezených v návrhu Smlouvy o dílo - servisní smlouvě, která jako Příloha č. 6 tvoří nedílnou součást těchto zadávacích podmínek. K uvedenému zadavatel pro úplnost dodává, že finanční náklady pozáručního servisu po dobu 7 let budou hrazeny z rozpočtu zadavatele, resp. v rámci předmětného řízení se jedná o neuznatelné náklady z hlediska poskytnuté dotace.

Podrobnější specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v rámci bodu 5 Technické podmínky a zároveň v příloze návrhu smlouvy, který tvoří nedílnou součást zadávacích podmínek. Uvedené podmínky jsou podmínky závazné, jsou absolutní, a proto nesplnění některého z nich bude znamenat vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž:

- dodávka a instalace Faradayovy klece včetně vstupních dveří, pozorovacího okna, vnitřního obložení, podhledu, vnitřního osvětlení kabiny včetně kabeláže, VZT rozvodů i vyústění uvnitř kabiny, podlahové krytiny
- dodávka a instalace rozvaděče systému magnetické rezonance
- dodávka a instalace trubky pro nouzový odvod hélia do venkovních prostor dle platné legislativy
- dodávka a instalace chladicí jednotky uzavřeného okruhu chladicí vody pro systém magnetické rezonance a

- e. eventuální nutné odstínění magnetického pole zasahujícího do patra nad pracovištěm, pokud bude překračovat siločáru 0,5 mT.

Plnění veřejné zakázky musí být plně v souladu s platnou legislativou, technologickými předpisy, ustanoveními příslušných norem a v předepsané kvalitě.

3 Cena sjednaná ve smlouvě

Zadávací řízení bylo zrušeno a smlouva nebyla uzavřena.

4 Zvolený druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

5 Označení účastníků zadávacího řízení

Pořadové nabídky	číslo	Název účastníka	Sídlo účastníka	IČO
1		Siemens Healthcare, s.r.o.	Budějovická 779/3b, 140 00 Praha 4	04179960
2		Phillips Česká republika s.r.o.	Rohanské nábřeží 678/23, 186 00 Praha 8	63985306

6 Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Zadavatel v rámci této veřejné zakázky nevyloučil žádného účastníka.

7 Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva

V rámci veřejné zakázky nedošlo k uzavření smlouvy. Zadávací řízení bylo zrušeno v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) zákona.

8 Odůvodnění výběru dodavatele

K výběru dodavatele nedošlo. Zadávací řízení bylo zrušeno v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) zákona.

9 Označení poddodavatelů vybraného dodavatele

Poddodavatelé nejsou uvedeni. Zadávací řízení bylo zrušeno v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) zákona.

10 Odůvodnění zrušení zadávacího řízení

Výše uvedený zadavatel rozhodl o zrušení zadávacího řízení k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) zákona, jelikož v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv.

Během posouzení předloženého vysvětlení nabídek zjistila komise několik závažných skutečností, které vedou komisi k závěru, že nelze zadavateli doporučit, aby pokračoval v zadávacím řízení, jelikož by se dopustil porušení základních zásad zadávacího řízení, zejména pak § 6 zákona.

1. Chybou v psaní v tabulce hodnocených parametrů změnil zadavatel v položce *"počet přijímacích kanálů spine cívky na FOV 50 v Z"* hodnotu min. 12 kanálů ve FOV 50 za chybný text a uvedl hodnotu min. 32, což by při striktním výkladu vedlo k nedůvodné diskriminaci jednoho z dodavatelů.
2. Komise došla k závěru, že v zadávacích podmínkách nebylo zohledněno různé konstrukční řešení přístrojů a došlo k situaci, kdy při stanovení požadavku na počet kanálů cívky periferního angia zadavatel diskriminoval dodavatele, kteří touto cívkou nedisponují, používají pro tento typ zobrazení odlišné konstrukční řešení. Takové řešení zadavatel uznává, ale není možné, aby komise daná řešení objektivně porovnála, a tudíž není možné dané kritérium vyhodnotit v souladu s § 6 ZZVZ.
3. Poté co byly účastníky předloženy informace a detaily ke geometrii a homogenitě maximálního využitelného FOV, došla komise k závěru, že vzhledem k odlišnému technickému řešení není možné výhodnost jednotlivých konkrétních řešení relevantně hodnotit, tedy nabídky jsou neporovnatelné.

Zadavatel přijal doporučení komise a rozhodl o zrušení zadávacího řízení.

11 Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto el. prostředků

Na zadavatele se nevztahuje povinnost elektronické komunikace.

12 Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření

V rámci této veřejné zakázky nebyl zjištěn střet zájmů.

V Náchodě dne 23. 08. 2018



Ing. Ivana Urešová, MBA - předsedkyně představenstva