

část 3

Tracheální intubační fibroskop 1 ks

str.1

Požadavky zadavatele

Potvrzení o splnění požadavků
dodavatelem

**Tracheální intubační fibroskop sloužící k zajištění průchodnosti
dýchacích cest**

Optický systém

. zorné pole:	min 90 st.	
. směr pohledu:	přímý pohled	
. hloubka pole:	3 až 50 mm	
. rozlišovací vzdálenost:	min 3 mm	

Zaváděcí tubus

. zevní průměr distálního konce:	max 5,2 mm	
. zevní průměr tubusu:	max 5,2 mm	
. pracovní délka:	min 600 mm	

Pracovní kanál

. vnitřní průměr:	min 2,3 mm	
-------------------	------------	--

Ohybová část

. rozsah regulace nahoru:	min 120 st.	
. rozsah regulace dolů:	min 120 st.	

Příslušenství:

. zdroj studeného světla	
. mobilní nabíječka	
. dobíjecí baterie	