

2 ks hysteroresektoskopů, 1 ks kamerová hlava

str.1

Požadavky zadavatele

Potvrzení o splnění požadavků
dodavatelem

2 ks bipolárního hystero-resektoskopu pro gynekologické vyšetření a odběr bioptických vzorků, kompatibilní se stávající laparoskopickou a hysteroskopickou operační sestavou a elektrokoagulačním zdrojem zadavatele (ESG-400/UES-40)

Základní požadavky:

hysteroskop s vnějším průměrem max 9 mm	
teleskop HD, průměr max 4 mm, úhel pohledu min 12°	
vnější rotační plášť 26 Fr. s kontinuálním proplachem, průměr max 9 mm, vč. vnitřního pláště 24 Fr. a zavaděče	
resektoskop pro resekci v solném roztoku	
vnitřní plášť s vysoce odolnou keramickou izolační špičkou	
snadné skládání a rozkládání resektoskopu pomocí rychloupínání, bez nutnosti šroubování	
možnost připojení resekčních kliček různých velikostí (malá, střední, velká)	
možnost připojení vaporizační elektrody ve tvaru hříbku	
možnost připojení páskové resekční elektrody pro větší koagulační efekt	
možnost připojení jehlové incizní elektrody	
možnost připojení kuličkové koagulační elektrody	
resektoskop vč. teleskopu a kabelu resterilizovatelné v parním sterilizátoru na min 130°C	

Součástí dodávky je:

HF bipolární kabel kompatibilní s výše uvedeným systémem zadavatele	
sterilizační kontejner s víkem a vnitřním pořadačem	

1 ks kamerová hlava k hysteroresketoskopu určená pro endoskopické výkony se svislou polohou kabelu

Základní požadavky:

hlava je kompatibilní s dodávanými hysteroresketoskopy	
rotační upevnění na teleskop, s možností aretace	
ostření je umístěno na kamerové hlavě	
snímací systém: meziřádkové CCD, obrazové prvky (410.000 NTSC/470.000 PAL)	
hmotnost: max 45 g (bez kabelu)	
délka kabelu min. 4 m	