



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADAVATEL: Domov důchodců Tmavý Důl příspěvková organizace zřízena listinou
Královehradeckého kraje č.j. 12605/SV/2009/Ta.

Sídlem: Tmavý Důl, 633, Rtyně v Podkrkonoší, Malé Svatoňovice 542 34

Zastoupený: Mgr. Antonínem Stanislavem, Ph.D., ředitelem

IČ: 00194913

Zadávací dokumentace:

Předmětem zadávací dokumentace je nabídka „Zvedací systémy – SV/19/612“.

- Požadujeme dodání 10 kolejnicových zvedacích systémů, přepravních a asistenčních systémů pro profesionální použití v Domově důchodců a domově se zvláštním režimem.
- Zvedací jednotky musí být minimálně dvourychlostní (případně jednu rychlost s možností úpravy) pro zrychlení přípravných manipulací, vybavené vestavnými napájecími akumulátory a ručním ovladačem na kabelu. Zvedací jednotky musí být snadno odnímatelné z kolejnicového systému bez použití nářadí, pro snadné uskladnění nebo servis. Dobíjení by mělo být řešeno nabíječkou mimo kolejnicový systém prostřednictvím ručního ovladače. Napájení v nabíjecí stanici není s ohledem na požadavek snadného sejmutí z kolejnicového systému a následnému uskladnění zvedací jednotky vyhovující. Zvedací jednotka musí mít dále software pro komunikaci s PC pro sledování statistik a stavu zařízení, případně samostatný SW, který toto umožňuje.
- S ohledem na potřebu vysoké míry stability a bezpečnosti klientů požadujeme minimálně třibodové zavěšení asistenčního vaku přímo na zvedací jednotku nebo závěsné rameno a nastavitelnou šířku závěsného ramene asistenčního vaku pro přizpůsobení proporcím přepravované osoby. V případě závěsného ramena by závěsné rameno asistenčního vaku mělo být dále výkyvné pro kompenzování bočního nevyvážení přepravované osoby.
- Kolejnicový systém v rozsahu výčtu výměr. Kolejnice ideálně zaobleného profilu, bílé barvy (akceptovatelné jsou všechny různé odstíny bílé barvy), pasivní pojezd s tlumením hluku pojezdu,

Domov důchodců Tmavý Důl

Tmavý Důl 633

Rtyně v Podkrkonoší

542 34 p. Malé Svatoňovice

Příspěvková organizace Královehradeckého kraje vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu Pr, vložce č. 678.

tel.: 499 886 614

e-mail: reditel@ddtmavydul.cz

URL: www.ddtmavydul.cz

IČ : 00194913

bank. spojení: KB Trutnov, č. ú.: 23932601/0100

beznástrojové odepnutí zvedací jednotky z kolejnicového systému, snadné přenesení zvedací jednotky. Upevnění kolejnic těsně pod strop. Provedení kolejnic a úchyťů pro domácí prostředí (bez viditelných šroubů apod.).

- Součástí zvedacích systémů budou specializované vaky v počtu 13 ks bez pomocného rámu, pro různá použití (transport, koupání, toaleta) v různých velikostech. Vícenásobné úchyty pro nastavení polohy přepravované osoby v závěsu. Možnost doplnění o prodloužené úchyty pro nadstandardní polohování.
- Požadujeme nosnost systému minimálně 150 kg.
- Požadujeme záruku na systémy v délce minimálně 2 let.
- Doložení požadovaného rozsahu dodávky a parametrů nabízeného zařízení podrobnou projektovou a technickou dokumentací. Doprava materiálu, montáž, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy (dodávka „na klíč“, garance záručního a pozáručního servisu. Součástí dodávky bude povinná dokumentace dle platné legislativy (prohlášení o shodě, návody k obsluze atd.).
- Technické aspekty vybavení – požadovaná konfigurace, výčet výměr a nákres. Profily kolejnic mohou mít libovolný rozměr, musí však splňovat nosnost včetně bezpečnostních koeficientů. Rozměr není hodnotícím kritériem.
 - Pokoj č. 202 - celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 3,5 x 4,0 m) pro manipulace a transport.
 - Pokoj č. 203 - celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 3,5 x 4,0 m) pro manipulace a transport.
 - Pokoj č. 204 - celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 3,5 x 4,0 m) pro manipulace a transport.
 - Pokoj č. 205 - celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 3,5 x 4,0 m) pro manipulace a transport.
 - Pokoj č. 207 – celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 3,0 x 4,0 m) pro manipulace a transport.
 - Pokoj č. 302 - celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 3,5 x 4,0 m) pro manipulace a transport.
 - Pokoj č. 304 - celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 3,5 x 4,0 m) pro manipulace a transport.
 - Pokoj č. 305 - celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 3,5 x 4,0 m) pro manipulace a transport.
 - Pokoj č. 308 - celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 2,4 x 4,0 m) pro manipulace a transport.
 - Pokoj č. 338 - celoplošné vykrytí plochy pokoje (cca 3,5 x 4,0 m) pro manipulace a transport.
- Situační nákres:



Nabídka musí být specifikována v písemné podobě.

Součástí nabídky musí být návrh smlouvy.

V Tmavém Dole dne 8. 3. 2019

.....
podpis osoby oprávněné jednat za zadavatele

Domov důchodců Tmavý Důl
Tmavý Důl 633
Rtyně v Podkrkonoší
542 34 p. Malé Svatoňovice
Příspěvková organizace Královéhradeckého kraje vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu Pr, vložce č. 678.

tel.: 499 886 614
e-mail: reditel@ddtmavydul.cz
URL: www.ddtmavydul.cz

IČ : 00194913
bank. spojení: KB Trutnov, č. ú.: 23932601/0100