

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce**

**na dodávky s názvem:**

**„Operační stůl pro nemocnici Rychnov nad Kněžnou”**

Vážení,

níže Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ze strany zadavatele **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky zahájené v otevřeném nadlimitním řízení, a to na základě žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace dvou účastníků o veřejnou zakázku.

**1) Dotaz účastníka č. 1:**

*Dobrý den,*

*dovolujeme si zaslat dotazy:*

*V příloze č. 2 ZD požadováno:*

*Minimální rozsah zdvihu 620 – 1100 mm.*

*DOTAZ č. 1:*

*Bude zadavatelem akceptován rozsah zdvihu v rozmezí 575 – 1075 mm, tedy 500 mm, což je rozsah větší než u požadovaných 620 – 1100mm, 480 mm?*

*V příloze č. 2 ZD požadováno:*

*Záložní (nouzové) ovládání na základně stolu – bok nohy stolu pro bezpečný přístup během operace (ne u hlavy a nohou) s indikací stavu baterie*

*Dotaz č. 2:*

*Ovládání na noze stolu ve směru hlava - nohy u námi nabízeného stolu je umístěno záměrně z důvodů bezpečnosti. Nedochází dle zkušeností z operačních sálů k nechtěnému poškození ovládání při manipulaci s příslušenstvím kolem stolu na operačním sále, umožňuje ovládání stolu z obou stran*

operatérů bez nutnosti stůl obcházet, je snadno dostupné a bezpečné pro kohokoliv během operace při jakémkoliv nastavení stolu a naprosto splňuje požadovaný medicínský účel.

Bude zadavatelem akceptováno ovládání na noze stolu ve směru hlava - nohy ?

Děkujeme za odpověď

## **2) Dotaz účastníka č. 2:**

Dobrý den,

Zasílám dotaz k části: Mobilní operační stůl s pevnou operační deskou

Dotaz: Zadavatel požaduje pracovní desku 6-ti dílnou, s max.šířkou s eurolišťou 590mm

Může uchazeč nabídnout operační desku s šířkou 600mm včetně eurolišť?

## **3) Dotaz účastníka č. 3:**

Dobrý den,

posílám vám dotaz k technické specifikaci Operačního stolu pro nemocnici Rychnov nad Kněžnou v rámci nadlimitní VZ.

Popis:

V bodu 1.6 je uvedena maximální šířka desky s eurolišťami 590 mm.

Dotaz:

Můžeme dodat v rámci této VZ operační stůl, jehož deska s eurolišťami má šířku 610 mm?

Děkuji za odpověď.

## **4) Odpověď zadavatele na dotaz účastníka č. 1:**

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dne 12. 06. 2019, tedy řádně a včas ve lhůtě dle ustanovení § 98 odst. 3 ZZVZ. Níže předkládá zadavatel odpovědi na dotazy účastníka č. 1:

Odpověď na dotaz č. 1 účastníka:

Rozsah zdvihu 620-1100 činí 480 mm je pro zadavatele dostatečný. Za nepodkročitelnou maximální výšku zdvihu zadavatel požaduje 1100 mm. Tato výška je optimální pro zajištění pracovních podmínek (výška lékařů operačních týmů). Zadavatel tak připouští i rozsah 575-1100 mm, tedy 525 mm

Odpověď na dotaz č. 2 účastníka:

Zadavatel trvá na svém požadavku „**záložní (nouzové) ovládání na základně stolu – bok nohy stolu pro bezpečný přístup během operace (ne u hlavy a nohou) s indikací stavu baterie**“ a to zejména s ohledem na zajištění rychlého a bezpečného přístupu k záložnímu ovládání. Pořizovaný operační stůl bude používán k ortopedickým operacím, bude používáno extenční zařízení, prodloužená verze stolu apod. a v části hlavy je prostor pro anesteziologa. Z důvodu rychlého a bezproblémového přístupu k záložnímu ovládání zadavatel požaduje toto nouzové ovládání na základně stolu – bok nohy stolu (ne u hlavy a nohou).

### **5) Odpověď zadavatele na dotaz účastníka č. 2:**

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena prostřednictvím profilu zadavatele dne 14. 06. 2019, tedy řádně a včas ve lhůtě dle ustanovení § 98 odst. 3 ZZVZ. Níže předkládá zadavatel odpověď na dotaz účastníka č. 2:

Odpověď na dotaz č. 1 účastníka:

Zadavatel trvá na svém požadavku „**max. šířka desky s eurolišťami 590 mm**“. Zadavatelem stanovená šíře operačního stolu je standardním parametrem. Nastavení šíře operačního stolu je důležitým parametrem s ohledem na dosah operátora na operační pole pacienta. Čím širší operační deska, tím horší je přístup operátora k pacientovi s čímž mohou být spojena i rizika v rámci operativy.

### **6) Odpověď zadavatele na dotaz účastníka č. 3:**

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena prostřednictvím e-mailu zadavatele dne 17. 06. 2019, tedy řádně a včas ve lhůtě dle ustanovení § 98 odst. 3 ZZVZ. Níže předkládá zadavatel odpověď na dotaz účastníka č. 3:

Odpověď na dotaz č. 1 účastníka:

Zadavatel trvá na svém požadavku „**max. šířka desky s eurolišťami 590 mm**“. Zadavatelem stanovená šíře operačního stolu je standardním parametrem. Nastavení šíře operačního stolu je důležitým parametrem s ohledem na dosah operátora na operační pole pacienta. Čím širší operační deska, tím horší je přístup operátora k pacientovi s čímž mohou být spojena i rizika v rámci operativy.

### **7) Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek:**

S ohledem na povahu změny, zadavatel na základě tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:

a) přijímá nové úplné znění Přílohy zadávací dokumentace č. 2: Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické požadavky; a

b) dle ustanovení § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu k podání nabídek na realizaci veřejné zakázky o celou původní délku. Zadavatel tímto ruší znění článku „20. Místo a doba pro podání nabídek“ zadávací dokumentace a nahrazuje jej tímto novým úplným zněním:

### **20. Místo a doba pro podání nabídek**

V souladu s ustanovením § 103, odst. 1, písm. c) ZZVZ zadavatel určuje k podání elektronické nabídky účastníka elektronický nástroj E-Zak ON Náchod.

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podalo více dodavatelů společně. V takovém případě se dodavatelé podávající společnou nabídku považují za jednoho účastníka.

Lhůta pro podání nabídky je do **22. 7. 2019 do 11,00 hod.**

Příloha:

Příloha č. 2: Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické požadavky po VZD č. 1



**Oblastní nemocnice Náchod a.s.**

**Miroslav Bůžek**