

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce
na dodávky s názvem:

„Anesteziologické přístroje pro nemocnici Rychnov nad Kněžnou”

Vážení,

níže Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ze strany zadavatele **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky zahájené v otevřeném nadlimitním řízení, a to na základě žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace účastníka o veřejnou zakázku.

1) Dotaz účastníka:

Zadavatel požaduje v technické specifikaci k monitoru vitálních funkcí modul pro monitorování BIS (bispektrální index), (nikoliv externí přístroj).

Bude zadavatel akceptovat modul pro monitorování BIS (bispektrální index) zajištěný externím přístrojem, který bude propojen s monitorem vitálních funkcí a umožní tak komunikaci?

Předem děkuji za odpověď.

2) Odpověď zadavatele na dotaz účastníka:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dne 15. 07. 2019. Níže předkládá zadavatel odpověď na dotaz účastníka:

Odpověď na dotaz účastníka:

ANO, zadavatel bude akceptovat modul pro monitorování BIS (bispektrální index) zajištěný externím přístrojem, který bude propojen s monitorem vitálních funkcí a umožní tak komunikaci.

3) Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek:

S ohledem na povahu změny, zadavatel na základě tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:

a) přijímá nové úplné znění Přílohy zadávací dokumentace č. 2: Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické požadavky; a

b) dle ustanovení § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu k podání nabídek na realizaci veřejné zakázky o celou původní délku. Zadavatel tímto ruší znění článku „20. Místo a doba pro podání nabídek“ zadávací dokumentace a nahrazuje jej tímto novým úplným zněním:

20. Místo a doba pro podání nabídek

V souladu s ustanovením § 103, odst. 1, písm. c) ZZVZ zadavatel určuje k podání elektronické nabídky účastníka elektronický nástroj E-Zak ON Náchod.

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podalo více dodavatelů společně. V takovém případě se dodavatelé podávající společnou nabídku považují za jednoho účastníka.

Lhůta pro podání nabídky je do **21. 08. 2019 do 11,00 hod.**

Příloha:

Příloha č. 2: Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické požadavky po VZD č. 1



Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Miroslav Bůžek