

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce**  
**na dodávky s názvem:**

**„Operační stůl pro nemocnici Rychnov nad Kněžnou”**

Vážení,

níže Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ze strany zadavatele **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky zahájené v otevřeném nadlimitním řízení, a to na základě žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace účastníka o veřejnou zakázku.

**1) Dotaz účastníka:**

Dotaz: v technických parametrech požaduje zadavatel náklon Trendelenburg/Antitrendelenburg  $+30^\circ$ . Absolutní hodnota mezi náklony je tedy  $60^\circ$

Bude zadavatel akceptovat řešení Trendelenburg/Antitrendelenburg  $25^\circ/35^\circ$ , kdy bude zachována stejná absolutní hodnota náklonů  $60^\circ$ ? U námi nabízeného výrobku lze operační stůl používat v normálním i reverzním postavení desky, tudíž lze zvolit náklony také obráceně Trendelenburg/Antitrend.  $35^\circ/25^\circ$  operatérů bez nutnosti stůl obcházet, je snadno dostupné a bezpečné pro kohokoliv během operace při jakémkoliv nastavení stolu a naprosto splňuje požadovaný medicínský účel.

**2) Odpověď zadavatele na dotaz účastníka:**

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dne 16. 07. 2019. Níže předkládá zadavatel odpovědi na dotazy účastníka č. 1:

Odpověď na dotaz účastníka:

ANO, zadavatel bude akceptovat řešení Trendelenburg/Antitrendelenburg  $25^\circ/35^\circ$ , při zachování stejné absolutní hodnoty náklonů  $60^\circ$ .

### **3) Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek:**

S ohledem na povahu změny, zadavatel na základě tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:

**a) přijímá nové úplné znění Přílohy zadávací dokumentace č. 2: Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické požadavky; a**

**b) dle ustanovení § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu k podání nabídek na realizaci veřejné zakázky o celou původní délku. Zadavatel tímto ruší znění článku „20. Místo a doba pro podání nabídek“ zadávací dokumentace a nahrazuje jej tímto novým úplným zněním:**

#### ***20. Místo a doba pro podání nabídek***

V souladu s ustanovením § 103, odst. 1, písm. c) ZZVZ zadavatel určuje k podání elektronické nabídky účastníka elektronický nástroj E-Zak ON Náchod.

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podalo více dodavatelů společně. V takovém případě se dodavatelé podávající společnou nabídku považují za jednoho účastníka.

Lhůta pro podání nabídky je do **20. 08. 2019 do 11,00 hod.**

Příloha:

Příloha č. 2: Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické požadavky po VZD č. 2



**Oblastní nemocnice Náchod a.s.**

**Miroslav Bůžek**