

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1 ZE DNE 1.10.2019

ZADAVATEL: Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
Sídlem: M. Gorkého 77, Kryblice, 541 01 Trutnov
Zastoupený: Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., statutární ředitel
IČO: 26000237

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Oblastní nemocnice Trutnov a. s. – ventilátor – 2 ks

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změny a doplnění zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Dotaz č. 1:

Zadavatel uvádí v příloze č. 5 Technická specifikace dodávky požadavek na dechový objem ventilátoru určeného pro oddělení ARO: Dechový objem 20-4000 ml pro děti a dospělé, 2 – 100 ml pro novorozence. Ze zadávací dokumentace vyplývá, že zadavatel chce používat ventilátory pro novorozence, děti a dospělé a nedefinuje zvláštní požadavky, který by opodstatňovaly požadavek na dechový objem Vt více než 2 000 ml. Účastník nabízí přístroj, který splňuje všechny požadované parametry, přičemž dechový objem Vt lze měřit do 2 000 ml. Splní takový přístroj požadavky zadavatele?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel trvá na splnění požadavku pro dechový objem v rozsahu 20-4000 ml pro děti a dospělé, 2-100 ml pro novorozence. Ventilátory budou používány pro novorozence, děti a dospělé s možností jejich využití také pro pacienty s extrémní výškou, kde při aplikaci UPV při specializovaných vyšetřeních, jako například MRI, je nutné ventilátor umístit v bezpečné vzdálenosti od MRI a použít dýchací okruh dlouhý 3 m a více a při tom je potřeba zajistit dostatečnou kompenzaci ztrát objemů v dýchacím okruhu. Stejně je tomu také při potřebě ventilace velmi infekčního pacienta při umístění ventilátoru mimo infekční box, kde je nutné zajistit, aby nedošlo ke kontaminaci ventilátoru a tím zároveň zajištění požadavku na ochranu obsluhujícího personálu před možnou infekcí.

S pozdravem

Václav Vágenknecht
technik ZT

Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
Maxima Gorkého 77, Kryblice, 541 01 Trutnov
www.nemtru.cz

V Trutnově dne 3. 10. 2019