

Výzva k podání nabídek
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:

**„Modulární systém pro urodynamická
měření v urologii, urogynekologii a
pozáruční servis pro Rychnov nad
Kněžnou“**

V souladu s ustanovením dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Vyzývá zadavatel k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu: „Modulární systém pro uroodynamická měření v urologii, urogynékolonii a pozáruční servis pro Rychnov nad Kněžnou“.

1 Základní identifikační údaje Zadavatele

Název: Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
Sídlo: Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČ: 26000202 DIČ: CZ26000202
DIČ pro účely DPH: CZ699004900
Zapsán: v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2333
Zastoupený: Ing. Ivana Urešová, MBA, statutární ředitelka
Evidenční číslo zakázky: 025/KS/2019/VZMR
Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Svobodová
Tel.: +420 601 160 192
E-mail: svobodova.katerina@nemocnicenachod.cz

KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název:	Modulární systém pro uroodynamická měření v urologii, urogynékolonii a pozáruční servis pro Rychnov nad Kněžnou
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na dodávky
Druh veřejné zakázky dle předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Předpokládaná cena bez DPH:	275 860,- Kč

CPV

CPV	Popis
33125000-2	Urologické vyšetřovací přístroje
50400000-9	Opravy a údržba zdravotnických a přesných přístrojů

2 Předmět zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vybavení pro gynekologicko-porodní oddělení Nemocnice Rychnov nad Kněžnou.

Zadavatel požaduje přístroj nový, nikoliv demo, repasovaný nebo jakkoliv již dříve použitý.

Předmětem veřejné zakázky je:

1. Dodávka uroodynamického přístroje pro gynekologii, urologii aj. v souladu s požadavky zadavatele specifikované v **příloze č. 2** této zadávací dokumentace
2. Poskytování komplexního záručního servisu zabezpečení po dobu 24 měsíců

3. Poskytování komplexního pozáručního servisu po dobu 4 let (po skončení bezplatného 24 měsíčního záručního servisu), a to za podmínek vymezených v návrhu smlouvy o poskytování servisních služeb, která jako **příloha č. 6** je nedílnou součástí těchto zadávacích podmínek.

Zadavatel vlastní funkční uroflowmetr DANFLOW 3000, z tohoto důvodu nepožaduje dodání uroflowmetru a držáku jako součást předmětu plnění veřejné zakázky, pouze za předpokladu, že předmět veřejné zakázky bude plně kompatibilní se stávajícím uroflowmetrem zadavatele. V opačném případě musí účastník nabídnout jako součást předmětu veřejné zakázky uroflowmetr. Zadavatel požaduje, aby účastník doložil garanci servisu za předpokladu, že stávající uroflowmetr prohlásí za plně kompatibilní s nabízeným předmětem veřejné zakázky. Zadavatel jako součást zadávací dokumentace přikládá technickou specifikaci vlastního uroflowmetru v příloze č. 7 (Technické vymezení uroflowmetru).

Plnění této veřejné zakázky musí být uskutečněno v souladu s požadavky dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

Nedílnou součástí předmětu veřejné zakázky je zejména:

- zajištění dopravy všech položek dodávky do místa plnění, cla, balného
- instalace všech položek dodávky v místě plnění a montáže (ustavení, sestavení a propojení položek dodávky, napojení na zdroje, zejména připojení k místním elektrickým rozvodům, rozvodu vody, demineralizace vody, plynu, technických plynů, tepla, chladu či vzduchotechniky - je-li funkce položek dodávky pořízovaných přístrojů podmíněna takovým připojením)
- uvedení všech položek dodávky do plného provozu
 - odzkoušení a ověření správné funkčnosti, případně seřízení, předvedení plné funkčnosti,
 - provedení zkušebního provozu jakož i provedení jiných úkonů a činností nutných k tomu, aby dodávka zařízení mohla plnit sjednaný a obvyklý účel,
 - ověření deklarovaných technických parametrů a poučení o zaškolení oddělením určených pracovníků zadavatele pro plné uživatelské užívání přístrojů a pro provádění zaškolení dalších pracovníků zadavatele,
 - zaškolení personálu zadavatele dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích v platném znění, aby byl schopen zadavatel postupovat v souladu s § 59 odstavec 1 písm. c), zákona č. 268/2014 Sb. v platném znění,
- zajištění všech prací, které jsou nezbytné pro uvedení dodávaného zboží do provozu a jeho bezchybný a bezpečný provoz,
- dodání návodu na obsluhu v českém jazyce 1x v listinné podobě, 1x na CD,
- dodání prohlášení o shodě a další příslušné dokumentace nezbytné pro provoz v České republice, zejména v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích v platném znění,
- dodání předávacího protokolu, protokolu o zaškolení obsluhy, záručního a dodacího listu,
- bezplatné zajištění servisu a oprav včetně dodávky potřebných náhradních dílů po dobu záruky 24 měsíců zdarma tak, aby zdravotnické prostředky splňovaly podmínky zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích v platném znění. Po dobu servisu a oprav je nutné zajištění bezplatné zápůjčky náhradního přístroje se shodnými parametry a kompletním příslušenstvím,
- po dobu záruky 24 měsíců požaduje zadavatel bezplatné provedení bezpečnostně technických kontrol dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích v platném znění, které jsou nezbytné pro provoz těchto zařízení. Dále provedení veškerých předepsaných kontrol, kalibrací, validací a revizí včetně protokolů (ať předepsaných výrobcem, tuzemskou servisní organizací nebo právními předpisy), aby zdravotnické prostředky splňovaly podmínky uvedené v zákoně č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích v platném znění. Pokud je pro provedení bezpečnostně technických kontrol či jakýchkoliv dalších předepsaných testů vyžadován spotřební materiál, je vždy součástí provedení těchto kontrol, a proto nemůže být samostatně

účtován. Poslední bezpečnostně technické kontroly musí být účastníkem provedeny nejdříve 1 kalendářní měsíc před uplynutím záruční lhůty. Pokud bude probíhat PBTk v jiném místě než v Nemocnici Rychnov nad Kněžnou, je nutné po tuto dobu zajistit bezplatnou zápujčku náhradního přístroje se shodnými parametry a kompletním příslušenstvím.

- písemná garance zajištění servisu, dodávek náhradních dílů a spotřebního materiálu minimálně po dobu 10 let od data podpisu kupní smlouvy.

3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena ve výši 275 860,- Kč bez DPH.

Z toho předpokládaná hodnota:

- za dodávku 1 ks urodynamického přístroje (gynekologie a urologie) včetně příslušenství záruky v délce 24 měsíců je ve výši 256 300,- Kč bez DPH;
- za pozáruční servis v délce 48 měsíců v rozsahu definovaném v této zadávací dokumentaci činí 19 560 Kč bez DPH.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň maximální nabídkovou cenou. Překročí-li nabídková cena účastníka hodnotu maximální nabídkové ceny, bude účastník zadavatelem vyloučen.

Nabídková cena dodavatele musí zahrnovat veškeré náklady na realizaci předmětu plnění zakázky. Nabídková cena je zároveň cena nejvýše přípustná a musí být platná po celou dobu plnění veřejné zakázky, nedojde-li k podstatné změně výchozích podmínek.

4 Dodací podmínky – místo a doba plnění

Místo plnění:	oddělení gynekologicko-porodní Nemocnice Rychnov nad Kněžnou
Doba plnění:	ihned po podpisu kupní smlouvy
Termín plnění:	max. do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti kupní smlouvy

5 Obchodní a platební podmínky

Obchodní podmínky:

Účastník zadávacího řízení předloží zadavateli podepsaný návrh kupní smlouvy, který je **přílohou č. 4** této zadávací dokumentace a návrh smlouvy o poskytování servisních služeb, který je **přílohou č. 6**.

Návrhy smluv budou podepsány osobami oprávněnými jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení, tzn. statutárním orgánem (dle výpisu z OR) nebo osobou k tomu zmocněnou (na základě plné moci).

Účastník zadávacího řízení není oprávněn v návrhu kupní smlouvy ani v návrhu smlouvy o poskytování servisních služeb vyplňovat jiná ustanovení než ta, která jsou zadavatelem označena pro vyplnění (žlutě podbarvená), nebo je výslovně uvedeno, že má účastník zadávacího řízení něco doplnit. V případě, že účastník zadávacího řízení vyplní, změní či jinak upraví návrh kupní smlouvy nebo návrh smlouvy o poskytování servisních služeb, než jak

je umožněno zadavatelem, bude jeho nabídka vyřazena a účastník zadávacího řízení bude vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.

Zjištěné nejasnosti v návrhu kupní smlouvy a návrhu smlouvy o poskytování servisních služeb má účastník zadávacího řízení možnost si upřesnit v průběhu lhůty pro podávání nabídek. Připomínky po lhůtě pro podávání nabídek nebudou akceptovány.

Platební podmínky:

Fakturace za dodávku proběhne po kompletní instalaci zdravotnických přístrojů na určené místo včetně zaškolení obsluhy a podepsání předávacích protokolů pověřenou osobou k převzetí zařízení.

Faktura musí být objednateli vždy doručena v elektronické podobě na adresu:

fakturace@nemocnicenachod.cz .

Splatnost faktury (daňového dokladu) je 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli.

Zadavatel neposkytuje zálohy.

6 Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Způsobilost pro plnění veřejné zakázky splňuje účastník, který splňuje níže uvedenou základní a profesní způsobilost a technickou kvalifikaci a prokáže její splnění předložením požadovaných dokumentů:

6.1 Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ

Účastník předloží spolu s nabídkou:

1. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti dle vzoru (příloha č. 5)

6.2 Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ odst. 1 a odst. 2 písm. a)

Účastník předloží spolu s nabídkou:

1. Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje
2. Doklad o oprávnění k podnikání odpovídající předmětu veřejné zakázky, který prokazatelně pokrývá všechny činnosti, které jsou předmětem této veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné oprávnění, které bude prokazováno živnostenským listem, resp. Výpis z živnostenského rejstříku

Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

Je-li účastník zapsán v seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 226 a násl. ZZVZ, může prokázat splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starší než 3

měsíce od zahájení zadávacího řízení; výpis ze seznamu nahrazuje prokázání způsobilosti účastníka v rozsahu v něm uvedených údajů.

6.3 Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ odst. 2 písm. k)

Splnění technické kvalifikace prokazuje účastník předložením Seznamu významných služeb obdobného charakteru poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, včetně uvedení jejich ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ. Za takové významné dodávky považuje zadavatel dodávky urodynamického přístroje pro gynekologii, urologii.

Zadavatel požaduje předložení seznamu významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky, který obsahuje minimálně 2 (dvě) dodávky, s finančním objemem minimálně 100 000,- Kč bez DPH za každou jednu dodávku v průběhu 3 let před zahájením zadávacího řízení.

Splnění požadavků zadavatele dle tohoto odstavce 6.3 zadávací dokumentace prokáže účastník předložením seznamu významných dodávek ve formě čestného prohlášení, přičemž je oprávněn použít příslušný vzor, který tvoří v Přílohu č. 5 této zadávací dokumentace, který upraví podle skutečnosti a podepíše jej osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka. Seznam bude obsahovat kontaktní údaje objednatele za účelem ověření významných dodávek zadavatelem.

7 Další požadavky zadavatele na veřejnou zakázku

Požadavky na samostatné přílohy nabídky:

- a) popis, případně fotografie nabízeného zboží dle čl. 2 této ZD formou samostatné přílohy; popis nabízeného zboží musí být plně v souladu se zadávacími podmínkami, zejména s minimálními technickými požadavky na předmět plnění uvedenými v příloze č. 2 této ZD.
- b) produktový list s technickou specifikací nabízeného zboží (technické listy, produktová data, aj.); zadavatel požaduje předložení v českém jazyce, případně je možno předložit i v jazyce anglickém a přiložit překlad do českého jazyka;
- c) návod k obsluze k nabízenému plnění v českém jazyce;
- d) kopie prohlášení o shodě k nabízenému plnění;
- e) doklad o registraci předmětu veřejné zakázky v Registru zdravotnických prostředků dle § 78 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ZP“).

8 Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost bude hodnocena na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.

Kritérium:	Celková nabídková cena účastníka za předmět plnění veřejné zakázky v Kč bez DPH
Váha kritéria:	100%

Pořadí nabídek bude sestaveno podle výše celkové nabídkové ceny bez DPH vzestupně od nejnižší nabídkové ceny.

Jako nejvýhodnější nabídka bude vybrána nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou bez DPH za:

- dodávku 1 ks urodynamického přístroje včetně příslušenství se záruční dobou 24 měsíců a pozáručním servisem v době trvání 48 měsíců.
- umístění ZP na pracoviště, montáž, instalaci a uvedení do bezvadného provozu včetně všech požadovaných testů, kontrol, revizí, kalibrací a instruktáže obsluhy

Zadavatel uzavře s vítězným účastníkem následující smlouvy:

- Kupní smlouvu na 1 ks urodynamického přístroje se zárukou 24 měsíců
- Smlouvu o poskytování servisních služeb k předmětu veřejné zakázky po dobu 48 měsíců

V případě shody nabídkových cen od více účastníků zadávacího řízení bude rozhodující čas doručení nabídky.

8.1 Způsob zpracování nabídkové ceny

Účastník je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu absolutní částkou uvedenou v českých korunách (Kč). Nabídková cena za plnění veřejné zakázky musí obsahovat veškeré položky a musí se jednat o cenu konečnou.

Celková nabídková cena bude členěna na:

- cenu bez DPH
- výši DPH
- cenu s DPH.

Nabídková cena, která je předmětem hodnocení, bude uvedena ve formuláři „Celková nabídková cena“, jenž je přílohou č. 3 (Cenová nabídka – podklady pro hodnocení) této zadávací dokumentace.

Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou platných daňových předpisů týkajících se DPH.

9 Požadavky na zpracování nabídky

Nabídka musí být zcela v souladu s touto výzvou a zadávací dokumentací a obecně závaznými právními předpisy.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka. Nabídka bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých listů nabídky.

Nabídka bude předložena 1x v originálním vyhotovení a 1x na CD či DVD. Zadavatel požaduje očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenu řadou.

Zadavatel doporučuje účastníkovi ve své nabídce použít toto pořadí dokumentů:

- Krycí list nabídky obsahující identifikační údaje účastníka
- Návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem zájemce nebo za zájemce vč. požadovaných příloh
- Návrh smlouvy o poskytování servisních služeb podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem zájemce nebo za zájemce vč. požadovaných příloh

- Doklady dle bodu 6 této zadávací dokumentace
- Cenová nabídka dle bodu 8 této zadávací dokumentace
- Katalogové listy a technické listy, Prohlášení o shodě
- Další doklady požadované nebo vyplývající ze zadávací dokumentace jako plná moc apod.

10 Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro doručení nabídky: **13. 12. 2019 do 13:00** hodin.

Nabídky budou podány v uzavřených obálkách označených identifikačním údajem dodavatele a dále názvem veřejné zakázky:

„NABÍDKA – NEOTVÍRAT“

„Modulární systém pro urodynamická měření v urologii, urogynekologii a pozáruční servis pro Rychnov nad Kněžnou“

Místo pro podání nabídky: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Pavilon A – Podatelna
Purkyňova 446
547 01 Náchod

Čas podání nabídky v pracovních dnech: 8:00 – 14:00 hod.

Nabídky je možno zaslat na adresu: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Technický úsek
Bc. Kateřina Svobodová
Purkyňova 446
547 01 Náchod

Pokud nebyla nabídka zadavateli doručena ve lhůtě stanovené v zadávací dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.

11 Místo pro otevírání obálek

Zadavatel zahájí otevírání obálek bezodkladně po uplynutí lhůty pro podání nabídek v sídle zadavatele Oblastní nemocnice Náchod, a.s., technický úsek, suterén budovy patologie (G), Purkyňova 446, 547 69 Náchod

O otevírání obálek v listinné podobě vyhotoví zadavatel písemný protokol, který bude obsahovat alespoň identifikační údaje všech účastníků a údaje z jejich nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení.

Každý účastník má právo požádat o kopii protokolu o otevírání obálek žádostí zaslanou zadavateli.

Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit všichni účastníci, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, přičemž za každého z účastníků je oprávněna se otevírání obálek zúčastnit jedna osoba. Při otevírání obálek se tito

účastníci prokáží dokladem prokazujícím oprávnění jednat jménem účastníka, případně plnou mocí vystavenou osobou oprávněnou jednat jménem účastníka.

12 Vysvětlení zadávací dokumentace

Dodavatel je oprávněn požadovat vysvětlení zadávací dokumentace k jakékoliv části zadávacích podmínek (tj. včetně jejich příloh). Zadavatel dále stanovuje, že pro právní jistotu zadávacího řízení musí být veškerá komunikace se zadavatelem realizována pouze písemnou formou. Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (dotazy) k zadávacím podmínkám je dodavatel povinen doručit v písemné podobě kontaktní osobě, a to paní Kateřině Svobodové buď:

elektronicky na e-mail: svobodova.katerina@nemocnicenachod.cz nebo

písemně na adresu: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
k rukám Bc. Kateřiny Svobodové
technický úsek
Purkyňova 446
547 01 Náchod

nebo též osobně do sídla zadavatele, Oblastní nemocnice Náchod a.s., výhradně na technický úsek, areál „Bunkoviště“ naproti budově patologie (G) na adrese Purkyňova 446, 547 01 Náchod, v pracovní dny od 7:00 hodin do 15:00 hodin ve stanovenou lhůtu. Doručení na jiné místo v sídle zadavatele, než je výše uvedeno, nebude považováno za řádné doručení.

V rámci dodržení principu rovného zacházení se všemi účastníky nebudou dodatečné informace poskytovány telefonicky.

13 Ostatní ujednání

Účastník podáním nabídky uděluje zadavateli souhlas k ověření a prověření údajů uvedených v nabídkách.

Zadavatel si vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:

- v kterékoli fázi zrušit výběrové řízení bez udání důvodů; a to do okamžiku podpisu smlouvy s vybraným účastníkem,
- vyloučit účastníka v případě nesplnění podmínek uvedených v zadávací dokumentaci či uvedení nepravdivých údajů,
- zadavatel nepřipouští varianty řešení,
- účastník sám ponese veškeré své náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení, zadavatel nehradí jakékoli náhrady nebo výdaje vynaložené účastníky v souvislosti s jejich účastí v řízení,
- zadavatel nebude účastníkům vracet nabídky.

Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledku nevznikne automaticky smluvní vztah.

Ze zadávacího řízení budou vyloučeny všechny nabídky, které budou:

- obsahově nekompletní,
- nesplní některý požadavek soutěže,

Ze zadávacího řízení budou vyloučeny všechny nabídky, které budou:

- obsahově nekompletní,
- nesplní některý požadavek soutěže,
- obsahovat nepravdivý údaj,
- doručeny po stanoveném termínu pro podání nabídky.

Hodnotící komise může v případě nejasností požádat účastníka zadávacího řízení o písemné vysvětlení nabídky a o doplnění chybějících dokladů.

Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání zakázky.

Po výběru dodavatele k uzavření smluv vyzve zadavatel vybraného dodavatele k uzavření kupní smlouvy i smlouvy o poskytování servisních služeb; pokud však tento dodavatel odmítne smlouvy uzavřít, může zadavatel vyzvat následujícího v pořadí.

PODÁNÍ NABÍDKY

Podáním nabídky se stává dodavatel účastníkem výběrového řízení veřejné zakázky a tím také přijímá plně a bez výhrad podmínky veřejné zakázky, včetně všech dodatků. Předpokládá se, že dodavatel před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v této zadávací dokumentaci včetně příloh a bude se jimi řídit. Pokud dodavatel neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude ve všech ohledech odpovídat zadávací dokumentaci, může to mít za důsledek vyřazení nabídky.

Účastník podáním své nabídky souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu (vlastní smlouva, atd.) a s poskytnutím veškerých nezbytných informací pro naplnění povinnosti zadavatele stanovené zákonem.

Účastník může podat pouze jednu nabídku.

V Náchodě dne 6.12.2013.....



Miroslav Bůžek
Technický náměstek
Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Přílohy:

- Příloha č. 1 - Krycí list
- Příloha č. 2 - Technická specifikace
- Příloha č. 3 - Cenová nabídka, podklady pro hodnocení
- Příloha č. 4 - Návrh kupní smlouvy
- Příloha č. 5 - Čestné prohlášení
- Příloha č. 6 - Návrh smlouvy o poskytování servisních služeb
- Příloha č. 7 - Technické vymezení uroflowmetru

