

INVESTOR:		<b>OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN, BOLZANOVA 512 506 43 JIČÍN</b>			
VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN			<b>KANIA</b> KANIA, a.s. Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz tel : 596 243 487 e-mail : info@kania-ostrava.cz	
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN				
VYPRACOVAL	ING. ONDŘEJ MAREK				
KONTROLOVAL	ING. PETR HAVLENA				
KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ		STAV. ÚŘAD: JIČÍN			
NÁZEV AKCE:				STUPEŇ	STUDIE
<b>NOVOSTAVBA PAVILONU "A"</b>				DATUM	02/2017
<b>ŘEDÍRNA CYTOSTATIK</b>				FORMÁT/POČET STR.	A4 / 6
				MĚŘÍTKO	--
NÁZEV OBJEKTU:				Č. ZAK	15033
<b>ŘEDÍRNA CYTOSTATIK</b>				SOUBOR	DOC
NÁZEV PŘÍLOHY:				Č. PŘÍLOHY:	
<b>ZÁPIS Z KONZULTACE-SÚKL</b>				<b>15033-STUDIE-E.1</b>	

Koncept zápisu konzultace SÚKL 20. 2. 2017

Přítomní:

Mgr. Apolena Jonášová, SÚKL

Ing. Marian Tomášik, Zdravotnický holding Královehradeckého kraje

Ing. Ondřej Fabián, Kania a.s.

Ing. Ondřej Marek, Obermeyer a.s.

V rámci konzultace byla upřednostněna varianta řešení prostoru ředírny cytostatik č. 1.

Ta samá varianta byla doporučena i Oblastní nemocnicí Jičín

Doporučení SÚKL pro další stupně projektu:

- Veškeré prokládací okna dost velké na daný typ přepravky
- Prokládací okna s časovým zámkem pro zajištění výměny vzduchu
- Úklid pro čisté prostory umístit v pásnu C
- Sklad odpadů v pásnu K
- V rámci skladu odpadů a i místnosti personálního filtru musí být instalována blokáce dveří
- V čistém prostoru okna neotevíravá s jednodílným zasklením
- Preferovány zděné stavební konstrukce, než konstrukce z SDK
- Lednice musí být označeny pro vstupní materiál a pro hotový výrobek
- Do prostoru ředírny umístit komunikátor
- Dbát na správné umístění VZT výústek
- Do dveří jen zámek bez klíčové dírky
- Do sledovaných místností umístit diferenční tlakoměry
- Zajistit centrální monitoring teploty, vlhkosti, toto i pro ledničky

Jako přílohy konceptu zápisu jsou výkresy řešeného prostoru upraveny dle konzultace na SÚKL.

15033-STUDIE-D.2-01.2-01 – TECHNICKÁ ZPRÁVA

15033-STUDIE-D.2-01.2-02 – PŮDORYS 4.NP-ŘEDÍRNA CYTOSTATIK (CELÉ PATRO)

15033-STUDIE-D.2-01.2-03 – PŮDORYS 4.NP-ŘEDÍRNA CYTOSTATIK (DETAIL ŘEŠENÉHO PROSTORU)

*Pro příjmu k zopim*

*prodky*

Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
(78)

Pracovní příručky cyklistů - jeho fláček, odpovídá požadavkům  
přobu' legidat'iz

24.3. 2017

Ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
(78)

*mu*