


ZN.LP28

NP - 0420 - označení souboru zdravotní technologie

M 1:25



VÝPIS MÍSTNOSTÍ UMÍSTĚNÍ VÝROBKU DLE VÝKRESŮ:

OBJEKT K:

K.ZN.LP28

K.05.102 - CHODBA
K.05.101 - CHODBA
K.07.081 - CHODBA

BAREVNÁ SPECIFIKACE DLE PATER

1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP
RAL 4001	RAL 5019	RAL 6033	RAL 6021	RAL 1021	RAL 1034	RAL 2001	RAL 3022

LEGENDA VÝVODŮ PRO SPECIALISTY:

S_z Přívod el. proudu 230V pro osvětlení pracovní linky,
volný konec kabelu 1m - cca 1450 mm (vypínač na stěně).

Z El. zásuvka 230 V/16 A, v místnostech pro
lékařské účely napáj. přes proudový chránič
- 1200 mm vysoko, (event. pod parapet)

Pzn. Před výrobou je dodavatel povinen provést zaměření skutečného stavu v místě montáže