



ZN.LP39

N - 0408 - označení souboru zdravotní technologie

M 1:25



PUDORYS



POHLED

ŘEZ

VÝPIS MÍSTNOSTÍ UMÍSTĚNÍ VÝROBKU DLE VÝKRESŮ:

OBJEKT J:

J.ZN.LP39

J.07.044 - PRÁCOVIŠTĚ NEONATOL. SESTER

BAREVNÁ SPECIFIKACE DLE PATER:

1 NP	2 NP	3 NP	4 NP	5 NP	6 NP	7 NP	8 NP
RAL 4001	RAL 5019	RAL 6033	RAL 6021	RAL 1021	RAL 1034	RAL 2001	RAL 3022

LEGENDA VÝVODŮ PRO SPECIALISTY:

Z El. zásuvka 230 V/16 A, v místnostech pro lékařské účely napáj. přes proudový chránič - 1200 mm vysoko, (event. pod parapet)

Z' El. zásuvka 230 V/16 A, napájená ze záložního zdroje dieselagregátu, v místnostech pro lékařské účely napájená přes proudový chránič, případně označená "DO" - cca 300 mm vysoko.

Pzn. Před výrobou je dodavatel povinen provést zaměření skutečného stavu v místě montáže