

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Název veřejné zakázky	„DODÁVKA ZDRAVOTNICKÝCH PŘÍSTROJŮ PRO ZZS KHK – ČÁST 1) – 2 ks transportních ventilátorů pro vozidla RZP“
Zadavatel	Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové, IČO: 481 45 122
Druh řízení	Zjednodušené podlimitní řízení – veřejná zakázka na dodávky

Předmět plnění: Transportní ventilátor pro vozidla rychlé zdravotnické pomoci

Počet přístrojů: 2

Požadovaná technická specifikace jednotlivých přístrojů:

1. Transportní ventilátor s příslušenstvím pro potřeby zdravotnické záchranné služby pro plně řízenou a asistovanou ventilaci
2. Hmotnost přístroje do 6 kg včetně nosného systému, baterie a tašky
3. Nastavitelné ventilační režimy: minimálně VC-CMV, VC-AC, SPN-CPAP, VC-SIMV
4. Možnost neinvazivní ventilace přes masku v režimu CPAP s tlakovou podporou
5. Možnost jednoduchého nastavení režimu pro kardiopulmonální resuscitaci
6. Možnost plynulého nastavení dechového objemu od hodnoty 100 ml (pro děti)
7. Možnost nastavení inspirační frakce kyslíku minimálně na dvou úrovních odpovídajících přibližně 40% kyslíku a 100% kyslíku
8. Integrovaný PEEP s možností plynulého nastavení od 0 do 20 cm H₂O
9. Možnost nastavení tlakové podpory (PS) od 0 do 35 cm H₂O vůči PEEP
10. Nastavitelný poměr inspiria a expiria (I:E) od 1:4 po 4:1
11. Kompletní příslušenství nutné k provozu přístroje: ventilační okruh pro opakované použití, tlakové hadice pro připojení ke zdroji O₂ apod.
12. Příslušenství pro neinvazivní ventilaci s každým dodaným přístrojem: 2 ks maska ClassicStar velikosti L a 2 ks maska ClassicStar velikosti M
13. Vysoká spolehlivost přístroje a odolnost vůči vnějším negativním vlivům (náraz, vibrace, provozní teploty v rozmezí od -20 do +50 stupňů Celsia apod.)
14. Jednoduché, přehledné a intuitivní ovládání pomocí dotykové obrazovky pro snadnou údržbu a čištění přístroje
15. Barevná obrazovka s velikostí minimálně 10 cm pro zobrazení ventilačních parametrů s přepínáním orientace obrazovky o 180 stupňů podle polohy přístroje
16. Zvukový a optický alarm signalizující minimálně nízký tlak přívodu kyslíku, nízký a vysoký tlak v dýchacích cestách, rozpojení okruhu ventilátoru
17. Integrovaný nosný systém pro tlakovou nádobu s kyslíkem o objemu 2 l s možností zavěšení na lůžko pacienta
18. Brašna nebo taška na nezbytné příslušenství používané k provozu přístroje
19. Držák přístroje (1 kus pro každý dodaný přístroj) pro instalaci do vozidla zdravotnické záchranné služby s platnou certifikací nebo homologací pro daný účel použití a s dobíjecím systémem pro nabíjení baterií 12-28 V
20. Nabíječka vyměnitelných a dobíjecích baterií
21. Doklad o splnění evropské normy EN 1789:2007+A1:2010 + A2 2014 pro přístroje používané v provozu zdravotnické záchranné služby
22. Doklad o schválení přístroje pro provoz v České republice

23. Návod k obsluze a prohlášení o shodě v českém jazyce

Nabídnutý přístroj musí být kompletní a funkční včetně požadovaného příslušenství.

Pokud je v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelných nebo lepších parametrů.

Nesplnění požadovaných technických parametrů je důvodem k vyřazení nabídky.

Funkční vzorek:

V průběhu posuzování a hodnocení nabídek může vznést hodnotící komise požadavek na případné bezplatné zapůjčení jednoho kusu přístroje pro zkušební provoz a ověření, zda splňuje požadované parametry.

Dodavatel musí zajistit splnění tohoto požadavku ve lhůtě do 14 dnů od vyzvání zadavatelem. Maximální délka zapůjčení přístroje pro zkušební provoz bude 21 dnů ode dne výpůjčky. Zapůjčením přístroje nevzniká dodavateli nárok na uzavření kupní smlouvy.

Záruční podmínky: minimálně 24 měsíců

Doba dodání: 60 kalendářních dnů od podpisu smlouvy