ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA Z ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

ZADAVATEL:	**Oblastní nemocnice Náchod, a.s.**
SÍDLO:	Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČO/DIČ:	26000202/ CZ699004900
ZASTOUPENÝ:	Ing. Ivanou Urešovou, MBA, statutární ředitelka
KONTAKTNÍ OSOBA:	Bc. Kateřina Svobodová, tel. +420 601 160 192

ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA Z ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

Dodávka reagencií a spotřebního materiálu pro IHC barvení včetně výpůjčky přístroje

v zadávacím řízení dle § 53 – zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ")

ÚČASTNÍK:

HPST, s.r.o., IČ: 25791079

Oblastní nemocnice Náchod, a.s. jakožto zadavatel veřejné zakázky vypsané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem **„Dodávka reagencií a spotřebního materiálu pro IHC barvení včetně výpůjčky přístroje"** a vyhlášené dne 3. 2. 2020 na profilu zadavatele, **rozhodl o vyloučení** účastníka:

HPST, s.r.o.
Na Jetelce 69/2, 190 00 Praha 9
IČO: 25791079

z účasti v zadávacím řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku, a to z důvodu nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách – minimální technické podmínky nabízeného přístroje.

I.

Odůvodnění

V rámci zjednodušené podlimitní veřejné zakázky s názvem: **„Dodávky reagencií a spotřebního materiálu pro IHC barvení včetně výpůjčky přístroje“,** zadávané Oblastní nemocnicí Náchod a.s., IČ: 26000202, se sídlem na adrese Purkyňova 446, 547 69 Náchod, jakožto zadavatelem, byla dne 17. 02. 2020, tj. ve lhůtě pro podání nabídek, zadavateli doručena nabídka společnosti HPST, s.r.o., IČ: 25791079, se sídlem na adrese Na Jetelce 69/2, 190 00 Praha 9 (dále také jen „společnost HPST, s.r.o.“ anebo „účastník“) jakožto účastníka, s tím, že uvedená nabídka byla zadavatelem zaevidována pod pořadovým č. 2.

Hodnotící komise (dále jen „komise“) přistoupila v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 ZZVZ nejprve k hodnocení. Podle článku 11 zadávací dokumentace stanovil zadavatel jako jediné hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídek, a to podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH. Na základě tohoto hodnotícího kritéria stanovila pořadí nabídek následovně:

Pořadí na základě hodnocení	Účastník	IČ	Nabídková cena v Kč bez DPH	Pořadí podání nabídky
1	**HPST, s.r.o.**	25791079	2 758 387,19	2
2	**Promedica Praha Group, a.s.**	25099019	3 392 667,60	1

Na základě posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, které provedla komise na svém jednání dne 18. 2. 2020, zjistila v hodnocené nabídce účastníka, společnosti HPST, s.r.o., IČ: 25791079, následující nedostatky:

Nabídka č. 2 účastníka HPST, s.r.o., nesplňuje podmínky zadávací dokumentace v **příloze č. 6 Technická specifikace**:

(i) „Plná automatizace IHC barvení – sušení řezů, deparafinace, demaskování“

Účastník v předložené nabídce k tomuto výše uvedenému parametru sám uvedl, že jej nesplňuje, neboť jeho nabízený analyzátor zpracovává předem usušené preparáty. Z

uvedeného tedy vyplývá, že by zadavatel musel provádět sušení na jiném, samostatném přístroji (termostatu). Závěrem tedy je, že požadavek zadavatele na sušení preparátů není splněn z důvodu, že nelze usušení provést v barvícím automatu. Za druhé, plná automatizace IHC barvení není splněna, proces probíhá odděleně ve dvou přístrojích, a to následovně: PT link – deparafinace a demaskování a následně v Autostaineru – vlastní barvení.

(ii) „Možnost plně automatického běhu přes noc bez přítomnosti obsluhu"

Účastník ve své nabídce uvedl, že tento požadavek splňuje následujícím způsobem: „Možnost plně automatického běhu obou přístrojů i přes noc". Hodnotící komise s tímto tvrzením účastníka nesouhlasí a konstatuje, že vzhledem k tomu, že je nutné provést přesun skel po demaskování, kdy tento přesun zajistí laborantka, nelze tak považovat tuto činnost za plně automatickou bez přítomnosti obsluhy.

(iii) „Možnost aplikace primární protilátky manuálně"

Účastník v předložené nabídce k tomuto výše uvedenému parametru sám uvedl, že jej nesplňuje, s tvrzením: „z důvodu maximální standardizace metod a minimalizace chyb způsobených lidským faktorem naopak nelže činidla, a obzvláště primární protilátky, aplikovat manuálně". Hodnotící komise konstatuje, že účastníkem uvedené tvrzení je v rozporu s požadavky zadavatele na technické parametry analyzátoru, tedy aplikaci primární protilátky manuálně.

Účastník ve své nabídce na str. 21 a 22 předložil dokument „Žádost o posouzení technických specifikací nabízeného imunohistochemického barvící systému", ve kterém účastník uvádí, že nesplňuje zadavatelem požadované parametry. Na základě tohoto předloženého dokumentu se hodnotící komise rozhodla již účastníka HPST, s.r.o. nevyzývat dle § 46 ZZVZ k objasnění nebo doplnění údajů jeho nabídky, neboť účastník již v nabídce sám objasnil a zdůvodnil předložené údaje / parametry z jeho nabídky, které nesplňují požadavky zadavatele.

Dle zadavatele jsou výše uvedená porušení zadávacích podmínek natolik závažná, že je již nelze žádným způsobem zhojit. Z tohoto důvodu navrhla komise zadavateli, aby účastníka,

společnost HPST, s.r.o., IČ: 25791079 v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ vyloučil, neboť účastník společnost HPST, s.r.o., IČ: 25791079 nesplnil zadávací podmínky, konkrétně neprokázal splnění technických podmínek stanovených zadavatelem dle článku 8. odst. a) zadávací dokumentace. Účastníkem nabízený předmět veřejné zakázky tak nesplňuje zadávací podmínky.

Zadavatel s návrhem hodnotící komise učiněným v písemné zprávě o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení ze dne 18. 2. 2020 souhlasí a činí tímto rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Poučení:

Proti rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 ZZVZ. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15ti dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení.

V Náchodě dne 27.2.2020

.....

Ing. Ivana Urešová, MBA

statutární ředitelka ONN, a.s.

OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s.
Purkyňova 446
547 01 NÁCHOD
55