

## Dodatečné informace č.4 k veřejné zakázce

**Zadavatel:** Oblastní nemocnice Náchod a.s.  
Purkyňova 446  
547 69 Náchod

**Veřejná zakázka:** DODÁNÍ A INSTALACE PŘÍSTROJŮ PRO IKTOVÉ  
CENTRUM ON NÁCHOD a.s.

**Způsob zadání:** Otevřené, nadlimitní řízení dle zákona 137/2006 Sb.  
v platném znění

### Dotaz č. 1 ze dne 24. 04. 2014

#### pro část 3. Monitory a centrální stanice

zadavatel požaduje 4 ks modulu EEG, u všech 4 monitorů bez bližšího upřesnění.

Dotaz: V souladu s medicínským účelem monitorování EEG pacientů na lůžku v rámci iktového centra uchazeč předpokládá, že zadavatel v rámci měření EEG požaduje záznam minimálně 4 kanálů EEG a současně stejným modulem měření auditivních – evokovaných potenciálů (AEP), které jsou nezbytné při podpoře úvah o možné mozkové smrti a šetří další prostředky jinak vynakládané na další vyšetření, která jsou zatěžující a ekonomicky náročné jako je např. mozková angiografie.

Dále v souladu s požadavkem zadávací dokumentace na registraci EEG záznamu uchazeč vyvozuje, že záznam 4 kanálového EEG v plném zobrazení po dobu min 24 hodin zpětně má být zobrazen na centrální stanici včetně archivace těchto naměřených údajů i výsledky evokovaných potenciálů.

Je tento předpoklad správný?

#### Odpověď na dotaz č.1

Zadavatel požaduje 4 kanálový EEG modul. Na podobný dotaz jsme odpovídali v dodatečných informacích č.3. Modul měření auditivních – evokovaných potenciálů (AEP) zadavatel **nepožaduje**. Záznam EEG v plném zobrazení po dobu min 24 hodin zpětně, který má být zobrazen na centrální stanici, včetně archivace těchto naměřených údajů, zadavatel **požaduje**.

V Náchodě dne 30. 04. 2014

Ing. Miroslav Vávra, CSc.  
Ředitel ON Náchod a.s.

