

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 2 ZE DNE 14. 8. 2020

ZADAVATEL: Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
Sídlem: M. Gorkého 77, Kryblice, 541 21 Trutnov
Zastoupený: Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., statutární ředitel
IČO: 260 00 237

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Výpůjčka přístrojového vybavení pro provádění hematologických vyšetření krevního obrazu a dodávka diagnostik pro pracoviště Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změny a doplnění zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

dotaz č. 1:

Bude zadavatel vyžadovat doložení o datu výroby analyzátoru, např. rok výroby analyzátoru 2020 eventuelně 2019 pro ověření techniky dodavatele?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.1:

Ano.

dotaz č. 2:

Zadavatel dovoluje využití již používaného přístroje. Bude zadavatel požadovat ověření data výroby, tj. rok výroby maximálně 2016/2017 či technický stav již použitého analyzátoru – deklarací servisního technika formou popisu aktuálního technického stavu analyzátoru a jeho doporučení na požadovanou dobu 60 měsíců při nepřetržitém 24 hodinovém provozu?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.2:

Ano, rok výroby max. 2017.

dotaz č. 3:

Zadavatel požaduje profil vyšetření u každého vzorku v profilu: KO + DIFF + RET? Standardně analyzátory vyšetřují selektivně profil vyšetření podle žádanky tj. např. pouze KO nebo KO + DIFF či KO + RET, případně KO + DIFF + RET. Požadované penzum profilu má vliv na časovou náročnost vyšetření a klade nároky na vyšší spotřebu reagensů, respektive neekonomický provoz bez nároku na bodové ohodnocení – proplacení pouze části vyšetření např. základního KO i přes použité reagensie v profilu: KO + DIFF + RET.

Bude zadavatel požadovat v rámci hospodárného provozu možnost selektivního výběru profilu vyšetření jako jsou: KO, KO + DIFF, KO + RET, KO + DIFF + RET?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.3:

V zadávací dokumentaci není uvedeno, že zadavatel požaduje u každého vzorku profil KO + DIFF+ RET. O volbě profilu u vzorků není v zadání nic řečeno.

dotaz č. 4:

Umožní zadavatel se zúčastnit výběrového řízení dodavatele s větším množstvím potřebných reagensů pro vyšetření profilu: KO + DIFF + RET, než jsou stanovené 4 reagensie? Tento požadavek neobsahuje klinický ani jiný kvalitativní přínos pro vyšetření a zároveň eliminuje další dodavatele se účastnit výběrového řízení.

Považujeme tento požadavek za diskriminační.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.4:

Zadavatel v tomto požadavku upravuje zadávací podmínky – viz. vysvětlení č.1 - viz. upravená př. č. 2.

Vzhledem k tomu, že zadavatel mění podmínky zadávací dokumentace, mění se termín předložení nabídek na 7. 9.2020 do 10.00 hod.

S pozdravem

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., statutární ředitel

V zastoupení Ing. Petr Kozák, prokurista

Maxima Gorkého 77

541 01 Trutnov

V Trutnově dne 14. 8. 2020