

Písemná zpráva zadavatele

vyhotovená dle ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“),

o průběhu zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem:

„Operační stoly (gynekologické a ortopedické) pro Oblastní nemocnici Náchod“

zadávané v otevřeném nadlimitním řízení

1. Identifikační údaje zadavatelů:

Podle článku 3.2 Smlouvy o spolupráci je Zadavatel č. 1 pověřený vystupovat za smluvní strany navenek vůči třetím subjektům, tj. zejména vůči účastníkům zadávacího řízení.

| | |
|----------------|--|
| Zadavatel č. 1 | Královéhradecký kraj |
| Sídlo | Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové |
| IČO | 708 89 546 |
| Zástupce | Mgr. Martine Červíček, hejtman |

| | |
|----------------|--|
| Zadavatel č. 2 | Oblastní nemocnice Náchod a.s. |
| Sídlo | Purkyňova 446, 547 01 Náchod |
| IČO | 260 00 202 |
| Zástupce | RNDr. et Bc. Jan Mach, předseda správní rady |

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky bylo dodání, instalace a kompletní uvedení do provozu jednoho operačního stolu pro gynekologii (na sekční sál) a dvou kusů ortopedických operačních stolů pro nové prostory Oblastní nemocnice Náchod (ONN). Součástí předmětu veřejné zakázky je též poskytování bezplatného komplexního záručního servisu a zajištění pozáručního servisu po dobu 5 let na základě smlouvy č. 2 o poskytování servisních služeb uzavřené se zadavatelem – ONN.

Zpracovatel projektové dokumentace:

JIKA – CZ s.r.o., IČO: 25917234, se sídlem: Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec Králové

Jednatel: Ing. Jiří Slánský

Zpracovatel auditu zdravotnické techniky:

HOSPIMED, spol. s r.o., IČO: 00676853, se sídlem: Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3

Jednatel: Ing. Radim Celecký

Kontaktní osoba: Mgr. Jan Škopek

Biomedicínský inženýr – Finální podoba technické specifikace:

Ing. Martin Jireš, IČO: 01379771, se sídlem: Ve slatinách 3243/1, 106 00 Praha – Záběhlice

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky s požadovanými minimálními technickými parametry byla uvedena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace – a) Technická specifikace, b) Počty a umístění, která je pro plnění předmětu této veřejné zakázky závazná. Předmět dodávky dle přílohy č. 1 byl dále podrobně specifikován přílohou č. 2 zadávacích podmínek – návrh kupní smlouvy.

Předmět dodávky dle přílohy č. 1 je dále podrobně specifikován přílohou č. 2 zadávacích podmínek – návrh kupní smlouvy. Pozáruční servis je dále podrobně specifikován přílohou č. 3 zadávacích podmínek – návrh smlouvy o poskytování servisních služeb.

Nedílnou součástí předmětu veřejné zakázky je zejména:

- a) doprava do místa plnění, montáž, instalace, uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech provozních testů a předepsaných zkoušek dle příslušné platné právní úpravy, ověření deklarovaných technických parametrů;
- b) instruktáž zdravotnického personálu uživatele (dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů);
- c) vystavení protokolu o proškolení, resp. instruktáži zdravotnického personálu, a protokolu opravňujícího provádět následné instruktáže zdravotnického personálu v používání předmětu veřejné zakázky pro určeného pracovníka uživatele, pokud má dodavatel k takovému oprávnění prokazatelný souhlas výrobce zboží;
- d) dodání předávacího protokolu, záručního a dodacího listu;
- e) poskytování komplexního záručního servisu a oprav včetně dodávky náhradních dílů;
- f) po dobu záruky (minimálně však 1x ročně) požaduje zadavatel provedení bezpečnostně technických kontrol dle zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZOZP“), které jsou nezbytné pro provoz tohoto zařízení. Dále provedení veškerých předepsaných či doporučených kontrol a revizí včetně vystavení protokolů (a to jak výrobcem, tak servisní organizací nebo právními předpisy), aby zdravotnický prostředek splňoval podmínky uvedené v ZOZP. Pokud je pro provedení bezpečnostně technických kontrol či jakýchkoliv dalších předepsaných testů vyžadován spotřební materiál, je vždy součástí provedení těchto kontrol, a proto nemůže být samostatně účtován. Poslední bezpečnostně technické kontroly musí být účastníkem provedeny nejdříve 1 kalendářní měsíc před uplynutím záruční lhůty;
- g) dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání zboží (event., které jsou zadavatelem požadovány pro připojení do IT infrastruktury NIS a PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle ZOZP;
- h) ekologická likvidace obalového materiálu, v němž bylo zboží dodáno;
- i) poskytování pozáručního servisu po dobu 5 let (po skončení záručního servisu).

Klasifikace předmětu veřejné zakázky pomocí CPV – Kódu:

33100000-1 – Zdravotnické přístroje

33192230-3 – Operační stoly

3. Cena sjednaná ve smlouvě:

- Kupní smlouva: 7 111 444,00 Kč bez DPH (tj. 8 604 847,24 Kč včetně DPH)
- Servisní smlouva: 949 765,00 Kč bez DPH (tj. 1 149 215,65 Kč včetně DPH)

4. Druh zadávacího řízení:

Otevřené nadlimitní řízení

5. Označení účastníků zadávacího řízení:

Ve lhůtě pro podání nabídek byla podána 1 nabídka.

| Evidenční číslo | Účastník (Obchodní firma a sídlo) | IČO | Celková nabídková cena v Kč bez DPH |
|-----------------|--|----------|-------------------------------------|
| 1 | GETINGE Czech Republic s.r.o. , se sídlem Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4 | 03053601 | 8 061 209,00 |

6. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení:

Nebyl vyloučen žádný účastník.

7. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru:

Dle ustanovení § 122 odst. 2 ZZVZ, pokud je v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení, může být zadavatelem vybrán bez provedení hodnocení.

Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci zadávacího řízení zadavatel obdržel právě jednu nabídku, komise neprovedla hodnocení nabídek, ale přistoupila k posouzení podané nabídky z hlediska splnění podmínek účasti, uvedených v zadávacích podmínkách.

Vybraným dodavatelem je **GETINGE Czech Republic s.r.o.**, se sídlem Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 03053601, **s celkovou nabídkovou cenou 8 061 209,00 Kč bez DPH** (nabídková cena A pro zadavatele č. 1 Královéhradecký kraj činí 7 111 444,00 Kč bez DPH a nabídková cena B pro zadavatele č. 2 Oblastní nemocnici Náchod, a.s. činí 949 765,00 Kč bez DPH), jehož nabídka po posouzení splnění podmínek účasti, splnila všechny zákonem a zadavatelem stanovené podmínky účasti v zadávacím řízení.

8. Označení poddodavatele:

9. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo soutěžního dialogu:

Nepoužito.

10. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění:

Nepoužito.

11. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu:

Nepoužito.

12. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému:

Zadávací řízení nebylo zrušeno. Nepoužito.

13. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků:

Při podání nabídky byly použity elektronické prostředky – certifikovaný elektronický nástroj EZAK.

14. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

15. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části:

Zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělil na části, jelikož by to vzhledem k povaze plnění, které je předmětem této veřejné zakázky, nebylo účelné. Předmětem této zakázky je kompletní dodávka včetně zajištění mj. pozáručního servisu.

16. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle ustanovení § 78 odst. 3 ZZVZ:

Nepoužito.

V Hradci Králové dne 24. 5. 2021

Mgr. Kateřina Machová,
oddělení veřejných zakázek,
na základě pověření