

Oblastní nemocnici Trutnov a.s.
Obnova gastrologického vybavení 2

1 ks elektrický vyhřívaný vozík s ventilátorem

str.1

Požadavky zadavatele Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem

Základní požadavky

.- min. kapacita 15xGN 2/1- 65 mm	
.- vnější rozměry zařízení do cca 800x1000x1600	
.- předpokládané napájení napětí 230 V	
.- celkový příkon do 2 kW	

Požadované vlastnosti

.- dvouplášťové, izolované provedení z chromniklové oceli 18/10	
.- rozteč vsunů 75 mm, lisované provedení vsuvů (nepřípustné provedení nýtovaných nebo šroubovaných vsuvů)	
.- digitální termostat s regulací teploty +30 °C až +90 °C	
.- aktivní ohřev - ventilátor a topné těleso na vnitřní zadní stěně vozíku	
.- dno vozíku tvořeno vaničkou pro zachycení kondenzátu	
.- madlo pro transport na zadní straně vozíku	
.- 4 × kolečko otočné průměr min. 150 mm, z toho 2 × s brzdou	
.- uzavírání: klika se zámkem	
.- rohové nárazníky	
.- aretace otevřených dveří	

Součásti dodávky

.- doprava na místo plnění	
.- instalace nového zařízení a uvedení do provozu	
.- návod v ČJ v tištěné podobě	
.- doklady o schválení autorizovanou osobou	
.- zaškolení obsluhy	
.- záruční servis v trvání 24 měsíců	