

Oblastní nemocnice Trutnov a.s.	
Barvicí automat mikroskopických preparátů pro diagnostiku tuberkulózy	str.1
Přístroj pro laboratorní stanovení přítomnosti a určení druhů mikroorganismů ve vzorcích barvicím postupem pro zjištění TBC (ZN nebo fluorescenční barvení) - vertikální nástřik barvicích přípravků na mikroskopická sklíčka pomocí trysek s kontrolovaným množstvím dávky a času přisoučasné rotaci sklíček	

Upozornění

Pokud zadavatel použil v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní název či specifické označení, činí tak z důvodu vymezení požadavků na kompatibilitu požadovaného zařízení s ostatním vybavením zadavatele. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Požadavky zadavatele	Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem
----------------------	---

Obecné požadavky

plně automatizovaný uzavřený systém pro barvení	
dosahování přesných a standardizovaných výsledků pro všechny typy vzorků	
eliminace křížové kontaminace	
homogenní kvalita preparátů	
intuitivní dotyková ovládací obrazovka	

Základní parametry

kapacita karuselu 12 nebo 30 pozic	
napájení 230 V, 50-60 Hz	
váha přístroje max. 18 kg (stolní verze)	
manuální vkládání vzorků bez nutnosti ID	
volitelná odpadní nádoba s detekcí hladiny	
volitelná 5l nádoba na vodu	

Výpočetní a softwarové vybavení

SW řízené sprejování barev na preparáty	
možnost tvorby programů	
historie zpracování sklíček	

Instalační práce a služby

doprava, umístění předmětu plnění na místo plnění	
instalace a uvedení do rutinního provozu klin. pracoviště	
provedení funkční zkoušky a vstupní validace systému	
zaškolení obsluhy vyhovující požadavkům zákona č. 268/2014Sb o zdravotnických prostředcích	
dodání potřebné dokumentace: prohlášení o shodě, návod k obsluze v ČJ (elektronicky i papírově), předávací protokol, instalační/validační protokol, vyplnění protokolu zadavatele o uvedení zařízení do provozu, certifikace dodavatele	
aktualizace SW po celou dobu životnosti přístroje	

Oblastní nemocnice Trutnov a.s.	
Barvící automat mikroskopických preparátů pro diagnostiku tuberkulózy	str.2

Součástí nabídky bude

návod k obsluze v českém jazyce	
doklad osvědčující způsobilost k prodeji, distribuci a servisu zdravotnických prostředků (doklad o registraci dle z. č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích) pro dodavatele a doklad o notifikaci ZP dle z. č. 268/2014 Sb.	
doklad osvědčující způsobilost servisních techniků k servisním a kontrolním zásahům na zařízení	
požadavky připravenosti instalace včetně parametrů pro nastěhování přístroje a příslušenství a požadavky na dodávky médií	