

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

Název veřejné zakázky	Dodávka antigenních testů 2021II
Druh řízení	výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu
Zadavatel:	Domov U Biřičky
sídlo:	K Biřičce 1240, 500 08 Hradec Králové
IČ:	00579033
DIČ:	CZ00579033
zástupce:	Ing. Daniela Lusková, MPA, ředitel

1. Identifikace zadavatele

Zadavatel:	Domov U Biřičky
sídlo:	K Biřičce 1240, 500 08 Hradec Králové
IČ:	00579033
DIČ:	CZ00579033
zástupce:	Ing. Daniela Lusková, MPA, ředitel

Zadavatel výkonem zadavatelských činností v rámci tohoto výběrového řízení následující osobu:

Osoba zastupující zadavatele:	Mgr. Zdeněk Tomáš, advokát
sídlo:	Na Hrádku 1940, 530 02 Pardubice
IČ:	03536378
evidenční číslo ČAK:	15986
e-mail:	tomas@vialegal.cz
telefon:	+420 608 607 501

2. Předmět veřejné zakázky

Předmět veřejné zakázky a popis plnění:	Dodávky setů antigenních testů na přítomnost viru SARS-CoV-2 v biologickém vzorku odebraném stěrem z nosohltanu (testy k profesionálnímu užití) (dále jen „antigenní testy“) prováděné proškoleným zdravotnickým personálem, dle potřeb zadavatele pro rok 2021 včetně zajištění dopravy do místa plnění a poskytnutí záruky za jakost. Jednotlivé dodávky produktů budou realizovány na základě požadavků zadavatele.
Technická specifikace veřejné zakázky:	Bližší specifikace minimálních technických parametrů, užitných vlastností a rozsahu dodávek antigenních testů včetně předpokládaného množství odběru ve vymezeném období je uvedeno v <u>Příloze č. 3 této Zadávací dokumentace, tj. Spotřebním koši.</u>

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódů CPV:

33141620-2	Zdravotnické sady
33141625-7	Diagnostické sady

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla zadavatelem stanovena jako předpokládaná výše úplaty za plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu dle shora specifikovaného předmětu veřejné zakázky:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:	800.000, - Kč bez DPH
--	------------------------------

3. Použitý druh zadávacího/výběrového řízení

Tato veřejná zakázka a výběrové řízení jsou vymezeny zadavatelem ve smyslu příslušných ustanovení:

- zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“);
- Směrnice Rady Královéhradeckého kraje č. 3, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek (dále jen „Směrnice“);

Druh veřejné zakázky dle předmětu plnění:	dodávky (ve smyslu § 14 odst. 1 ZZVZ)
Druh veřejné zakázky dle předpokládané hodnoty	veřejná zakázka malého rozsahu (ve smyslu § 27 ZZVZ) (dále jen „VZMR“)
Režim veřejné zakázky dle ZZVZ a Směrnice:	výběrové řízení na VZMR mimo režim ZZVZ (dle § 31 ZZVZ) a dále zadávané v režimu Směrnice KHK (dle čl. 9 a násl. Směrnice)
Druh výběrového řízení z hlediska Směrnice:	Zakázka 2. kategorie

4. Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku

Název smlouvy:	Rámcová smlouva
Datum uzavření smlouvy:	14.7.2021
Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku:	Celková nabídková cena (v Kč bez DPH): 660.000,- Kč bez DPH Jednotková kupní cena za měrnou jednotku dodávaného zboží, za kterou se prodávající zavazuje dodávat kupujícímu předmětné zboží na základě dílčích kupních smluv dle Rámcové smlouvy, je na základě ujednání smluvní stran stanovena v Položkovém seznamu uvedeném v Příloze č. 1 Rámcové smlouvy.

5. Označení dodavatele (účastníka), s nímž byla uzavřena smlouva

Název účastníka:	REMEDIKA, spol. s r.o.
Sídlo účastníka:	Veverkova 1631/5, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
IČ účastníka:	25256025

6. Označení poddodavatelů (účastníka), s nímž byla uzavřena smlouva

Dodavatel, se kterým byla uzavřena smlouva, v rámci jeho nabídky neuvedl, že předmět plnění zadávané veřejné zakázky bude plnit prostřednictvím poddodavatelů a zadavateli nejsou známi poddodavatelé příslušného dodavatele (účastníka), se kterým byla uzavřena smlouva.

7. Označení všech účastníků výběrového řízení

Pořadové číslo	Název účastníka	IČ účastníka	sídlo účastníka
1.	REMEDIKA, spol. s r.o.	25256025	Veverkova 1631/5, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové

8. Označení všech vyloučených účastníků výběrového řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Pořadové číslo	Název účastníka	IČ účastníka	sídlo účastníka
2.	Novatin s.r.o.	27930815	V sadech 1081/4a, Bubeneč, 160 00 Praha 6
Důvod vyloučení účastníka			č. 1

**Požadavek zadavatele dle
Zadávací dokumentace
zadávané veřejné zakázky:**

Zadavatel v **Příloze č. 3 Zadávací dokumentace, tj. Spotřební koš**, stanovil technické parametry, užitné vlastnosti a rozsah dodávaných antigenních testů, jež jsou nezbytné a zadavatelem požadované pro tuto veřejnou zakázku. Následně v souladu s ustanovenými technickými parametry dodávaných zdravotnických prostředků vč. příslušenství v Příloze č. 3 Zadávací dokumentace, tj. Spotřební koš, zadavatel na základě ustanovení čl. 8 odst. 8.1 příslušné Zadávací dokumentace k tomuto výběrovému řízení požadoval po účastnících doložit vyplněný doklad s parametry jím nabízených antigenních testů (zboží), a to v rozsahu základních a zadavatelem požadovaných parametrů - minimálně v rozsahu dle **Přílohy č. 3 Zadávací dokumentace, tj. Spotřební koš**.

Dle Přílohy č. 3 Zadávací dokumentace, tj. Spotřební koš, zadavatel požadoval následující parametry předmětu veřejné zakázky, jež následně požadoval po účastnících (dodavatelích) doplnit:

Technické parametry zboží – antigenní test	
Technické parametry zboží a vymezení minimálních požadavků	Dodavatelem nabízené technické parametry zboží
Kompletní set (sada) pro screeningové POC antigenní testy (POC Ag) - název:	DOPLNIT: NÁZEV A VÝROBCE (pozn. dodavatel doplní název testu a výrobce)
antigenní testy pro výtěr výlučně z nosohltanu prováděné proškoleným zdravotnickým personálem	DOPLNIT: ANO/NE (pozn. dodavatel doplní ANO nebo NE)
antigenní testy pro profesionální použití	DOPLNIT: ANO/NE (pozn. dodavatel doplní ANO nebo NE)
antigenní test disponuje Prohlášením o shodě	DOPLNIT: ANO/NE (pozn. dodavatel doplní ANO nebo NE)
sensitivita antigenního testu - minimálně 97 %	DOPLNIT: ...% (dodavatel doplní předmětný parametr nabízeného zboží v procentech (%))
specifita antigenního testu - minimálně 99%	DOPLNIT: ...% (dodavatel doplní předmětný parametr nabízeného zboží v procentech (%))
čas vyhodnocení vzorku antigenního testu - maximálně 15 minut	DOPLNIT: ... min. (dodavatel doplní předmětný parametr nabízeného zboží v minutách)
antigenní test disponuje návodem v českém jazyce, který je součástí balení	DOPLNIT: ANO/NE (pozn. dodavatel doplní ANO nebo NE)
k provedení antigenního testu není vyžadován žádný přístroj ani další materiál	DOPLNIT: ANO/NE (pozn. dodavatel doplní ANO, pokud není potřeba žádný přístroj či další materiál, nebo NE, pokud je potřeba nějaký přístroj či další materiál)
balení antigenních testů je hygienicky balené	DOPLNIT: POPIS BALENÍ (dodavatel popíše způsob balení a

„Dodávka antigenních testů 2021“

		všechny jednotlivé součásti sad (setů) testu)																										
	doba expirace testovací sady minimálně do března 2023	DOPLNIT: MĚSÍC A ROK (pozn. dodavatel doplní minimální dobu expirace testovací sady uvedením data v podobě měsíce a roku)																										
Přehled doložených dokladů / dokumentů v nabídce účastníka k požadavku zadavatele dle Zadávací dokumentace zadávané veřejné zakázky:	Účastník ve své nabídce předložil Přílohu č. 3 Zadávací dokumentace, tj. Spotřební koš v následujícím rozsahu: <table><tr><th colspan="2">Technické parametry zboží – antigenní test</th></tr><tr><th>Technické parametry zboží a vymezení minimálních požadavků</th><th>Dodavatelem nabízené technické parametry zboží</th></tr><tr><td>Kompletní set (sada) pro screeningové POC antigenní testy (POC Ag) - název:</td><td>Humasis COVID-19 Ag Test, Humasis Ltd.</td></tr><tr><td>antigenní testy pro výtěr výlučně z nosohltanu prováděné proškoleným zdravotnickým personálem</td><td>ANO</td></tr><tr><td>antigenní testy pro profesionální použití</td><td>ANO</td></tr><tr><td>antigenní test disponuje Prohlášením o shodě</td><td>ANO</td></tr><tr><td>sensitivita antigenního testu - minimálně 97 %</td><td>1</td></tr><tr><td>specifita antigenního testu - minimálně 99%</td><td>1</td></tr><tr><td>čas vyhodnocení vzorku antigenního testu - maximálně 15 minut</td><td>15 minut</td></tr><tr><td>antigenní test disponuje návodem v českém jazyce, který je součástí balení</td><td>ANO</td></tr><tr><td>k provedení antigenního testu není vyžadován žádný přístroj ani další materiál</td><td>ANO</td></tr><tr><td>balení antigenních testů je hygienicky balené</td><td>ANO</td></tr><tr><td>doba expirace testovací sady minimálně do března 2023</td><td>MIN. 12 MĚSÍCŮ OD DODÁNÍ</td></tr></table> - Výpis z databáze Evropské komise (COVID-19 In Vitro Diagnostic Devices and Test Methods Database)		Technické parametry zboží – antigenní test		Technické parametry zboží a vymezení minimálních požadavků	Dodavatelem nabízené technické parametry zboží	Kompletní set (sada) pro screeningové POC antigenní testy (POC Ag) - název:	Humasis COVID-19 Ag Test, Humasis Ltd.	antigenní testy pro výtěr výlučně z nosohltanu prováděné proškoleným zdravotnickým personálem	ANO	antigenní testy pro profesionální použití	ANO	antigenní test disponuje Prohlášením o shodě	ANO	sensitivita antigenního testu - minimálně 97 %	1	specifita antigenního testu - minimálně 99%	1	čas vyhodnocení vzorku antigenního testu - maximálně 15 minut	15 minut	antigenní test disponuje návodem v českém jazyce, který je součástí balení	ANO	k provedení antigenního testu není vyžadován žádný přístroj ani další materiál	ANO	balení antigenních testů je hygienicky balené	ANO	doba expirace testovací sady minimálně do března 2023	MIN. 12 MĚSÍCŮ OD DODÁNÍ
Technické parametry zboží – antigenní test																												
Technické parametry zboží a vymezení minimálních požadavků	Dodavatelem nabízené technické parametry zboží																											
Kompletní set (sada) pro screeningové POC antigenní testy (POC Ag) - název:	Humasis COVID-19 Ag Test, Humasis Ltd.																											
antigenní testy pro výtěr výlučně z nosohltanu prováděné proškoleným zdravotnickým personálem	ANO																											
antigenní testy pro profesionální použití	ANO																											
antigenní test disponuje Prohlášením o shodě	ANO																											
sensitivita antigenního testu - minimálně 97 %	1																											
specifita antigenního testu - minimálně 99%	1																											
čas vyhodnocení vzorku antigenního testu - maximálně 15 minut	15 minut																											
antigenní test disponuje návodem v českém jazyce, který je součástí balení	ANO																											
k provedení antigenního testu není vyžadován žádný přístroj ani další materiál	ANO																											
balení antigenních testů je hygienicky balené	ANO																											
doba expirace testovací sady minimálně do března 2023	MIN. 12 MĚSÍCŮ OD DODÁNÍ																											
Zadavatelem zjištěné nesplnění zadávacích podmínek v nabídce účastníka k požadavku zadavatele dle Zadávací dokumentace zadávané veřejné zakázky:	Zadavatel při posuzování a prověřování nabídky shora uvedeného účastníka v rámci dokladů, informací a dokumentů, které tento účastník doložil k prokázání splnění podmínek účasti v tomto výběrovém řízení, zjistil následující nedostatky při prokazování splnění Technických parametrů zboží (dle Přílohy č. 3 Zadávací dokumentace, tj. Spotřební koš, v návaznosti na ustanovení čl. 8 odst. 8.1 Zadávací dokumentace): Účastník v Příloze č. 3 Zadávací dokumentace, tj. Spotřebním koši uvedl pro jeho nabízený výrobek „Humasis COVID-19 Ag Test, Humasis Ltd.“, zejména u parametru sensitivity antigenního testu antigenního, následující: <table><tr><th colspan="2">Technické parametry zboží – antigenní test</th></tr><tr><th>Technické parametry zboží a vymezení minimálních požadavků</th><th>Dodavatelem nabízené technické parametry zboží</th></tr><tr><td>sensitivita antigenního testu - minimálně 97 %</td><td>1</td></tr></table>		Technické parametry zboží – antigenní test		Technické parametry zboží a vymezení minimálních požadavků	Dodavatelem nabízené technické parametry zboží	sensitivita antigenního testu - minimálně 97 %	1																				
Technické parametry zboží – antigenní test																												
Technické parametry zboží a vymezení minimálních požadavků	Dodavatelem nabízené technické parametry zboží																											
sensitivita antigenního testu - minimálně 97 %	1																											

	Zadavatel u shora uvedených technických parametrů zboží požadoval po účastníkovi doplnění předmětného parametru v procentech, avšak účastník hodnoty předmětných parametrů doplnil v celých číslech. Z účastníkem doložené doplněné Přílohy č. 3 Zadávací dokumentace, tj. Spotřební koš tedy není zřejmé, zda předmětný výrobek splňuje zadavatelem požadované technické parametry, tj. zejména požadavek na parametr sensitivity. Účastník ve své nabídce následně doložil Výpis z databáze Evropské komise (COVID-19 In Vitro Diagnostic Devices and Test Methods Database) vztahující se k výrobku „Humasis COVID-19 Ag Test“ a dále Návod k použití výrobku „Humasis COVID-19 Ag Test“. <u>Z předloženého Výpisu vyplývá, že výrobek „Humasis COVID-19 Ag Test“ naplňuje parametr tzv. „clinical sensitivity“ ve výši 95.3% a z předloženého Návodu k použití vyplývá, že výrobek „Humasis COVID-19 Ag Test“ naplňuje parametr „klinická senzitivita“ ve výši 95.5%.</u> Jedná se tedy o hodnoty sensitivity antigenního testu nižší, než zadavatelem požadované minimum dle Přílohy č. 3 Zadávací dokumentace, tj. Spotřební koš, požadované v hodnotě min. 97%. Účastník s ohledem na shora uvedené tedy nesplnil minimální požadavky zadavatele na předmět plnění zadávané veřejné zakázky definované v Příloze č. 3 Zadávací dokumentace, tj. Spotřební koš, resp. v rámci požadavků zadavatele v čl. 8 odst. 8.1 Zadávací dokumentace. <u>Zadavatel k tomuto závěrem shrnuje, že účastník ve své nabídce neprokázal splnění zadavatelem požadovaných technických parametrů zboží, jak bylo stanoveno v Příloze č. 3 Zadávací dokumentace, tj. Spotřební koš, a dále v ustanovení čl. 8 odst. 8.1 Zadávací dokumentace.</u>
--	---

9. Odůvodnění výběru dodavatele (účastníka)

9.1. Hodnoticí kritéria a způsob hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky, je **ekonomická výhodnost nabídky stanovená na základě následujících hodnotících kritérií:**

	Hodnoticí kritérium	Váha kritéria
1.	Celková nabídková cena (v Kč bez DPH)	100 %

Způsob hodnocení nabídek:

1.	Hodnoticí kritérium Celková nabídková cena (v Kč bez DPH) Způsob hodnocení hodnotícího kritéria Pro hodnocení tohoto hodnotícího kritéria použije zadavatel či příslušná hodnotící komise hodnotu „Celkové nabídkové ceny (v Kč bez DPH)“ uvedenou na Krycím listu dle Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace. Dodavatel (účastník) je povinen hodnotu „Celkové nabídkové ceny (v Kč bez DPH)“ nabídnout jako celkovou hodnotu zahrnující kompletní plnění předmětu veřejné zakázky v předpokládaném množství dle Spotřebního koše (Položkového seznamu) jako Přílohy č. 3 Zadávací dokumentace
----	---

Celkové hodnocení nabídek:

Celkové hodnocení dle hodnotících kritérií
Celkové hodnocení bude provedeno tak, že Celkové nabídkové ceny (v Kč bez DPH) jednotlivých dodavatelů (účastníků) uvedené v jejich nabídkách budou seřazeny od nejnižší po nejvyšší.
Nejvýhodnější nabídka
<u>Nejvýhodnější nabídkou je ta, která má nejnižší Celkovou nabídkovou cenu (v Kč bez DPH).</u>

9.2. Hodnocení účastníci a hodnocené údaje z nabídek účastníků

Pořadové číslo	Název účastníka	Údaje z nabídek odpovídající kritériím hodnocení
		Celková nabídková cena (v Kč bez DPH)
1.	REMEDIKA, spol. s.r.o.	660.000,-Kč bez DPH

9.3. Hodnocení nabídek účastníků a výsledek hodnocení

Odůvodnění stanoveného pořadí nabídek a výběru nejvýhodnější nabídky:	
Identifikace vybraného dodavatele (účastníka):	REMEDIKA, spol. s.r.o., IČO 25256025 Veverkova 1631/5, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
Odůvodnění výběru:	Nabídka shora uvedeného vybraného dodavatele (účastníka) je jedinou nabídkou, která byla postoupena k dalšímu hodnocení v rámci tohoto výběrového řízení. Ostatní účastníci, kteří doručili v rámci tohoto výběrového řízení své nabídky, byli pro nesplnění požadavků z tohoto výběrového řízení vyloučeni. Nabídka shora uvedeného vybraného dodavatele (účastníka) je tak jedinou nabídkou, která splnila veškeré požadavky účasti ve výběrovém řízení stanovené zadavatelem v rámci zadávacích podmínek dle příslušné Zadávací dokumentace, a stala se proto nabídkou nejvýhodnější. Z výše uvedených důvodů se hodnotící komise rozhodla doporučit zadavateli uzavření smlouvy, tj. Rámcové smlouvy, v souladu s předloženou nabídkou shora uvedeného dodavatele (účastníka).

10. Odůvodnění zrušení výběrového řízení

Výběrové řízení nebylo zrušeno a veřejná zakázka byla zadána vybranému dodavateli dle shora uvedeného.

11. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním, řízení se soutěžním dialogem, jednacího řízení bez uveřejnění či zjednodušeného režimu

Zadavatel v rámci tohoto výběrového řízení nepoužil pro zadání této veřejné zakázky jednací řízení s uveřejněním, řízení se soutěžním dialogem, jednací řízení bez uveřejnění či zjednodušený režim.

12. Odůvodnění použití jiných než pouze elektronických komunikačních prostředků při podání nabídky

Zadavatel v rámci tohoto výběrového řízení zadávací řízení umožnil podání nabídek pouze elektronickými komunikačními prostředky, a to analogicky v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona. Každý dodavatel jako účastník zadávacího řízení byl povinen podat nabídku výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_131.html.

13. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů a případné přijetí opatření

Zadavatel v rámci tohoto výběrového řízení nezjistil žádný střet zájmů u dotčených osob, tedy nebylo třeba přijmout ani žádná opatření z hlediska střetu zájmů.

14. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části

V případě tohoto výběrového řízení se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu (nikoliv nadlimitní veřejnou zakázku), tedy povinnost tohoto odůvodnění se na tuto veřejnou zakázku nevztahuje.

Tato veřejná zakázka nebyla rozdělena na části, neboť předmět této veřejné zakázky tvoří jeden funkční celek s věcnou, místní a časovou souvislostí a předmět veřejné zakázky tudíž nebylo možné dělit na části z pohledu hospodárnosti, efektivnosti ani účelnosti. Zadavatel předmět této veřejné zakázky zadával jako jediný celek.

15. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v rámci ekonomické kvalifikace přesahujícího dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky

V případě tohoto výběrového řízení se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu (nikoliv nadlimitní veřejnou zakázku), tedy povinnost tohoto odůvodnění se na tuto veřejnou zakázku nevztahuje.

Zadavatel v rámci tohoto výběrového řízení zadávací řízení nepostupoval ve smyslu ustanovení § 78 odst. 3 ZZVZ, neboť nepožadoval minimální výši obratu přesahující dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

16. Závěrečné ustanovení

Níže podepsaná osoba oprávněná zastupovat zadavatele prohlašuje, že údaje uvedené v této písemné zprávě zadavatele jsou pravdivé, což stvrzuje svým podpisem.

V Hradci Králové, dne 28.7.2021

Ing. Daniela Lusková, MPA, ředitel
Domov U Biřičky
i.s. Mgr. Zdeněk Tomáš, advokát