

Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace

ve veřejné zakázce na dodávky v otevřeném řízení v podlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon či ZZVZ)

název veřejné zakázky	Výpůjčka přístrojového vybavení pro provádění hematologických vyšetření krevního obrazu a dodávka diagnostik pro Oblastní nemocnici Trutnov a.s.	
předpokládaná hodnota veřejné zakázky 4 800 000,- Kč bez DPH		
 zadavatel	sídlo: IČ, DIČ: osoba oprávněná jednat: ve věci zadávacího řízení: tel., e-mail: ID Datové schránky:	Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Maxima Gorkého 77, 541 01 Trutnov, Kryblice 260 00 237, CZ699 004 900 Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., předseda správní rady Ing. Petr Kozák, prokurista +420 720 979 060, kozak.petr@nemtru.cz 724ff9k
profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1356.html (dále jen „E-ZAK“)		

V uvedeném zadávacím řízení byly zadavateli doručeny následující žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.1:

Bude zadavatel v rámci zachování možnosti soutěže více výrobců a dodavatelů v rámci zadávacího řízení o Veřejné zakázce akceptovat nabídku na poskytnutí samostatně stojící digitální morfologie a samostatně stojícího nátěrového automatu a dvou analyzátorů?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.1:

Zadavatel v tomto požadavku upravuje zadávací podmínky – viz. upravená příloha zadávací dokumentace „ON Trutnov příloha č.2 technické požadavky upravené 20.8.“

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.2:

Zvažuje zadavatel Veřejné zakázky zcela vypustit bod „poskytnutí jednoho analyzátoru s nátěrovým automatem a s automatizovanou digitální morfologií“? Uvedený požadavek nebyl obsažen v žádné předcházející veřejné zakázce, na kterou odkazuje příloha č. 10 Zadávací dokumentace, ačkoliv současná Veřejná zakázka na tuto předešlou veřejnou zakázku navazuje, přičemž zadavatel dokonce využívá vysvětlení zadávacích podmínek z této předešlé zakázky.

Aktuální zadávací dokumentace navíc neobsahuje žádnou bližší technickou specifikaci požadovaného plnění v rozsahu nátěrového automatu s automatizovanou digitální morfologií. Dokumentace Veřejné zakázky detailněji neurčující hodnotící body neumožňuje dle našeho názoru transparentní porovnání nabídek účastníků Veřejné zakázky. V případě, že zadavatel neplánuje uvedený bod ze zadávací dokumentace vypustit, prosíme o vysvětlení konkrétních technických požadavků, které má uvedený analyzátor splňovat, jak budou zajištěny dodávky spotřebního materiálu atd.

Definice aktuálně obsažená v zadávací dokumentaci presumuje, že nedílnou součástí jednoho z analyzátorů je nátěrový automat a rovněž automatizovaná morfologie. Domníváme se, že tento požadavek ovšem aktuálně splňuje pouze jeden výrobce na trhu. Definice obsažená v zadávací dokumentaci se proto aktuálně jeví jako diskriminační.

S ohledem na výše uvedené, žádáme vypuštění uvedeného bodu, či upřesnění technických požadavků analyzátoru a s tím souvisejících hodnotících kritérií.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.2:

Zadavatel v tomto požadavku upravuje zadávací podmínky – viz. upravená příloha zadávací dokumentace „ON Trutnov příloha č.2 technické požadavky upravené 20.8.“



Vzhledem k tomu, že změnou podmínek zadávací dokumentace může dojít k rozšíření okruhu možných účastníků, mění zadavatel ustanovení článku 15 (prodlužuje termín pro podání nabídek) následně:

Ustanovení článku **15. Místo a doba pro podání nabídek**

~~**Lhůta pro podání nabídky je stanovena do 9. 9. 2021 do 10.00 hodin**~~

v plném rozsahu zrušuje a nahrazuje jej ustanovením

Lhůta pro podání nabídky je stanovena do 23. 9. 2021 do 10.00 hodin

Ostatní ustanovení zadávacích podkladů se nemění.

V Trutnově dne, 23. 8. 2021

Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
Maximálkova 77, Kryblice, 541 01 Trutnov
IČ: 266 489 217, DIČ: CZ699004900
tel.: 499 866 111

.....
Ing. Miroslav Procházka, Ph.D.,
předseda správní rady