


Vysvětlení č. 2 zadávací dokumentace

ve veřejné zakázce na dodávky v otevřeném řízení v podlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon či ZZVZ)

název veřejné zakázky	Výpůjčka přístrojového vybavení pro provádění hematologických vyšetření krevního obrazu a dodávka diagnostik pro Oblastní nemocnici Trutnov a.s.	
předpokládaná hodnota veřejné zakázky 4 800 000,- Kč bez DPH		
 zadavatel	sídlo: IČ, DIČ: osoba oprávněná jednat: ve věci zadávacího řízení: tel., e-mail: ID Datové schránky:	Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Maxima Gorkého 77, 541 01 Trutnov, Kryblice 260 00 237, CZ699 004 900 Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., předseda správní rady Ing. Petr Kozák, prokurista +420 720 979 060, kozak.petr@nemtru.cz 724ff9k
profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1356.html (dále jen „E-ZAK“)		

V uvedeném zadávacím řízení byly zadavateli doručeny následující žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.1:

Zadavatel v zadávací dokumentaci stanovuje, že „je požadována schopnost vyšetření vzorků při kontrole kvality transfúzních přípravků (vzorky plazmy, trombocytů a erytrocytárních koncentrátů)“.

Dotaz zní:

Bude zadavatel požadovat splnění tohoto bodu – schopností vyšetření transfúzních přípravků - účelem použití analyzátoru v oficiálních pokynech k použití analyzátoru? Zároveň bude požadovat kontrolu TP ve validovaných parametrech se schopností měření bez manuální přípravy vzorků před analýzou (ředění apod.)?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.1:

Zadavatel k tomuto dotazu sděluje, že požaduje schopnost měření vzorků pro kontrolu kvality TP – specifikace předmětu plnění se nemění, zadání zůstává shodné.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.2:

Zadavatel v zadávací dokumentaci stanovuje, že „bezplatná výpůjčka, instalace a servis 2 ks identických analyzátorů, včetně veškerého potřebného příslušenství, k provádění hematologických vyšetření krevního obrazu na dobu 48 měsíců“.

Dotaz zní:

V Příloze č. 2 ZD - technické požadavky zadavatele na předmět zakázky je uveden požadavek na výpůjčku na období 48 měsíců, tj. 4 roky pro analytické systémy, naopak Příloha č. 7. ZD – cenová nabídka definuje délku smluvního období 5 let, tj. 60 měsíců. Tento rozpor má přímý vliv na cenu dodavatele a jeho výběr s ohledem na počet plánovaných vyšetření v různých profilech vyšetření krevního obrazu.

Může zadavatel tento rozpor přezkoumat a případně upřesnit, tak aby byly přílohy č. 2 a č. 7 v souladu dle ZD?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.2:

*Zadavatel sjednocuje délku smluvního plnění v této veřejné zakázce na období 4 let, tj. 48 měsíců a jako přílohu tohoto objasnění vydává upravenou přílohu zadávací dokumentace s názvem „**ON Trutnov příloha č.7 cenová nabídka úprava 25.8.**“ a žádá účastníky, aby ji spolu s přílohou č. 2 upravenou minulým vysvětlením č. 1, vydaným 23. 8. 2021, použili do svých nabídek.*

Vzhledem k tomu, že se ustanovení zadávacích podkladů nemění a sjednocením délky smluvního plnění nedochází k rozšíření okruhu možných účastníků, nemění zadavatel jiná ustanovení zadávací dokumentace.

V Trutnově dne, 26. 8. 2021

.....
Ing. Petr Kozák, prokurista