

# Písemná zpráva zadavatele

vyhotovená dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“),

o průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem:

## Artroskopická věž pro Oblastní nemocnici Náchod

### 1. Informace o zadavateli

Podle článku 3.2 Smlouvy o spolupráci je pověřený vystupovat za smluvní strany navenek vůči třetím subjektům, tj. zejména vůči účastníkům zadávacího řízení Zadavatel 1.

<b>Zadavatel 1:</b>	<b>Královéhradecký kraj</b>
<i>Sídlem:</i>	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
<i>Zástupce:</i>	Mgr. Martin Červíček, hejtman
<i>IČO:</i>	70889546

*a*

<b>Zadavatel 2:</b>	<b>Oblastní nemocnice Náchod a.s.</b>
<i>Sídlem:</i>	Purkyňova 446, 547 01 Náchod
<i>Jednající:</i>	RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady
<i>IČO:</i>	26000202

### 2. Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky (VZ) je dodání, instalace a kompletní uvedení do provozu Artroskopické věže pro nové prostory Oblastní nemocnice Náchod (ONN).

Součástí předmětu veřejné zakázky je též poskytování bezplatného komplexního záručního servisu a zajištění pozáručního servisu po dobu 5 let na základě smlouvy č. 2 o poskytování servisních služeb uzavřené se zadavatelem – ONN.

Součástí předmětu veřejné zakázky je také dodávka spotřebního materiálu po dobu 5 let ode dne dodání artroskopické věže na základě smlouvy č. 3 uzavřené se zadavatelem ONN.

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky s požadovanými minimálními technickými parametry je uvedena v **Příloze č. 1 zadávací dokumentace** – a) Technická specifikace, b) Počty a umístění, c) Umístění v půdorysech, která je pro plnění předmětu této veřejné zakázky závazná (dále jen „předmět veřejné zakázky“).

Předmět dodávky dle přílohy č. 1 je dále podrobně specifikován **přílohou č. 2 zadávacích podmínek – návrh kupní smlouvy**. Pozáruční servis je dále podrobně specifikován **přílohou č. 3a zadávacích podmínek – návrh smlouvy o poskytování servisních služeb**. Dodávky spotřebního materiálu jsou podrobně specifikovány **přílohou č. 3b zadávacích podmínek – návrh smlouvy o dodávce spotřebního materiálu**.

Nedílnou součástí předmětu veřejné zakázky je zejména:

- a) doprava do místa plnění, montáž, instalace, uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech provozních testů a předepsaných zkoušek dle příslušné platné právní úpravy, ověření deklarovaných technických parametrů;
- b) instruktáž zdravotnického personálu uživatele (dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů);
- c) vystavení protokolu o proškolení, resp. instruktáži zdravotnického personálu, a protokolu opravňujícího provádět následné instruktáže zdravotnického personálu v používání předmětu veřejné zakázky pro určeného pracovníka uživatele, pokud má dodavatel k takovému oprávnění prokazatelný souhlas výrobce zboží;
- d) dodání předávacího protokolu, záručního a dodacího listu;
- e) poskytování komplexního záručního servisu a oprav včetně dodávky náhradních dílů;

- f) po dobu záruky (minimálně však 1x ročně) požaduje zadavatel **provedení bezpečnostně technických kontrol** dle zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZOZP“), které jsou nezbytné pro provoz tohoto zařízení. Dále provedení veškerých předepsaných či doporučených kontrol a revizí včetně vystavení protokolů (a to jak výrobcem, tak servisní organizací nebo právními předpisy), aby zdravotnický prostředek splňoval podmínky uvedené v ZOZP. Pokud je pro provedení bezpečnostně technických kontrol či jakýchkoliv dalších předepsaných testů vyžadován spotřební materiál, je vždy součástí provedení těchto kontrol, a proto nemůže být samostatně účtován. Poslední bezpečnostně technické kontroly musí být účastníkem provedeny nejdříve 1 kalendářní měsíc před uplynutím záruční lhůty;
- g) **dodání dokladů**, které jsou potřebné pro používání zboží (event., které jsou zadavatelem požadovány pro připojení do IT infrastruktury NIS a PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. **návod k použití** v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné **certifikáty, atesty** osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii **prohlášení o shodě** (CE declaration) a **další** dle ZOZP;
- h) ekologická likvidace obalového materiálu, v němž bylo zboží dodáno;
- i) poskytování pozáručního servisu po dobu 5 let (po skončení záručního servisu).

#### Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV

33100000-1 – Zdravotnické přístroje  
 33168000-5 – Endoskopie, endochirurgické přístroje  
 33162100-4 – Přístroje pro operační sály

#### 3. Cena sjednaná ve smlouvě:

8 370 083 Kč bez DPH (nabídková cena A pro zadavatele Královéhradecký kraj činí 2 399 983 Kč bez DPH, nabídková cena B pro zadavatele Oblastní nemocnici Náchod, a.s. činí 399 500 Kč bez DPH a nabídková cena C pro zadavatele Oblastní nemocnici Náchod, a.s. činí 5 570 600 Kč bez DPH)

#### 4. Druh zadávacího řízení:

nadlimitní otevřené řízení

#### 5. Označení účastníků zadávacího řízení:

Seznam podaných nabídek:

Číslo nabídky	Obchodní firma a sídlo účastníka	IČO	Datum a čas přijetí
---------------	----------------------------------	-----	---------------------

1	<b>HOSPIMED, spol. s r.o.</b> , Praha 3, Malešická 2251/51, PSČ 13000	00676853	24.06.2021 12:05:36
2	<b>Olympus Czech Group, s.r.o.</b> , člen <b>koncernu</b> , Praha - Praha 6, Evropská 176, PSČ 16041	27068641	25.06.2021 08:53:21

**6. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení:**

Žádný z účastníků nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.

**7. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru:**

**Olympus Czech Group, s.r.o.**, člen koncernu, Praha - Praha 6, Evropská 176, PSČ 16041, IČO **27068641**, s nabídkovou cenou **8 370 083 Kč bez DPH** (nabídková cena A pro zadavatele Královéhradecký kraj činí 2 399 983 Kč bez DPH, nabídková cena B pro zadavatele Oblastní nemocnici Náchod, a.s. činí 399 500 Kč bez DPH a nabídková cena C pro zadavatele Oblastní nemocnici Náchod, a.s. činí 5 570 600 Kč bez DPH), a to ve smyslu § 122 odst. 1 zákona, jelikož jeho nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a účastník po posouzení splnění podmínek účasti splnil zákonem a zadavatelem stanovené podmínky účasti v zadávacím řízení.

Výsledek hodnocení:

Číslo nabídky	Pořadí nabídky	Obchodní firma a sídlo účastníka	IČO	Celková nabídková cena v Kč bez DPH
1	2.	HOSPIMED, spol. s r.o., Praha 3, Malešická 2251/51, PSČ 13000	00676853	8 815 999
2	1.	Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu, Praha - Praha 6, Evropská 176, PSČ 16041	27068641	8 370 083

**Označení poddodavatele:**

Prohlášení, že poddodavatele nevyužije.

**8. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo soutěžního dialogu:**

Nepoužito.

**9. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění:**

Nepoužito.

**10. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu:**

Nepoužito.

**11. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému:**

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

**12. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků:**

Jiné komunikační prostředky nebyly použity.

**13. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů**

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

**14. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části:**

Zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělil dále na části, jelikož by to vzhledem k povaze plnění, které je předmětem této veřejné zakázky, nebylo účelné. Předmětem této zakázky je dodání komplexního systému zdravotnických prostředků, přičemž různé druhy zdravotnických prostředků a vybavení již jsou soutěženy v samostatných celcích v nadlimitním režimu, podle dílčích druhových a funkčních celků.

**15. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ:**

Nepoužito.

V Hradci Králové dne 6. 9. 2021

Královéhradecký kraj

JUDr. Jana Mitrović  
oddělení veřejných zakázek  
na základě pověření