

Vysvětlení č. 3 zadávací dokumentace

ve veřejné zakázce na dodávky v otevřeném řízení v podlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon či ZZVZ)

název veřejné zakázky	Vypůjčka přístrojového vybavení pro provádění hematologických vyšetření krevního obrazu a dodávka diagnostik pro Oblastní nemocnici Trutnov a.s.	
předpokládaná hodnota veřejné zakázky 4 800 000,- Kč bez DPH		
 zadavatel	sídlo: IČ, DIČ: osoba oprávněná jednat: ve věci zadávacího řízení: tel., e-mail: ID Datové schránky:	Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Maxima Gorkého 77, 541 01 Trutnov, Kryblice 260 00 237, CZ699 004 900 Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., předseda správní rady Ing. Petr Kozák, prokurista +420 720 979 060, kozak.petr@nemtru.cz 724ff9k
profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1356.html (dále jen „E-ZAK“)		

V uvedeném zadávacím řízení byly zadavateli doručeny následující žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.1:

V příloze č. 2 - Technické požadavky zadavatele je uvedeno:

"analyzátory umožňují vzdálenou správu" - servisní podpora, kontrola stavu a funkčnosti analyzátoru ze servisního střediska dodavatele". Dotaz na zadavatele:

Považuje zadavatel splnění podmínky užití vzdálené správy, tak aby servisní organizace neměla přístup k citlivým údajům s ohledem na dodržení legislativy ve smyslu GDPR? Současně bude zadavatel požadovat po servisní organizaci zabezpečení dat za pomoci VPN bez účasti třetí strany? Je nutné zajistit, aby komunikace za použití VPN nebyla provozována přes servery mimo EU v rámci zabezpečení ochrany citlivých údajů?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.1:

Zadavatel zajistí servisní organizaci připojení přes VPN své vlastní nemocnice, čímž bude zabezpečena ochrana citlivých údajů.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.2:

Je povinností dodavatele dodat analyzátory pouze s podporovanými operačními systémy v době dodávky, tedy minimálně Windows 10? Starší operační systémy již nejsou oficiálně výrobcem podporovány, tj. windows 7, windows Vista apod.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.2:

Zadavatel bude akceptovat jakýkoliv operační systém, kterým dodavatel zaručí veškerou IT bezpečnost.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.3:

V příloze č. 2 - Technické požadavky zadavatele je uvedeno: "oba analyzátory nové, dosud nepoužité výrobky". Dotaz na zadavatele:

Bude zadavatel upřesňovat požadavek o datum výroby analyzátorů s ohledem na povinnost dodání nového, nepoužitého zařízení?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.3:

Zadavatel nebude upřesňovat datum výroby analyzátorů.

Vzhledem k tomu, že vysvětlením zadávací dokumentace nedochází k rozšíření okruhu možných účastníků, nemění zadavatel ustanovení článku 15.

Ustanovení zadávacích podkladů se nemění.

V Trutnově dne, 14. 9. 2021

.....
Ing. Petr Kozák, prokurista