

Název zakázky: Dvůr Králové - operační sály					Datum:	V.21
Předmět zakázky: ST POK - Dokumentace provedení stavby - rekonstrukce					Zkratka dílu:	
Stavební objekt: S0 01					Kód profese:	ZDRT
Provozní soubor: PS 01					Zpracovatel:	ZDRT
Název souboru: SPECIFIKACE TECHNOLOGIE						CHIRADIS - CHIRONAX s.r
PČV	NÁZEV POLOŽKY	SPECIFIKACE	POČET CELKE M	MJ	UMÍSTĚNÍ	KATEGORIE
102913	mobilní RTG s C-ramenem	V místnosti č. 201 - sklad přístrojů a materiálu s požadavkem: digitální	1	ks	2NP 201 sklad přístrojů a materiálu	mobilní zařízení
102913	mobilní RTG s C-ramenem	Mechanické vlastnosti C-ramene:				
102913	mobilní RTG s C-ramenem	motorický vertikální pohyb 42 cm				
102913	mobilní RTG s C-ramenem	horizontální pohyb 20 cm				
102913	mobilní RTG s C-ramenem	orbitální pohyb 150°				
102913	mobilní RTG s C-ramenem	rotace +/-200°				
102913	mobilní RTG s C-ramenem	vzdálenost ohnisko-detektor 100 cm				
102913	mobilní RTG s C-ramenem	prostor mezi rentgenkou a detektorem 78 cm				
102913	mobilní RTG s C-ramenem	vnitřní hloubka C ramene 66 cm				
102913	mobilní RTG s C-ramenem	madla pro snadné ovládání na horní i dolní části konstrukce c-ramene				
102913	mobilní RTG s C-ramenem	madla pro snadné ovládání na straně rentgenky i detektoru				
102913	mobilní RTG s C-ramenem	Generátor:				
102913	mobilní RTG s C-ramenem	vysokofrekvenční 40 kHz, řízený mikroprocesorem				
102913	mobilní RTG s C-ramenem	maximální výkon min. 2,5 kW				
102913	mobilní RTG s C-ramenem	32 bit hloubka				
102913	mobilní RTG s C-ramenem	pulsní fluoroskopie 1 - 25 pulzů/s nebo 1 - kontinuální				
102913	mobilní RTG s C-ramenem	Pulsní fluoroskopie min. 25mA				
102913	mobilní RTG s C-ramenem	Rozsah min. 40-110 kVp				
102913	mobilní RTG s C-ramenem	Rentgenka:				
102913	mobilní RTG s C-ramenem	pevná nebo rotační anoda				
102913	mobilní RTG s C-ramenem	velké a malé ohnisko				
102913	mobilní RTG s C-ramenem	tepelná kapacita anody 70 kHU				
102913	mobilní RTG s C-ramenem	celková tepelná kapacita systému 850 kHU				
102913	mobilní RTG s C-ramenem	Kolimátor:				
102913	mobilní RTG s C-ramenem	Irisová a čtvercová kolimace				
102913	mobilní RTG s C-ramenem	rotace kolimátoru ± 90°				
102913	mobilní RTG s C-ramenem	možnost nastavení clon bez rtg záření				
102913	mobilní RTG s C-ramenem	Flat detektor:				
102913	mobilní RTG s C-ramenem	materiál detektoru: CMOS				
102913	mobilní RTG s C-ramenem	DQE min. 70%				
102913	mobilní RTG s C-ramenem	plocha detektoru min. 21 x 21 cm				
102913	mobilní RTG s C-ramenem	matrice detektoru min. 1,5k x 1,5k				
102913	mobilní RTG s C-ramenem	laserový zaměřovač na straně detektoru				
102913	mobilní RTG s C-ramenem	min. 3 velikosti zobrazení - 2x MAG (např. 21/15/11 cm)				
102913	mobilní RTG s C-ramenem	Zobrazení:				
102913	mobilní RTG s C-ramenem	Min 27" dotykový monitor na ramenu, s rozlišením 3800 x 2100 pixelů nebo monitorový vozík s dvěma dotykovými 19" monitory, s rozlišením 1 280 x 1 024 pixelů.				
102913	mobilní RTG s C-ramenem	hlavní obrazovka/obrazovky lze výškově nastavit v rozsahu min. 35 cm pro nastavení do pohledu linie operátéra během operací v sedě i ve stoje				
102913	mobilní RTG s C-ramenem	hlavní obrazovka/obrazovky lze naklápet v rozsahu min. 25°				
102913	mobilní RTG s C-ramenem	zobrazení obrazu na monitoru c-ramene bez komprese obrazu v poměru 1:1				
102913	mobilní RTG s C-ramenem	ovládání na dotykovém panelu umístěném na c-ramenu i na hlavním monitoru				
102913	mobilní RTG s C-ramenem	dotykový ovládací panel otočný v rozsahu min. +- 120°				
102913	mobilní RTG s C-ramenem	Kapacitu paměti min. 120 000 snímků				
102913	mobilní RTG s C-ramenem	LIH - paměť posledního obrazu				
102913	mobilní RTG s C-ramenem	digitální rotace obrazu bez záření				
102913	mobilní RTG s C-ramenem	Digitální zpracování obrazu:				
102913	mobilní RTG s C-ramenem	zoom, rotace, redukce šumu, autokontrast, inverze, reverze				
102913	mobilní RTG s C-ramenem	rotace obrazu bez řezu				
102913	mobilní RTG s C-ramenem	možnost živého přiblížení (ZOOM) bez změny snímkovací techniky nebo zvýšení dávky				
102913	mobilní RTG s C-ramenem	automatizovaná volba snímkovacích parametrů nebo předvolené anatomické programy:				
102913	mobilní RTG s C-ramenem	končetiny, páteř a pánev, srdce, břicho, zobrazení měkkých tkání				
102913	mobilní RTG s C-ramenem	grafické označení struktur "digitální tužka"				
102913	mobilní RTG s C-ramenem	METAL - automatická eliminace kovů po zavedení do zorného pole				
102913	mobilní RTG s C-ramenem	min. 5min stand-by režim pro možnost převozu systému bez ztráty dat a bez nutnosti opětovného zadávání dat				
102913	mobilní RTG s C-ramenem	Archivace:				
102913	mobilní RTG s C-ramenem	DICOM				
102913	mobilní RTG s C-ramenem	Zobrazení v mozaice – 16 obrazů				
102913	mobilní RTG s C-ramenem	Možnost připojení 2*USB				
102913	mobilní RTG s C-ramenem	Ruční spínač pro ovládání expozice				
102913	mobilní RTG s C-ramenem	Dvojité nožní spínače – skioskopie/uložení				
121108	EKG	V místnosti č. 207 - Dospívání s požadavkem: 12 sv., mobilní	1	ks	2NP 207 Dospívání	mobilní zařízení
121108	EKG	EKG 12-kanálové přímopíšící přenosné				
121108	EKG	EKG přístroj musí být umístěn na pojízdném vozíku.				
121108	EKG	splnění bezpečnostního standardu EN 60601-1				
121108	EKG	přístroj musí být dezinfikovatelný běžnými desinfekčními prostředky				
121108	EKG	připojení do sítě LAN				
121108	EKG	detekce kardiostimulátoru ze všech svodů				
121108	EKG	digitalizace EKG signálu				
121108	EKG	režimy snímání: automatický, manuální, sledování arytmií				
121108	EKG	software pro rozměření a interpretaci EKG záznamu od 0 roku věku až po dospělé				
121108	EKG	funkce pro náhled všech 12 křivek současně před tiskem či odesláním záznamu				
121108	EKG	vnitřní paměť minimálně na 100 EKG záznamů,				
121108	EKG	displej minimální velikosti 7" se zobrazením všech 12 svodů				
121108	EKG	klávesnice s funkčními klávesami				
121108	EKG	provozu ze sítě a na baterie (na baterie minimálně po dobu 3 hodin)				
121108	EKG	uživatelem volitelný tisk tisk 12 svodového záznamu na teplocitlivý papír formátu se všemi				
121108	EKG	potřebnými údaji o pacientovi, nastavení a libovolné sestavy (oddělení, nemocnice apod.) Možnost				
121108	EKG	tisku EKG záznamu na externí "počítačové" tiskárne na běžný kancelářský papír.				
121108	EKG	tisk na skládaný papír (ne role) velikosti A4				
121108	EKG	rychlost posuvu papíru 5/25/50 mm/s				
121108	EKG	záruční i pozáruční servis v ČR				
121108	EKG	lokalizace do českého jazyka (menu, komunikace, ovládání,...)				
121108	EKG	součástí dodávky musí být export základních dat pacienta (rodné číslo, jméno, příjmení, pohlaví) a export EKG křivky v datové podobě (nikoliv její obrázek jako je - pdf, tif, jpg...)				
131502	výhřivná miska pro ohřev roztoků	Přístroj určený k průběžnému ohřívání podávaných roztoků a krve.	2	ks	2NP 215 Operační sál; 2NP 216 Operační sál	mobilní zařízení
131502	výhřivná miska pro ohřev roztoků	Požadované minimální parametry:				
131502	výhřivná miska pro ohřev roztoků	Nastavitelná teplota v min. rozmezí 34 - 40°C				
131502	výhřivná miska pro ohřev roztoků	Přístroj musí být schopen udržovat normotermickou teplotu podávané krve nebo roztoku				

PČV	NÁZEV POLOŽKY	SPECIFIKACE	POČET CELKE M	MJ	UMÍSTĚNÍ	KATEGORIE
131502	výhřivná miska pro ohřev roztoků	Aktuální teplota ožehného roztoku je zobrazována na displeji přístroje				
131502	výhřivná miska pro ohřev roztoků	Alarmy pro nízké i vysoké teploty				
131502	výhřivná miska pro ohřev roztoků	Hmotnost max. 4 kg				
131502	výhřivná miska pro ohřev roztoků	Použití na infuzním stojanu				
131502	výhřivná miska pro ohřev roztoků	Napájení 230V a 50/60Hz				
131502	výhřivná miska pro ohřev roztoků	nerezové provedení				
131503	vyhřívací podložka	Přístroj snižující podchlazení během chirurgických operací. Pomáhá udržovat pacientovu teplotu.	2 ks		2NP 215 Operační sál; 2NP 216 Operační sál	mobilní zařízení
131503	vyhřívací podložka	Kompaktní jednotka				
131503	vyhřívací podložka	Alarmy vysoké a nízké teploty				
131503	vyhřívací podložka	Přenosové médium: vzduch				
131503	vyhřívací podložka	Nastavitelné teploty v rozsahu 32° - 43°C				
131503	vyhřívací podložka	Požadované příslušenství:				
131503	vyhřívací podložka	Pojízdný stojan s košem: pětiramenná ocelová základna, min. 2 bržděná kolečka				
131503	vyhřívací podložka	Pokryvky: kompatibilní s nabízeným přístrojem, které se přizpůsobí tělu pacienta a rovnoměrně dodávají teplý vzduch bez rušivého foukání vzduchu.				
131503	vyhřívací podložka	Ohřívací hadicový lem,				
131503	vyhřívací podložka	max. rozměry: 80 x 180 cm - 5 ks				
131503	vyhřívací podložka	Pokryvka na ruce, hrudník,				
131503	vyhřívací podložka	max. rozměry: 230 x 90 cm - 10 ks				
131503	vyhřívací podložka	Pokryvka pro dospělé,				
131503	vyhřívací podložka	max. rozměry: 240 x 140 cm - 10 ks				
131503	vyhřívací podložka	Pokryvka na dolní končetiny,				
131503	vyhřívací podložka	max. rozměry: 160 x 110 cm - 5 ks				
131503	vyhřívací podložka	Pokryvka pod dospělé,				
131503	vyhřívací podložka	max. rozměry: 210 x 110 cm - 5 ks				
131999	operační stůl s RTG transparentními prvky	V místnosti č. 216 - Operační sál s požadavkem: mobilní, s odjímatelnou operační deskou	1 ks		2NP 216 Operační sál	mobilní zařízení
131999	operační stůl s RTG transparentními prvky	Požadujeme dodání 1 ks nového, nerezpasovaného, ne demo přístroje s níže uvedenou specifikací				
131999	operační stůl s RTG transparentními prvky	operační stůl musí být mobilní, elektromechanický				
131999	operační stůl s RTG transparentními prvky	Operační stůl musí mít modulární pracovní desku, s elektrickým polohováním (nahoru - dolů, Trendelenburg – anti-Trendelenburg, flexe, reflexe, laterálního náklonu, dolního zádového segmentu, horního zádového dílu a nožního segmentu), ostatní polohování operačního stolu mechanicky				
131999	operační stůl s RTG transparentními prvky	celkové maximální možné zatížení operačního stolu minimálně 540 kg				
131999	operační stůl s RTG transparentními prvky	maximální zatížení operačního stolu ve všech polohách minimálně 250 kg				
131999	operační stůl s RTG transparentními prvky	celková šíře pracovní desky operačního stolu bez eurolíst minimálně 550 mm				
131999	operační stůl s RTG transparentními prvky	celková šíře pracovní desky operačního stolu s eurolístami minimálně 610 mm				
131999	operační stůl s RTG transparentními prvky	délka celé pracovní desky operačního stolu musí být větší než 2180 mm a menší než 2310 mm				
131999	operační stůl s RTG transparentními prvky	pracovní deska operačního stolu musí být složena z velkého hlavového segmentu, horního zádového segmentu, dolního zádového segmentu, pánevního segmentu a děleného nožního segmentu				
131999	operační stůl s RTG transparentními prvky	pracovní deska operačního stolu musí být v celé délce pracovní desky RTG transparentní; operační stůl musí být vhodný pro použití C ramene RTG				
131999	operační stůl s RTG transparentními prvky	pracovní deska operačního stolu musí mít antidekubitní, antistatické polstrování s paměťovou pěnou o minimální výšce 80 mm				
131999	operační stůl s RTG transparentními prvky	Stůl musí disponovat elektronickým podélným posuvem operační desky v rozsahu min. 380 mm				
131999	operační stůl s RTG transparentními prvky	Polstrování pracovní desky operačního stolu musí být jednoduše odnímatelné a umožňovat tak snadnou údržbu a hygienu; uchycení polstrování pomocí čepového systému z důvodu vyššího hygienického standardu, uchycení polstrování se suchými zipy není povoleno z důvodu ulpívání nečistot				
131999	operační stůl s RTG transparentními prvky	operační stůl musí umožňovat "reverzní mód", tedy oboustranné sestavení operační desky (záměna zádového segmentu za nožní a opačné)				
131999	operační stůl s RTG transparentními prvky	Operační stůl musí být možné z rozvodné sítě střídavým napětím v rozsahu min. 100, max. 230 V, s frekvencí min. 50, max. 60 Hz				
131999	operační stůl s RTG transparentními prvky	napájení operačního stolu musí být možné z integrované bezdrátové baterie umožňující vícedenní provoz, dobíjení baterie pomocí integrované nabíječky				
131999	operační stůl s RTG transparentními prvky	ovládání operačního stolu musí být možné pomocí integrovaného ovládacího panelu zabudovaného v noze operačního stolu, integrovaný ovládací panel musí být umístěn z boku nohy operačního stolu (nesmí být umístěn pod nožními segmenty; nesmí být umístěn pod hlavovým segmentem)				
131999	operační stůl s RTG transparentními prvky	ovládání operačního stolu musí být možné pomocí kabelového ovladače s barevným displejem, zároveň musí být možné ovládat operační stůl pomocí bezdrátového ovladače s barevným displejem (ovladače musí mít tlačítkovou volbu: výškové polohování, trendelenburg, antitrend., laterální náklon, flexe, reflexe, podélný posun, polohování zádové sekce a nožních segmentů, automatického nulování desky operačního stolu do vodorovné polohy)				
131999	operační stůl s RTG transparentními prvky	operační stůl musí mít indikátor stavu baterie operačního stolu na barevném displeji (drátového a bezdrátového) ovladače a na ovládacím panelu umístěném na noze stolu				
131999	operační stůl s RTG transparentními prvky	operační stůl musí mít nerezové ocelové boční vodiče a asistenční eurolísty s profilovým rozměrem 25 x 10 mm				
131999	operační stůl s RTG transparentními prvky	operační stůl musí mít nastavení výšky pracovní desky v rozsahu min. 600 – 1100 mm (měřeno od podlahy po hranu operační desky bez polstrování)				
131999	operační stůl s RTG transparentními prvky	operační stůl musí mít elektrické nastavení bočního (laterálního) náklonu v rozsahu minimálně - 20°/20°				
131999	operační stůl s RTG transparentními prvky	operační stůl musí mít elektrické nastavení trendelenburgové polohy v rozsahu minimálně -30°/30°				
131999	operační stůl s RTG transparentními prvky	operační stůl musí mít elektrické nastavení dolního zádového segmentu v rozsahu minimálně -45°/80°				
131999	operační stůl s RTG transparentními prvky	operační stůl musí mít dělené, lehce odnímatelné nožní segmenty. Levý i pravý nožní segment musí být možné rozevřít do strany minimálně v rozsahu 90°				
131999	operační stůl s RTG transparentními prvky	operační stůl musí mít elektrické nastavení pravého a levého nožního segmentu v rozsahu minimálně - 90°/80°; ovládání pravého a levého nožního segmentu musí být možné v synchronním nebo asynchronním módu				
131999	operační stůl s RTG transparentními prvky	operační stůl musí podporovat připojení amerických bot namísto nožních segmentů. Americké boty musí být možné elektricky nastavit v rozsahu minimálně -90°/80°; ovládání pravé a levé americké boty musí být možné v synchronním nebo asynchronním módu				

PČV	NÁZEV POLOŽKY	SPECIFIKACE	POČET CELKE M	MJ	UMÍSTĚNÍ	KATEGORIE
131999	operační stůl s RTG transparentními prvky	operační stůl musí mít nastavení malého hlavového segmentu v rozsahu minimálně -45°/45°				
131999	operační stůl s RTG transparentními prvky	operační stůl musí mít elektrické nastavení flexe pracovní desky minimálně v rozsahu 210°				
131999	operační stůl s RTG transparentními prvky	operační stůl musí mít elektrické nastavení reflexe pracovní desky minimálně v rozsahu 120°				
131999	operační stůl s RTG transparentními prvky	operační stůl musí mít čtyři dvojité antistatická plastová kola v rozích podvozkové základny operačního stolu o průměru minimálně 125 mm, které jsou chráněna krytím před znečištěním				
131999	operační stůl s RTG transparentními prvky	základna operačního stolu musí být vyrobena z nerezové oceli bez plastových krytů				
131999	operační stůl s RTG transparentními prvky	operační stůl musí mít centrální brzdový systém s výsuvnou aretací. Stabilita operačního stolu musí být zajištěna pomocí minimálně čtyř výsuvných válců umístěnými mezi dvojími koly				
131999	operační stůl s RTG transparentními prvky	Příslušenství				
131999	operační stůl s RTG transparentními prvky	Drátový dálkový ovladač – 1 ks				
131999	operační stůl s RTG transparentními prvky	Variabilní opěrka ruky – otočná o 360°, sklopná, ovládání pomocí jedné ruky, nastavitelná výška, rozměry min. 600 x 165 x 60 mm – 2 ks				
131999	operační stůl s RTG transparentními prvky	Boční variabilní opěrka pro podporu těla, výškově nastavitelná, výsuvná, otočná o 360°, rozměry min. 220 x 110 mm – 2 ks				
131999	operační stůl s RTG transparentními prvky	Extenční zařízení – součástí extenčního zařízení musí být: fixační adaptér pro operační stůl vč. pánevní části s čalouněním, protitahový válec pro peritoneum a krček stehenní kosti, dva výsuvné extenční profily (každý profil má dva klouby), dvě otočné a výškově stavitelné tahové vřetena s adaptací pro držáky extenčních bot, pár extenčních bot, dvě výškově stavitelné tyčové opěrky, jeden vozík s odkládacím košem na další příslušenství – 1 ks				
131999	operační stůl s RTG transparentními prvky	Bezdrátový dálkový ovladač včetně dobíjecí dokovací stanice - všechny funkce operačního stolu musí být říditelné dálkovým ovladačem – 1 ks				
131999	operační stůl s RTG transparentními prvky	Opěrky nohou (sauty) 2 ks				
131999	operační stůl s RTG transparentními prvky	Zarážka ramen 2 ks				
131999	operační stůl s RTG transparentními prvky	Anesteziologický rám vč. upínací spony 1 ks				
131999	operační stůl s RTG transparentními prvky	Fixační pásy na nohy 2 ks				
131999	operační stůl s RTG transparentními prvky	Fixační pás na zápěstí 2 ks				
131999	operační stůl s RTG transparentními prvky	Odkládací vozík pro veškeré příslušenství stolu				
131999	operační stůl s RTG transparentními prvky	Dodávka obsahuje veškeré pomůcky a nástroje potřebné k upínání požadovaného příslušenství				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	V místnosti č. 216 - Operační sál s požadavkem: pouze nový monitor	1 ks		2NP 216 Operační sál	mobilní zařízení
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Anesteziologický přístroj modulární konstrukce pro pacienty všech věkových skupin				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	pojízdny anesteziologický přístroj s hlavní pracovní deskou, pracovní prostor a prostor odpařovačů s integrovaným osvětlením a plynulou regulací intenzity osvětlení				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Aretace pohybu celého přístroje pomocí centrální brzdy				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Uživatelské rozhraní celého přístroje v českém jazyce				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	minimálně 3 zásuvky pro drobný materiál, z toho alespoň jedna uzamykatelná.				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Připojení na standardní rozvody medicínálních plynů (kyslík, vzduch, oxid dusný)				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Záložní napájení celého přístroje minimálně na 90 minut				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Hmotnost celého přístroje do 180 kg				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Napájení přístroje ze síťového rozvodu v rozmezí 220 až 240 V AC o frekvenci 50 Hz				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Minimálně 3 elektrické zásuvky 220 až 240 V AC o frekvenci 50 Hz umístěné na anesteziologickém přístroji. Každá zásuvka musí být opatřena samostatným jističem, přičemž jedna ze zásuvek musí mít na jmenovitý proud 2 A.				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	nízké provozní náklady při vedení anestezie s malými průtoky čerstvých plynů s návratem měřeného vzorku plynu zpět do patientského okruhu				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Automatický návrat analyzovaného vzorku zpět do okruhu ventilátoru				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Autoklávovatelná nádoba absorber CO2, která se bude připojovat k přístroji vertikálním pohybem, nikoliv otočným konektorem. Odpojený absorber nesmí způsobit rozpojení okruhu a přerušení provozu				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Možnost umístění dvou záložních tlakových lahví O2 a N2O na anesteziologickém přístroji (součástí nabídky musí být držák na dvě 10 litrové tlakové lahve s medicínálními plyny)				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Mechanicky nastavované elektronicky zobrazované průtokoměry s kalibrací pro low-flow a minimal-flow anestezii				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	směšovač plynů (kyslík, vzduch, oxid dusný) se systémem zamezujícím podání hypoxické směsi (tj. směsi s podílem kyslíku 20 a méně procent) a zobrazením průtokoměrů na obrazovce ventilátoru				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Použití mechanicky ovládaných odpařovačů pro isofluran, sevofluran a desfluran (odpařovače nejsou součástí dodávky)				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Umístění dvou odpařovačů současně, interlock systém.				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Systém pro odvod přebytečné dýchací směsi (AGSS) s omezením podtlaku a přetlaku v odsávacím systému. Systém odtahu plynů do centrálního sání.				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Elektronické snímání spotřeby plynů a anestetik s vyčíslením reálných ekonomických nákladů za výkon, včetně možnosti zobrazení okamžité spotřeby anestetik v Kč				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Automatický testovací režim s možností přeskočení testu a okamžitého uvedení přístroje do provozu, včetně testu těsnosti odpařovačů				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Samostatný výstup pro kyslíkovou polomasku (brýle)				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Samostatný výstup čerstvých plynů, jeho aktivace bude přenesena jako informace na displej ventilátoru formou hlášení pro obsluhu.				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Přepnutí ruční a řízené ventilace				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Bronchoodsařka s možností nastavení intenzity sání				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	zastavení příkonu plynů během zajišťování dýchacích cest pacienta				

PČV	NÁZEV POLOŽKY	SPECIFIKACE	POČET CELKE M	MJ	UMÍSTĚNÍ	KATEGORIE
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Kompensace dechového objemu ve vztahu k průtoku čerstvých plynů a poddajnosti patientského okruhu.				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Pohotovostní režim				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Integrované hodiny a stopky				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Záznam grafických a tabulárních trendů ventilačních parametrů a alarmů minimálně po dobu 24 hodin.				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Držák pro upevnění monitoru s obrazovkou ventilátoru na anesteziologickém přístroji – pohyblivé rameno s umístěním obrazovek nad sebou				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	anesteziologický přístroj, monitor i ventilátor dodaný od stejného výrobce				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Plynová analýza musí být prováděna vyjímatelným plynovým modulem				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	modul plynové analýzy pro inspirační a expirační hodnoty kyslíku, oxidu dusného, oxidu uhličitého a anesteziologické plyny s automatickou detekcí a s paramagnetickým měřením O2, použitelný jak v anesteziologickém přístroji a také v monitoru životních funkcí stejného výrobce dle volby uživatele nebo vše integrováno v anesteziologickém přístroji				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Analýza koncentrace O2, CO2, N2O, isofluranu, sevofluranu a desfluranu ve směsi plynů používané při provádění anestezie.				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Systém sidestream, automatická detekce anestetik, vyhodnocení MAC, Mac age				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Měřicí systém bude obsahovat odlučovač vody s možností jeho vyprázdnění				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Monitor vitálních funkcí:				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Displej úhlopříčky minimálně 12 palců				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Ovládání v českém jazyce				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	ovládání pomocí dotykové obrazovky s možností druhého typu ovládání, např. otočným ovladačem				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Obrazovka s minimálně 6 kanály pro zobrazování křivek a numerických hodnot měřených parametrů				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	grafické trendy a číselné trendy minimálně za posledních 72hodin				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	měřené parametry:				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	zobrazení libovolné křivky EKG při snímání z 3 a 5 svodů včetně zobrazení tepové frekvence				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	automatická analýza a záznam základních arytmií				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	SpO2				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Respirace měřena impedanční metodou				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	neinvasivní měření krevního tlaku s nastavením automatického režimu měření se zobrazením numerické hodnoty, zobrazení systolického, středního a diastolického tlaku po ukončení měření.				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	měření minimálně 2 invazivních tlaků se zobrazením křivky a numerické hodnoty				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	měření minimálně dvou teplot se zobrazením numerické hodnoty				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Madlo pro přenášení				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Baterie pro 1 h provozu				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Možnosti rozšíření:				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Připojení až 2 parametrových modulů				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Měření NMT, bolesti, entropie (hloubky anestezie), srdeční výdej, analýza arytmií, analýza ST úseku				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Základní příslušenství pro měření všech požadovaných parametrů				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Příslušenství k monitoru: 5ti svod EKG, GE truSignal SpO2, manžeta pro dospělé, Teplotní sensor povrch. pro dospělé a děti univ. (400) 3m, Kabel pro připojení jednoho teplotního snímače (400) 0,5 m, Síťový kabel				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Ventilátor				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Pneumaticky poháněný elektronicky řízený servoventilátor na principu vaku ve válci s možností vizuální kontroly netěsnosti a zpětnou regulací dechového objemu.				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Barevná dotyková obrazovka, minimální velikost úhlopříčky 15", s multifunkčním mechanickým ovladačem včetně kláves rychlého přístupu. Obrazovka s nastavením minimálně 4 profilů pacientů, každý s minimálně 4 typy dalších zobrazení.				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Kontinuální měření a zobrazování dechových parametrů i při manuální ventilaci				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Zobrazení pole průtokoměrů, monitorování minimálně 3 grafických průběhů (např. tlak, průtok, CO2) a smyček plnicí mechaniky (tlak/objem, průtok/objem, tlak/průtok), rezistence, poddajnost.				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Ventilační režimy:				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Objemově-řízená ventilace plně řízená i synchronizovaná				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Tlakově řízená ventilace plně řízená i synchronizovaná				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Spontánní ventilace pacienta s tlakovou podporou				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Manuální, spontánní				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Tlakově řízená ventilace s garantovaným objemem				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Monitorace ventilačních parametrů při všech ventilačních režimech minimálně v rozsahu: dechový objem, dechová frekvence, minutová ventilace, PEEP, špičkový inspirační tlak, plateau inspirační tlak				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Nastavitelný dechový objem minimálně 20 až 1500 ml				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Nastavitelná dechová frekvence minimálně 4 – 100 dechů za minutu				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Nastavitelný poměr inspiria k expirium minimálně 2 : 1 až 1 : 6				

PČV	NÁZEV POLOŽKY	SPECIFIKACE	POČET CELKE M	MJ	UMÍSTĚNÍ	KATEGORIE
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Elektronický nastavitelný PEEP minimálně do 30 cmH2O				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Nastavení inspirační pauzy minimálně 0 až 50% doby trvání inspiria				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Kompensace příkonu čerstvých plynů a poddajnosti ventilačního okruhu				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Těsný patientský okruh				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Měření spirometrie se zobrazením smyček a hodnot včetně jejich ukládání do paměti a podkládání aktuálními průběhy				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Veškeré příslušenství potřebné pro provoz				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	kanystr na opak použití				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Pacientský okruh - set pro dospělé, na opak, použití 1,5 m, včetně. 3 l vaku				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Rozměry cca:				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Výsuvný pracovní stolek				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Výška: 85 cm				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Pracovní plocha min: 1900 cm2				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Podvozek				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Výška: 140 cm, Šířka: 80 cm, Hloubka: 75 cm				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Hmotnost cca: 150 kg				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Pojízdná kolečka, průměr min.: 12,5 cm, bržděná				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Zásuvky (tělo přístroje)				
135124	anesteziologický přístroj + nový monitor	Výška: Horní a střední: 9 cm, Dolní: 13 cm, Šířka: 34 cm, Hloubka zásuvek: 37 cm				
141197	monitor vitálních funkcí pacienta	monitor centrální	3 ks		2NP 207 Dospívání	mobilní zařízení
141197	monitor vitálních funkcí pacienta	centrální stanice monitorů pro sledování životních funkcí pacientů připojených k lůžkovým a případně i k transportním monitorům z pultu centrální monitorace. Centrální monitor umožňuje především přehledné zobrazení a dokumentaci životních funkcí ze všech v systému zapojených monitorů, upozorňuje zvukově a opticky na překročení hlídání mezí a na další závažné situace, umožňuje nastavení hlídání mezí a další funkce dle následujících minimálních technických požadavků pro každou centrální stanici:				
141197	monitor vitálních funkcí pacienta	možnost připojení až 16 monitorů současně ke každé z centrálních stanic				
141197	monitor vitálních funkcí pacienta	obousměrná komunikace s připojenými monitory				
141197	monitor vitálních funkcí pacienta	režim sledování 12 pacientů a současně sledování minimálně 4 křivek u každého z nich na jedné obrazovce i odděleně na dvou obrazovkách				
141197	monitor vitálních funkcí pacienta	zobrazení, vyhodnocení a ukládání alarmů na centrále, tisk alarmů				
141197	monitor vitálních funkcí pacienta	grafické a numerické trendy 24 hod.				
141197	monitor vitálních funkcí pacienta	archivace, zobrazení a tisk kompletních křivek za posledních 72 hod.				
141197	monitor vitálních funkcí pacienta	režim pro detailní zobrazení vybraného monitoru s funkcí zadání základních údajů o pacientovi a s funkcí ovládání monitoru dálkově (nastavení alarmů atd.)				
141197	monitor vitálních funkcí pacienta	uživatelské rozhraní v ČJ, ovládání klávesnicí a myši				
141197	monitor vitálních funkcí pacienta	2 ploché displeje o úhlopříčce min 22"				
141197	monitor vitálních funkcí pacienta	Připojení centrálního monitoru na síťovou tiskárnu				
141197	monitor vitálních funkcí pacienta	Propojení s NIS pro získání ADT pacienta				
141199	centrální monitor	monitor centrální - intermediár	1 ks		2NP 207 Dospívání	mobilní zařízení
141199	centrální monitor	centrální stanice monitorů pro sledování životních funkcí pacientů připojených k lůžkovým a případně i k transportním monitorům z pultu centrální monitorace. Centrální monitor umožňuje především přehledné zobrazení a dokumentaci životních funkcí ze všech v systému zapojených monitorů, upozorňuje zvukově a opticky na překročení hlídání mezí a na další závažné situace, umožňuje nastavení hlídání mezí a další funkce dle následujících minimálních technických požadavků pro každou centrální stanici:				
141199	centrální monitor	možnost připojení až 16 monitorů současně ke každé z centrálních stanic				
141199	centrální monitor	obousměrná komunikace s připojenými monitory				
141199	centrální monitor	režim sledování 12 pacientů a současně sledování minimálně 4 křivek u každého z nich na jedné obrazovce i odděleně na dvou obrazovkách				
141199	centrální monitor	zobrazení, vyhodnocení a ukládání alarmů na centrále, tisk alarmů				
141199	centrální monitor	grafické a numerické trendy 24 hod.				
141199	centrální monitor	archivace, zobrazení a tisk kompletních křivek za posledních 72 hod.				
141199	centrální monitor	režim pro detailní zobrazení vybraného monitoru s funkcí zadání základních údajů o pacientovi a s funkcí ovládání monitoru dálkově (nastavení alarmů atd.)				
141199	centrální monitor	uživatelské rozhraní v ČJ, ovládání klávesnicí a myši				
141199	centrální monitor	2 ploché displeje o úhlopříčce min 22"				
141199	centrální monitor	Připojení centrálního monitoru na síťovou tiskárnu				
141199	centrální monitor	Propojení s NIS pro získání ADT pacienta				
143109	defibrilátor	klinický defibrilátor s manuálním režimem defibrilace vybavený celobarevnou obrazovkou zobrazující EKG	1 ks		2NP 216 Operační sál	mobilní zařízení
143109	defibrilátor	modul externí kardiostimulace				
143109	defibrilátor	monitor LCD (plněbarevný) se zobrazením měřených grafických (křivka EKG), číselných hodnot a textových výzev				
143109	defibrilátor	monitorace EKG				
143109	defibrilátor	technologie zpětné vazby při KPR – zpětná vaba v reálném čase o hloubce komprese a frekvenci – číselné vyjádření frekvence a hloubky komprese – indikátor uvolnění komprese a ukazatel perfúzního výkonu (PPI)				
143109	defibrilátor	metronom				
143109	defibrilátor	See-Tru KPR – fitrování artefaktů při KPR				
143109	defibrilátor	Tvar křivky Rektilineární bifazická				
143109	defibrilátor	bifazický defibrilační výboj s eskalací energie výboje do 200J v manuálním režimu				
143109	defibrilátor	synchronizovaná kardioverze				
143109	defibrilátor	modul SpO2				

PČV	NÁZEV POLOŽKY	SPECIFIKACE	POČET CELKE M	MJ	UMÍSTĚNÍ	KATEGORIE
143109	defibrilátor	modul NIBP				
143109	defibrilátor	USB konektor				
143109	defibrilátor	Wi-Fi				
143109	defibrilátor	modul zevní stimulační				
143109	defibrilátor	jenná volba energií pro externí defibrilaci v manuálním režimu v rozsahu od 1J až 200J				
143109	defibrilátor	automatický pravidelný autotest v pohotovostním stavu - provádí automatické každodenní testování přístroje s možností tisku a indikace servisu případné závady				
143109	defibrilátor	provoz na síť a akumulátor napájení přístroje ze sítě 230V se záložní baterií, která je součástí přístroje a umožní provoz přístroje mimo síť 230 V (minimálně 95 výbojů o hodnotě 200J nebo 240 min. monitorace při provozu přístroje mimo síť 230V)				
143109	defibrilátor	signalizace a zpráva o nízkém napětí baterie na obrazovce +zvukový signál+ signalizace kapacity na přístroji pomocí letky nad obrazovkou				
143109	defibrilátor	vestavěná tiskárna s možností tisku EKG křivky, ostatních měřených hodnot, a aktuálních nebo uložených událostí	6 ks		2NP 215 Operační sál; 2NP 216 Operační sál	mobilní zařízení
143109	defibrilátor	vestavěná paměť na tisk, archivaci a další zpracování záznamů o pacientovi				
144133	infuzní dávkovač	pumpa infuzní				
144133	infuzní dávkovač	použití jednorázových stříkaček: 5 ml,10ml, 20ml, 30ml, 50/60 ml od různých výrobců s automatickou detekcí velikosti stříkačky				
144133	infuzní dávkovač	přesnost dávkování ± 2 %				
144133	infuzní dávkovač	rozsah dávkování 0,1- 1200 ml/hod.				
144133	infuzní dávkovač	výpočet bilancí i době transportu pacienta na vyšetření a zpět, při odpojení přístroje od parkovací stanice				
144133	infuzní dávkovač	výpočet rychlosti dávky v mg, µg, mmol, IU a kcal v závislosti na hmotnosti pacienta/čase/				
144133	infuzní dávkovač	výpočet rychlosti dávky v g v závislosti na hmotnosti pacienta/čase/				
144133	infuzní dávkovač	zobrazení názvu léčiva o velikost min. 20 znaků				
144133	infuzní dávkovač	podání bolus/proplach				
144133	infuzní dávkovač	Bolusy – manuální a automatický s přednastavením objem; nastavitelná rychlost bolusu min.10-1200 ml/h v objemu min. 1,0 -100 nl				
144133	infuzní dávkovač	Antibolus systém				
144133	infuzní dávkovač	kontinuální měření nárůstu nebo poklesu tlaku				
144133	infuzní dávkovač	volba módu infuze základní a objem/čas				
144133	infuzní dávkovač	optická a zvuková signalizace alarmů				
144133	infuzní dávkovač	optická signalizace spuštěné infuze				
144133	infuzní dávkovač	systém KVO s více rychlostmi v závislosti na původní rychlosti dávkování				
144133	infuzní dávkovač	interní paměť přístroje na seznam s minimálně 1000 léky, obsahující název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limitů, objem a rychlost podávání bolusu				
144133	infuzní dávkovač	nastavení hodnoty okluzního tlaku min v 10 úrovních v rozsahu min. 150 – 1000 mmHg				
144133	infuzní dávkovač	kompletní ovládání a nastavení pomocí membránové klávesnice/tlačítek, bez dotykového displeje				
144133	infuzní dávkovač	integrováná uchycení na infuzní stojan, eurolištu, do pracovní stanice nebo včetně potřebných příslušenství odnímatelných zdravotnickým personálem bez použití nástroje				
144133	infuzní dávkovač	možnost uploadu nového seznamu léků				
144133	infuzní dávkovač	displej				
144133	infuzní dávkovač	software v ČJ				
144133	infuzní dávkovač	hmotnost přístroje do 2,5 kg vč. Akumulátoru	6 ks		2NP 207 Dospávání	mobilní zařízení
144133	infuzní dávkovač	vestavěný akumulátor s kapacitou na min. 6 hodin provozu				
144133	infuzní dávkovač	Doba nabíjení z úplného vybití na 90 % kapacity akumulátoru max. 2,5 h				
144133	infuzní dávkovač	napájení z pracovní stanice, automatické dobíjení akumulátoru, včetně možnosti samostatného napájení na 230V/50 Hz				
144133	infuzní dávkovač	Stupeň krytí (IPX): min IP32, chráníci všechny části proti zatečení desinfekce,				
144134	pumpa infuzní	pumpa infuzní				
144134	pumpa infuzní	rozsah dávkování 0,1 až 999 ml/hod.				
144134	pumpa infuzní	přesnost dávkování ± 5 %				
144134	pumpa infuzní	ve standardu včetně kapkového senzoru				
144134	pumpa infuzní	možnost provozu i bez kapkového senzoru				
144134	pumpa infuzní	Mechanické, automatické zabezpečení proti volnému průtoku infuzní kapaliny - zabránění volného toku infuze do pacienta při otevření dvířek pumpy				
144134	pumpa infuzní	Upevnění na infuzní stojan o průměru min. 20-40 mm nebo eurolištu				
144134	pumpa infuzní	podání bolus/proplach				
144134	pumpa infuzní	optická a zvuková signalizace alarmů				
144134	pumpa infuzní	Antibolusová funkce při okluzi				
144134	pumpa infuzní	Nastavení limitu alarmu pro velikost jedné bubliny vzduchu min. v rozsahu 50, 100, 250 a 500 µl				
144134	pumpa infuzní	Nastavitelný limit okluzního tlaku minimálně ve třech úrovních v rozsahu min 250 – 1000 mmHg				
144134	pumpa infuzní	Systém KVO s více rychlostmi v rozsahu min. 1-5 ml/h				
144134	pumpa infuzní	vestavěný akumulátor s kapacitou na min.10 hodin provozu				
144134	pumpa infuzní	displej				
144134	pumpa infuzní	software v ČJ				
144134	pumpa infuzní	hmotnost přístroje do 1,5 kg vč. Akumulátoru				
144134	pumpa infuzní	napájení z pracovní stanice, automatické dobíjení akumulátoru, včetně možnosti samostatného napájení na 230V/50 Hz				
144134	pumpa infuzní	Stupeň krytí dle ČSN EN 60529 min. IP32 chráníci všechny části přístroje proti zatečení desinfekce/infuze				
144134	pumpa infuzní	Bezpečnostní a kontrolní funkce s akustickými a vizuálními alarmy: vzduch v lince, okluze, vybitá baterie, otevřená dvířka	6 ks		2NP 207 Dospávání	mobilní zařízení
144134	pumpa infuzní	Možnost použití setů více výrobců a infuzní set z PVC (bez DEHP) bez pumpového silikonového segmentu				
144135	dokovací stanice	umožňuje současné umístění libovolné kombinace min. 3 ks lineárních dávkovačů nebo infuzních pump				
144135	dokovací stanice	umožňuje uchycení na infuzní tyč, eurolištu nebo stojan				
144135	dokovací stanice	jednoduchý mechanismus vyjmutí jednotlivých lineárních dávkovačů nebo infuzních pump				
144135	dokovací stanice	napájení dokovací stanice i připojených pump a dávkovačů jedním napájecím kabelem				
144135	dokovací stanice	signalizace alarmů připojených pump a dávkovačů				
144135	dokovací stanice	napájecí přívodní kabel				
144203	dávkovač injekční	použití jednorázových stříkaček: 5 ml,10ml, 20ml, 30ml, 50/60 ml od různých výrobců s automatickou detekcí velikosti stříkačky	18 ks		2NP 207 Dospávání; 2NP 215 Operační sál; 2NP 216 Operační sál	pevně spojené se stavbou
144203	dávkovač injekční	přesnost dávkování ± 2 %				
144203	dávkovač injekční	rozsah dávkování 0,1- 1200 ml/hod.				
144203	dávkovač injekční	výpočet bilancí i době transportu pacienta na vyšetření a zpět, při odpojení přístroje od parkovací stanice				
144203	dávkovač injekční	výpočet rychlosti dávky v mg, µg, mmol, IU a kcal v závislosti na hmotnosti pacienta/čase/				
144203	dávkovač injekční	výpočet rychlosti dávky v g v závislosti na hmotnosti pacienta/čase/				
144203	dávkovač injekční	zobrazení názvu léčiva o velikost min. 20 znaků				
144203	dávkovač injekční	podání bolus/proplach				
144203	dávkovač injekční	Bolusy – manuální a automatický s přednastavením objem; nastavitelná rychlost bolusu min.10-1200 ml/h v objemu min. 1,0 -100 nl				
144203	dávkovač injekční	Antibolus systém				

PČV	NÁZEV POLOŽKY	SPECIFIKACE	POČET CELKE M	MJ	UMÍSTĚNÍ	KATEGORIE
144203	dávkočá injekční	kontinuální měření nárůstu nebo poklesu tlaku				
144203	dávkočá injekční	volba módu infuze základní a objem/čas				
144203	dávkočá injekční	optická a zvuková signalizace alarmů				
144203	dávkočá injekční	optická signalizace spuštěné infuze				
144203	dávkočá injekční	systém KVO s více rychlostmi v závislosti na původní rychlosti dávkování				
144203	dávkočá injekční	interní paměť přístroje na seznam s minimálně 1000 léky, obsahující název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limitů, objem a rychlost podávání bolusu				
144203	dávkočá injekční	nastavení hodnoty okluzního tlaku min v 10 úrovních v rozsahu min. 150 – 1000 mmHg				
144203	dávkočá injekční	kompletní ovládání a nastavení pomocí membránové klávesnice/tlačítek, bez dotykového displeje				
144203	dávkočá injekční	integrováná uchycení na infuzní stojan, eurolistu, do pracovní stanice nebo včetně potřebných příslušenství odnímatelných zdravotnickým personálem bez použití nástroje				
144203	dávkočá injekční	možnost uploadu nového seznamu léků				
144203	dávkočá injekční	displej				
144203	dávkočá injekční	software v ČJ				
144203	dávkočá injekční	hmotnost přístroje do 2,5 kg vč. Akumulátoru				
144203	dávkočá injekční	vestavěný akumulátor s kapacitou na min. 6 hodin provozu				
144203	dávkočá injekční	Doba nabíjení z úplného vybití na 90 % kapacity akumulátoru max. 2,5 h				
144203	dávkočá injekční	napájení z pracovní stanice, automatické dobíjení akumulátoru, včetně možnosti samostatného napájení na 230V/50 Hz				
144203	dávkočá injekční	Stupeň krytí (IPX): min IP32, chráníci všechny části proti zatečení desinfekce,	3 ks		2NP 207 Dospávání; 2NP 215 Operační sál; 2NP 216 Operační sál	mobilní zařízení
146124	odsávačka	V místnosti č. 207 - Dospávání s požadavkem: na vakuum				
146124	odsávačka	V místnosti č. 215 - Operační sál s požadavkem: na vakuum				
146124	odsávačka	V místnosti č. 216 - Operační sál s požadavkem: na vakuum				
146124	odsávačka	odsávačka elektrická pojízdná				
146124	odsávačka	bezúdržbový pístový motor				
146124	odsávačka	napájení 230 V/50 Hz				
146124	odsávačka	dle ISO 10079-1 vysoké vakuum/vysoký průtok				
146124	odsávačka	určena pro nepřetržitý provoz				
146124	odsávačka	včetně kompletního odsávacího okruhu se sacím antibakteriálním / hydrofobním filtrem				
146124	odsávačka	se dvěma polykarbonátovými lahvemi 2 x 2 l				
146124	odsávačka	pojízdné provedení				
146124	odsávačka	jednorázové odsávací vaky 2000 ml				
146124	odsávačka	pneumatický nožní ovladač				
146124	odsávačka	elektronický přepínač lahví				
146124	odsávačka	maximální podtlak 90 kPa				
146124	odsávačka	sací výkon min. 60 l/min				
146124	odsávačka	hmotnost max. 13 kg				
147111	ventilátor transporní	ventilátor plnění transporní	1 ks		2NP 207 Dospávání	mobilní zařízení
147111	ventilátor transporní	Transportní ventilátor s autonomním pohonem turbínou bez nutného použití plynu pro pohon. Monitor umožňuje především přehledně zobrazení a dokumentaci ventilace u všech kategorií pacientů při transportu, upozorňuje zvukově a opticky na překročení hlídávaných mezí a na další závažné situace splňující následující minimální technické požadavky				
147111	ventilátor transporní	lehký transporní ventilátor/monitor se zabudovaným úchytem na přenášení a zavěšení na lůžko pacienta				
147111	ventilátor transporní	barevná dotyková obrazovka velikosti min. 8"				
147111	ventilátor transporní	min. 3 křivky současně zobrazených na displej, smyčky				
147111	ventilátor transporní	provoz na záložní baterii min. po dobu 6 hodin				
147111	ventilátor transporní	ventilační režimy: VCV, PCV, SIMV, CPAP, PSV, PRVC				
147111	ventilátor transporní	rozsahy parametrů ventilace: TV 2 - 2000ml, frekvence 1 - 150 dechů/min				
147111	ventilátor transporní	alarmy minimálně pro: PAW, Okluze, MV, VT, Apnoe				
147111	ventilátor transporní	měření a zobrazení kapnometrie CO2, možnost dovýbavit o měření SpO2 včetně vyhodnocení SpCO, SpHb				
147111	ventilátor transporní	doba trendů min. 72 hodin				
147111	ventilátor transporní	max. hmotnost 6,5 kg				
147111	ventilátor transporní	veškeré příslušenství pro zahájení ventilace (2ks patientských okruhů)				
147401	zvlhčovač	zvlhčovač kyslíku	3 ks		2NP 207 Dospávání	mobilní zařízení
147401	zvlhčovač	vedení zvlhčeného kyslíku k pacientovi				
147401	zvlhčovač	hadičkou s kyslíkovou maskou, nebo				
147401	zvlhčovač	nosní sondou				
147401	zvlhčovač	kyslíkový zvlhčovač zajišťuje účinné				
147401	zvlhčovač	zvlhčení inspirované směsi, které je				
147401	zvlhčovač	jednou z hlavních				
147401	zvlhčovač	podmínek komfortu a bezpečnosti kyslíkové				
147401	zvlhčovač	léčby				
147401	zvlhčovač	inspirovaná směs kyslíku se vzduchem má				
147401	zvlhčovač	pokořovou teplotu				
147401	zvlhčovač	jednoduchá obsluha, snadná údržba				
147401	zvlhčovač	kyslíkový zvlhčovač s průtokoměrem-				
147401	zvlhčovač	rotametrem				
147401	zvlhčovač	max průtok 15l O2				
147401	zvlhčovač	možnost upevnění přímo do rychlospojky				
147401	zvlhčovač	centrálního rozvodu kyslíku,	2 ks		2NP 215 Operační sál; 2NP 216 Operační sál	pevně spojené se stavbou
147401	zvlhčovač	popř. do rychlospojky redukčního ventilu				
147401	zvlhčovač	na kyslíkové láhvi				
147401	zvlhčovač	možnost upevnění na eurolistu, lůžko,				
147401	zvlhčovač	inf.stojan				
232124	operační svítidlo dvouramenné, LED	V místnosti č. 215 - Operační sál s požadavkem: hlavní svítidlo a satelit, bez kamery				
232124	operační svítidlo dvouramenné, LED	V místnosti č. 216 - Operační sál s požadavkem: STAVBA; hlavní svítidlo a satelit, bez kamery				
232124	operační svítidlo dvouramenné, LED	svítidlo vyšetřovací stropní				
232124	operační svítidlo dvouramenné, LED	Dvouramenná stropní adaptace operačních svítidel s technologií LED				
232124	operační svítidlo dvouramenné, LED	Dvě otočná výškově stavitelná observační ramena pro satelity operačního svítidla - otočná v rozsahu 360°				
232124	operační svítidlo dvouramenné, LED	- Délka při plném vyložení 1. ramene min. (měřeno od osy stropního tubusu do středu svítidla) 1900 mm				
232124	operační svítidlo dvouramenné, LED	- Délka při plném vyložení 2. ramene min. (měřeno od osy stropního tubusu do středu svítidla) 2100 mm				
232124	operační svítidlo dvouramenné, LED	- Případná integrace kamery nesmí znemožnit otáčení ramen o 360°				
232124	operační svítidlo dvouramenné, LED	Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1,0 m (EC) - 160 000 lux				
232124	operační svítidlo dvouramenné, LED	Teplota chromatičnosti – nastavitelná v rozsahu min. - 3 800°K až 5 000°K				

PČV	NÁZEV POLOŽKY	SPECIFIKACE	POČET CELKE M	MJ	UMÍSTĚNÍ	KATEGORIE
232124	operační svítidlo dvouramenné, LED	Teplota chromatičnosti – nastavitelná min. - v 7 krocích				
232124	operační svítidlo dvouramenné, LED	Index podání červené barvy světelného spektra CRI Ra min. - 96 Ra				
232124	operační svítidlo dvouramenné, LED	Index podání barev světelného spektra R9 min. - 97				
232124	operační svítidlo dvouramenné, LED	Nastavení průměru a zaostření světelného pole - elektronicky				
232124	operační svítidlo dvouramenné, LED	Průměr světelného pole nastavitelný od/do min. - 210/350 mm				
232124	operační svítidlo dvouramenné, LED	Nastavitelný rozsah intenzity osvětlení min. - 25 - 100 %				
232124	operační svítidlo dvouramenné, LED	d10 průměr světelného pole, kde intenzita osvětlení dosahuje 10% Ec min. - 210 mm				
232124	operační svítidlo dvouramenné, LED	d50 průměr světelného pole, kde intenzita osvětlení dosahuje 50% Ec min. - 110 mm				
232124	operační svítidlo dvouramenné, LED	Hloubka osvětlení IEC 60601-2-41 (L1 + L2) na 60% min. - 490 mm				
232124	operační svítidlo dvouramenné, LED	Hloubka osvětlení IEC 60601-2-41 (L1 + L2) na 20% min. - 1030 mm				
232124	operační svítidlo dvouramenné, LED	Garantovaná životnost LED diod výrobcem min. - 60 000 hodin				
232124	operační svítidlo dvouramenné, LED	Maximální celková vyzářená energie max. - 580 W/m2				
232124	operační svítidlo dvouramenné, LED	Maximální záření v UV max. - 0,002 W/m2				
232124	operační svítidlo dvouramenné, LED	Endoskopický mód (nikoliv ambientní osvětlení) -				
232124	operační svítidlo dvouramenné, LED	Možnost zapnutí endoskopického módu při vypnutém svítidle -				
232124	operační svítidlo dvouramenné, LED	Ambientní osvětlení umístěné na horní straně satelitu-osvětlení zatemněného operačního sálu- barva - modrá				
232124	operační svítidlo dvouramenné, LED	Primární střídavé napětí v síti - 100 ÷ 240 V				
232124	operační svítidlo dvouramenné, LED	Frekvence střídavého napětí v síti - 50/60 Hz				
232124	operační svítidlo dvouramenné, LED	Sekundární kontinuální napětí - 24 V				
232124	operační svítidlo dvouramenné, LED	Klasifikace produktu - zdravotnický prostředek - Třída I				
232124	operační svítidlo dvouramenné, LED	Rozměry (průměr satelitu) max. z důvodu lepší ergonomie na sále - 520 mm				
232124	operační svítidlo dvouramenné, LED	Otáčení satelitu kolem své osy min. - 180°				
232124	operační svítidlo dvouramenné, LED	Naklápění satelitů o min. - 340°				
232124	operační svítidlo dvouramenné, LED	Maximální příkon při nastavení 100% intenzity - 55 W				
232124	operační svítidlo dvouramenné, LED	Dodání včetně krytu - baldachýnu o průměru min./ max. - 500/540 mm				
232124	operační svítidlo dvouramenné, LED	Stupeň ochrany IP min. - IP 42				
232401	svítidlo vyšetřovací	V místnosti č. 218 - Přípravná s požadavkem: STAVBA; stropní, LED, lokální	2 ks		2NP 218 Přípravná;	pevně spojené se stavbou
232401	svítidlo vyšetřovací	V místnosti č. 220 - Přípravná s požadavkem: STAVBA; stropní, LED, lokální			2NP 220 Přípravná	
253003	myčka jednostranná	V místnosti č. 235 - Mytí s požadavkem: 8 sit	1 ks		2NP 235 Mytí	pevně spojené se stavbou
253003	myčka jednostranná	- jednoduchý mycí a dezinfekční automat, certifikace dle normy				
253003	myčka jednostranná	EN ISO 15883-1(shoda doložena certifikátem) s ohřevem elektro,				
253003	myčka jednostranná	max. příkon 9,3 kW				
253003	myčka jednostranná	- max. vnější rozměry přístroje (v,š,h):835(včetně nerezového víka),600,600 mm				
253003	myčka jednostranná	- vnější opláštění nerez				
253003	myčka jednostranná	- dopředu výklopné celonerezové dveře				
253003	myčka jednostranná	- mycí a dezinfekční programy s použitím chemie: pH neutrální, enzymatické nebo alkalické				
253003	myčka jednostranná	- přednastavené mycí a dezinfekční programy pro zdravotnické pomůcky (např. Vario TD, Oftalmologie, OP-obuv, Speciál 93°C-10°, atd.)				
253003	myčka jednostranná	- bezesrárově svařovaný mycí prostor s hladkými švy				
253003	myčka jednostranná	- zakrytá topná tělesa mimo mycí prostor				
253003	myčka jednostranná	- systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu				
253003	myčka jednostranná	- vícekomponentový filtrační systém mycí lázně				
253003	myčka jednostranná	- mycí prostor vybavený dvěma nerezovými mycími rameny				
253003	myčka jednostranná	- kontroly mycího tlaku a rotace ostřikovacích ramen				
253003	myčka jednostranná	- dvouplášťová konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou izolací				
253003	myčka jednostranná	- během mycího cyklu elektricky blokováné dveře				
253003	myčka jednostranná	- automatické dovírání a uzamykání dveří				
253003	myčka jednostranná	- vestavěný horkovzdušný sušicí agregát o ventilačním výkonu min. 60 m3/hod s aktivním HEPA filtrem třídy H 13 (stupeň filtrace min. 99,95 %)				
253003	myčka jednostranná	- mycí a dezinfekční automat s mycím prostorem o kapacitě až např. 8 sit DIN, 48 GYN zrcátok, 1-2 MIC sad nebo 14 párů OP obuvi				
253003	myčka jednostranná	- výkonné oběhové čerpadlo s variabilními otáčkami o celkovém výkonu min. Qmax 500 l/min				
253003	myčka jednostranná	- nerezový dotykový ovládací panel se 3 tlačítky rychlé volby				
253003	myčka jednostranná	- elektronická, programovatelná řídicí jednotka (min. 15 zákl. programů a min. 2 volná programová místa)				
253003	myčka jednostranná	- 1 vestavěný dávkovač pro tekutou mycí chemii				
253003	myčka jednostranná	1 externí dávkovač pro tekutou dezinfekční chemii				
253003	myčka jednostranná	1 dveřní dávkovač pro tekutou oplachovou chemii				
253003	myčka jednostranná	- vestavěný kondenzátor par s rozstřikovačem				
253003	myčka jednostranná	- vestavěný změkčovač vody				
253003	myčka jednostranná	- násepka soli umístěná ergonomicky ve dveřích				
253003	myčka jednostranná	- modulární koncepce vnitřního košového vybavení				
253003	myčka jednostranná	Mycí koše:				
253003	myčka jednostranná	- vícepatrový koš pro uložení min. 8 ks běžných sitových misek DIN a různých nástavců, mycí/ostřikovací rameno pro každé patro				
253003	myčka jednostranná	- 8 ks DIN sit standartní velikosti pro uložení OP instrumentária				
253003	myčka jednostranná	- nástavce na OP obuv se 14 držáky pro OP obuv až do velikosti 48				
253003	myčka jednostranná	- 1x příslušenství pro přípravu MIC instrumentária do délky až 55cm				
253003	myčka jednostranná	o injektorový vozík s min. 40 injektorovými tryskami pro duté nástroje 1 ks				
253003	myčka jednostranná	o koš - nástavce 1/2 na rozkládací MIC nástroje				

PČV	NÁZEV POLOŽKY	SPECIFIKACE	POČET CELKE M	MJ	UMÍSTĚNÍ	KATEGORIE
253003	myčka jednostranná	o koš - nástavec/buben pro optické kabely a odsávací hadice				
253003	myčka jednostranná	o vložka - nástavec/síto s víkem pro velmi drobné dily				
261036	myčka prokládací	V místnosti č. 235 - Mytí s požadavkem: 10 sít	1 ks		2NP 235 Mytí	pevně spojené se stavbou
261036	myčka prokládací	myčka prokládací vč. zavážecího vozíku				
261036	myčka prokládací	prokládací dvoudvěřový mycí a dezinfekční automat, v souladu s normou ČSN EN 15883-1,2 (CE) a vyhláškou MZ ČR č. 306/20112 Sb.				
261036	myčka prokládací	elektrický ohřev vody a sušení				
261036	myčka prokládací	kapacita min. 10 DIN 1/1 nástrojových sít 480x250mm				
261036	myčka prokládací	prosklené, dopředu výklopné dveře s výjezdem mycího koše na dveře				
261036	myčka prokládací	programovatelná řídicí jednotka				
261036	myčka prokládací	minimálně 5 základních programů volitelných přímo z předvoleb na ovládacího panelu				
261036	myčka prokládací	display v ČJ				
261036	myčka prokládací	zabudovaná tiskárna v čelním panelu				
261036	myčka prokládací	elektronická kontrola tlaku oběhového čerpadla				
261036	myčka prokládací	nerezový mycí prostor s osvětlením				
261036	myčka prokládací	mycí prostor vybavený 2 pevnými nerezovými mycími rameny				
261036	myčka prokládací	připojení na studenou, teplou a demineralizovanou vodu				
261036	myčka prokládací	automatické blokování dveří v průběhu mycího cyklu				
261036	myčka prokládací	3 vestavěné dávkovače detergentů s průtokoměry				
261036	myčka prokládací	vestavěný horkovzdušný sušicí agregát s HEPA 14 filtrem, s elektronickým monitoringem integrity filtru bez nutnosti preventivních výměn filtru				
261036	myčka prokládací	sušicí jednotka s kondenzátorem par a energeticky úsporným výměníkem tepla s předehřevem vstupního sušícího vzduchu z výstupního vzduchu				
261036	myčka prokládací	vč. SW vybavení: on-line monitoring průběhu sterilizačních a mycích procesů na PC uživatele v reálném čase; automatické vytvoření protokolu po schválení procesu a uložení do SQL databáze; zabezpečená internetová komunikace https; webová aplikace pro zabezpečený přístup uživatele i servisu z libovolného zařízení (PC i mobilního telefonu) s internetovým připojením i mimo LAN v místě instalace, s on-line přístupem k aktuálnímu stavu přístrojů; možnost záložního archivu procesů a vybraných provozních parametrů přístrojů na cloudovém úložišti dodavatele; možnost automatického odeslání SMS zprávy nebo emailu o chybových stavech na vybrané zástupce uživatele a servisu; přednastavené statistiky o provozu přístrojů, chybových stavech atd.; možnost exportu vybraných dat do externích IT systémů uživatele v xml formátu; kompatibilní se sterilizátory v rámci dodávky				
261036	myčka prokládací	- příslušenství (společné pro obě myčky): 1 ks 5-ti patrový mycí vozík 10DIN sít - mycí ramena mezi všemi úrovněmi vozíku, s možností výjmuti jednotlivých úrovní pro mytí rozměrných materiálů. Min. 6 injektorových konektorů pro mytí dutých nástrojů přímo v základním vozíku; 4 ks 5-ti patrový mycí vozík 10DIN sít - mycí ramena mezi všemi úrovněmi vozíku; s možností výjmuti jednotlivých úrovní pro mytí rozměrných materiálů. Min. 6 injektorových konektorů pro mytí dutých nástrojů přímo v základním vozíku 1 ks příslušenství pro laparoskopické instrumentárium - rampa pro min. 10 ks nástrojů délky min. 450 mm a dalších min. 20 přípojných koncovek flexibilně zaměňovatelných (hadičky, bajonety apod.) 1 ks vozík na mytí operační obuvi – min. 15 párů/cykly 10 ks 1/1 DIN sít o velikosti 480x250mm; 3 ks jemná zavíratelná síta 80x80x40 mm pro jemné komponenty; 1 ks košík na upevnění flexibilních hadic v návinnu během mytí				
282316	stropní stativ jednoduchý, dvě pohyblivá ramena, výškově stavitelný, s příslušenstvím	V místnosti č. 215 - Operační sál s požadavkem: operační	2 ks		2NP 215 Operační sál; 2NP 216 Operační sál	mediplýn
282316	stropní stativ jednoduchý, dvě pohyblivá ramena, výškově stavitelný, s příslušenstvím	V místnosti č. 216 - Operační sál s požadavkem: operační				
282317	stropní stativ dvojitý, dvě pohyblivá ramena, výškově stavitelný, s příslušenstvím	V místnosti č. 215 - Operační sál s požadavkem: anesteziologický	2 ks		2NP 215 Operační sál; 2NP 216 Operační sál	mediplýn
282317	stropní stativ dvojitý, dvě pohyblivá ramena, výškově stavitelný, s příslušenstvím	V místnosti č. 216 - Operační sál s požadavkem: anesteziologický				
282332	instalační most pro 3 lůžka včetně příslušenství	V místnosti č. 207 - Dospívání s požadavkem: zástěny, vyšetřovací svítidlo	1 ks		2NP 207 Dospívání	mediplýn
351313	ultrazvuková myčka	V místnosti č. 235 - Mytí s požadavkem: stolní, vana cca 28 l	1 ks		2NP 235 Mytí	pevně spojené se stavbou
351313	ultrazvuková myčka	výkonná ultrazvuková čistička				
351313	ultrazvuková myčka	objem cca 45 l				
351313	ultrazvuková myčka	vnitřní plášť z nerez oceli				
351313	ultrazvuková myčka	možnost nastavení času od 1 do 30 minut				
351313	ultrazvuková myčka	možnost regulace topení od 30 do 80°C				
351313	ultrazvuková myčka	možnost funkce pro odplynění kapalin				
351313	ultrazvuková myčka	včetně vika				
351313	ultrazvuková myčka	včetně vnitřního koše				
351313	ultrazvuková myčka	vypouštěcí ventil				
351313	ultrazvuková myčka	Dle Přílohy č. I				
355227	balicí komplet	V místnosti č. 236 - Setovna s požadavkem: svářečka, zásobníky obalů	1 ks		2NP 236 Setovna	mobilní zařízení
355315	antibakteriální koberec s nájezdy	V místnosti „203-materiálový filtr“ s velikostí: 2000x1200	2 ks		2NP 203 materiálový filtr; 2NP 230 Filtr	mobilní zařízení
355315	antibakteriální koberec s nájezdy	V místnosti „230-Filtr“ s velikostí: 2000x1200				
355315	antibakteriální koberec s nájezdy	rohož dekontaminační min. 1500 x 1000 mm				
355315	antibakteriální koberec s nájezdy	antistatická nosná vrstva rohože				
355315	antibakteriální koberec s nájezdy	bez nutnosti lepení				
355315	antibakteriální koberec s nájezdy	s nájezdovým okrajem				
355315	antibakteriální koberec s nájezdy	obsahující bakteriostatikum				
355315	antibakteriální koberec s nájezdy	omyvatelná				
355315	antibakteriální koberec s nájezdy	hladký povrch, zabraňující zpětnému přenosu nečistot				
355317	antibakteriální krytina	V místnosti „229-Filtr pacienti“ s velikostí: celá plocha podlahy	1 ks		2NP 229 Filtr pacienti	pevně spojené stavební příprava
355317	antibakteriální krytina	V místnosti č. 229 - Filtr pacienti s požadavkem: STAVBA				

PČV	NÁZEV POLOŽKY	SPECIFIKACE	POČET CELKE M	MJ	UMÍSTĚNÍ	KATEGORIE
355602	selecta pistole	V místnosti č. 235 - Mytí s požadavkem: vodní	1	ks	2NP 235 Mytí	pevně spojené se stavbou
355602	selecta pistole	pistole tlaková mycí				
355602	selecta pistole	pistole s vodicím kónusem a cca 1,5m hadicí				
355602	selecta pistole	sada nástavců 8 ks				
355602	selecta pistole	bezpečnostní kónus pistole				
355602	selecta pistole	možnost jemného regulování tlaku vody				
355603	selecta pistole	V místnosti č. 235 - Mytí s požadavkem: vzduchová	1	ks	2NP 235 Mytí	pevně spojené se stavbou
355603	selecta pistole	pistole tlaková vzduchová				
355603	selecta pistole	pistole s vodicím kónusem a cca 1,5m hadicí				
355603	selecta pistole	sada nástavců 9ks				
355603	selecta pistole	bezpečnostní kónus pistole				
355603	selecta pistole	možnost jemného regulování tlaku vzduchu				
361635	vozik na odvoz kontejnerů do sterilizace	vozik přípravný na STJ kontejnery 2x1 STJ	1	ks	2NP 219 Dekontaminace	mobilní zařízení
361635	vozik na odvoz kontejnerů do sterilizace	základní rozměry vozíku minimálně: 872 x h42 x v90 cm				
361635	vozik na odvoz kontejnerů do sterilizace	konstrukce z nerez oceli AISI304 bez madel				
361635	vozik na odvoz kontejnerů do sterilizace	4x nerezová kola d=7,5 cm z toho 2 s brzdou				
361635	vozik na odvoz kontejnerů do sterilizace	antistatické provedení				
361635	vozik na odvoz kontejnerů do sterilizace	4x rohový nárazník z odolného plastu				
361635	vozik na odvoz kontejnerů do sterilizace	Vozík přípravný na STE kontejnery 2x1 STE				
361635	vozik na odvoz kontejnerů do sterilizace	povrch nerezového materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo při				
361635	vozik na odvoz kontejnerů do sterilizace	Dle Přílohy č.1				
361636	vozik na čisté dekontaminační kontejnery	V místnosti č. 219 - Dekontaminace s požadavkem: policový, nerez	1	ks	2NP 219 Dekontaminace	mobilní zařízení
361636	vozik na čisté dekontaminační kontejnery	základní rozměry vozíku minimálně: 872 x h42 x v90 cm				
361636	vozik na čisté dekontaminační kontejnery	konstrukce z nerez oceli AISI304 bez madel				
361636	vozik na čisté dekontaminační kontejnery	4x nerezová kola d=7,5 cm z toho 2 s brzdou				
361636	vozik na čisté dekontaminační kontejnery	antistatické provedení				
361636	vozik na čisté dekontaminační kontejnery	4x rohový nárazník z odolného plastu				
361636	vozik na čisté dekontaminační kontejnery	Vozík přípravný na STE kontejnery 2x1 STE				
361636	vozik na čisté dekontaminační kontejnery	povrch nerezového materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo při				
361636	vozik na čisté dekontaminační kontejnery	Dle Přílohy č.1				
403227	stůl setovací	V místnosti „236-Setovna“ s velikostí: 1500x750	2	ks	2NP 236 Setovna	mobilní zařízení
403227	stůl setovací	nerezový				
403227	stůl setovací	podnože umístěné zároveň s rohy stolu				
403227	stůl setovací	dle přílohy č.1 - standardy nábytku				
403227	stůl setovací	Dle Přílohy č.1				
403355	stůl pracovní	V místnosti „236-Setovna“ s velikostí: 2100x700	1	ks	2NP 236 Setovna	mobilní zařízení
403355	stůl pracovní	V místnosti č. 236 - Setovna s požadavkem: balení				
403355	stůl pracovní	v pracovní desce průchodka pro kabely				
403355	stůl pracovní	podnože umístěné zároveň s rohy stolu				
403355	stůl pracovní	kovová lakovaná kostra, deska lamino				
403355	stůl pracovní	dle přílohy č.1 - standardy nábytku				
403355	stůl pracovní	Dle Přílohy č.1				
419415	regál nerezový	V místnosti „237-Sklad sterilního materiálu“ s velikostí: 900x400x2000	5	ks	2NP 237 Sklad sterilního materiálu	mobilní zařízení
419415	regál nerezový	V místnosti č. 237 - Sklad sterilního materiálu s požadavkem: 5 polic, nosnost police min. 100 kg				
419415	regál nerezový	nerezová konstrukce				
419415	regál nerezový	možnost volitelného nastavení polic při montáži				
419415	regál nerezový	nosnost police alespoň 100 kg				
419415	regál nerezový	nožičky opatřeny gumovými krytkami				
419415	regál nerezový	Dle Přílohy č.1				
419513	regál nerezový	V místnosti „236-Setovna“ s velikostí: 1000x400x2000	4	ks	2NP 236 Setovna; 2NP 236a Příruční sklad	mobilní zařízení
419513	regál nerezový	V místnosti „236a-Příruční sklad“ s velikostí: 1000x400x2000				
419513	regál nerezový	V místnosti č. 236 - Setovna s požadavkem: 5 polic, nosnost police min. 100 kg				
419513	regál nerezový	V místnosti č. 236a - Příruční sklad s požadavkem: 5 polic, nosnost police min. 100 kg				
419513	regál nerezový	nerezová konstrukce				
419513	regál nerezový	možnost volitelného nastavení polic při montáži				
419513	regál nerezový	nosnost police alespoň 100 kg				
419513	regál nerezový	nožičky opatřeny gumovými krytkami				
419513	regál nerezový	Dle Přílohy č.1				
437102	operační židle	kruhový sedák čalouněný zdravotně nezávadný	6	ks	2NP 215 Operační sál; 2NP 216 Operační sál	mobilní zařízení
437102	operační židle	s nezávadnou koženkou				
437102	operační židle	omyvatelný materiál s možností dezinfekce				
437102	operační židle	běžnými dezinfekčními prostředky				
437102	operační židle	možnost výškového nastavení pomocí				
437102	operační židle	plynové pružiny				
437102	operační židle	mobilní provedení - opatřena 5-ti kolečky o průměru min 50 mm,				
437102	operační židle	z toho alespoň 2 bržděná				
437102	operační židle	kruhová sedačka s opěrkou zad a nohou, pojízdná				
437102	operační židle	sedák a opěrák čalouněný zdravotně nezávadnou koženkou				
437102	operační židle	omyvatelný materiál				
437102	operační židle	možnost dezinfekce běžnými dezinfekčními prostředky				
437102	operační židle	mobilní provedení				
437102	operační židle	osazena alespoň 5-ti kolečky o průměru min 50mm,				
437102	operační židle	z toho min. 2 bržděná				
437102	operační židle	chromovaný kříž s kolečky osazen pevnou opěrkou nohou				
437102	operační židle	výškové nastavení - manuálně				
437102	operační židle	Dle Přílohy č.1				

PČV	NÁZEV POLOŽKY	SPECIFIKACE	POČET CELKE M	MJ	UMÍSTĚNÍ	KATEGORIE
437103	stolička laboratorní	V místnosti č. 236 - Setovna s požadavkem: s područkami a kruhem pro opření nohou	3	ks	2NP 236 Setovna	mobilní zařízení
437103	stolička laboratorní	kruhový sedák čalouněný zdravotně nezávadný				
437103	stolička laboratorní	s nezávadnou koženkou				
437103	stolička laboratorní	omyvatelný materiál s možností dezinfekce				
437103	stolička laboratorní	běžnými dezinfekčními prostředky				
437103	stolička laboratorní	možnost výškového nastavení pomocí				
437103	stolička laboratorní	plynové pružiny				
437103	stolička laboratorní	mobilitní provedení - opatřena 5-ti kolečky o průměru min 50 mm,				
437103	stolička laboratorní	z toho alespoň 2 brzděná	3	ks	2NP 207 Dospívání	mobilní zařízení
437103	stolička laboratorní	Dle Přílohy č.1				
441251	resuscitační lůžko 3. stupně	V místnosti č. 207 - Dospívání s požadavkem: elektronicky polohovatelné, standard ARO, vč. příslušenství	3	ks	2NP 207 Dospívání	mobilní zařízení
447152	vozik na odpady 3-koš	pojízdný podvozek	1	ks	2NP 219 Dekontaminace	mobilní zařízení
447152	vozik na odpady 3-koš	trubková, chromovaná konstrukce				
447152	vozik na odpady 3-koš	chromovaná rukojeť				
447152	vozik na odpady 3-koš	2 x vědro - cca 17 l				
447152	vozik na odpady 3-koš	3x vak s víkem cca 80 l				
447152	vozik na odpady 3-koš	+ úklidové nářadí /násada,držák,třaseň/koš				
447152	vozik na odpady 3-koš	Dle Přílohy č.1				
987654	úpravna vody	Splnění normy ČSN EN 285+A2. Specifická vodivost do 5 uS/ cm.	1	ks	3NP 304 Technická místnost s úpravnou vody	pevně spojené se stavbou
987654	úpravna vody	Hodinová spotřeba DEMI vody min. 200 l/ hod (produkce DEMI vody cca 250 l/hod.). Spotřeba změkčené vody min. 1000 l/ hod. (produkce změkčené vody uvažovat cca 2,5 m3/hod).Obchvat pro případ výpadku reverzní osmózy. Zásobník demineralizované vody o objemu min. 0,5 m3. Transportní komplet (AT stanice) pro demin : nerez s aku tankem a automatikou.				
987654	úpravna vody	Svou kapacitou musí a tlakem vody musí řádně zabezpečit při souběhu položky:261036, 253003				
987654	úpravna vody	musí splňovat platné normy, zejm. ČSN ISO EN 285 + A2 vodivost do 15 (5) uS/cm				
987654	úpravna vody	vlastní systém na bázi reverzní osmózy s kompletní přeúpravou vody se vstupním velkokapacitním mechanickým filtrem				
987654	úpravna vody	filtrování nečistot za pomoci jemného filtrování a aktivního uhlí				
987654	úpravna vody	jednotka je schopna reagovat na výpadky vstupního tlaku, pokles hladiny vody				
987654	úpravna vody	orientační digitální zobrazování dat: tlak, vodivost, průtok koncentrátu a permeátu				
987654	úpravna vody	kónický zásobník na 500 l včetně pohoné jednotky, tolerance ±5%				
987654	úpravna vody	vč.tabletové soli 100 kg				
987654	úpravna vody	kovové prvky musí být na povrchu ošetřeny proti desinfekčním roztokům, odstín RAL 9003				
SOUCET VŠECH POLOŽEK:			125 ks			