

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku v otevřeném řízení dle § 56 a násl. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

„Reagencie pro PCR diagnostiku COVID-19“

Zadavatel:	Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo:	Purkyňova 446, 547 01 Náchod
Jednající:	RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady
IČ:	26000202
DIČ:	CZ699004900
Způsob zadání:	otevřené řízení, v nadlimitním režimu

Vážení,

níže Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ze strany zadavatele **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky zahájené v otevřeném nadlimitním řízení, a to na základě žádostí uchazečů o veřejnou zakázku.

Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace byly doručeny prostřednictvím profilu zadavatele dne 13.07.2022 v 09:46, 13.07.2022 v 11:50 a 13.07.2022 v 12:00, tj. řádně a včas ve lhůtě dle ustanovení § 98 odst. 3 ZZVZ.

Dotaz č. 1:

Dobrý den, námi nabízené řešení na RT-PCR detekci COVID-19 se zcela obejde bez izolace virové RNA – tzv. “direct” RT-qPCR. Naše řešení je kompatibilní i s přístroji CFX od Bio-Rad a je výrazně rychlejší než řešení vyžadující izolace virové RNA. Navíc značně šetří finanční prostředky (na izolacích) a také životní prostředí díky menšímu objemu vyprodukovaného odpadu. Certifikace CE-IVD je samozřejmostí. Bude zadavatel akceptovat i plnění, které nevyžaduje izolace virové RNA, pokud bude spolehlivě detekovat virovou RNA onemocnění COVID-19, tak jak je specifikováno v zadávací dokumentaci? Nalézá se na straně zadavatele nějaké konkrétní technické omezení, které ho nutí využívat v procesu detekce COVID-19 izolace RNA?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 1:

Zadavatel bude akceptovat PCR detekci COVID-19 bez izolace, a to pouze za předpokladu, že při porovnání výsledků bude postup bez izolace vykazovat shodné hodnoty se stejnou nebo vyšší mírou přesnosti jako “klasický postup, tj. s izolací”.

Dotaz č. 2:

V technických parametrech je požadavek na délku izolačního protokolu max do 15 minut pro 96 vzorků. Není uvedeno, jak má trvat celková doba, včetně přípravy izolace. Bylo by možné nabídnout izolační kit s trochu delším izolačním protokolem 30 minut, který je ovšem již zcela připravený k přímému použití, včetně všech napipetovaných reagentů do destiček, a vyznačuje se minimálním časem na celkovou přípravu? Celková doba izolace, včetně celé přípravy izolace, pak vychází do 32 minut.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 2:

Zadavatel bude akceptovat izolační kit s izolačním protokolem max. do 30 minut, který je určen k přímému použití s 96 jamkovou destičkou. Zadavatel dále uvádí, že do délky izolace není zahrnuta doba na pipetování. Zadavatel na základě uvedeného upravuje přílohu č. 2 ZD, jež je přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 3:

Poprosím o specifikaci položky c.2: Diskriminacny test

Odpověď zadavatele k dotazu č. 3:

Diskriminační test slouží ke stanovení varianty SARS CoV2, tj. zda se jedná o variantu britskou, brazilskou, aktuální omikron. Zadavatel v zadávací dokumentaci výslovně uvedl, že v případě výskytu nové varianty CoV-19 na území ČR a nové varianty Národní referenční laboratoří pro chřipku a nechřipkovou respirační virovou onemocnění, si zadavatel vyhrazuje právo na dodání „reagenčních kitů“, které budou umět identifikovat nové varianty onemocnění CoV-19 dle aktuální epidemiologické situace (viz kapitola 4 odst. 1 třetí bod zadávací dokumentace).

Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek:

S ohledem na povahu shora uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace, bude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Zadavatel na základě výše uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace upravuje přílohu č. 2_Cenová nabídka_podklady pro hodnocení.


S ohledem na povahu shora uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace, bude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek, a to přiměřeně, tj. lhůta pro podání nabídek bude prodloužena o 9 pracovních dní, vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel nevypověděl žádosti o vysvětlení ze dne 13. 07. 2022 ve lhůtě, bude lhůta prodloužena o 3 pracovní dny. Na základě uvedeného se lhůta pro podání nabídek celkově prodlužuje o 12 pracovních dní.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena na 24. 08. 2022 do 8:30 hodin.

Přílohy:

Příloha č. 2 ZD Cenová nabídka_podklady pro hodnocení REVI

V Náchodě dne 21.07.2022



RNDr. Bc. Jan Mach
Předseda správní rady
Oblastní nemocnice Náchod a.s.

