



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

KUPNÍ SMLOUVA č. 250/130/2022

uzavřená dle § 2079 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi:

PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.

se sídlem: Juárezova 1071/17, 160 00 Bubeneč – Praha 6

IČ: 25099019

DIČ: CZ25099019

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4492

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č.ú.: 000166-0800060853/0300

zastoupená: Pavlem Hanušem, předsedou představenstva

(dále jen „**prodávající**“)

a

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Purkyňova 446, 547 01 Náchod

IČ: 26000202

DIČ: CZ26000202

pro účely DPH: CZ699004900

zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2333

zastoupená RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady

(dále jen „**kupující**“)

Prodávající a kupující jsou dále označeni rovněž jako „**smluvní strana**“ či společně jako „**smluvní strany**“.



Preamble

1. Touto smlouvou je realizován projekt kupujícího reg. č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016262 s názvem „Rozvoj a modernizace zdravotní péče v ON Náchod - UP Náchod“ (dále jen „Projekt“), na jehož realizaci požádal kupující o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, „Výzva č. 98 Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby“ (dále jen „Dotační program“).
2. Z uvedeného Dotačního programu byla kupujícímu přislíbena podpora v rozsahu 123 183 665,27 Kč bez DPH (dále jen „Dotace“). Část kupní ceny dle této smlouvy, která má být hrazena z Dotace, činí nejvýše 7 237 896,06 Kč.
3. Podmínky čerpání Dotace upravují Obecná pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Integrovaném regionálním operačním programu, aktuálně účinná verze dostupná na www.strukturalni-fondy.cz (dále jen „Dotační pravidla“).
4. Prodávající byl kupujícím výslovně upozorněn na to, že pro čerpání Dotace kupujícím k úhradě části kupní ceny dle této smlouvy je nutné splnit zejména následující povinnosti:
 - dodržet způsob fakturace sjednaný touto smlouvou,
 - dodržet sjednaný termín předání a převzetí zboží.Prodávající bere na vědomí, že nedodržení jakékoli z výše uvedených povinností může ohrozit a/nebo znemožnit čerpání Dotace kupujícím a/nebo kupující bude povinen již poskytnutou Dotaci či její část vrátit a dále zaplatit sankce v podobě úroku z prodlení či jiné sankce, a to i nad rámec části kupní ceny dle této smlouvy hrazené z Dotace.
5. Tato smlouva se uzavírá v souladu se zadávací dokumentací kupujícího, a to na základě výsledku nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, rozdělené na části, název části č. 1: **Dovybavení endoskopického pracoviště veřejné zakázky: „Pořízení movitého majetku“** (dále jen „veřejná zakázka“), zadané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a dále v souladu s vlastními Technickými podmínkami zboží, které prodávající vložil do své nabídky v rámci veřejné zakázky, a které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a Technickými podmínkami zadavatele, které prodávající vložil do své nabídky v rámci veřejné zakázky, a které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
6. Prodávající prohlašuje, že je přímo či prostřednictvím svých poddodavatelů držitelem všech potřebných oprávnění a povolení k realizaci předmětu veřejné zakázky a že disponuje vybavením, zkušenostmi a schopnostmi potřebnými k včasné a řádné realizaci předmětu této smlouvy.
7. Prodávající dále prohlašuje, že před podáním nabídky na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvouověřil, že předložené podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a že zboží je tak možno dodat za jím nabídnutou smluvní cenu uvedenou v článku III. této smlouvy.



I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje kupujícímu odevzdat předmět koupě a umožnit mu nabýt vlastnické právo k:

Ultrazvukový lineární gastroskop - Olympus GF-UCT180 1ks

PSF-1 motorizovaný spirální enteroskop 1ks

3 UZ přístroj pro SWM elastografii Aloka Arietta 850 1ks,

(dále jen „zboží“) a kupující se na základě této smlouvy zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu za dodané zboží kupní cenu specifikovanou v čl. III. této smlouvy. Přesná specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 (Technické podmínky prodávajícím nabízeného zboží) a v příloze č. 2 této smlouvy (Technické podmínky požadované kupujícím). Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží způsobem dle odstavce 2. 2. této smlouvy.

- 1.2. Prodávající se zavazuje dodat zboží originální, nové, nerepasované a nepoužité. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží s odbornou péčí, v kvalitě, jež bude v souladu s touto smlouvou, příslušnými platnými právními předpisy a technickými, kvalitativními či jinými normami, a to jak v České republice, tak i v zemi výrobce zboží.
- 1.3. Prodávající prohlašuje, že zboží či doklady, se kterými bude zboží dodáno, nebude porušovat ani nebude mít za následek porušení jakéhokoliv práva duševního vlastnictví či jiného práva třetích osob.
- 1.4. Prodávající poskytuje záruku za jakost dle čl. V této smlouvy. Po dobu záruky bude rovněž poskytován servis zboží v souladu s čl. V, odst. 5.1 této smlouvy. Celková doba plného servisního pokrytí od okamžiku instalace a převzetí zboží dle této smlouvy tedy činí 24 měsíců záručního servisu.

II.

Doba a místo dodání

- 2.1 Prodávající se zavazuje předat zboží kupujícímu **do 8 týdnů ode dne účinnosti této smlouvy** na místo dodání:

- Interní oddělení – endoskopické pracoviště, Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 01 Náchod.



- 2.2 O konkrétním termínu a času dodání musí prodávající informovat pověřené pracovníky kupujícího minimálně 3 pracovní dny předem. O předání zboží prodávajícím a jeho převzetí kupujícím se strany zavazují sepsat Předávací protokol, dle závazného vzoru uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy. Předávací protokol bude vždy podepsán pověřeným zástupcem prodávajícího a dvěma pověřenými osobami na straně kupujícího, a to vždy jedním z níže uvedených pracovníků technického úseku a pověřenou osobou z místa dodání, tj. příslušného oddělení, kam se bude zboží (konkrétní přístroj) dodávat.

Pověřeným zástupcem prodávajícího je: Bořek Kamil, Bc, tel.: +420 603 577 106, email: borek@promedica-praha.cz.

Pověřenými zástupci kupujícího jsou:

- pracovníci technického úseku:
 - (i) Lucie Říhová, tel: 720 948 972, email: rihova.lucie@nemocnicenachod.cz; nebo
 - (ii) Ing. Tomáš Bernard, tel: 608 317 759, email: bernard.tomas@nemocnicenachod.cz, nebo
 - (iii) Bc. Michaela Kapustová, tel.: 727 986 414, email: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz.
- pověřená osoba z příslušného oddělení, kam se bude / - ou přístroj / -e dodávat: prim. MUDr. Zdeněk Papík, Ph.D. email: papik.zdenek@nemocnicenachod.cz, tel.: 491 601 577.

- 2.3 Za řádné předání zboží se považuje:

- a) jeho dodání na adresu příslušného zdravotnického oddělení kupujícího specifikovaného v předchozím odstavci 2. 1. této smlouvy; a
- b) montáž, instalace, uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech provozních testů (zejména výchozí elektrevize apod.) dle platné právní úpravy, ověření deklarovaných technických parametrů, zboží musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené právními předpisy České republiky;
- c) instruktáž zdravotnického personálu zadavatele (dle § 41 zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů) včetně vystavení protokolu o proškolení;
- d) dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání zboží (event., které jsou kupujícím požadovány, a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že zboží je vyrobeno v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona o zdravotnických prostředcích;
- e) je-li součástí zboží výpočetní technika, musí být na faktuře (dodacím listu) uvedeny verze dodaných operačních systémů. Součástí zboží musí být licenční ujednání pro veškerý dodaný SW, který není freeware;



- f) poskytování komplexního autorizovaného záručního servisního zabezpečení a oprav včetně dodávky náhradních dílů po dobu 24 měsíců;
- g) podpis Předávacího protokolu o předání a převzetí zboží pověřenými zástupci obou smluvních stran;
- h) po dobu záruky (minimálně však 1x ročně) bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění, které jsou nezbytné pro provoz tohoto zařízení. Dále provedení veškerých předepsaných či doporučených kontrol a revizí včetně vystavení protokolů (a to jak výrobcem, tak servisní organizací nebo právními předpisy), aby zdravotnický prostředek splňoval podmínky uvedené v zákoně č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění. Pokud je pro provedení bezpečnostně technických kontrol či jakýchkoliv dalších předepsaných testů vyžadován spotřební materiál, je vždy součástí provedení těchto kontrol, a proto nemůže být samostatně účtován. Poslední bezpečnostně technické kontroly musí být účastníkem provedeny nejdříve 1 kalendářní měsíc před uplynutím záruční lhůty;
- i) likvidace obalového materiálu, v nichž bylo zboží dodáno;

(vše dále též „předání zboží“).

Kupující není povinen zboží převzít, zejména pokud prodávající nedodá zboží v objednaném množství nebo druhovém složení, pokud zboží nebude v předepsané kvalitě a jakosti nebo bude dodáno v poškozeném obalu, nebo prodávající nedodá doklady nutné k převzetí a řádnému užívání zboží. Nepřevzetím zboží dle tohoto odstavce není kupující v prodlení s převzetím zboží. Proávající má v takovém případě povinnost dodat bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 2 týdnů** ode dne, kdy kupující zboží či jeho část v souladu s touto smlouvou nepřevzal, zboží nové či dodat chybějící zboží v požadovaném množství, nebo chybějící doklady v souladu s touto smlouvou. V takovém případě se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu, když povinnost prodávajícího dodat zboží je v takovém případě splněna až po jeho řádném předání. Nárok kupujícího na smluvní pokutu a náhradu škody v případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží není tímto ustanovením dotčen.

- 2.4 Prodávající odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by plnil sám. Prodávající je oprávněn použít jen ty poddodavatele, které uvedl ve své nabídce na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou, nedojde-li k jejich změně v souladu s tímto odstavcem smlouvy. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím prodávající prokazoval svou kvalifikaci k plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou, je možná pouze ve výjimečných případech (nemůže-li poddodavatel v důsledku objektivně daných okolností plnit veřejnou zakázku v rozsahu, ve kterém se k jejímu plnění ve smlouvě s prodávajícím zavázal), a to se souhlasem kupujícího. Podmínkou souhlasu kupujícího se změnou tohoto poddodavatele je prokázání splnění příslušné části kvalifikace novým poddodavatelem. Změna ostatních poddodavatelů



uvedených v nabídce prodávajícího je možná se souhlasem kupujícího, přičemž kupující není oprávněn souhlas se změnou těchto poddodavatelů bez závažného důvodu odepřít.

- 2.5 Prodávající se zavazuje zajistit, že zboží nebude zatíženo výhradou vlastnického práva ve prospěch jakékoli třetí osoby.
- 2.6 Prodávající se zavazuje odvézt z místa dodání zboží veškeré obaly a balicí materiál, v nichž bylo zboží zabaleno a zajistit jejich likvidaci v souladu s právními předpisy.
- 2.7 Prodávající se zavazuje při plnění této smlouvy dodržovat veškeré interní předpisy kupujícího, jakož i podmínky pro pohyb v místě dodání zboží, se kterými bude kupujícím předem seznámen.

III.

Kupní cena zboží

- 3.1 Celková kupní cena zboží je 7 237 896,06 Kč bez 21 % DPH, DPH činí 1 519 958,18 Kč, tj. 8 757 854,24 Kč včetně DPH.
 - a) Kupní cena za 1 ks zboží s názvem *Olympus GF-UCT 180* je 2 634 340,89 Kč bez 21 % DPH, DPH činí 553 211,59 Kč, tj. 3 187 552,48 Kč včetně DPH;
 - b) Kupní cena za 1 ks zboží s názvem *PSF-1 motorizovaný spirální enteroskop* je 1 464 895,18 Kč bez 21 % DPH, DPH činí 307 627,99 Kč, tj. 1 772 523,17 Kč včetně DPH;
 - c) Kupní cena za 1 ks zboží s názvem *UZ přístroje pro SWM elastografii Aloka Aarietta 850* je 3 138 660,00 Kč bez 21 % DPH, DPH činí 659 118,60 Kč, tj. 3 797 778,60 Kč včetně DPH.
- 3.2. Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a je cenou konečnou zahrnující veškeré náklady a činnosti, k nimž je prodávající dle této smlouvy povinen, zejména dodání zboží do místa dodání vč. dopravy, instalace (montáž) zboží, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy kupujícího, protokolární předání zboží kupujícímu a dalších náklady prodávajícího spojené s odevzdáním zboží kupujícímu a plněním povinností prodávajícího dle této smlouvy nebo obecně závazného právního předpisu.
- 3.3. Kupní cena je zaplacená dnem odepsání příslušné částky ve prospěch účtu prodávajícího a pod variabilním symbolem uvedenými na faktuře.
- 3.4. Prodávající je oprávněn vyúčtovat kupní cenu na základě daňového dokladu (faktury). Daňový doklad musí být vystaven v souladu s ust. § 28 a splňovat další náležitosti vedle náležitostí dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH), zejména pak musí obsahovat:
 - identifikaci prodávajícího a kupujícího,
 - den splatnosti,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch, kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,
 - odvolávka na tuto smlouvu,



- razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení zálohového listu, dílčího a konečného účetního dokladu,
- soupis příloh,
- číslo Projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016262 s názvem „Rozvoj a modernizace zdravotní péče v ON Náchod - UP Náchod“, atd.

Fakturu je prodávající oprávněn vystavit až po řádném předání zboží způsobem dle odstavce 2.1, resp. 2. této smlouvy. Součástí faktury bude vždy Předávací protokol o předání a převzetí zboží podepsaný pověřenými zástupci na straně prodávajícího a na straně kupujícího, postupem dle odstavce 2. 1. této smlouvy. Faktura bude kupujícímu zaslána v elektronické podobě na adresu: fakturace@nemocnicenachod.cz.

- 3.5. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti a přílohy dle předchozího odstavce, je kupující oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se zaplacením. V takovém případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury). Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně.
- 3.6. Kupující neposkytne prodávajícímu zálohu na kupní cenu.
- 3.7. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu na základě řádného protokolu o předání zboží podepsaného oběma smluvními stranami, a to na bankovní účet prodávajícího, uvedený na faktuře. Lhůta splatnosti faktury je sjednána z důvodu nastavených vnitřních schvalovacích pravidel.
- 3.8. Proávající dále prohlašuje a potvrzuje, že k datu podpisu této smlouvy není označen správcem daně za nespolehlivého plátce a současně prohlašuje a zavazuje se za to, že veškeré bankovní účty jím uváděné při smluvním styku s kupujícím, již byly správci daně řádně oznámeny a jsou řádně zveřejněny v Registru plátců DPH v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty (dále jen „spolehlivý bankovní účet“).
- 3.9 V případě, že se účet prodávajícího ukáže být jiným než spolehlivým bankovním účtem, nejedná se v případě vystavení faktury dle dohody smluvních stran o řádně vystavený daňový doklad ve smyslu této smlouvy a kupující je oprávněn takový daňový doklad odeslat zpět prodávajícímu k vystavení nového řádného dokladu.
- 3.10. Proávající se zavazuje v případě, kdy nastane či se projeví jakákoli změna v prohlášení uvedeném v odstavci 3. 8. a/nebo nastane či se projeví jakákoli okolnost zakládající potenciální riziko ručení kupujícího za prodávajícím nezaplacenou daň ve smyslu zákona o DPH, bez zbytečného odkladu o takovéto skutečnosti písemně informovat kupujícího a dále se zavazuje zjednat co možná nejdříve nápravu tak, aby správce daně kupujícího z titulu ručení nevyzval k poskytnutí plnění za prodávajícího.
- 3.11. Smluvní strany se dohodly, že pokud nastane jakákoli okolnost zakládající riziko vzniku ručení za nezaplacenou daň prodávajícího předpokládaná zákonem o dani z přidané hodnoty, zejména že prodávající



bude označen v Registru plátců DPH správcem daně jako nespolehlivý plátců či prodávající bude žádat splnění závazku na jiný než spolehlivý bankovní účet, kupující je oprávněn nikoli však povinen využít institutu zvláštního způsobu zajištění daně ve smyslu ust. § 109a zákona o dani z přidané hodnoty (či jakéhokoli jiného shodného či obdobného nahrazujícího institutu obsaženého v budoucích změnách příslušného právního předpisu) a zaplatit část svého závazku odpovídající výši daně z přidané hodnoty z konkrétního zdanitelného plnění na příslušný depozitní účet správce daně prodávajícího. Postup dle tohoto odstavce se považuje za řádné splnění závazků kupujícího uhradit sjednanou kupní cenu a souvisejících plnění dle této smlouvy.

IV.

Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo ke zboží

- 4.1. Vlastnické právo i nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání a převzetí zboží dle této smlouvy.

V.

Záruka za jakost, Odpovědnost za vady a Servis

- 5.1. Prodávající poskytuje na zboží a všechny jeho součásti plnou záruku po dobu **24 měsíců**.

Prodávající se zavazuje, že zboží si po dobu dvaceti čtyř (24) měsíců (záruka za jakost) zachová své vlastnosti vymezené touto smlouvou, zejména všechny vlastnosti uvedené v přílohách k této smlouvě, a že v průběhu záruční doby bude způsobilé ke každodennímu použití ke smluvenému (jinak obvyklému) účelu.

Záruční doba počíná běžet ode dne podpisu Předávacího protokolu o předání a převzetí zboží pověřenými zástupci obou smluvních stran postupem dle odstavce 2. 1. této smlouvy. V případě převzetí zboží s vadami záruční doba neskončí dříve než za 24 měsíců ode dne odstranění poslední vady zjištěné při převzetí zboží s vadami. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi uplatněním reklamace a odstraněním vady. Uvedená záruční doba se poskytuje také na práce a ty části zboží, které se stanou součástí zboží v důsledku provedení záručních oprav (tj. na vyměněné náhradní díly obalů zboží apod.).

Během záruční doby je prodávající povinen bezplatně odstranit veškeré vady, které se na zboží vyskytnou, včetně bezplatných dodávek a výměny všech náhradních dílů a součástek. Prodávající je dále povinen provádět během záruční doby bezúplatně a bez vyzvání:

- výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace a validace,
- odbornou údržbu (periodické bezpečnostně technické kontroly) dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích,



- revize dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích,

a za tím účelem poskytnout náhradní díly a spotřební materiál nutný k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek. Protokoly o výše uvedených prohlídkách předává prodávající pracovníkovi technického úseku kupujícího.

- 5.2. **Vadou zboží se rozumí zejména** odchylka v kvalitě dodávaného zboží od požadovaných technických podmínek, nebo odchylka proti objednanému druhu, množství, vada obalu, ve kterém je zboží dodáváno a dále rovněž vada, která brání běžnému provozu zboží jako celku, či která brání provozu některé jeho samostatné části v diagnostickém či léčebném procesu a navazujících funkcí, nebo která natolik znesnadňuje užívání zboží, že jej kupující nemůže užívat obvyklým způsobem.

Záruka se však nevztahuje na vady, které byly způsobeny nesprávným nebo neoprávněným zásahem kupujícím nebo třetí osobou, které byly způsobeny vnějšími okolnostmi, jež nemají původ ve zboží, které byly způsobeny nesprávným používáním nebo údržbou, nebo které byly způsobeny jinými okolnostmi, které nelze přičítat k tíži prodávajícího a/nebo zboží. Prodávající se dále zavazuje poskytovat kupujícímu během záruční doby potřebnou uživatelskou podporu a poradenskou činnost při odstraňování vad, problémů či nefunkčnosti, které se na zboží vyskytnou, a to též formou telefonických či e-mailových konzultací.

- 5.3. Pro součásti zboží, které mají vlastní záruční listy je záruční doba stanovena v délce tam vyznačené, minimálně však v délce dle předchozího odstavce, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.
- 5.4. Prodávající se zavazuje v době záruční doby provádět opravy vad zboží (zejména dle § 46 zákona o zdravotnických prostředcích) tj. uvedení zboží do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, provádět dodávky všech náhradních dílů a provádět standardní vylepšení zboží dle pokynů výrobce.
- 5.5. Reklamáce zboží a kontakty prodávajícího:

5.5.1. Požadavek na odstranění vady zboží, která se vyskytne v záruční době, kupující uplatní u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději poslední den záruční doby (dále jen „reklamáce“). I reklamáce učiněná kupujícím poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. V reklamaci kupující uvede popis vady nebo informaci o tom, jak se vada projevuje a způsob, jakým požaduje vadu odstranit. Kupující je oprávněn požadovat odstranění vady:

- opravou, je-li vada tímto způsobem odstranitelná, nebo
- dodáním nového plnění, je-li vada opravou neodstranitelná a jedná se vadu podstatnou, která brání v užívání věci nebo znemožňuje její užívání; nebo
- slevou z ceny vadné věci, je-li vada opravou sice neodstranitelná, avšak tato vada není podstatná a nebrání ani neznemožňuje užívání věci.

V případě, že stejná vada vznikne v průběhu záruční doby na jednom ks zboží nejméně podruhé nebo vznikne-li na jednom ks zboží v průběhu záruční doby více než dvě různé vady, je kupující



oprávněn požadovat odstranění vady dodáním nového ks zboží nebo odstoupit od této smlouvy, i když druhá stejná nebo druhá různá či poslední vada, je vada odstranitelná opravou.

- 5.5.2. Prodávající tímto oznamuje kupujícímu následující kontaktní údaje, na kterých je povinen přijímat požadavky na reklamaci a servis: servisní informační systém na tel. č.: 739 389 950, e-mail: janouch@promedica-praha.cz (Martin Janouch). Pracovní doba prodávajícího musí zahrnovat časový úsek od 7.30 hod. do 16.30 hod. v pracovních dnech. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik odeslání emailové zprávy na výše uvedenou emailovou adresu nebo telefonický hovor na výše uvedené číslo. Prodávající nenese odpovědnost za nedostupnost telefonní linky v případě, že dojde k výpadku poskytovaných telekomunikačních služeb a prodávající tuto okolnost kupujícímu prokáže. Kupující je oprávněn k telefonické reklamaci podpůrně nahlásit nefunkčnost či jinou vadu zboží též zasláním emailové zprávy na výše uvedenou emailovou adresu.
- 5.5.3. V případě uplatnění reklamace zboží po celou dobu předpokládané životnosti přístroje (tj. zejm. v rámci záručního servisu) se prodávající zavazuje, že zajistí opravu vady, dodávku náhradních dílů zboží servisním technikem nejpozději do 7 dní od uplatnění reklamace vůči prodávajícímu včetně víkendů a svátků, a to do místa umístění vadného zboží, přičemž nástup servisního technika se uskuteční bez zbytečného odkladu, nejdéle do 48 hodin (včetně víkendů a svátků) od nahlášení reklamace, v pracovních hodinách kupujícího, a to mezi 7.30 – 16.30 hod., nebo do 12.00 hod. následujícího dne, pokud bude reklamace uplatněna v době po 16.30 do 7.29 hodin příslušného dne.
- 5.6. Jde-li o vadu odstranitelnou, tím myšleno i o náhradu dílů, zavazuje se prodávající tuto vadu odstranit a uhradit veškeré související náklady nejpozději do 7 dnů od uplatnění reklamace (včetně víkendů a svátků) dle předchozího odstavce 5. 5. 3. v případě, že potřebné náhradní díly jsou na skladě kupujícího nebo prodávajícího. V případě, že je nutné dodat náhradní díly ze zahraničí, není prodávající v prodlení, zajistí-li ve stanovené lhůtě 7 dnů od uplatnění reklamace instalaci náhradního plnohodnotného zboží totožných nebo technicky vzato vyšších vlastností, jaké má zboží, které je předmětem této smlouvy. Dovoz a odvoz náhradního zboží zajistí prodávající na vlastní náklady.
- 5.7. V případě, že charakter, závažnost, nebo rozsah vady neumožní lhůtu k odstranění vady prodávajícímu splnit, může být písemně dohodnuta přiměřeně delší lhůta. I v takovém případě se prodávající zavazuje, že nejpozději do 7 dnů od uplatnění reklamace kupujícím vůči prodávajícímu (včetně víkendů a svátků) bezplatně poskytne kupujícímu bez zbytečného odkladu od uplynutí lhůty k odstranění vady až do doby úplného vyřízení reklamace náhradní zboží ve stejné jakosti, provedení a kvalitě, jaké má výše specifikovaný předmět této kupní smlouvy. Dovoz a odvoz náhradního zboží zajistí prodávající na vlastní náklady.



- 5.8. Ukáže-li se reklamovaná vada jako neodstranitelná, zavazuje se prodávající bez zbytečného odkladu o této skutečnosti informovat kupujícího a v případě, že se jedná o vadu natolik podstatnou, která brání v užívání věci nebo znemožňuje její užívání, zavazuje se prodávající dodat kupujícímu v co nejkratším termínu bezplatně náhradní zboží nejpozději však do 6 týdnů ode dne uplatnění reklamace u prodávajícího a převést vlastnické právo k náhradnímu zboží na kupujícího. Povinnost prodávajícího zajistit náhradní zboží v souladu s výše uvedeným, a to do 7 dní od uplatnění reklamace kupujícím vůči prodávajícímu (včetně víkendů a svátků), platí v tomto případě totožně.

Náhradní zboží musí splňovat veškeré požadavky kupujícího na jakost, provedení a kvalitu, jakož i další specifikace a podmínky stanovené touto smlouvou pro původně dodané zboží, při zachování totožných či lepších parametrů. V takovém případě počíná běžet na náhradní zboží nová záruční doba dle odstavce 5. 1. této smlouvy. Veškeré náklady na odvoz, demontáž a případnou odbornou likvidaci v souladu s příslušnými právními předpisy původně dodaného zboží a dodávku náhradního zboží za podmínek dle této smlouvy včetně veškerých souvisejících nákladů hradí prodávající.

- 5.9. I v případech, kde prodávající reklamaci neuzná, je povinen vadu odstranit – v takovém případě prodávající písemně kupujícího upozorní, že vzhledem k neuznání reklamace se v případě, že se prokáže, že se jednalo o neoprávněně reklamovanou vadu, bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od kupujícího. Pokud prodávající reklamaci neuzná, bude oprávněnost reklamace ověřena znaleckým posudkem, který obstará kupující. Bude-li reklamace tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese náklady na odstranění reklamované vady i znaleckého posudku prodávající, který se je zavazuje kupujícímu bez zbytečného odkladu po předložení jejich vyúčtování zaplatit. Prokáže-li se, že kupující reklamoval vadu neoprávněně, je kupující povinen uhradit prodávajícímu prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění neoprávněně reklamované vady.

- 5.10. Neodstraní-li prodávající reklamovanou vadu, nebo pokud prodávající odmítne vadu odstranit, je kupující oprávněn odstranit vadu na své náklady sám či prostřednictvím třetí osoby a prodávající je povinen kupujícímu uhradit náklady vynaložené na odstranění vady, a to do 21 dnů od jejich uplatnění u prodávajícího. V případech, kdy ze záručního listu vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba, nebo kdy neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv ze záruky, smí kupující vadu odstranit pouze využitím služeb autorizované osoby.

- 5.11. Prodávající je povinen v rámci odstranění vad zboží použít pouze takové náhradní nebo montážní díly a materiál, které jsou originální nebo oficiálně doporučené (schválené) výrobcem zboží, nedohodnou-li se strany výslovně jinak.

- 5.12. Další práva kupujícího vyplývající ze záruky za jakost dle obecných právních předpisů, zejména § 2 a násl. občanského zákoníku nejsou ujednáními této smlouvy dotčena ani omezena.



- 5.13. Další práva kupujícího z vadného plnění dle obecných právních předpisů, zejména § 2099 a násl. občanského zákoníku nejsou ujednáními této smlouvy dotčena ani omezena.

VI.

Ostatní práva a povinnosti stran smlouvy

- 6.1. Prodávající se zavazuje k náhradě veškeré újmy způsobené vadou zboží, a to včetně případné újmy na zdraví, životě či majetku osob.
- 6.2. Prodávající se zavazuje zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v areálu kupujícího, jsou-li dotčeny dodáním zboží prodávajícího.
- 6.3. Prodávající odpovídá za veškeré újmy způsobené kupujícímu či třetím osobám prodávajícím při plnění této smlouvy a zavazuje se je nahradit.
- 6.4. Prodávající je povinen k náhradě újmy způsobené činností svých poddodavatelů.
- 6.5. Prodávající je povinen k náhradě újmy způsobné okolnostmi, které mají důvod v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které prodávající použil.
- 6.6. Prodávající prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svojí činností kupujícímu nebo třetím osobám s minimální pojistnou částkou ve výši celkové kupní ceny včetně DPH na jednu pojistnou událost a zavazuje se, že bude takto pojištěn po celou dobu trvání této smlouvy.
- Potvrzení o pojištění bude tvořit přílohu kupní smlouvy.
- 6.7. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2032. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita tato delší lhůta.
- 6.8. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2032 poskytovat informace a dokumentaci související s realizací Projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 6.9. Prodávající je jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit řídicímu orgánu přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů



(např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád).

VII.

Sankce

- 7.1. Prodávající je v případě prodlení se splněním povinnosti dodat zboží řádně a včas povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové kupní ceny zboží včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 7.2. Prodávající je povinen v případě změny poddodavatele bez předchozího souhlasu kupujícího zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý takový případ.
- 7.3. Prodávající je povinen v případě prodlení s plněním ve lhůtách stanovených v odstavcích 5. 5. 3., 5. 7. a 5. 8. této smlouvy zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 3.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 7.4. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 3.000,00 Kč za každý započatý den, o který bude překročena lhůta dle odstavce 5. 6. této smlouvy. V případě souběhu smluvní pokuty za prodlení s termínem pro odstranění vady s jinou smluvní pokutou dle této smlouvy se bude od okamžiku, kdy nastal tento souběh, uplatňovat dále již pouze smluvní pokuta za prodlení s termínem odstranění závady.
- 7.5. Prodávající je povinen v případě nedodržení podmínek pojištění dle odst. 6. 6. této smlouvy zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,00Kč za každý i započatý den prodlení, a to do doby, než budou podmínky pojištění prodávajícím obnoveny v souladu s touto smlouvou.
- 7.6. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč ukáže-li se jakékoli jeho prohlášení v této smlouvě jako nepravdivé.
- 7.7. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo kupujícího požadovat náhradu škody, a to náhradu škody v plném rozsahu vedle smluvní pokuty. Za škodu se považuje i úplata, kterou kupující uhradil třetí osobě za provedení činností (např. vyšetření), které kupující nemohl pro vadu zboží této osobě provést. Splatnost smluvní pokuty se sjednává ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení výzvy kupujícího k její úhradě.
- 7.8. Kupující se zavazuje, pro případ s úhradou jakékoliv oprávněně vyfakturované částky uhradit prodávajícímu zákonný úrok z prodlení z dlužné částky, za každý započatý den prodlení s úhradou dlužné částky.



VIII.

Další ujednání

- 8.1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „registr smluv“), ve znění pozdějších předpisů, zajistí kupující.
- 8.2. Prodávající je povinen zajistit, že jím poskytované plnění dle této smlouvy, odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných a účinných právních předpisů či příslušných norem, které se na dané plnění vztahují. Prodávající se zavazuje, že při plnění předmětu smlouvy bude dbát o dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet, jmenovitě, že bude ve vztahu k zaměstnancům zajištěno důsledné dodržování pracovněprávních předpisů, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisů upravujících mzdy zaměstnanců (včetně odpovídající odměny za případnou práci přesčas, práci ve svátek atp.), pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, bezpečnosti práce, požárních a hygienických předpisů, disponovat veškerými potřebnými oprávněními apod. Prodávající se zavazuje v souvislosti s touto povinností za účelem kontroly na výzvu Kupujícího předložit či zajistit předložení příslušných dokladů (zejména, nikoliv však výlučně, pracovněprávních smluv), a to bez zbytečného odkladu od výzvy, nejpozději však do 2 pracovních dnů. Vše v rámci tohoto odstavce uvedené platí i pro případné poddodavatele.
- 8.3. Prodávající se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, které naplňují cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především pak zákon č. 114/1992 Sb., dále z. č. 17/1992 Sb. Prodávající tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí. Prodávající je dále povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a ekologické normy a předpisy při používání čistících, mycích a technických prostředků a dalších materiálů používaných při poskytování sjednaných prací a služeb v souladu s ustanoveními zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích (chemický zákon), a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
- 8.4. Prodávající se dále zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií.
- 8.5. Kupující si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje následující změny závazku z této smlouvy:

v případě, že v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně (snížení/zvýšení) zákonné sazby DPH, bude cena předmětu veřejné zakázky upravena (snížena/zvýšena) tak, aby odpovídala takové změně zákonné sazby DPH.



IX.

Ukončení smlouvy

- 9.1. Kupující je oprávněn od této smlouvy či její části odstoupit vedle případů sjednaných jinde v této smlouvě (zejména dle odstavce 5.5.1. této smlouvy) a důvodů stanovených v zákoně pokud:
- a) je prodávající v prodlení s dodáním zboží či jeho části po dobu delší než **15 kalendářní dnů**;
 - b) je prodávající v prodlení s plněním jakékoli jiné povinnosti či závazku plynoucího z této smlouvy delším než **15 kalendářní dnů** (mezní prodlení), a toto prodlení neodstraní a následky nenapraví ani v přiměřené lhůtě určené kupujícím po uplynutí mezního prodlení v písemné výzvě k nápravě;
 - c) se ukáže jako nepravdivé prohlášení prodávajícího uvedené v odstavci 6. 7. této smlouvy, nebo pojištění prodávajícího pozbude platnosti;
 - d) bude vůči prodávajícímu zahájeno insolvenční řízení nebo jiné obdobné řízení;
 - e) bude vůči prodávajícímu zahájené exekuční řízení či řízení o výkon rozhodnutí nebo řízení k vymození částky uložené správním orgánem, včetně příslušného finančního úřadu; nebo
 - f) prodávající rozhodne o vstupu do likvidace nebo o jeho vstupu do likvidace bude rozhodnuto soudem.
- 9.3. Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze v případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením po právu vyfakturované kupní ceny zboží či její části nejméně po dobu 30 kalendářních dnů, kupující byl na toto své prodlení po uplynutí lhůty 30 kalendářních dnů písemně upozorněn a k úhradě nedošlo ani do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy kupující obdržel písemnou výzvu prodávajícího úhradě.
- 9.4. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Závazky z této smlouvy se ruší ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně. V takovém jsou strany povinny provést vypořádání a vrátit si vše, co podle této smlouvy od druhé smluvní strany dostaly, přičemž je na kupujícím, zda poskytnuté zboží dle této smlouvy prodávajícímu vrátí, nebo si jej ponechá. Ponechá-li si kupující zboží poskytnuté dle této smlouvy nebo jen jeho část, není prodávající povinen vracet kupní cenu či její odpovídající část. Odstoupením od smlouvy však není dotčen nárok na náhradu újmy nebo smluvní pokuty dle této smlouvy.

X.

Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
- 10.2. Není-li výše v této smlouvě sjednáno jinak, tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze písemnou dohodou (dodatkem) smluvních stran, avšak vždy za podmínek stanovených ZZVZ, zejména ustanovením § 222.



Změna smlouvy jinou formou, než písemnou formou se nepřipouští, a to s výjimkou změny pověřené osoby z této smlouvy. Změnu pověřených osob ze smlouvy je příslušná smluvní strana oprávněna provést jejich prokazatelným sdělením druhé smluvní straně.

- 10.3. Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních stran českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Smluvní strany výslovně sjednávají, že vylučují jakékoliv použití a aplikaci Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, pokud by se jinak vzhledem k charakteru smluvních stran aplikovala.
- 10.4. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a nebude se domáhat obnovení jednání o smlouvě, ani pokud by došlo ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění.
- 10.5. Prodávající není oprávněn postoupit jakoukoliv svoji pohledávku, a to ani část pohledávky za kupujícím, která vznikne na základě a/nebo v souvislosti s touto smlouvou, ani k ní zřídit smluvní zástavní právo, ani postoupit svoje smluvní postavení z této smlouvy na třetí osobu.
- 10.6. Smluvní strany sjednávají, že prodávající není oprávněn započíst si jakoukoliv svoji peněžitou pohledávku za kupujícím, a to ani část své pohledávky, včetně pohledávek získaných postoupením, vůči jakémukoli peněžité pohledávce kupujícího za prodávajícím.
- 10.7. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného.
- 10.8. Doručení úkonů podle této smlouvy proběhne osobně oproti podpisu doporučenou poštou nebo prostřednictvím datové schránky. Zásilací adresy odpovídají adresám v záhlaví této smlouvy. Zásilací adresa může být jednostranně písemným oznámením příslušné smluvní strany změněna s účinky od dne doručení takového písemného oznámení. Zásilka se považuje za doručenou též v případě, jestliže adresát odmítne zásilku převzít nebo ji nevyzvedne ve lhůtě stanovené držitelem poštovní licence. V takovém případě se za den doručení považuje první den uložení zásilky u provozovatele poštovní licence.
- 10.9. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vyplývající z této smlouvy budou řešit nejprve smírně. Za tím účelem se zejména zavazují podávat si bezodkladně jakákoliv vysvětlení nejasností a v případě potřeby se setkat za účelem smírného urovnání sporu. Pokud by nevedla smírná jednání k vyřešení sporu, smluvní strany výslovně sjednávají mezinárodní příslušnost českých soudů, když všechny spory vznikající



z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u obecných soudů České republiky dle sídla kupujícího v době zahájení soudního řízení.

10.10. Tato smlouva je vyhotovena v 1 (jednom) vyhotovení formou elektronického originálu opatřeného platnými elektronickými podpisy smluvních stran.

10.11. Účastníci potvrzují, že se seznámili s obsahem této smlouvy, nemají k ní připomínek a tuto uzavírají svobodně, vážně, vědomi si všech jejích důsledků. Zástupci stran výslovně prohlašují, že tuto smlouvu podepsali jako osoby oprávněné za strany jednat a tyto zavazovat.

10.12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Technické podmínky zboží prodávajícího;

Příloha č. 2 – Technické podmínky zboží požadované kupujícím;

Příloha č. 3 – Závazný vzor Předávacího protokolu;

Příloha č. 4 - Potvrzení o pojištění odpovědnosti

Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů prodávajícího

Prodávající:

V Praze dne

Kupující:

V Náchodě dne

Pavel Hanuš

předseda představenstva

RNDr. Bc. Jan Mach

předseda správní rady

Technické podmínky prodávajícího – příloha č.1 KS

Podrobná technická specifikace předmětu nabídky / Technický list pro nabídku

Název zakázky: „Pořízení movitého majetku“

Název zadavatele: **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**

Sídlo zadavatele: **Purkyňova 446, 547 01 Náchod**

IČ: 26000202

Dovybavení endoskopického pracoviště

1.1 Ultrazvukový lineární gastroskop - Olympus GF-UCT180

Objednací číslo	Položka	Počet
N5367160	GF-UCT180 ultrazvukový lineární gastroskop	1,00
N5361050	MAJ-2056 propojovací kabel	1,00

Nabízený přístroj splňuje a překračuje všechny požadavky podle technické specifikace ZD:

Předmětem nabídky je 1 ks ultrazvukový lineární gastroskop Olympus GF UCT180, nabízený přístroj je Plně kompatibilní s ultrazvukovým endoskopickým centrem používaným na endoskopickém pracovišti s možností provádění FNA a dalších terapeutických zákroků; možnost ovládání základních funkcí z těla endoskopu. Plná kompatibilita s ultrazvukovými centry Hitachy Aloka (Alpha 7) a Olympus (EU ME1)



Optický systém:

Nabízený přístroj Olympus GF UCT180 má zorné pole – 100°

Nabízený přístroj Olympus GF UCT180 má směr pohledu – 55° šikmý pohled

Nabízený přístroj Olympus GF UCT180 má hloubka pole – 3 – 100 mm

Nabízený přístroj Olympus GF UCT180 má min. pozorovací vzdálenost – 6 mm

Zaváděcí tubus:

Nabízený přístroj Olympus GF UCT180 má zevní průměr distálního konce – 14,6 mm

Nabízený přístroj Olympus GF UCT180 má zevní průměr tubusu – 12,6 mm

pracovní délka – min. 1250 mm

Nabízený přístroj Olympus GF UCT180 má pracovní kanál s vnitřním průměrem – 3,7 mm

Nabízený přístroj Olympus GF UCT180 má ohybovou část

– s rozsahem angulace

nahoru 130°

dolů 90°

doprava 90°

doleva 90°


Součástí nabídky je ultrazvukový propojovací kabel

Nabízený přístroj Olympus GF UCT180 umožňuje ultrazvukové funkce:

režim zobrazení – B, M, D mód (Flow mód, PowerFlow mód)

bod ostření – k dispozici min. 4 body ostření (F1-F16)

metoda snímání – elektronická lineární



zobrazovací techniky – Color Doppler a Power Doppler
směr snímání – paralelně se směrem zavádění
frekvence – 5/6/7,5/10 a 12 MHz
velikost pole – rozsah snímání – až 180°
možnost kontaktní metody ve vodním prostředí

1.2 Spirální enteroskop

Objednací číslo	Položka	Počet
N5788540	PSF-1 motorizovaný spirální enteroskop	1,00
N5788700	DPST-1 POWERSPIRAL TUBE	10,00
N6003260	PSCU PS CONTROL UNIT (SET)	1,00

Nabízený přístroj splňuje a překračuje všechny požadavky podle technické specifikace ZD:

Nabízený přístroj Olympus PSF-1 je videoenteroskop vybavení odnímatelnou motorizovanou spirální overtubou, která umožňuje rychlejší a snazší výkon eneteroskopie tenkého střeva, případně kolonoskopie. Rychlost a směr otáčení spirály je monitorován připojeným panelem, zobrazujícím aktuální rychlost a směr otáčení. Jednotka je ovládána pomocí pedálů a řídicí jednotky motoru.

Nabízený přístroj Olympus PSF-1 umožňuje využití úzkopásmového zobrazení, kde k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév. Tato zobrazovací metoda má význam pro přesnou a včasnou diagnostiku onkologických pacientů a detekci iniciálních stádií karcinomů v oblasti trávicí trubice.

Zobrazovací systém endoskopu Olympus PSF-1 je barevný CCD čip s rozlišením HDTV 1080/50i.

Optický systém nabízeného přístroje Olympus PSF-1 je:

- zorné pole – 140°
- směr pohledu – přímý pohled
- hloubka ostrosti 2 - 100 mm
- min. rozlišovací vzdálenost – 3 mm

Zaváděcí tubus nabízeného přístroje Olympus PSF-1 je:

- zevní průměr distálního konce – 11,3 mm
- zevní průměr tubusu k rotační části – 11,5 mm
- zevní průměr tubusu proximální rotační části – 12,8 mm
- pracovní délka – min.1680 mm
- celková délka - max. 2035 mm



Technologie tubusu a propojení s endoskopickou věží nabízeného přístroje Olympus PSF-1:

- endoskop umožňuje vysoce účinný přenos rotace tubusu kolem jeho radiální osy
- Nabízený přístroj Olympus PSF-1 má možnost připojení endoskopu k videoendoskopické věži pouze prostřednictvím zdroje světla, konektor je vodotěsný bez použití standardních krytů.
- Pracovní kanál – vnitřní průměr 3,2 mm
- Ohybová část – rozsah angulace:
 - nahoru 180°
 - dolů 180°
 - doprava 160°
 - doleva 160°
- Nabízený přístroj Olympus PSF-1 má přídavný oplachový kanál – pro připojení peristaltické pumpy, tzv. Water Jet
- Nabízený přístroj Olympus PSF-1 je kompatibilní se systémem EVIS EXERA III Olympus (videoprocessor CV-190 Plus a zdroj světla CLV-190)

Jednorázová spirála:

- zevní průměr tubusu spirály – 18,1 mm
- délka spirály – max. 240 mm
- maximální zevní průměr spirály – 31,1 mm
- maximální otáčky spirály – 30 ot./minutu

Kontrolní jednotka spirály nabízeného přístroje Olympus PSF-1:

- jednotka umožňující kontrolu chodu spirály
- zobrazovací modul/panel s aktuálním vyobrazení směru pohybu vpřed a vzad
- zobrazení rychlosti rotace spirály
- funkce umožňující automatické zastavení spirály v případě překročení bezpečnostních nastavení
- dodávka včetně všech potřebných propojovacích kabelů a součástí pro zprovoznění systému
- malé rozměry - 375 x 75 x 480 mm

1.3 UZ přístroj pro SWM elastografii

Předmětem nabídky je vysoce kvalitní ultrazvukový skener, plně digitální, prémiové třídy z produkce výrobce FUJIFILM Healthcare Corporation model Aloka Arietta 850. Nabízený ultrazvukový přístroj obsahuje špičkové technologie FUJIFILM-Hitachi–Aloka a je vhodný pro běžná i specializovaná gastroenterologická vyšetření.

Přístroj je v nabízené konfiguraci kompatibilní s endosonografickými videoendoskopy Olympus GF-UCT180 / GF-UCT260, GF-UE190, GF-UE290, GF-UE160-AL5 / GF-UE260-AL5.

ALOKA ARIETTA850	Jednotka prémiového ultrazvukového přístroje ARIETTA 850	
	<i>Prémiový ultrazvukový diagnostický systém.</i> · obsahuje nejnovější technologie FUJIFILM-HITACHI – ALOKA · 22 palcový OLED monitor, · vynikající kvalitu obrazu: eFocusing (nová technologie přenosu a příjmu, která vede k zobrazení s vysokým rozlišením z blízkého pole), · více paralelních cyklů vysílání a příjem, bezproblémový pracovní postup · Asistent protokolu pro vysoký komfort obsluhy, zlepšení pracovního toku a pokročilých aplikací. · Kompatibilní s technologií 4G CMUT, · konvexní monokrystalové sondy · Čtyři aktivní konektory plus dva parkovací porty · Kompatibilní s RAW DATA Analysis <i>Zahrnuje také následující technologie:</i> · eFlow, Hi Rez+, Hi Zoom/Pan Zoom, Dual Gate Doppler, Coded Image, FAM, DSD, Automated IMT - Kompatibilní s vybranými endosonografickými videoendoskopy OLYMPUS including endoscopic label - DICOM software	1
SOP-AR850-39-1B-LC	Olympus activation Kit for GF-UCT180 / GF-UCT260	1
SOP-AR850-109-1B-LC	Olympus activation Kit for GF-UE190, GF-UE290	1
SOP-AR850-18-1B-LC	Olympus activation Kit for GF-UE160-AL5 / GF-UE260-AL5	1
JB-294D	Junction Box	1
MP-HA-AVA-3	Flexible hanger	1
SOP-AR850-7-LC	Flow profile measurement software	1
SOP-AR850-105-LC	Detective Flow Imaging Software	1
SOP-ARIETTA850-44	Contrast Harmonic Imaging software	1
SOP-AR850-43-LC	RTE software	1
SOP-AR850-60-LC	RTE strain histogram analysis software	1
SOP-AR850-73-LC	Shear Wave Measurement Software	1
UP-X898MD	Monochromatická termotiskárna	1
Ultrazvukové sondy:		
C252	Single Crystal Abdominal probe, 6-1 MHz, 70° CONVEX	1

L441	Superficial (Peripheral Vessel) probe, 12-2 MHz, 38mm LINEAR	1
------	--	---

Nabízený přístroj splňuje a překračuje všechny požadavky podle technické specifikace ZD:

Nabízený přístroj Arietta 850 je přístroj nejvyšší, prémiové třídy, který pokryje celé spektrum požadavků endosonografických vyšetření (vyšetření s pomocí lineárního i radiálního UZ gastrovideoskopu včetně cílených punkcí uzlin, jater a pankreatu), kompletní abdominální diagnostika, dopplerovské vyšetření cév apod. Nabízený přístroj Arietta 850 umožňuje vyšetřování orgánů metodou Shear wave elastografie, strain elastografie a vyšetřování orgánů s pomocí UZ kontrastní látky, a to i na lineárním UZ gastrovideoskopu. Nabízený přístroj Arietta 850 umožňuje vyšetření s kompatibilními ultrazvukovými videoendoskopy OLYMPUS Poloha monitoru Arietta 850 je nastavitelná ve všech směrech, současně zcela nezávisle je výškově a stranově stavitelná poloha obslužného pultu

Obslužný pult Arietta 850 umožňuje výběr či změnu přiřazení funkcí ovládacích prvků obslužného panelu.

Printer a záznamová zařízení budou ovládány z ovládacího panelu přístroje Arietta 850.

Arietta 850 má 10,4" barevný dotykový ovládací panel pro úpravu jednotlivých zobrazovacích módů, kalkulace, měření apod., plně programovatelný

Nabízený přístroj Arietta 850 má současně jak klasickou výsuvnou alfanumerickou klávesnici, tak i virtuální klávesnici na dotykovém panelu.

Arietta 850 je vícekanálový plně digitální přístroj se širokopásmovým zpracováním (tzv. broadband) signálu pro 2D zobrazení – 7 072 000 channels

Dynamický rozsah systému Arietta 850 je 320 dB

Frekvenční rozsah přístroje Arietta 850 je v rozsahu 1–22 MHz

Arietta 850 má novou technologii vysílání a přijímání UZ paprsků, která umožňuje získání vysoce ostrého obrazu již od blízkého až do vzdáleného pole bez dalšího manuálního zaostřování (fokusace): eFocusing, PixelFocus

Arietta 850 má držák kabelů sond na obou stranách přístroje, aby nedocházelo k prověšování kabelů sond na zem.

Arietta 850 má držáky hlavice sond po obou stranách přístroje

Arietta 850 má 4 aktivní elektronické konektorové vstupy pro 2D zobrazovací sondy + 2 pasivní parkovací slepé konektory

Arietta 850 má hmotnost, kvůli dobré manévrovatelnosti, 150 kg

Arietta 850 má rychlou startovací dobu přístroje < 100s.

Arietta 850 má monitor s úhlopříčkou 22", OLED, 1920x1080 pix

Nabízený přístroj Arietta 850 je kompatibilní s endoskopickým systémem výrobce Olympus pro modalitu endosonografie

Požadovaná zobrazení (minimum):

- ARIETTA 850 umožňuje B-mode na základních frekvencích
- ARIETTA 850 umožňuje B-mode na harmonických frekvencích
- ARIETTA 850 umožňuje PW – pulzní doppler a panoramatické zobrazení na všech nabídnutých sondách
- ARIETTA 850 umožňuje simultánní zobrazení 2 dopplerovských spekter /PW Doppler/ v reálném čase v režimech PW/PW, (TDI/TDI, PW/TDI)
- ARIETTA 850 umožňuje barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (powerdoppler, angio doppler) – Color Flow Mode
- ARIETTA 850 umožňuje trapezoidní zobrazení na lineární sondě až 30°
- ARIETTA 850 umožňuje úhlové (compound) zobrazení na všech požadovaných sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení může být aktivní v harmonickém režimu, duplexním i triplexním barevném dopplerovském zobrazení – Compound Imaging
- úhlové (compound) zobrazení může být aktivní a funkční i při současném zapnutí trapezoideálního zobrazení na lineární sondě
- ARIETTA 850 umožňuje simultánní duální zobrazení - B – mode a B-mode + CFM v reálném čase
- ARIETTA 850 umožňuje rychlé simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase
- ARIETTA 850 umožňuje zobrazení s použitím kontrastních látek s možností provedení kvantitativní analýzy - požadováno u konvexní abdominální sondy a lineární sondy, možnost současného zobrazení kontrast/fundamentální zobrazení - Contrast Harmonic Imaging software

- ARIETTA 850 umožňuje zobrazení, mapování a hodnocení elasticity tkáně (Strain elastografie) včetně Strain Histogramu a možnosti kvantifikace barevné mapy, umožňující přesný staging jaterní fibrózy - Real-time Tissue Elastography
- ARIETTA 850 umožňuje Shear Wave elastografii včetně zobrazení indexu kvality vyšetření (poměr úspěšných a neúspěšných měření), hloubky měření, musí umožňovat měření jak v kPa, tak v m/s - Shear Wave Measurement software – SWM a SWE
- ARIETTA 850 umožňuje automatické měření parametru Atenuace (pro zpřesnění hepatální diagnostiky)
- ARIETTA 850 umožňuje současné měření Shearwave, Strain histogramu a Atenuace pomocí jediného tlačítka a následné zobrazení všech výsledků v jednom reportu – Combi Elasto
- Shearwave elastografie musí je dostupná na konvexní sondě a ultrazvukovém videogastroskopu
- ARIETTA 850 umožňuje budoucí dovybavení o reálnou virtuální sonografii (fúzi - inteligentní fúze ultrazvukového a CT/MRI obrazu) – Realtime Virtual Sonography
- ARIETTA 850 umožňuje rozšíření o modul kontinuálního (CW) Dopplera a kontinuální Doppler pak může být plně funkční jak na konvexní sondě, tak lineární sondě.
- ARIETTA 850 umožňuje v případě dokoupení současné použití fúze a elastografie v reálném čase
- ARIETTA 850 umožňuje měření průtoku v cévě (zejména objemu) bez použití dopplerovské křivky (pouze z B-obrazu a Flow) – Flow Profile Measurement
- ARIETTA 850 umožňuje automatické měření intimy – IMT (Intima-media Thickness)
- ARIETTA 850 umožňuje další způsob barevného nedopplerovského mapování velice jemných krevních toků - DFI

Součástí nabízeného přístroje ARIETTA 850 je modul HW a SW s protokolem DICOM pro kategorie:

- DICOM Verification/Service
- DICOM Print
- DICOM Storage
- DICOM Worklist

ARIETTA 850 umožňuje připojení do PACS pomocí LAN konektoru

ARIETTA 850 umožňuje provádění všech typů měření používaných v sonografické diagnostice

ARIETTA 850 umožňuje měření v živém i ve zmrazeném obraze

ARIETTA 850 umožňuje Zobrazení s optimalizací parametrů pro různé typy tkání, Auto-Optimizer

ARIETTA 850 umožňuje automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, Vmean)

ARIETTA 850 umožňuje na LCD displeji přehledně zobrazovat počet již provedených měření pro každý použitý parametr - pro lepší přehlednost a orientaci lékaře

ARIETTA 850 umožňuje zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost plynulého zvětšování zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu - HI-Zoom, Pan-Zoom

ARIETTA 850 umožňuje uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou a přepínání mezi těmito mody jedním tlačítkem na pomocném LCD displeji

ARIETTA 850 má rozsáhlou paměťovou smyčku pro uložení 2D snímků i pro uložení dopplerovského záznamu, v případě vyšetření pomocí kontrastních látek nastavitelná délka smyčky Cine Memory, 63500frm / 900s

ARIETTA 850 umožňuje jednotlačítkovou optimalizaci nastavení akvizčních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení) - Auto-Optimizer

ARIETTA 850 umožňuje záznam na interním HDD. ARIETTA 850 umožňuje archivaci snímků v PC i DICOM formátu: DICOM, RAW, TIFF, BMP, JPEG, WMV, MJPEG, MP4.....

ARIETTA 850 má 6 USB portů 5xUSB 2.0, 1x USB 3.0

Součástí nabízeného přístroje je monochromatická tiskárna.

Ultrazvukové sondy součástí nabídky:

- Elektronická konvexní sonda s technologií, monokrystalu, pro abdominální vyšetření, frekvenční rozsah 1-6 MHz, pozorovací úhel min. 70 stupňů, musí umožňuje zobrazení s pomocí UZ kontrastních látek, dále kompresní /strain/ elastografii i shear wave elastografii
- C252, SingleCrystal, 1-6 MHz, 70°, CHI, RTE, SWM, SWE, RVS, DFI, PANO, CW.....



C252

Abdomen
6 - 1 MHz
70 deg. (50R)

- Elektronická lineární sonda frekvenčního rozsahu 2 – 12 MHz, velikost zobrazovací plochy 38 mm k vyšetření GIT, malých částí a cévního systému, Steering barevné výseče +30 až – 30 stupňů



L441

Small parts
12 - 2 MHz
38 mm

Doplňující informace:

v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma
cena BTK v Kč bez DPH (včetně souvisejících nákladů)
frekvence provádění BTK
hodinová sazba práce technika (cena v Kč bez DPH)
cestovné – cena v Kč bez DPH za 1 km nebo paušální sazba

ANO
15 000,- Kč bez DPH
1x ročně
1500,- Kč
15 Kč/km bez DPH

Obecný technický popis předmětu nabídky:

ARIETTA 850




Obecný popis předmětu nabídky:

Prémiový ultrazvukový přístroj FUJIFILM ARIETTA 850:

Předmětem nabídky je vysoce kvalitní mobilní ultrazvukový skener nejvyšší třídy, barevný, plně digitální, z produkce výrobce FUJIFILM model Arietta 850. Nabízený ultrazvukový přístroj obsahuje špičkové technologie Hitachi–Aloka a je vhodný pro běžná i specializovaná vyšetření.

Jedná se o prémiový ultrazvukový diagnostický přístroj ve kterém jsou integrovány nejnovější technologie od vytváření signálu, přes vysílání a příjem až po zpracování a zobrazení.



Pro přístroj je dostupná široká škála ultrazvukových sond. Nová generace sond, které obsahují technologii Single Crystal, 4G CMUT, Multi-Layer Single Crystal Technology pro vyšší citlivost a vyšší rozlišení a Smart Connector nový zmenšený konektor, který přináší mimo jiné jednodušší manipulaci a nižší hladinu šumu. Ultrazvukový paprsek je snadno a plně kontrolován a zaostřován s pomocí technologie eFocusing. Digitální zpracování signálů je rychlé a přesné a umožňuje funkce celé řady aplikací pro zpracování obrazu.



Součástí přístroje je nejnovější generace OLED monitoru o velikosti 22" s čistým a jasným zobrazením a širokými pozorovacími úhly. Monitor je upevněn na vysoce flexibilním rameni umožňujícím snadné nastavení obsluhou.

Systém může obsahovat celou řadu doplňkových funkcí jako Real Time Virtual Sonography (fúze MR/CT), Real-Time Tissue Elastography, Shearwave measurement, kardiovaskulární aplikace, Dual Gate Doppler, 3D SIM-Navigator, Efield Simulator, Body motion Tracking, Needle Tracking 2D Tissue Tracking, Eyeball EF, Fetal 3D/4D, Auto FHR atd.



Systém Arietta 850 vyniká i špičkovou úrovní ergonomie s nastavitelnou polohou ovládacího panelu s podsvětlenými ovládacími prvky a nastavitelnou polohou monitoru. Doplnkový barevný dotykový ovládací panel.

Ultrazvukový diagnostický přístroj nejvyšší třídy pro běžná i specializovaná vyšetření:

- Plně digitální přístroj nejnovější generace
- 4 aktivní sondové konektory (+2 parkovací pozice)
- Zcela nová generace sond
- Integrovaný Data Management Systém
- 100 programovatelných předvoleb pro speciální klinické (uživatelské) aplikace
- Zobrazovací LCD 22" OLED s nastavitelnou výškou, stranově i sklopení
- Výškově nastavitelný ovládací panel s plnohodnotnou alfanumerickou klávesnicí, podsvětlené ovládací prvky
- Doplnkový barevný dotykový panel pro ovládání a doplňkové funkce
- USB výstupy
- Vysoce ergonomický design s rozsáhlými možnostmi nastavení
- Snadno mobilní jednotka

Skenovací metody:

Elektronická konvexní

Elektronická lineární

Elektronická fázová, sektorová

Elektronická Radiální

Pracovní módy:

- B-mode
- BiPlane mode
- M-mode
- D: Spectral Doppler mode (PW, CW (option), HPRF-PW)
- Dual Gate Doppler mode
- Color Flow mode
- Power Flow mode (Directional Power Flow)
- eFLOW mode (Directional eFLOW)
- RT-3D (4D) mode (option)

Zobrazovací módy:

B: gray-scale imaging, Dual B, Quad B, M, B and M, D: Spectral Doppler (PW, HPRF PW, and CW (option)), B and D, B(Color Flow), B(Power Doppler), B(eFLOW), Dual B(Color Flow), Quad B(Color Flow), Dual B(Power Doppler), Quad B(Power Doppler), Dual B(eFLOW), Quad B(eFLOW), M(Color Flow), M(Power Doppler), M(eFLOW), B(Color Flow) and M (Color Flow), B(Power Doppler) and M(Power Doppler), B(eFLOW) and M (eFLOW), B(Color Flow) and D, B(Color Flow) and Dual, B(Power Doppler) and D B(Power Doppler) and Dual, B(eFLOW) and D, B(eFLOW) and Dual, B(Color Flow) and D simultaneous real-time display (Triplex mode), B(Power Doppler) and D simultaneous real-time display (Triplex mode), B(eFLOW) and D simultaneous real-time display (Triplex mode), B and B(Color Flow) simultaneous real-time display (Dual Flow), B and B(Power Doppler) simultaneous real-time display (Dual CF), B and B(eFLOW) simultaneous real-time display (Dual Flow), Dynamic Slow-motion Display (Real-time image/Slow-motion image, side by side display), Real-time Biplane (Display real time image in 2 cross-sections in biplane probe.), Panoramic View, TDI (Tissue Doppler Imaging), RT-3D (4D) mode (option) Request function: In multi-mode display, it is possible to select one mode for full screen display. Real-time Tissue Elastography (option)

Beam former:

Vysílací strana CPWG (Compound Pulse Wave Generator), programovatelný vlnový generátor
Přijímací strana Multi procesový vysokorychlostní digitální beam former, 12-bitový A/D konvertor
Frekvenční rozsah: 1 – 22 MHz

Tissue Adaptive Technology: automatické nastavení rychlosti zvuku v tkáních

Focusing: vysoce přesné vícenásobné zaostřování ultrazvukového paprsku, PixelFocus, eFocusing

Dynamický rozsah systému více než 320 dB

System Processing Channels: 7,072,000 Channels

B-Mode

Zoom – Hi Zoom, Pan Zoom,

Rozsah nastavení hloubky 0,75 – 40 cm

M-Mode**Spectral Doppler****Color Doppler Mode****TDI (Tissue Doppler Imaging)**

Cine Memory: B mode 63 500 frames, M a D mode: 900 sec.



Data Management – pokročilý inteligentní systém správy a ukládání patientských dat.

Měření a analýzy: základní měření a analýzy i specializovaná měření a aplikace např. pro gynekologii a porodnictví, urologii, malé části, abdominální aplikace, vaskulární, IMT, reporty a další

Jednotka zobrazení fyziologických parametrů (option)

Option (výběr): CW, tiskárna, RT-3D (4D), Real Time Virtual Sonography (fúze CT/MR, starší USG)
automatické měření IMT automatické měření NT, Elastografie (Real Time Tissue Elastography, Shearwave measurement), Panoramic View (panoramatické zobrazení), CHI-Contrast Harmonic Imaging (kontrastní echo), Analýza kontrastního Echa, Analýza TDI, EyeballIEF (kardio) a další...

Pro přístroj je dostupná celá řada ultrazvukových sond pro různé účely použití přesně podle požadavků uživatele (více než 30), bioptické vodiče, adaptéry a další option.....

Napájení: standardní 200-240V 50 Hz, příkon max. 1300VA (900VA jednotka přístroje)

Rozměry: šířka 55 cm, hloubka 90 cm, výška 122-169,5 cm

IEC 60601-1 Ed.3.0: 2005, Class I, Type BF

Vyplněná příloha č. 2_1 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

Název části veřejné zakázky: Dovybavení endoskopického pracoviště

Část veřejné zakázky „Pořízení movitého majetku“: 1

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

*Předmětem požadavku zadavatele je dovybavení pracoviště endoskopy a dalším specifikovaným příslušenstvím, které musí splňovat minimální technické parametry, zvláště pak požadavek na kompatibilitu.**

**Kompatibilita bude považována za splněnou dodáním videoendoskopů, které budou plně kompatibilní s již používanými videosystémy na pracovišti a to bez nutnosti adaptace (Olympus Exera III CV-190 a CLV-190), dle uvedené specifikace. To znamená, pokud zájemce není schopen kompatibilitu zajistit přímo, je možno splnit tento požadavek dodáním dalších videosestav pro pracoviště Oblastní nemocnice Náchod a.s. (stejných technických parametrů nebo lepších technických parametrů jako jsou nyní používány, tzn. Exera III, CV a CLV-190) a současně nahradit v rámci dodávky novými endoskopy nyní používané a to ve stejném počtu a na stejné technologické úrovni, tak aby byla zajištěna stejná nebo lepší kvalita léčené péče. (ultrazvukové gastroscopy 1x GF-UCT180, videogastroscopy 1x ks Olympus GIF H180, 5x GIF H190, 1x GIF 1TQ160, 1x GIF 1TQ190, videokolonoscopy 3x ks CF HQ190, 3x CF H190, 2x CF H180, videoduodenoscopy 1x ks TJF 160VR, 2x TJF Q180V). Kompatibilita musí být také zajištěna směrem k používaným příslušenstvím videosestav, odsávacím a oplachovým pumpám, elektrochirurgickým jednotkám, zvláště pak k automatickým dezinfektorům ETD 3 a ETD4 Plus, kterými je zadavatel vybaven.*

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODS. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 ODS. 3 ZÁKONA.

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

Technická specifikace

specifikace	požadavky	Splněno parametrem nebo ANO / NE
<u>Obecné požadavky</u>		
1 ks ultrazvukový lineární gastroskop		
<u>Základní vlastnosti přístroje</u>		
Plně kompatibilní s ultrazvukovým endoskopickým centrem používaným na endoskopickém pracovišti s možností provádění FNA a dalších terapeutických zákroků; možnost ovládání základních funkcí z těla endoskopu. Plná kompatibilita s ultrazvukovými centry Hitachy Aloka (Alpha 7) a Olympus (EU ME1)	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
Optický systém:	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
➤ zorné pole – min. 100°	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
➤ směr pohledu – min. 55° šikmý pohled	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
➤ hloubka pole – min. 3 – 100 mm	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
➤ min. pozorovací vzdálenost – 6 mm	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
Zaváděcí tubus:	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
➤ zevní průměr distálního konce – max. 14,6 mm	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
➤ zevní průměr tubusu – max. 12,6 mm	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
➤ pracovní délka – min. 1250 mm	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
Pracovní kanál – vnitřní průměr – min. 3,7 mm	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
Ohybová část – min. rozsah angulace	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
➤ nahoru 130°	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
➤ dolů 90°	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO

➤ doprava 90°	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
➤ doleva 90°	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
Ultrazvukový propojovací kabel	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
Požadavek na ultrazvukové funkce:	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
➤ režim zobrazení – B, M, D mód (Flow mód, PowerFlow mód)	Požadavek je absolutní (musí být splněn)	ANO
➤ bod ostření – k dispozici min. 4 body ostření (F1-F16)	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
➤ metoda snímání – elektronická lineární	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
➤ zobrazovací techniky – Color Doppler a Power Doppler	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
➤ směr snímání – paralelně se směrem zavádění	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
➤ frekvence – 5/6/7,5/10 a 12 MHz	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
➤ velikost pole – rozsah snímání – min. 180°	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
➤ možnost kontaktní metody ve vodním prostředí	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO

Doplňující informace:

v rámci záruky budou BTK prováděny

cena BTK v Kč bez DPH (včetně souvisejících nákladů)

frekvence provádění BTK

hodinová sazba práce technika (cena v Kč bez DPH)

cestovné – cena v Kč bez DPH za 1 km nebo paušální sazba

zdarma

2.000,-Kč

1x ročně

1.490,- Kč

1500,- paušál nad 100 km

specifikace	požadavky	Splněno parametrem nebo ANO / NE
<u>Obecné požadavky</u>		
1 ks motorizovaný spirální enteroskop s řídicí jednotkou		
<u>Základní vlastnosti přístroje</u>		
Videoenteroskop vybavení odnímatelnou motorizovanou spirální overtubou, která umožňuje rychlejší a snazší výkon eneteroskopie tenkého střeva, případně kolonoskopie.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
Rychlost a směr otáčení spirály je monitorován připojeným panelem, zobrazujícím aktuální rychlost a směr otáčení. Jednotka je ovládána pomocí pedálů a řídicí jednotky motoru.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
Enteroskop musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, kde k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév. Tato zobrazovací metoda má význam pro přesnou a včasnou diagnostiku onkologických pacientů a detekci iniciálních stádií karcinomů v oblasti trávicí trubice.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
zobrazovací systém endoskopu - barevný CCD čip s rozlišením HDTV 1080/50i.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
Optický systém:	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
➤ zorné pole – min. 140°	Požadavek je absolutní (musí být splněn)	ANO
➤ směr pohledu – přímý pohled	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
➤ hloubka ostrosti min. 2 - 100 mm	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
➤ min. rozlišovací vzdálenost – 3 mm	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
Zaváděcí tubus:	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
➤ zevní průměr distálního konce – max. 11,3 mm	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
➤ zevní průměr tubusu k rotační části – max. 11,5 mm	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
➤ zevní průměr tubusu proximální rotační části – max. 12,8 mm	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO

➤ pracovní délka – min.1680 mm	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
➤ celková délka - max. 2035 mm	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
Technologie tubusu a propojení s endoskopickou věží:	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
➤ endoskop musí umožňovat vysoce účinný přenos rotace tubusu kolem jeho radiální osy	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
➤ možnost připojení endoskopu k videoendoskopické věži pouze prostřednictvím zdroje světla, konektor musí být vodotěsný bez použití standardních krytů	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
Pracovní kanál – vnitřní průměr 3,2 mm	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
Ohybová část – rozsah angulace:	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
➤ nahoru 180°	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
➤ dolů 180°	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
➤ doprava 160°	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
➤ doleva 160°	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
přídavný oplachový kanál – pro připojení peristaltické pumpy, tzv. Water Jet	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
kompatibilita – se systémem EVIS EXERA III Olympus (videoprocessor CV-190 Plus a zdroj světla CLV-190)	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
Jednorázová spirála:	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
➤ zevní průměr tubusu spirály – 18,1 mm	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
➤ délka spirály – max. 240 mm	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
➤ maximální zevní průměr spirály – 31,1 mm	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
➤ maximální otáčky spirály – 30 ot./minutu	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
Kontrolní jednotka spirály:	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO

➤ jednotka umožňující kontrolu chodu spirály	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
➤ zobrazovací modul/panel s aktuálním vyobrazení směru pohybu vpřed a vzad	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
➤ zobrazení rychlosti rotace spirály	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
➤ funkce umožňující automatické zastavení spirály v případě překročení bezpečnostních nastavení	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
➤ dodávka včetně všech potřebných propojovacích kabelů a součástí pro zprovoznění systému	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
➤ malé rozměry - max. 375 x 75 x 480 mm	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO

Doplňující informace:

v rámci záruky budou BTK prováděny

cena BTK v Kč bez DPH (včetně souvisejících nákladů)

frekvence provádění BTK

uvedeného

hodinová sazba práce technika (cena v Kč bez DPH)

cestovné – cena v Kč bez DPH za 1 km nebo paušální sazba

zdarma

33.500,- Kč po 35 hodinách provozu

1xročně a 2.000,- jinak dle výše

1.490,-Kč

1500,- paušál nad 100 km

specifikace	požadavky	Splněno parametrem nebo ANO / NE
<u>Obecné požadavky</u>		
1 ks UZ diagnostický přístroj prémiové třídy		
<u>Základní vlastnosti přístroje</u>		
Přístroj prémiové třídy, který pokryje celé spektrum požadavků endosonografických vyšetření (vyšetření s pomocí lineárního i radiálního UZ gastrovideoskopu včetně cílených punkcí uzlin, jater a pankreatu), kompletní abdominální diagnostika, dopplerovské vyšetření cév apod.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
Přístroj musí umožnit vyšetřování orgánů metodou Shear wave elastografie, strain elastografie a vyšetřování orgánů s pomocí UZ kontrastní látky, a to i na lineárním UZ gastrovideoskopu.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO,
Přístroj musí umožnit vyšetření s kompatibilními ultrazvukovými videoendoskopy	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
Poloha monitoru je nastavitelná ve všech směrech, současně zcela nezávisle musí být výškově a stranově stavitelná poloha obslužného pultu	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
Obslužný pult musí umožňovat výběr či změnu přiřazení funkcí ovládacích prvků obslužného panelu	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
Printer a záznamová zařízení budou ovládány z ovládacího panelu přístroje	Požadavek je absolutní (musí být splněn)	ANO
Minimálně 10" barevný dotykový ovládací panel pro úpravu jednotlivých zobrazovacích módů, kalkulace, měření apod., plně programovatelný	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO, 10,4"
Přístroj musí mít současně jak klasickou výsuvnou alfanumerickou klávesnici, tak i virtuální klávesnici na dotykovém panelu.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
Vícekanálový plně digitální přístroj se širokopásmovým zpracováním (tzv. broadband) signálu pro 2D zobrazení	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
Dynamický rozsah systému min. 320 dB	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO, 320 dB
Frekvenční rozsah přístroje v rozsahu min. 1–22 MHz	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO, 1-22MHz
Přístroj musí mít novou technologii vysílání a přijímání UZ paprsků, která umožňuje získání vysoce ostrého obrazu již od blízkého až do vzdáleného pole bez dalšího manuálního zaostřování (fokuse)	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO eFocusing PixelFocus
Držák kabelů sond na obou stranách přístroje, aby nedocházelo k prověšování kabelů sond na zem	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO

Držáky hlavic sond musí být po obou stranách přístroje	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
Minimálně 4 aktivní elektronické konektorové vstupy pro 2D zobrazovací sondy + 2 pasivní parkovací slepé konektory	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO, 4+2
Hmotnost přístroje kvůli dobré manévrovatelnosti nejlépe do 150 kg	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO, 150kg
Rychlá startovací doba přístroje do 100 sekund	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO, < 100s
Monitor s úhlopříčkou min. 22"	Požadavek je absolutní, musí být splněn	Ano, OLED, 22", 1920x1080 pix
Nabízený přístroj musí být kompatibilní s endoskopickým systémem výrobce Olympus pro modalitu endosonografie	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
Požadovaná zobrazení (minimum): • B-mode na základních frekvencích • B-mode na harmonických frekvencích • PW – pulzní doppler a panoramatické zobrazení na všech nabídnutých sondách • simultánní zobrazení 2 dopplerovských spekter /PW Doppler/ v reálném čase v režimech PW/PW, (TDI/TDI, PW/TDI) • barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (powerdoppler, angio doppler) • trapezoidní zobrazení na lineární sondě alespoň 30° • úhlové (compound) zobrazení na všech požadovaných sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu, duplexním i triplexním barevném dopplerovském zobrazení • úhlové (compound) zobrazení musí být aktivní a funkční i při současném zapnutí trapezoideálního zobrazení na lineární sondě • simultánní duální zobrazení - B – mode a B-mode + CFM v reálném čase • rychlé simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase • zobrazení s použitím kontrastních látek s možností provedení kvantitativní analýzy - požadováno u konvexní abdominální sondy a lineární sondy, možnost současného zobrazení kontrast/fundamentální zobrazení • přístroj musí umožňovat zobrazení, mapování a hodnocení elasticity tkáně (Strain elastografie) včetně Strain Histogramu a možnosti kvantifikace barevné mapy, umožňující přesný staging jaterní fibrózy • přístroj musí umožňovat Shear Wave elastografii včetně zobrazení indexu kvality vyšetření (poměr úspěšných a neúspěšných měření), hloubky měření, musí umožňovat měření jak v kPa, tak v m/s	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO

• automatické měření parametru Atenuace (pro zpřesnění hepatální diagnostiky) • současné měření Shearwave, Strain histogramu a Atenuace pomocí jediného tlačítka a následné zobrazení všech výsledků v jednom reportu • Shearwave elastografie musí být dostupná min. na konvexní sondě a ultrazvukovém videogastroskopu • přístroj musí mít možnost budoucího dovybavení o reálnou virtuální sonografii (fúze - inteligentní fúze ultrazvukového a CT/MRI obrazu) • přístroj musí mít možnost rozšíření o modul kontinuálního (CW) Dopplera a kontinuální Doppler pak musí být plně funkční jak na konvexní sondě, tak min. na jedné z lineárních sond • přístroj musí v případě dokoupení umožnit současné použití fúze a elastografie v reálném čase • přístroj musí umožňovat měření průtoku v cévě (zejména objemu) bez použití dopplerovské křivky (pouze z B-obrazu a Flow) • přístroj musí být vybaven SW pro automatické měření intimy • další způsob barevného nedopplerovského mapování velice jemných krevních toků		
Modul HW a SW s protokolem DICOM min. pro kategorie: • DICOM Verification/Service • DICOM Print • DICOM Storage • DICOM Worklist	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
Připojení do PACS pomocí LAN konektoru součástí dodávky	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v sonografické diagnostice	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
Zobrazení s optimalizací parametrů pro různé typy tkání	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO, Auto-Optimizer
Automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, Vmean)	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
na LCD displeji se musí přehledně zobrazovat počet již provedených měření pro každý použitý parametr - pro lepší přehlednost a orientaci lékaře	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost plynulého zvětšování zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO, HI-Zoom, Pan-Zoom
Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou a přepínání mezi těmito mody jedním tlačítkem na pomocném LCD displeji	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO

Rozsáhlá paměťová smyčka pro uložení 2D snímků i pro uložení dopplerovského záznamu, v případě vyšetření pomocí kontrastních látek nastavitelná délka smyčky min. 5 minut	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO, Cine Memory, 63500frm / 900s
Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení)	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO Auto-Optimizer
Přístroj musí umožňovat záznam na interním HDD. Systém musí umožnit archivaci snímků v PC i DICOM formátu.	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
Min. 6 USB portů na hlavní jednotce	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO, 6
Monochromatická tiskárna	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO
Ultrazvukové sondy: - Elektronická konvexní sonda s technologií např. lepených vrstev, monokrystalu, matrix apod. pro abdominální vyšetření, frekvenční rozsah min. 1-6 MHz, pozorovací úhel min. 70 stupňů, musí umožňovat zobrazení s pomocí UZ kontrastních látek, dále kompresní /strain/ elastografii i shear wave elastografii - Elektronická lineární sonda frekvenčního rozsahu min. 2 – 12 MHz, velikost zobrazovací plochy 38 mm k vyšetření GIT, malých částí a cévního systému, Steering barevné výseče min. +30 až – 30 stupňů	Požadavek je absolutní, musí být splněn	ANO, C252, SingleCrystal, 1-6 MHz, 70°, CHI, RTE, SWM, SWE, RVS, DFI..... ANO, L441, 2-12MHz, 38 mm, +/-30°, CHI, RTE, SWM, DFI....

Doplňující informace:

v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma	ANO
cena BTK v Kč bez DPH (včetně souvisejících nákladů)	15 000,- Kč bez DPH
frekvence provádění BTK	1x ročně
hodinová sazba práce technika (cena v Kč bez DPH)	1500,- Kč
cestovné – cena v Kč bez DPH za 1 km nebo paušální sazba	15 Kč/km bez DPH

Ostatní požadavky:

Zapojení všech prvků do LAN a napojení na NIS (Worklist) a PACS ONN provede dodavatel v součinnosti s technikou útvaru ICT zadavatele. Součinnost s technikem útvaru ICT musí být dodavatelem domluvena s minimálním předstihem 5 pracovních dnů, a to prokazatelným způsobem (email, zápis z jednání).

V případě napojení komponent dodávaného systému na stávající WiFi síť nemocnice je požadováno, aby WiFi zařízení podporovalo bezpečnostní standard ověření WPA2-Enterprise (metoda PEAP, MSCHAPv2). Zadavatel akceptuje též WPA2-Personal (PSK). V takovém případě dodavatel dodá na útvar ICT seznam MAC adres připojovaných zařízení, na základě kterého, k jednotlivým MAC adresám bude vygenerováno unikátní 20-místné heslo a předáno dodavateli ke konfiguraci.

Součástí dodávky bude i přístupová licence MS Device CAL 2019 v celkovém počtu dodaných PC přistupujících k serveru Microsoft Zadavatele. Veškeré dodané SW licence budou registrovány (vyžaduje-li se registrace licence u výrobce) na uživatele, jímž je Oblastní nemocnice Náchod a.s. Kontaktní osobou je vedoucí útvaru ICT.

Kybernetická bezpečnost

Oblastní nemocnice Náchod a.s. (ONN) je dle Zákona č.181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti (ZKB) provozovatelem základní služby: Poskytování zdravotních služeb.

Dodávaný systém musí splňovat požadavky ZKB a navazujících předpisů, zejména vyhlášky č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PŘÍLOHA Č. 3 KUPNÍ SMLOUVY – ZÁVAZNÝ VZOR PŘEDÁVACÍHO PROTOKOLU

Zástupce prodávajícího:										
Zástupci kupujícího:	1. pracovník technického úseku: 2. pověřená osoba zdravotnického oddělení (<i>primář/zástupce primáře</i>):									
Název zboží / výrobce / výrobní číslo	Počet kusů	Stav zboží	obalů	Výsledek montáže, instalace, uvedení zboží do provozu	Výsledek ukázky funkčnosti zboží	Výsledek provedení testů a zkoušek, ověření deklarovaných technických parametrů	školení zdravotnického personálu a pracovníka oddělení obslužných klinických činností kupujícího, včetně vystavení protokolu a protokolu opravujícího provádět instruktáže (ANO / NE)	Seznam předávané dokumentace	Zjištěné vady ANO / NE	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Výsledek předání a převzetí zboží:			
Popis zjištěných vad při předání zboží:	Zboží	Popis vady	Dohodnuté datum odstranění vady

V _____, dne _____

zástupce prodávajícího

(jméno, razítko a podpis)

zástupce kupujícího 1.

(jméno, razítko a podpis)

zástupce kupujícího 2.

(jméno, razítko a podpis)

POJISTNÝ CERTIFIKÁT

číslo PB 071/2021 – D01

Pojištěný: **PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.** IČO: 250 99 019
Juarezova 17, 160 00 Praha 6
pojištěný je zapsán do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, číslo vložky 4492 ze dne 10. ledna 1997

Pojistná smlouva č: **2939384448**

Pojistitel: **Generali Česká pojišťovna a.s.** IČO: 452 72 956
Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1
pojistitel je zapsán do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, číslo vložky 1464 ze dne 1. května 1992

Potvrzujeme, že pojištěný uzavřel s pojistitelem rámcovou pojistnou smlouvu, kterou je v rozsahu pojistných podmínek a smluvních ujednání sjednáno pojištění

ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví či majetku jiné osoby včetně dále uvedených rozšiřujících ujednání.

SJEDNANÝ ROZSAH UZAVŘENÉHO POJISTNÉHO KRYTÍ:

D01 - Obecná odpovědnost za škodu včetně odpovědnosti za výrobek

- Škoda na zdraví a majetku - max. limit plnění za jednu škodní událost **50.000.000 Kč**
- Škoda na zdraví a majetku - max. roční limit plnění za všechny škodní události **100.000.000 Kč**

V03 - Odpovědnost za škodu rozšířená o škody finanční

- Max. limit plnění za jednu a všechny škodní události **1.000.000,- Kč**

V10 - Odpovědnost za škodu na věcech převzatých a užívaných

- Max. limit plnění za jednu a všechny škodní události **500.000,- Kč**

V0M - Odpovědnost za škodu vzniklou působením magnetického a elektromagnetického pole

- Max. limit plnění za jednu a všechny škodní události **10.000.000,- Kč**

V25 - Regres zdravotních pojišťoven

- Max. limit plnění za jednu a všechny škodní události **1.000.000 Kč**

Územní rozsah pojištění: **Evropa**

Pojištění je sjednáno na období 12 měsíců (jeden pojistný rok) s kontinuální účinností pojistného krytí od 01.08.2013, včetně ustanovení o automatické prolongaci pojistné smlouvy na další pojistný rok. Aktuální účinnost pojistného krytí této pojistné smlouvy odpovídá pojistnému roku od 01.08.2020 do 31.07.2021. Vzhledem k tomu, že ani jedna ze stran pojistné smlouvy nesdělila v termínu 6 týdnů před koncem pojistného roku (31.07.2021), že nemá na dalším pojištění zájem, potvrzujeme aktuální účinnost pojistného krytí této pojistné smlouvy i pro pojistný rok od 01.08.2021 do 31.07.2022. Pojištění lze po dohodě s pojistitelem sjednat v rámci této pojistné smlouvy na vyšší limity, než jsou uvedeny v této pojistné smlouvě, např. na 100 mil. Kč na jednu škodní událost, max. však 200 mil. Kč za všechny škodní události v průběhu sjednaného pojistného období.

V Praze dne 29.06.2021

Tomáš Kuthan
jednatel společnosti

Příloha č. 5 Seznam jiných osob_Seznam poddodavatelů

Jiné osoby / poddodavatelé

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
Pořízení movitého majetku, část VZ č.: 1 s názvem: Dovybavení endoskopického pracoviště
Nadlimitní veřejná zakázka zadávaná formou otevřeného řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	
1. <u>Jiná osoba</u> , kterou ve smyslu ustanovení § 83 ZZVZ prokazují splnění určité části kvalifikace ¹ :	
Obchodní firma:	Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
Sídlo:	Evropská 16/176, 160 00 Praha 6
IČ:	270 68 641
DIČ:	CZ270 68 641
Kontaktní osoba: (jméno, telefon, e-mail)	Dana Mitková, tel.: 221 985 366, 724 111 710 Email: dana.mitkova@olympus.cz
Část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti, jejíž splnění prokazují prostřednictvím jiné osoby.	podpora v oblasti odborné způsobilosti a činnosti spadajících pod registraci dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění pozdějších předpisů, tj. zajištění veškerých servisních služeb k nabízeným přístrojům a doklady k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů.

Jako účastník veřejné zakázky čestně prohlašuji, že v zadávacím řízení a pro plnění shora uvedené veřejné zakázky:

- a) budu využívat zde uvedené jiné osoby ve smyslu ustanovení § 83 ZZVZ či poddodavatele;
b) ~~nebudu využívat jiné osoby ve smyslu ustanovení § 83 ZZVZ ani poddodavatele.²~~

V Praze dne 4.7.2022

Pavel Hanuš
Digitálně podepsal Pavel Hanuš
DN: o=CZ,
2.5.4.97-INTRCZ-25099018,
o=PROMEDICA PRAHA GROUP,
s.n., ou=1, cn=Pavel Hanuš,
serialNumber=P13934
Datum: 2022.07.11 06:05:20
+02'00'

Pavel Hanuš, předseda představenstva
jméno, funkce a podpis oprávněné osoby účastníka

¹ Účastník vyplní pouze potřebný počet tabulek, bude-li však prokazovat splnění kvalifikace za pomoci více než 3 (tří) jiných osob, tabulku nakopíruje, případně vloží za tento seznam jiných osob další zvláštní list. Nevyplněné tabulky účastník může proškrtnout

² Upravte dle skutečnosti. Nehodící se, škrtněte/vypusťte.