

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku v otevřeném řízení dle § 56 a násl. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

„Rámcová smlouva k zajištění servisu a údržby na přístrojích Olympus“

Zadavatel:	Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo:	Purkyňova 446, 547 01 Náchod
Jednající:	RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady
IČ:	26000202
DIČ:	CZ699004900
Způsob zadání:	otevření řízení, v nadlimitním režimu

Vážení,

níže Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ze strany zadavatele **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce na služby zahájené v otevřeném nadlimitním řízení, a to na základě žádosti uchazeče o veřejnou zakázku.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byly doručeny prostřednictvím profilu zadavatele dne 16.12.2022 v 17:35 a dne 19.12.2022 v 16:54, tj. řádně a včas ve lhůtě dle ustanovení § 98 odst. 3 ZZVZ.

Dotaz č. 1:

Článek 2, bod 3 a článek 4, bod 2 a 3

stávající ve znění

Poskytovatel naváže kontakt s odpovědnou kontaktní osobou Objednatele do 4 hodin od nahlášení závady v pracovní dny od 8:00 hod. do 16:30 hod.

Doba nástupu servisního technika na opravu je do 48 hodin od nahlášení závady, přičemž končí-li tato lhůta v den, který není pracovním dnem, pak nejpozději nejbližší následující pracovní den. V případě poruchy Přístroje, jehož oprava by trvala déle než 3 pracovní dny, je Objednatel oprávněn požadovat výpůjčku náhradního Přístroje po celou dobu opravy zařízení.

navrhovaná úprava

Poskytovatel naváže kontakt s odpovědnou kontaktní osobou Objednatele do 8 hodin od nahlášení závady v pracovní dny od 8:00 hod. do 16:30 hod. Doba nástupu servisního technika na opravu je do 72 hodin od nahlášení závady, přičemž končí-li tato lhůta v den, který není pracovním dnem, pak nejpozději nejbližší následující pracovní den. V případě poruchy Přístroje, jehož oprava by trvala déle než 3 pracovní dny, je Objednatel oprávněn požadovat výpůjčku náhradního Přístroje po celou dobu opravy zařízení.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 1:

Zadavatel nebude akceptovat navrhované znění účastníka.

Dotaz č. 2:

Článek 2, bod 3

stávající ve znění

V případě opravy vyžadující náročnější opravy v servisním středisku poskytovatele delší než 3 dny,

zapůjčení náhradního zařízení stejné nebo vyšší technické úrovně, a to bezplatně po dobu opravy ZP;
navrhovaná úprava

V případě, že zařízení není možné opravit v Místě plnění, je Objednatel oprávněn požádat Poskytovatele o bezplatné vypůjčení náhradního zařízení, pokud to charakter prostředku umožňuje, obdobných nebo srovnatelných technických parametrů po dobu předmětné opravy. Objednatel bere na vědomí, že vznesením požadavku na Náhradní zařízení mu nevzniká nárok na poskytnutí Náhradního zařízení a Poskytovateli nevzniká povinnost Náhradní zařízení poskytnout. Požadavek na Náhradní zařízení musí být doručen na emailovou adresu: servis-msd@olympus.cz, a Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel nemusí mít v momentě vznesení požadavku Náhradní zařízení k dispozici. Předání Náhradního zařízení bude potvrzeno výpůjčním protokolem podepsaným zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat podmínky výpůjčky.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 2:

Zadavatel nebude akceptovat navrhované znění účastníka.

Dotaz č. 3:

Článek 4, bod 7 a)

stávající ve znění

Realizace plnění v rozsahu této rámcové smlouvy bude určena dle předmětu plnění, a to následovně: Poskytovatel provede preventivní bezpečnostně technické kontroly na přístrojích, a to bez nutnosti vyzvání objednavatele, následně předá a zašle elektronicky příslušné protokoly pověřené osobě objednavatele. Sazby za výkony budou účtovány dle servisního ceníku, jež je přílohou č. 2 této smlouvy;
navrhovaná úprava

Poskytovatel provede preventivní bezpečnostně technické kontroly na přístrojích, a to bez nutnosti vyzvání objednavatele, následně předá a zašle elektronicky příslušné protokoly pověřené osobě objednavatele.

Pro stanovení Odměny za Servisní činnost slouží ceník Poskytovatele platný v době vyhotovení Cenového návrhu. Důsledkem této navrhované úpravy pak vyjmout bod 6 v článku 5.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 3:

Zadavatel nebude akceptovat navrhované znění účastníka.

Dotaz č. 4:

Článek 5, bod 4

stávající ve znění

Po uplynutí doby 30 kalendářních dní od vystavení Cenového návrhu bude při jeho neschválení následně po této lhůtě zapůjčený Přístroj vrácen nebo bude fakturována cena za zapůjčení náhradního Přístroje a to ve výši 1.500,- Kč bez DPH za každý kalendářní den, počítáno od 31. dne zapůjčení náhradního Přístroje.

Navrhovaná úprava

Po uplynutí doby 30 kalendářních dní od vystavení Cenového návrhu bude při jeho neschválení následně po této lhůtě zapůjčený Přístroj vrácen.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 4:

Zadavatel uvádí nové znění článku 5. odst. 4, a to v tomto znění:

Po uplynutí doby 30 kalendářních dní od vystavení Cenového návrhu bude při jeho neschválení následně po této lhůtě vypůjčený přístroj vrácen poskytovateli.

Zadavatel v rámci tohoto vysvětlení reviduje Přílohu č. 3_Návrh rámcové smlouvy REVI.

Dotaz č. 5:

Chtěl bych Vás požádat o revizi č. 2. seznamu zařízení Olympus.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 5:

Zadavatel na základě výše uvedené žádosti účastníka reviduje přílohu č. 2, její nové znění je součástí tohoto vysvětlení č. 1.

Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek:

S ohledem na povahu shora uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace, bude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

S ohledem na povahu shora uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace, bude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek, a to přiměřeně, tj. lhůta pro podání nabídek bude prodloužena o 2 pracovní dny, vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel nevypořádal žádost o vysvětlení ze dne 16.12.2022 ve lhůtě dle § 98 odst. 4 ZZVZ bude lhůta prodloužena o 1 pracovní den. Na základě uvedeného se lhůta pro podání nabídek celkově prodlužuje o 3 pracovní dny.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena na 11.01.2023 do 12:00 hodin

Zadavatel přikládá v rámci tohoto vysvětlení zadávací dokumentace aktualizovanou Přílohu č. 2_Seznam zařízení Olympus REVI a Přílohu 3_Návrh rámcové smlouvy REVI se zpracovanými výše uvedenými změnami.

V Náchodě dne 22.12.2022



RNDr. Bc. Jan Mach
Předseda správní rady
Oblastní nemocnice Náchod a.s.

