

ozn.	popis	schéma	počet ks	místnost č.
9c	<div>Magnetoterapie</div> <div>4-kanálový magnet s dotykovým displejem min. 7" pro snadné a efektivní ovládání</div> <div>2 nezávislé kanály, 4 výstupy</div> <div>Přednastavené programy pro různé lékařské obory</div> <div>Uživatелеm definované protokoly</div> <div>Obrázková a terapeutická encyklopedie</div> <div>Možnost ukládání databáze pacientů do přístroje</div> <div>Identifikace a kontrola funkčnosti připojeného příslušenství</div> <div>Cílené magnetické pole (Ochrana obsluhy před magnetickým zářením)</div> <div>Kombinace pulzního a stacionárního magnetického pole s nastavitelným poměrem</div> <div>Připojení k PC (pro upgrade softwaru)</div> <div>Stolek (volitelně) s úložným prostorem a kolečky a brzdami.</div>	<div>1</div>	1 ks	0.08
39c	<div>Aplikátory - příslušenství k magnetoterapii</div> <div>Magnetoterapeutické lehátko s pojízdným solenoidem (70cm) s Cíleným magnetickým polem (Ochrana obsluhy před magnetickým zářením)</div> <div>Lokální aplikátor 13x13cm s Cíleným magnetickým polem (Ochrana obsluhy před magnetickým zářením)</div> <div>Dvoustraný aplikátor 2x(13x13cm) s Cíleným magnetickým polem (Ochrana obsluhy před magnetickým zářením)</div> <div>Lineární aplikátor Pro páteřní a další podélné aplikace (60 x 25 cm) s Cíleným magnetickým polem (Ochrana obsluhy před magnetickým zářením)</div> <div>Solenoid pro končetinové aplikace Ø 30 cm s Cíleným magnetickým polem (Ochrana obsluhy před magnetickým zářením)</div>			
39d	<div>Vodní lázeň na ohřev nosičů tepla</div> <div>Regulátor (on-off): 30 - 90 °C digitální</div> <div>Přípojka: 230 V</div> <div>Výkon: 700 W</div> <div>Vodní lázeň: 24 litrů</div> <div>Parafinová lázeň: 20 litrů</div> <div>Materiál: nerez</div> <div>Minimální kapacita: 5 nosičů tepla středních 40x30 cm</div>		1 ks	0.10
39d	<div>Infračervený zářič (Infrahlampa)</div> <div>Přístroj vybaven lampami, které je možné zapínat jednotlivě a výkon žárovek lze plynule regulovat</div> <div>Celokovová konstrukce na stojanu, přístroj lze snadno nastavit do požadované polohy</div> <div>Stojan infrahlampy musí umožnit manipulaci nad ležátko, vybaveno časovačem se zvukovou signalizací</div>		1 ks	0.10