

Vysvětlení zadávací dokumentace č.4

k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku v otevřeném řízení dle § 56 a násl. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

„Pořízení automatických osmometrů pro ONN a NRK“ Část 1. - Osmometr pro Náchod včetně 72 měsíců pozáručního servisu

Zadavatel:	Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo:	Purkyňova 446, 547 01 Náchod
Jednatel:	RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady
IČ:	26000202
DIČ:	CZ699004900
Způsob zadání:	otevření řízení, v nadlimitním režimu

Vážení,

níže Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ze strany zadavatele **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky zahájené v otevřeném nadlimitním řízení, a to na základě obdržené žádosti účastníka.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena prostřednictvím profilu zadavatele E-ZAK dne 18.03.2023 16:45:34, tj. řádně a včas ve lhůtě dle ustanovení § 98 odst. 3 ZZVZ.

Dotaz č. 1:

Zadavatel v Zadávací dokumentaci v příloze č. 2.1 – Splnění technických podmínek mimo jiné uvedl požadavek:

„Max. objem vzorku 200 µl“

Námi nabízený osmometr pro měření vyžaduje objem vzorku 450 µl nebo 150 µl v případě použití kepu na malý objem? Bude zadavatel akceptovat námi nabízené řešení?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 1:

Zadavatel požaduje maximální objem vzorku 200 µl bez využití kepu, a to především s ohledem na vyhodnocení pediatrických vzorků, jejímž cílem je maximální omezení zátěže pediatrických pacientů. Oblastní nemocnice Náchod a nemocnice Rychnov nad Kněžnou mají dětská oddělení. Dle názorů lékařů zadavatele je zejména u dětských pacientů do 5 let každý odběr krve problematický, kdy je maximální snahou co nejmenší množství odebrané krve.

Dotaz č. 2:

Zadavatel v Zadávací dokumentaci v příloze č. 2.1 – Splnění technických podmínek mimo jiné uvedl požadavek:

„integrovaná termotiskárna a integrovaná čtečka čárových kódů pro minimalizaci záměny vzorku a zrychlení pracovních postupů v laboratoři“

Námi nabízený osmometr má integrovanou čtečku čárových kódů, ale termotiskárnu má externí? Bude zadavatel akceptovat námi nabízené řešení?


Odpověď zadavatele k dotazu č. 2:

Zadavatel bude akceptovat externí termotiskárnu, nicméně na požadavku integrované čtečky čárových kódů trvá.

Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek:

S ohledem na povahu shora uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace, nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

V Náchodě dne 20. 3. 2023


RNDr. Bc. Jan Mach
Předseda správní rady
Oblastní nemocnice Náchod a.s.
