



ZMĚNA / VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

(v souladu s §§ 98 a 99, odst. 2 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dále též jen „ZZVZ“)

Zadavatel:

Název zadavatele: **Oblastní nemocnice Jičín a.s.**
Sídlo zadavatele: Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín
IČO: 26001551
DIČ: CZ699004900
Osoba oprávněná jednat: Ing. Josef Kubíček, prokurista
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_301.html

Vážení,

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením §§ 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující změnu či vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1: Část 1: RTG DR skiografie mobilní

Zadavatel v Příloze č. 2 a) zadávací dokumentace – Technické podmínky požaduje:

Napájení mobilního detektoru prostřednictvím výměnného akumulátoru pro zajištění nepřetržitého nezávislého provozu detektoru; kapacita akumulátoru min. pro 300 snímků na jedno nabití; min. 2 ks akumulátorů a min. 1 ks nabíječky jako součást dodávky

Zadavatelem požadované množství na 2 ks baterie detektoru včetně nabíjecí stanice pro každý detektor nesplňuje.

Bude zadavatel akceptovat zařízení špičkové kvality, jež většinu ostatních technických parametrů převyšuje a jehož výrobce má v oblasti radiodiagnostiky dlouholeté zkušenosti, jehož detektory používají nové technologie a dodávají se s baterkou, jež je vyměnitelná pouze servisním zásahem. Čas potřebný k nabití „baterie“ od plně prázdné do plně nabití trvá 30 min. Její životnost je stejná jako životnost celého detektoru a nabíjení detektoru probíhá v integrované nabíječce v samotném mobilním rentgenu po dobu, kdy se nesnímkuje. Součástí dodávky je i externí nabíječka. Počet snímků na jedno nabití je více jak 300. Již po jedné minutě nabíjení, od úplného vybití je možné udělat pár desítek snímků. Počet nabíjecích cyklů je neomezen (netrpí paměťovým efektem) a detektor se může nabíjet z jakéhokoliv stavu nabití.

Odpověď:

Zadavatel akceptuje nabízené řešení a z tohoto důvodu upravuje Přílohu č. 2_Technické podmínky.

Žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace č. 2: Část 1: RTG DR skiografie mobilní

Zadavatel v Příloze č. 2 a) zadávací dokumentace – Technické podmínky požaduje:



Hmotnost přístroje max. 450 kg

Bude zadavatel akceptovat zařízení špičkové kvality, jež většinu ostatních technických parametrů převyšuje a jehož výrobce má v oblasti radiodiagnostiky dlouholeté zkušenosti (řadí se mezi největší výrobce mobilních rentgenu obecně), jehož váha činí 520 kg. Z ohledu na velikost, kompaktnost a manévrovatelnost o trochu vyšší váha, nežli je požadovaná, nehraje žádnou roli.

Odpověď:

Zadavatel akceptuje nabízené řešení a z tohoto důvodu upravuje Přílohu č. 2_Technické podmínky.

Žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace č. 3: Část 1: RTG DR skiografie mobilní

Zadavatel v zadávací dokumentaci v odstavci 8.3 Technická kvalifikace uvádí, že splnění technické kvalifikace prokáže účastník předložením kopií následujících dokladů:

8.3.1 Seznam významných dodávek

Pro část 1 zakázky:

Účastník zadávacího řízení předloží seznam významných dodávek obdobného charakteru, poskytnutých a dokončených za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, včetně uvedení jejich ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ. Za takové významné dodávky považuje zadavatel dodávky n o v ý c h přístrojů RTG DR skiagrafičeských mobilních, identických nebo obdobného charakteru, jaké jsou předmětem plnění této části zakázky. Nesmí se jednat o dodávku použitých nebo repasovaných přístrojů. Zadavatel požaduje v seznamu významných dodávek uvést minimálně 2 (dvě) významné dodávky v celkovém finančním objemu nejméně 4 600 000,- Kč bez DPH (rozuměno za všechny významné dodávky v celkovém součtu). Účastník uvede minimálně dvě významné dodávky, tj. do splnění uvedeného finančního objemu může uvést více než dvě dodávky, přičemž maximální počet významných dodávek, kterými musí účastník splnit požadovaný finanční objem, není omezen.

Bude zadavatel akceptovat seznam několik významných dodávek za poslední 3 roky, které přesahují požadovaný finanční objem a jsou složené z kombinace mobilních a stacionárních RTG DR přístrojů.

Odpověď:

Zadavateli jde primárně o to, aby se přesvědčil, že má účastník zkušenosti s dodávkami skiagrafičeské rentgenové techniky jako takové a nepovažuje za rozhodující, zda se jedná o mobilní, nebo stacionární přístroje, i když v zadávací dokumentaci požaduje doložit dodávky konkrétně mobilních přístrojů. Z tohoto důvodu zadavatel akceptuje nabízené složení referenčních dodávek a upravuje zadávací dokumentaci, bod 8.3.1 pro část 1 zakázky.

Změna zadávací dokumentace č. 4: Část 1: RTG DR skiografie mobilní

Vzhledem k povaze změn zadávacích podmínek veřejné zakázky rozhodl zadavatel o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to o celou její původní délku trvání, tedy 34 kalendářních dnů. Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena, na: 21. 6. 2023, 10:00 hod.

Přílohy ZZD:

- 1) Upravená příloha č. 2_ZD_Technické podmínky

V Praze

Eva Dlouhá
novation s.r.o.
zástupce zadavatele § 43 ZZVZ