



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

(v souladu s § 98, odst. 2 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dále též jen „ZZVZ“)

Zadavatel:

Název zadavatele: **Oblastní nemocnice Jičín a.s.**
Sídlo zadavatele: Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín
IČO: 26001551
DIČ: CZ699004900
Osoba oprávněná jednat: Ing. Josef Kubíček, prokurista
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_301.html

Vážení,

výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace, vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace č. 5: část 2: RTG Skiaskopie mobilní s C-ramenem

Zadavatel požaduje kombinaci parametrů: orbitální pohyb 130°, hloubka 68 cm, tepelná kapacita 1,1 MHU a pulzní skiaskopie min. 10 pulsů/s s 4 orgánovými charakteristikami skiaskopie s rozsahem min. 16 mA. Tazatel chce zadavateli nabídnout technicky srovnatelné řešení, pro obdobné využití ověřené již z řady českých fakultních i oblastních nemocnic, vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. chirurgické, ortopedické a urologické zákroky. Nabízíme moderní řešení stroje s orbitálním rozsahem 120°, hloubkou 66 cm, pulsní skiaskopii 1-8 pps doplněnou o 12 mA kontinuální skiaskopii a automatickou techniku pro volbu parametrů a tepelnou kapacitou 900kHU doplněnou o výkonné chlazení 12,5 kHU/min a druhé ohnisko. Nabízené řešení ostatní parametry rozměrů, rozsahů, výkonu, kV aj. výrazně převyšuje. Připustí zadavatel výše popsané řešení a umožní tak účast více uchazečů v této veřejné zakázce?

Odpověď:

Technické požadavky, stanovené zadavatelem jako minimální, splňuje více dodavatelů. Z tohoto důvodu zadavatel trvá na zadávacích podmínkách v nezměněné podobě.

V Praze

Eva Dlouhá
novation s.r.o.
zástupce zadavatele § 43 ZZVZ