

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku v otevřeném řízení dle § 56 a násl. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

„Rozvoj laboratorních kapacit v ON Náchod – nemocnice Náchod“ Část 1. Centrifugy a třepačky

Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo: Purkyňova 446, 547 01 Náchod
Jednající: RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady
IČ: 26000202
DIČ: CZ699004900
Způsob zadání: otevření řízení, v nadlimitním režimu

Vážení,

níže Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ze strany zadavatele **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky zahájené v otevřeném nadlimitním řízení, a to na základě obdržené žádosti účastníka.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena prostřednictvím profilu zadavatele E-ZAK dne 21.06.2023 v 12:37:26, tj. řádně a včas ve lhůtě dle ustanovení § 98 odst. 3 ZZVZ.

Dotaz č. 1:

Jedním z požadavků v části „Stolní chlazená centrifuga“ je možnost výměny rotoru bez použití nástroje. Domníváme se, že tato vlastnost je splňována pouze jedním výrobcem a náš dotaz zní, zda v rámci otevřenosti je přípustné nabídnout technicky srovnatelné řešení, kdy je k výměně rotoru používám imbusový klíč, což má spíše pozitivní vliv na bezpečné upevnění rotoru a výměna není časově náročnější?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel bude akceptovat výměnu rotoru pomocí imbusového klíče. Na základě uvedeného reviduje znění přílohy č. 3.1. Technické specifikace, které je přílohou tohoto vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace.


Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek:

S ohledem na povahu shora uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel:

- a) přijímá nové znění Přílohy č. 3.1. _Technická specifikace_REV; a
- b) dle ustanovení § 99 odst. 2 ZZVZ se prodlužuje lhůta k podání nabídek této veřejné zakázky, a to o celou původní lhůtu.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 21.07.2023 do 9:00 hodin.

V Náchodě 22.6.2023


RNDr. Bc. Jan Mach
Předseda správní rady

OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s.
Purkyňova 446
547 01 NÁCHOD
55