

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku v otevřeném řízení dle § 56 a násl. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

„Rozvoj laboratorních kapacit v ON Náchod – nemocnice Náchod“ Část 2. Centrifugy a třepačky

Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo: Purkyňova 446, 547 01 Náchod
Jednající: RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady
IČ: 26000202
DIČ: CZ699004900
Způsob zadání: otevření řízení, v nadlimitním režimu

Vážení,

níže Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ze strany zadavatele **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky zahájené v otevřeném nadlimitním řízení, a to na základě obdržené žádosti účastníka.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena prostřednictvím profilu zadavatele E-ZAK dne 27.06.2023 v 08:18:25, tj. řádně a včas ve lhůtě dle ustanovení § 98 odst. 3 ZZVZ.

Dotaz č. 1:

Jedním z požadavků v části „Stolní chlazená centrifuga“ je certifikace IVD. Domníváme se, že tuto vlastnost pro laboratorní centrifugu žádný zákon nepožaduje. Navíc je tato vlastnost splňována pouze některými výrobci.

Náš dotaz zní, zda v rámci otevřenosti je přípustné nabídnout centrifugu bez certifikace IVD.

Odpověď zadavatele:


Zadavatel trvá na požadavku certifikace IVD u centrifugy stolní chlazené. S ohledem na skutečnost, že v laboratoři se provádějí klinické studie, musí přístroje splňovat legislativu, tj. certifikaci IVD.

Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek:

S ohledem na povahu shora uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

V Náchodě

29.6.2023


RNDr. Bc. Jan Mach
Předseda správní rady

OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s.
Purkyňova 446
547 01 NÁCHOD
55